



Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
Tel.: +420 257 271 111
IČO: 00023884

Obchodní společnost: **DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.**
IČO: 63493179
DIČ: CZ63493179
Se sídlem: Knínická 1577/8, 664 34 Kuřim
Zastoupena: Ing. Radimem Bedanem, jednatelem
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 2104186355/2700
Sp. zn.: C 22116 vedená u Krajského soudu v Brně
Datová schránka: s76xsvz

Kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted], tel: [redacted], e-mail: [redacted]@dahl.cz
Kontaktní osoba ve věcech dohody: [redacted], tel: [redacted], e-mail: [redacted]@dahl.cz

(dále jen „prodávající“)

a

Název: **Nemocnice Na Homolce**
IČO: 00023884
DIČ: CZ00023884
Se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5
Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 17734051/0710
Datová schránka: jb4gp8f

Kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] tel: [redacted], e-mail: [redacted]@homolka.cz
Kontaktní osoba ve věcech smlouvy: [redacted] tel: [redacted], e-mail: [redacted]@homolka.cz

(dále jen „kupující“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

KE KUPNÍ SMLouvĚ NA ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany uzavřely dne 7. 3. 2024 **Kupní smlouvu na zdravotnický prostředek** (dále jen „smlouva“), kterou se prodávající zavázal kupujícímu dodat 4 kusy systémů pro elektrický ohřev pacientů (dále jen „zboží“), to vše na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Systém pro elektrický ohřev pacienta**“ uveřejněného dne 19. 1. 2024 v elektronickém systému Tender aréna pod ID.: VZ0180708, systémové číslo P24V00262782, interní ev. č. zakázky 432/VZMR/2023-OVZ.

Z důvodu administrativního pochybení - opomenutí přiložení Cenové tabulky k *Příloze č. 1: Specifikace zboží* smlouvy, přistoupili účastníci k uzavření tohoto dodatku a dohodli se na níže uvedeném.

Čl. 1 Změny smlouvy

1. Příloha č. 1: Specifikace zboží smlouvy se ruší a nahrazuje se aktuální Přílohou č. 1: Specifikace zboží, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn a uplatní se v plném rozsahu.

Čl. 2 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nemá-li nabýt účinnosti, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, později. Podléhá-li tento dodatek uveřejnění v registru smluv, uveřejní jej v souladu s dohodou kupující.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Kupující obdrží dva (2) stejnopisy a prodávající obdrží jeden (1) stejnopis tohoto dodatku. V případě, že je dodatek vyhotoven v elektronické podobě, jedná se o jedno vyhotovení s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1: Specifikace zboží
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisují.

V Kuřimi dne 15.4.2024

V Praze dne 25.4.2024

Prodávající:
DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.

Kupující:
Nemocnice Na Homolce



.....
Ing. Radim Bedan
jednatel



.....
MUDr. Petr Polouček, MBA
ředitel nemocnice

System pro elektrický ohřev pacienta (4 ks)


Technické požadavky: <i>U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah +/- 10 %, pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel.</i>	Účastník vyplní splnění parametru (ANO/NE, popř. hodnotu)	Odkaz na str. v návodu k obsluze v ČJ/ orig. katalogovém listě výrobce sloužící k ověření splnění požadavku
Ovládací jednotka – 2 nezávislé okruhy pro přikrývky a jeden okruh pro matraci	ANO	Produktový katalog str.2
Provozní teplota v rozmezí min. 37-39°C	ANO	Produktový katalog str.4, 5
Nastavitelná teplota min. ve třech krocích	ANO	Produktový katalog str.3
Kontrola a regulace teploty systému pomocí teplotních čidel v každém okruhu systému	ANO	Produktový katalog str. 3
Akustický a optický alarm	ANO	Návod k použití řídicí jednotky str. 19
Autotest systému	ANO	Produktový katalog str.2
Prostupnost podložek i přikrývek pro RTG snímkování	ANO	Produktový katalog str. 5
System odolný vůči defibrilačnímu výboji	ANO	Návod k použití řídicí jednotky str. 22
Délka propojovacích kabelů min. 2 m	ANO	Produktový katalog str. 7
Váha řídicí jednotky max. 4 kg	ANO	Produktový katalog str. 2
Přípevnění ovládací jednotky na stojan nebo eurolištu (držák součástí nabídky)	ANO	Produktový katalog str. 2
Možnost připojení vyhřívané vesty pro personál	ANO	Produktový katalog str. 7
<u>Kompatibilita se stávajícím systémem pro elektrický ohřev pacienta HotDog WC5X a WC7X (výrobce: Augustine Temperature Management, LLC)</u>	ANO	Návod k použití -matrace str. 2, - přikrývky str. 4
Příslušenství ke každému přístroji: 1 ks Matrace min. 125 x 50 cm (včetně propojovacího kabelu s řídicí jednotkou)	ANO	Produktový katalog str. 5, 7
Účastník uvede následující informace:	-	-
Třída rizika ZP	IIb	-
Interval BTK (vyplnit pouze pokud je ZP)	24 měsíců	-
Třída el. ochrany	IPX2	-
Typ příložené části	třída I, typ BF	-

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o., Knínická 1577/8, 66434
Kuřim, IČ: 63493179

Veřejná zakázka s názvem: "Systém pro elektrický ohřev pacienta"

Položka	Typ položky	Počet	Jednotka	Předpokládaný počet za dobu trvání smlouvy	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena za jednotku v Kč vč. DPH	Cena za počet v Kč bez DPH	Cena za počet v Kč vč. DPH	Obchodní označení nabízeného produktu	Nejvyšší přípustný a nepřekročitelný finanční limit v Kč bez DPH/jednotka
1	Systém pro elektrický ohřev pacienta včetně matrace, viz příloha P1 - Technická specifikace	4	ks	-	105 000,00 Kč	21%	127 050,00 Kč	420 000,00 Kč	508 200,00 Kč	HotDog - systém ohřevu pacienta	105 000,00 Kč
2	BTK v pozáruční době - v rozsahu a za podmínek uvedených v servisní smlouvě za období 6 let. Částka uvedená v "Cena za jednotku bez DPH" bude shodná s částkou	12		-	2 800,00 Kč	21%	3 388,00 Kč	33 600,00 Kč	40 656,00 Kč	-	2 800,00 Kč
3	Cena za výjezd k servisu (pozáruční opravě a BTK), včetně ztrátového času technika po dobu 6 let (zadavatel bude čerpat podle svých potřeb)	-	výjezd	20	1 000,00 Kč	21%	1 210,00 Kč	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč	-	1 000,00 Kč
4	Cena za hodinu práce technika při pozáruční opravě (servisu) po dobu 6 let (zadavatel bude čerpat podle svých reálných potřeb)	-	hodina	30	1 000,00 Kč	21%	1 210,00 Kč	30 000,00 Kč	36 300,00 Kč	-	1 000,00 Kč

Cena celkem v Kč bez DPH za celý předmět plnění: (tzn. celková cena přístrojů + cena BTK v pozáruční době za všechny přístroje + cena za předpokládaný počet výjezdů k servisu (pozáruční opravě a BTK) a hodin práce technika při pozáručních opravách - tedy součet položek č. 1,2,3 a 4)	503 600,00 Kč
DPH v Kč	105 756,00 Kč
Cena celkem v Kč s DPH	609 356,00 Kč



.....
Razítko a podpis účastníka

Účastník doplní všechna žlutě označená pole. Do sloupce "Počet" u BTK v pozáruční době doplní počet předepsaných BTK výrobcem přístrojového vybavení nutných provést za dobu 6 let poskytování pozáručního servisu (tzn. je-li u přístroje stanoveno provedení BTK 1x ročně, bude ve sloupci "Počet" u položky 2 uvedena číselovka 24 (1x BTK ročně x 6 let x 4 přístroje). Zadavatel předpokládá, že v rámci jednoho výjezdu provede BTK u všech požadovaných přístrojů. Do sloupců "Cena za jednotku v Kč bez DPH" a "Sazba DPH v %" účastník doplní pouze číselně vyjádřené hodnoty bez jakýchkoliv dalších znaků (./,-/Kč/% apod.) zaokrouhlené na dvě desetinná místa.