

Smlouva ujednání obchodních podmínek mezi nájemcem a dodavatelem DXA kostních denzitometrů

Artmediz, s.r.o.

se sídlem: Slapská 2115/1, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 09548840
DIČ: CZ09548840
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 337968
zastoupená: [REDAKCE]
[REDAKCE]
(dále jen „dodavatel“ nebo „Artmediz“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
zastoupená: [REDAKCE] generální ředitelkou společnosti
kontaktní osoba: [REDAKCE]
[REDAKCE]
(dále společně jako „smluvní strany“)

spolu jako smluvní strany dnešního dne uzavírají tuto

smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“).

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě veřejné zakázky s názvem „**Kostní denzitometry pro Krajskou zdravotní, a.s.**“

Účelem této smlouvy je zajištění finančního leasingu níže uvedeného předmětu a zajištění plné provozuschopnosti předmětu dodavatelem, a zajištění oprav a náhradních dílů dle této smlouvy.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje nájemci odevzdat věc, která je předmětem smlouvy spolu s odpovídajícím příslušenstvím, a umožnit mu její užívání, a nájemce se zavazuje, že věc převezme. Předmětem smlouvy je věc: 2 ks celotělových kostních denzitometrů (DXA denzitometr) včetně příslušenství k zajištění řádného provozu, specifikované v příloze č. 1 (dále i jako „přístroj“ nebo „zboží“).
2. Dodavatel se dále zavazuje zajistit v souvislosti s odevzdáním předmětu smlouvy nájemci tyto služby:
 - doprava zboží do místa plnění,
 - montáž zboží,
 - instalace zboží,
 - uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,

- provedení všech přijímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
 - instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) nájemce, včetně vystavení protokolu o instruktáži,
 - vystavení protokolu určenému zdravotnickému pracovníkovi, který opravňuje provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží ve smyslu §41 odst. 2 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále také „zákon o zdravotnických prostředcích“),
 - předání dokladů dle této smlouvy,
 - záruční servis dle ve smlouvě uvedených podmínek,
 - likvidace obalového materiálu.
3. Dodavatel se zavazuje odevzdat nájemci zboží nové, nerepasované a nepoužité.
 4. Dodavatel se touto smlouvou současně zavazuje, že v případech, kdy se nejedná o záruční servis dle této smlouvy, zajistí za obvyklou a aktuální cenu opravu a náhradní díly zboží po dobu jeho životnosti, tj. po dobu 96 měsíců od předání zboží, jejíž zejména cenové podmínky budou upraveny samostatnou smlouvou.

Článek II.

Cena zboží

1. Pořizovací hodnota zboží je 1 390 000 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) za jeden ks přístroje.
2. Cena zboží bude hrazena nájemcem společností UniCredit Leasing CZ, a.s., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4, IČO: 15886492, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 546, na základě smlouvy o finančním leasingu, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Cena zboží bude hrazena dle přílohy č. 2 této smlouvy v 60 pravidelných měsíčních splátkách ve výši 34 740,69 Kč včetně DPH za 1 ks přístroje. Mimořádná leasingová splátka hrazena nebude.
4. Zůstatková hodnota předmětu smlouvy je 1 000,00 Kč za každý přístroj, po jejíž úhradě společnost UniCredit Leasing CZ, a.s., převede na nájemce vlastnické právo k předmětu smlouvy.

III.

Doba a místo plnění

1. Dodavatel se zavazuje předat zboží nájemci nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. O termínu předání musí dodavatel informovat pověřené pracovníky (zástupce) nájemce **minimálně 3 pracovní dny předem**. Přesný termín a způsob předání bude domluven pověřenými zástupci dodavatele a nájemce.
Pověřeným zástupcem dodavatele je: [REDACTED]
[REDACTED]
Pověřeným zástupcem nájemce je [REDACTED]
[REDACTED]
2. Za předání zboží se považuje:
 - a. dodání zboží na adresu:
 - o 1ks - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o. z., RDG oddělení - Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice,
 - o 1 ks - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o. z., RDG oddělení - U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II,a
 - b. montáž zboží a
 - c. instalace zboží a
 - d. uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti a
 - e. provedení všech přijímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí a
 - f. instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka OOKC nájemce, včetně vystavení protokolu o instruktáži a

- g. *vystavení protokolu určenému zdravotnickému pracovníkovi, který opravňuje provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží ve smyslu § 41 odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích,*
 - h. *dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou nájemcem požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.), a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona o zdravotnických prostředcích; v případě zboží se zdroji ionizačního záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, ve znění pozdějších předpisů, a*
 - i. *v případě zboží, které je zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazeno jako stanovené měřidlo, případně dodané zboží je zdravotnickým prostředkem s měřicí funkcí, dodání dokladů o prvotní kalibraci či metrologickém ověření,*
 - j. *likvidace obalového materiálu.*
3. Zvláštní požadavky:
- a. je-li předmětem smlouvy i dodání licencí na užívání software, dodavatel uvede na dodacím listu, k veškerému softwarovému vybavení všech komponent zboží přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále dodavatel předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent zboží. Nesplnění této podmínky bude v procesu akceptace předmětu plnění této smlouvy klasifikováno jako podstatná vada plnění (vada bránící následnému používání předmětu plnění),
 - b. nájemce je povinen respektovat pokyny dodavatele týkající se uvedení zboží do provozu. V případě, že nájemce nevyčká, až dodavatel uvede zboží do provozu a uvede zboží do provozu sám, nebude mu ze strany dodavatele poskytnuta záruka za jakost zboží a dodavatel nebude odpovědný za případné vady či škody způsobené tím, že nájemce uvedl do provozu sám,
 - c. protokol o předání zboží musí být na straně nájemce podepsán pracovníkem OOKC, v opačném případě není předání zboží považováno za úplné a nelze se domáhat úhrady ceny.

IV.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na nájemce okamžikem převzetí zboží. Týž následek má, nepřevezme-li nájemce zboží, ač mu s ním dodavatel umožnil nakládat.
2. Vlastnické právo ke zboží dle této smlouvy přechází na nájemce předáním zboží a zaplacením zůstatkové hodnoty dle přílohy č. 2 této smlouvy.

V.

Záruka za jakost

1. Dodavatel odpovídá za to, že zboží v době jeho převzetí nájemcem:
 - a. nebude mít žádné právní vady (zjevné či skryté), zejména pak, že nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro nájemce vplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti ve prospěch třetích stran (dále rovněž „právní vady“),
 - b. nebude mít žádné faktické vady (zjevné či skryté), zejména pak, že bude splňovat veškeré funkční, technické a jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté v této smlouvě včetně jejích příloh (tj. vlastnosti a specifikace výslovně nájemcem požadované) a vlastnosti obvyklé (tj. vlastnosti, které jsou obvykle na zboží, jež je předmětem této smlouvy, kladeny) a dále, že bude splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží (dále rovněž „faktické vady“).

2. Dodavatel odpovídá za vady zboží, jež bude mít zboží v době jeho převzetí nájemcem, za vady zboží vzniklé porušením povinnosti dodavatele a dále dodavatel přebírá závazek a odpovědnost za vady zboží, které se na zboží vyskytnou v průběhu záruční doby (tj. dodavatel poskytne nájemci záruku za jakost zboží ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku).
 3. Záruční doba na zboží je **24** (s/ovy: *dvacetčtyři*) měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním zboží. V případě řádného a včasného vytčení vady se běh záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného zboží zpět nájemci nebo ode dne, kdy nájemce a dodavatel písemně potvrdí vyřízení reklamace jiným způsobem, na kterém se písemně dohodnou.
 4. Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé poškozením zboží způsobeným třetími osobami nebo nájemcem při užívání zboží v rozporu s návodem k použití a údržbě zboží, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady zboží.
 5. Dodavatel se zavazuje v rámci záruky provádět servis zboží (dle § 44 a násl. zákona o zdravotnických prostředcích), tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce.
 6. Záruka se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží po celou záruční dobu, a které bylo dodavatelem dodáno spolu se zbožím. Stejně tak poskytne dodavatel spotřební materiál potřebný pro jím prováděný servis, revize, předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace dle tohoto článku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že cena podle článku II. této smlouvy zahrnuje i cenu (včetně výměny) za tento materiál v potřebném množství a kvalitě po celou záruční dobu.
 7. Nájemce je povinen oznámit dodavateli vadu zboží, která se vyskytla v průběhu záruční doby, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (slovem: sedmi) pracovních dnů poté, kdy nájemce vadu zjistil. Vytčení vady musí být oznámeno dodavateli telefonicky a následně též po telefonickém nahlášení e-mailem na e-mailovou adresu dodavatele uvedenou v následující větě. Kontaktní údaje dodavatele pro účely hlášení závad: [REDACTED]
 8. V případě uplatnění odpovědnosti za vady zboží se dodavatel zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 48 hodin od okamžiku, kdy dodavatel emailem potvrdil nájemci přijetí oznámení o vadě ve smyslu předchozího odstavce 7. tohoto článku.
 9. Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 96 hodin a začíná plynout od provedení diagnostiky, resp. zahájení odstranění vady dodavatelem ve smyslu předchozího odstavce 8. tohoto článku.
 10. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu pro odstranění vady dodavateli splnit, může být dodavateli nájemcem písemně poskytnuta delší lhůta pro odstranění vady bez toho, aby se dodavatel dostal v průběhu poskytnuté delší lhůty na odstranění vady do prodlení s jejím odstraněním. O hledisku, zda charakter, závažnost a rozsah vady vyžaduje poskytnutí delší lhůty pro odstranění vady, stejně tak jako o její délce, rozhoduje nájemce, který je však povinen jednat při tomto rozhodování s odbornou péčí.
 11. Dodavatel se též zavazuje provádět v době záruky bezplatně:
 - výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
 - bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích,
 - revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích,
 - v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů
- Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává dodavatel neprodleně pracovníkovi OOKC nájemce.
12. Kontaktní osobou pro přímou komunikaci se servisním technikem dodavatele je pracovník OOKC nájemce, jehož identifikaci, včetně kontaktních údajů, nájemce dodavateli sdělí po uzavření této smlouvy. Ze strany dodavatele bude umožněna i telefonická konzultace pověřenými pracovníky zdravotnického pracoviště a pracovníky OOKC nájemce.

VI. Sankční ujednání

1. V případě, že dodavatel neodstraní vady zboží ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 9 smlouvy a nebude poskytnuto náhradní zboží ve lhůtě dle čl. V. odst. 10 smlouvy, je nájemce oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny nedodaného náhradního zboží bez DPH za každý kalendářní den až do řádného odstranění vad zboží.
2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu, ani právo na odstoupení od smlouvy v souladu s občanským zákoníkem a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě.

VII.

Předčasné ukončení smlouvy

1. Tato kupní smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran či odstoupením od smlouvy dle občanského zákoníku (dle § 2002 a násl.).
2. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s občanským zákoníkem.

IX.

Zvláštní ustanovení

1. V případě, že hodnota předmětu smlouvy přesahuje 50 000 Kč bez DPH, a na smlouvu se nevztahuje některá z dalších výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, musí být tato smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. V případě nesplnění této povinnosti bude smlouva ze zákona zrušena od počátku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 občanského zákoníku a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.
3. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem zašle správci registru smluv nájemce ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy.
4. V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, je oprávněna předat elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena.

X.

Závěrečná ustanovení


1. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu písemně sdělenou příslušnou smluvní stranou. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenou okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem této lhůty písemnost za doručenou.
2. Smluvní strany jsou povinny oznámit další smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.

4. Smluvní strany tímto prohlašují, že si před podpisem této smlouvy vzájemně sdělily veškeré skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření této smlouvy věděly či musely vědět, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
5. Ve vztazích vyplývajících z této smlouvy se obchodní zvyklosti budou aplikovat pouze v případě, že dané otázky nejsou regulovány dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.
6. Tato smlouva je podepsaná vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li podepsaná vlastnoručně, je vyhotovena v příslušném počtu stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
7. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy řádně přečetly, tomuto porozuměly a souhlasí s ním.
8. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými smluvními stranami.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem, kdy dojde k uzavření smlouvy o finančním leasingu, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. V případě, že k uzavření smlouvy o finančním leasingu, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, nedojde do 31.5.2024, je každá ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit.

Příloha č. 1 - specifikace předmětu smlouvy

Příloha č. 2 - kupní smlouva/smlouva o finančním leasingu

Za dodavatele:	Za nájemce:
V Praze, dne 30.04.2024	V Ústí nad Labem dne



Technická specifikace**Celotělové kostní denzitometry pro RDG oddělení
Nemocnice Litoměřice, o. z., Nemocnice Děčín, o. z., 2ks**

Základní informace	
Dodavatel:	Artmediz, s.r.o.
Výrobce:	OsteoSys Co., Ltd.
Výrobní model:	DXA PRIMUS

Parametr / požadavek	Splňuje ANO/NE
Parametry systému:	
Celotělový RTG přístroj pro měření kostní hustoty (denzita kostního materiálu, diagnostika osteoporózy, hodnocení rizika zlomenin)	ANO
DXA technologie (duál energy Xray absorptiometry)	ANO
Metoda snímání izocentrickým vějířovitým paprskem jednorůchodová	ANO
Technika snímání musí zajistit vysokou porovnatelnost opakovaných měření (Precision i Accuracy max. SD1 %)	ANO
Konstantní doba snímání pro jednotlivé typy scanů nezávislá na hmotnosti a tloušťce pacienta	ANO
Rychlost provedení snímku AP páteře a kyčle do 30 sec	ANO
Rychlost provedení snímku celého těla do 7 min	ANO
Interní referenční systém pro samočinnou kalibraci přístroje	ANO
Možnost provádět repozici snímku pomocí počítače	ANO
Laserový kříž pro nastavení správné polohy pacienta	ANO
Denní kontrola kvality	ANO
Zatížitelnost stolu min. 200 kg	ANO
Ovládací a vyhodnocovací stanice	ANO
Preferujeme OSMS WinII Pro 64-bit, připouštíme OSMS WinIO Pro 64-bit	ANO
Ovládací SW, LCD monitor min. 21", klávesnice, myš, síťová laserová barevná tiskárna	ANO
Možnost archivace snímků na libovolné externí medium (USB disk, CD/RW...apod)	ANO
Možnost ukládání dat do PACS systému zadavatele (DICOM protokol)	ANO
Kontrola kvality, zkoušky:	
Stabilní antropomorphický fantom lumbální páteře pro provádění denní kontroly kvality	ANO
Automatická denní procedura nahrazuje zkoušky provozní stálosti	ANO
Možnost stanovení a grafického znázornění trendu grafu QC	ANO
Možnost tisku grafů QC	ANO

Parametr / požadavek	Splňuje ANO/NE
Klinické a softwarové požadavky:	
Automatická analýza snímků AP lumbální páteře a kyčle	ANO
Snímek a analýza laterální páteře	ANO
Kvantitativní morfometrie	ANO
Automatická „low density“ pro páteř a kyčel	ANO
Možnost vyšetření skoliotické páteře	ANO
Software pro stanovení HSA (Hip Structure Analysis)	ANO
Software pro výpočet trabekulárního kostního skóre (TBS)	ANO
Software pro stanovení množství viscerálního tuku	ANO
Analýza složení těla (BCA - Body Composition Analysis; BMD)	ANO
Referenční křivky NHANESIII a NHANESIV	ANO
Referenční data dle věku (3 - 109 let), pohlaví a etnické skupiny	3 - 100 let
Analýza pediatrické páteře, kyčli, předloktí a celého těla	ANO
Možnost adjustace výsledků pediatrických pacientů vzhledem k výšce nebo kostnímu věku dítěte	ANO
Náhledový snímek při snímání pro kontrolu polohy pacienta („base line scan“)	ANO
-Možnost provedení snímku obou kyčelních kloubů současně -tzv. „Duál Hip“ snímek a analýza	ANO
Snímek a analýza AP lumbální páteře	ANO
Snímek a analýza proximálního femuru (pravý, levý)	ANO
Snímek a analýza předloktí (pravý, levý)	ANO
Možnost provedení snímku VFA včetně kvantitativní morfometrie páteře v jednoenergetickém snímacím modu	ANO
Možnost provedení snímku libovolné oblasti zájmu -tzv. „generál region of interest“	ANO
Kolorované zobrazení měkkých tkání (tuková tkáň, netuková tkáň, kost)	ANO
Jedno-energetický snímek o vysokém rozlišení pro zobrazení atypických zlomenin femuru (AFF)	ANO
Komparace snímků umožňující porovnání aktuálních snímků s historickými a výpočet trendových parametrů vůči všem historickým snímkům	ANO
Výpočet rizika fraktury s desetiletou predikcí (hlavní zlomenina, zlomenina kyčle) podle algoritmu FRAX (databáze vycházející z české populace)	ANO
Správa databáze pacientů, možnost tvorby vlastní referenční databáze	ANO
Možnost programového i přístrojového upgrade	ANO
Nástroje pro tvorbu zpráv, jejich export do formátu MS Word	ANO
Propojení s PACS (DICOM 3), Modality Worklist	ANO
Propojení s NIS (HL7, IHE, QDR Network)	ANO

Parametr / požadavek	Splňuje ANO/NE
Tiskový výstup BMD kompatibilní se standardem ISCD	ANO
Příslušenství:	
Pomůcky pro kalibraci (kalibrační fantom) a denní kontrolu provozní stálosti	ANO
Záložní zdroj UPS- zdroj pro případ výpadku sítě pro další možnost provozu denzitometru a možnost legálního ukončení práce na denzitometru, zálohovací doba UPSmin. 7 min.	ANO

Poznámka:

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci
- zda přístroj požadavek splňuje
- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat
- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.), pokud jsou k dispozici

Vyplnil:

