

PROTOKOL O OPRAVĚ č. 32400276

Strana 1/1

Vaše objednávka č. 0175-ZT24
ze dne: 07.03.2024
Technik:
Typ záruky: Mimo záruku

Odběratel:
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Purkyňova 1849
470 01 Česká Lípa, ČR
IČO: 27283518
DIČ: CZ27283518

Příjemce:
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Purkyňova 1849
470 01 Česká Lípa, ČR

Pol.	Kat.č. / Popis / Výrobce	Sériové číslo / Lot	Inventární číslo	Kusů
1	USS-HS7AL4L/WR SAMSUNG MEDISON HS70A V2.01 - digitální barevný ultrazvukový přístroj třídy Premium, 4 konektory; Multivision, Clearvision, Needle Mate+, EZ Exam+, Smart Auto Doppler; SAMSUNG MEDISON CO.,LTD.	S19XM3HKA00001T		1
2	USP-L03CF5B/WR SAMSUNG MEDISON 3-12 MHz širokopásmová lineární sonda, 50 mm (L3-12A); SAMSUNG MEDISON CO.,LTD.	K0E2M3GK500055Y		1

Požadavek zákazníka:

vadná sonda

Popis závady:

Chybové hlášení.

Popis provedené práce:

Provedena diagnostika závady, zjištěna neopravitelně poškozená ultrazvuková sonda, provedena výměna vadné sondy za novou.
Přezkoušení funkčnosti.

Spotřebované náhradní díly, materiál a práce:

Pol.	Kat.č. / Popis	Ks	Cena/kus	Sleva %	Cena bez DPH	DPH
1	USP-L03CF5C/WR SAMSUNG MEDISON 3-12MHz širokopásmová lineární sonda, 50 mm (L3-12A) SN: KORZM3GWC00002M ,	1	155 250,00		155 250,00	21
2	Odvedená práce Odvedená práce / hod	0,5	1 180,00		590,00	21
3	KM Cestovní náklady / km	180	14,00	50,0%	1 260,00	21

Cena opravy (bez DPH):

157 100,00 Kč

Poznámky:

Záruka dle CN.

Chyba odstraněna: ANO

Datum:

20.03.2024

Potvrzení opravy:

Provedena kontrola

funkčnosti a bezpečnosti: ANO

Technik:

(razítko a podpis)

Prosíme o zaslání potvrzeného protokolu zpět na naši adresu. Děkujeme