

příloha 3 zadávací dokumentace
informační a cenová tabulka

Část VZ	Název části / Kompletu	Název položky	Výrobce / Dodavatel	Nabízený materiál	Komponenty kompletu	Kód VZP	Cena za 1 ks komponentu v Kč bez DPH	Počet kompletu / 2 roky	Předpokládaná cena za komplety / 4 roky (včetně opce)	Nabídková cena za komplety za 2 roky
8	Náhrada kolenního kloubu pro pacienty s nižšími pohybovými nároky		BEZNOSKA, s.r.o.	SVL - PLATO TIBIÁLNÍ CEMENTOVANÉ SVL/N - KOMPONENTA FEMORÁLNÍ CEMENTOVANÁ SVL - VLOŽKA PE	Komponenta Tibiální Komponenta Femorální Vložka Tibiál obturator					14 043 900,00 Kč
	Celkem za část 8									

Položkový rozpis nabízeného kompletu:

Název položky (nabízený materiál ev. obchodní název)	Popis	Objednací katalogové číslo	Kód VZP	Nabídková cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Nabídková cena v Kč s DPH
SVL/N - KOMPONENTA FEMORÁLNÍ CEMENTOVANÁ 1L	femorální komponenta	350001	97991			
SVL/N - KOMPONENTA FEMORÁLNÍ CEMENTOVANÁ 2L		350002	97991			
SVL/N - KOMPONENTA FEMORÁLNÍ CEMENTOVANÁ 3L		350003	97991			
SVL/N - KOMPONENTA FEMORÁLNÍ CEMENTOVANÁ 4L		350004	97992			
SVL/N - KOMPONENTA FEMORÁLNÍ CEMENTOVANÁ 5L		350005	97992			
SVL/N - KOMPONENTA FEMORÁLNÍ CEMENTOVANÁ 6L		350006	97992			
SVL/N - KOMPONENTA FEMORÁLNÍ CEMENTOVANÁ 1R		350011	97993			
SVL/N - KOMPONENTA FEMORÁLNÍ CEMENTOVANÁ 2R		350012	97993			
SVL/N - KOMPONENTA FEMORÁLNÍ CEMENTOVANÁ 3R		350013	97993			
SVL/N - KOMPONENTA FEMORÁLNÍ CEMENTOVANÁ 4R		350014	97994			
SVL/N - KOMPONENTA FEMORÁLNÍ CEMENTOVANÁ 5R		350015	97994			
SVL/N - KOMPONENTA FEMORÁLNÍ CEMENTOVANÁ 6R		350016	97994			
SVL - PLATO TIBIÁLNÍ CEMENTOVANÉ 1L	tibiální komponenta	357001	71630			
SVL - PLATO TIBIÁLNÍ CEMENTOVANÉ 2L		357002	71630			
SVL - PLATO TIBIÁLNÍ CEMENTOVANÉ 3L		357003	71630			
SVL - PLATO TIBIÁLNÍ CEMENTOVANÉ 4L		357004	71630			
SVL - PLATO TIBIÁLNÍ CEMENTOVANÉ 5L		357005	71630			
SVL - PLATO TIBIÁLNÍ CEMENTOVANÉ 6L		357006	71630			
SVL - PLATO TIBIÁLNÍ CEMENTOVANÉ 1R		358001	71632			
SVL - PLATO TIBIÁLNÍ CEMENTOVANÉ 2R		358002	71632			
SVL - PLATO TIBIÁLNÍ CEMENTOVANÉ 3R		358003	71632			
SVL - PLATO TIBIÁLNÍ CEMENTOVANÉ 4R		358004	71632			
SVL - PLATO TIBIÁLNÍ CEMENTOVANÉ 5R		358005	71632			
SVL - PLATO TIBIÁLNÍ CEMENTOVANÉ 6R		358006	71632			
SVL - VLOŽKA PE 1L-8		357041	71624			
SVL - VLOŽKA PE 1L-10		357042	71624			
SVL - VLOŽKA PE 1L-12		357043	71624			
SVL - VLOŽKA PE 1L-15		357044	71624			
SVL - VLOŽKA PE 1L-18		357045	71624			
SVL - VLOŽKA PE 2L-8		357051	71625			
SVL - VLOŽKA PE 2L-10		357052	71625			
SVL - VLOŽKA PE 2L-12		357053	71625			
SVL - VLOŽKA PE 2L-15		357054	71625			
SVL - VLOŽKA PE 2L-18		357055	71625			
SVL - VLOŽKA PE 3L-8		357061	71626			
SVL - VLOŽKA PE 3L-10		357062	71626			

SVL - VLOŽKA PE 3L-12
SVL - VLOŽKA PE 3L-15
SVL - VLOŽKA PE 3L-18
SVL - VLOŽKA PE 4L-8
SVL - VLOŽKA PE 4L-10
SVL - VLOŽKA PE 4L-12
SVL - VLOŽKA PE 4L-15
SVL - VLOŽKA PE 4L-18
SVL - VLOŽKA PE 5L-8
SVL - VLOŽKA PE 5L-10
SVL - VLOŽKA PE 5L-12
SVL - VLOŽKA PE 5L-15
SVL - VLOŽKA PE 5L-18
SVL - VLOŽKA PE 6L-8
SVL - VLOŽKA PE 6L-10
SVL - VLOŽKA PE 6L-12
SVL - VLOŽKA PE 6L-15
SVL - VLOŽKA PE 6L-18
SVL - VLOŽKA PE 1R-8
SVL - VLOŽKA PE 1R-10
SVL - VLOŽKA PE 1R-12
SVL - VLOŽKA PE 1R-15
SVL - VLOŽKA PE 1R-18
SVL - VLOŽKA PE 2R-8
SVL - VLOŽKA PE 2R-10
SVL - VLOŽKA PE 2R-12
SVL - VLOŽKA PE 2R-15
SVL - VLOŽKA PE 2R-18
SVL - VLOŽKA PE 3R-8
SVL - VLOŽKA PE 3R-10
SVL - VLOŽKA PE 3R-12
SVL - VLOŽKA PE 3R-15
SVL - VLOŽKA PE 3R-18
SVL - VLOŽKA PE 4R-8
SVL - VLOŽKA PE 4R-10
SVL - VLOŽKA PE 4R-12
SVL - VLOŽKA PE 4R-15
SVL - VLOŽKA PE 4R-18
SVL - VLOŽKA PE 5R-8
SVL - VLOŽKA PE 5R-10
SVL - VLOŽKA PE 5R-12
SVL - VLOŽKA PE 5R-15
SVL - VLOŽKA PE 5R-18
SVL - VLOŽKA PE 6R-8
SVL - VLOŽKA PE 6R-10
SVL - VLOŽKA PE 6R-12
SVL - VLOŽKA PE 6R-15
SVL - VLOŽKA PE 6R-18

vložka

357063			71626
357064			71626
357065			71626
357071			71627
357072			71627
357073			71627
357074			71627
357075			71627
357081			71628
357082			71628
357083			71628
357084			71628
357085			71628
357091			71629
357092			71629
357093			71629
357094			71629
357095			71629
358041			71633
358042			71633
358043			71633
358044			71633
358045			71633
358051			71634
358052			71634
358053			71634
358054			71634
358055			71634
358061			71635
358062			71635
358063			71635
358064			71635
358065			71635
358071			71636
358072			71636
358073			71636
358074			71636
358075			71636
358081			71637
358082			71637
358083			71637
358084			71637
358085			71637
358091			71638
358092			71638
358093			71638
358094			71638
358095			71638

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.


Název veřejné zakázky: „**Dodávka kloubních náhrad pro nemocnice
Středočeského kraje**“

**Část veřejné zakázky – č. 8 - Náhrada kolenního kloubu pro pacienty s nižšími
pohybovými nároky**

Prohlašuji tímto čestně, že:

- budeme veřejnou zakázku realizovat bez poddodavatele.

V Kladně dne - 1. 11. 2023



Konus 12/14

- Materiál: Nástřík Ti slitina - mechanicky fixovaný v proximální části dřívku
- Implantáty umožňují vyšetření pacienta včetně MRI

ČÁST 8 - Náhrada kolenního kloubu pro pacienty s nižšími pohybovými nároky

- pravé a levé provedení
- variabilita křížení velikostí
- artikulační vložka (PE insert) z ultravysokomolekulárního PE (UHMWPE)
- implantáty musí umožňovat vyšetření pacienta včetně MRI

ČÁST 9 - Náhrada kolenního kloubu pro pacienty s vysokými pohybovými nároky

- ucelený modulární systém primární náhrady kolenního kloubu s možností kombinací jednotlivých velikostí femorálních a tibiálních komponent v maximálním rozsahu
- anatomický tvar femorální komponenty (pravá a levá) zajišťující správné vedení pately s možností případné implantace umělé patelární náhrady
- varianta se zachováním i bez zachování ZZV
- snadná návaznost na revizní variantu při nutnosti výměny jedné z komponent.
- minimálně 8 velikostí femorálních i tibiálních komponent, výšky PE insertů 10-20 mm, nebo adekvátní škála
- více variant stabilizovaných insertů
- implantáty musí umožňovat vyšetření pacienta včetně MRI

ČÁST 10 - Náhrada kolenního kloubu pro pacienty s alergiemi na běžné kovové materiály

Femorální komponenta:

- Musí být vyrobena ze slitiny s jádrem krytým antialergickým nástříkem
- Musí mít anatomický design
- Musí být k dispozici zúžená varianta
- Musí být k dispozici posterior stabilized alternativa
- Musí být k dispozici min. 5 velikostí
- Musí umožňovat kombinaci velikostí femorální a tibiální komponenty minimálně o jednu velikost
- Typ stabilizace: non-constrained
- Druh fixace: cement

Tibiální komponenta

- Musí být vyrobena ze slitiny s jádrem krytým antialergickým nástříkem
- Musí být nabízena ve stranovém provedení P-L
- Musí být nabízena minimálně v 5 velikostech
- Musí umožňovat kombinaci velikostí tibiální a femorální komponenty minimálně o jednu velikost
- Tibiální komponenta musí být modulární s možností přidání tibiálních augmentů s antialergickým povrchem a dřívků s možností nastavení offsetu