

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 00092584, uzavřené dne 20. 10. 2010

Smluvní strany:

**Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace**  
se sídlem MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo  
Zastoupený MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA, ředitelem nemocnice  
IČ: 00092584      DIČ: CZ00092584

(dále jen objednatel) na straně jedné

a

**BMT Medical Technology s.r.o.**, se sídlem Cejl 157/50, Zábrdovice, 602 00 Brno  
Zapsaný pod spisovou značkou C58436 v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
Zastoupený Ing. Milanem Krajcarem, jednatelem společnosti  
IČ: 46346996      DIČ: CZ46346996

(dále jen zhotovitel) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně Servisní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavřené dne 20. října 2010 tak, že se dosavadní příloha smlouvy nahrazuje novou přílohou, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Oproti původní příloze došlo v nové příloze k zařazení revalidací tří parních sterilizátorů.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

### II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1. února 2016.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně. Na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.

Ve Znojmě d

V Brně dne:.....

.....  
Za zhotovitele

Ing. Milan Krajcar, jednatel společnosti

umístění přístroje	typ přístroje	výrobní číslo	Plán servisu												BTK	E	T	K	V/K	BO	ZP	paušál	
Seznam přístrojů a ceny bez DPH:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kč/rok	Kč/rok	Kč/rok	Kč/rok	Kč/rok	Kč/rok	ano-ne	Kč/rok	Kč/měs
Centrální sterilizace	sterilizátor parní	Sterivap SPHP 6612-2FD							R														
Centrální sterilizace	sterilizátor parní	Sterivap SPHP 6612-2FED		Q					R				Q										
Centrální sterilizace	sterilizátor parní	Unisteri 336-2FD							R														
Centrální sterilizace	svářečka obalů	Hawo hm 850 DC-V		Q					R				Q										
Centrální sterilizace	svářečka obalů	Hawo hm 850 DC-V		Q					R				Q										
Centrální sterilizace	svářečka obalů	Hawo hm 850 DC-V		Q					R				Q										
Centrální sterilizace	ultrazvuková čistička	Ultramatic 600							R														
Mikrobiologie	sterilizátor parní	Unisteri 336-1ED							R														
Práce v základní sazbě DPH - opravy přístrojů																							
Práce v základní sazbě DPH - ostatní servisní práce																							
<b>Paušál celkem bez materiálu:</b>																							

Přístrojů celkem: 8 v pohotovosti: 0  
ZP = zdravotnický prostředek podle Zákona č. 123/2000 Sb.

Specifikace servisu:	specif. ano:	paušál:
M = měsíční prohlídka a údržba	ne	ne
Q (BTK) = čtvrtletní prohlídka a údržba v termínu dle plánu	ano	ano
P (BTK) = půlroční prohlídka a údržba v termínu dle plánu	ano	ano
R (BTK) = roční prohlídka a údržba v termínu dle plánu	ano	ano
V = Validace a revalidace v termínu po roční prohlídce	ano	ano
K = Kalibrace tepl. a tlakových čidel vč. kalibračního listu v termínu R	ano	ano
BO = běžné opravy, nástup na opravu do: 24 hodin	ano	ano
T = provozní revize tlak. nádob v termínu R	ano	ano
E = elektrovevize v termínu R	ano	ano
I = instruktáže personálu v termínu dle dohody	ano	ano
S = pracovní pohotovost víkendy + svátky od 08:00 h do 18:00 h.	ne	ne
Z = záznamy elektronicky v PDF na adresu: miloslav.skandera@ne	ano	ano

- pro přístroje dle Plánu servisu  
- pro přístroje dle Plánu servisu

Cestovné: Obsaženo v ceně paušálu.

Příplatky za práci: v noci (22-6 h): 50 % hodinové sazby  
v nepracovní dny: 100 % hodinové sazby

Kontakty zhotovitel: servisní technik:  
smluvní vztahy:  
dispečink:

Kontakty objednatel: pracoviště:

Nemocnice Znojmo, p.o.  
Platnost od 1. 2. 2016

Příloha 1 smlouvy o dílo č. 00092584

strojni technik:  
smluvní vztahy:



Datum:

