



## Servisní zakázka

### Dodavatel:

Altium International s.r.o.  
Na Jetelce 69/2  
190 00 Praha 9  
[Redacted]  
(DIC) IC: (CZ)25791079  
[Redacted]

**Zakázka č.:** SZ24-37319  
**Typ zakázky:** 1B  
**Technik:** [Redacted]  
**Tel:** [Redacted]  
**Email:** [Redacted]

### Odběratel:

Fakultní nemocnice Brno  
Jihlavská 340/20  
62500 Brno

**Kontakt:** [Redacted]  
**Tel:** [Redacted]  
**Email:** [Redacted]

### Seznam instalovaných zařízení:

Číslo produktu	Popis	Sériové číslo	Datum instalace	Konec záruky
G1311A	Quaternary Pump	DE43635400	02/03/2006	02/03/2008
G1315B	Diode Array Detector	DE54627586	02/03/2006	02/03/2008
G1379A	Micro Vacuum Degasser	JP54426038	02/03/2006	02/03/2008
G1316A	1260 Thermostatted Column Compartment	DE43651020	02/03/2006	02/03/2008

### Zápis technika:

#### Návštěva (25.04.2024 - 25.04.2024)

Provedena preventivní údržba systému HPLC 1100. Testy splňují specifikaci Agilent Technologies. System funkční.

Číslo produktu	Typ	Popis	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Sleva [%]	Cena po slevě bez DPH
29LCPMC_08	Zdroj	služba: PM HPLC	1 KS	23 300,00		23 300,00
5063-6589	AA	Plunger seal for 1100/1200 and 1050 2/PK	1 KS	4 328,64		4 328,64
01018-22707	AA	PTFE Frits 5PK	0.2 KS	1 323,73		264,75
5062-8562	AA	VALVE-CARTRIDGE	1 KS	8 449,92		8 449,92
2140-0820	58	Deuterium lamp w. RFID for DAD/MWD	1 KS	30 640,68		30 640,68
<b>Cena (bez DPH)</b>						<b>66 983,99</b>
<b>DPH (21%)</b>						<b>14 066,64</b>
<b>Cena s DPH [CZK]</b>						<b>81 050,62</b>

Na náhradní díly použité při opravě poskytujeme záruku 3 měsíce. Potvrzují předání/převzetí uvedených dílů, čas práce.  
Souhlasím s provedením této servisní zakázky s údaji na tomto protokolu.

Servisní technik:

[Redacted signature]

Zákazník:

[Redacted signature]