

Specifikace zboží

Název zboží	CO ₂ inkubátor
Kód položky	9-01
Místo plnění	Lékařská fakulta v Plzni, alej Svobody 76, Plzeň, Biomedicínské centrum, 1.patro, Kultivační místnost 1
Popis zboží	

Předmětem zakázky je dodávka CO₂ inkubátoru.

Technická specifikace:

- Inkubátor s regulovatelnou atmosférou CO₂, teploty a vlhkosti
- vnitřní komora s minimálním objemem 165L
- vnitřní prostor ze slitiny mědi a nerezů mající baktericidní a fungicidní účinek
- bezspárový vnitřní prostor s oblými rohy včetně oblých uchycení polic
- minimálně 3 vnitřní police
- ohřev stěn, dna a dveří inkubátoru pomocí vzduchového pláště
- vstup CO₂ přes HEPA filtr
- regulace CO₂ koncentrace v rozmezí 0 – 20 %, ± 0,15 %
- sterilizace bez nutnosti vyjímání senzorů popř. jejich recalibrace
- regulace teploty +5°C od teploty okolí až do +50°C ± 0,1°C
- přímý ohřev ve stěnách, dnu a dveřích
- nezávislá regulace ohřevu dna udržující vnitřní vlhkost na 95 % ± 5 %
- automatická horkovzdušná sterilizace vnitřního prostoru (180°C ± 5°C)
- zabudovaná UV lampa pro sterilizaci vzduchu uvnitř inkubátoru (UV lampa odstíněna od samotných vzorků)
- bezúdržbový IR CO₂ senzor
- automatická kalibrace a nastavení, autodiagnostika

Přístroj bude připojen ke stávajícímu rozvodu CO₂ přímo v místě instalace - dopojení součástí plnění dodavatele.

Provedení zaškolení	Minimální doba zaškolení 2 hodiny.
Dodání technické nebo jiné dokumentace, certifikáty aj.	Součástí dodávky bude rovněž kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU; součástí bude návod k obsluze v anglické verzi minimálně v elektronické formě.
Další požadovaná plnění	Záruční doba 24 měsíců.
Další informace	Dodací doba do 2 měsíců od účinnosti kupní smlouvy.
CPV kód zboží	38000000-5 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) 33152000-0 Inkubátory