

OBJEDNÁVKAČíslo objednávky: **P2024/000047**
!! NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTURE !!**Objednává:**Kroměřížská nemocnice a.s.
Oddělení zdravotnické techniky
Havlíčkova 660/69
767 01 Kroměříž

IČ: 27660532
DIČ: CZ27660532**Dodavatel:**KALIST AKL s.r.o.
Třebětice 8
769 Třebětice

IČ: 04432436

Tel.:
Fax:
Email: [REDACTED]**Datum
objednávky:**

05.02.2024

Určeno pro:**209111 Zdravotnická technika****Vyřizuje:**

[REDACTED]

Telefon:

[REDACTED]

Email:

[REDACTED]

Zakázka č.:

27248

Záruční oprava:**NE**

Faktury zasílejte pouze elektronicky na email [REDACTED]. V případě zakázky nad 5.000,- bez DPH musí být vypracován cenový návrh, který musí být objednatelem odsouhlasený.

Objednáváme u Vás:

SN / Inv. č. / Metr.č.	Typ servisu	Cena bez DPH
Centrifuga; MPW-340 3762 / 3962594 / P-OKB-CNT05	209901 - Okb-biochemie Servis: Validace - k datu: 05.06.2024 (perioda: 24 měsíců)	2 900,00
Zmrazovač šokový ; Kryotec KPE 18/80 736.633.934 / 893470 / P-HTO-MRZ10	209925 - Transfuzní laboratoř Servis: Validace - k datu: 07.04.2024 (perioda: 12 měsíců)	10 900,00
Skříň mrazící č.2; LGPv 6520 ProfiLine 84.545.952.0 / 905990 /	209925 - Transfuzní laboratoř Servis: Validace - k datu: 16.04.2024 (perioda: 12 měsíců)	10 900,00
Skříň mrazící č.8; LGPv 6520 ProfiLine 85.188.233.6 / 909230 /	209925 - Transfuzní laboratoř Servis: Validace - k datu: 13.12.2024 (perioda: 12 měsíců)	10 900,00
Skříň mrazící č.7; LGPv 6520 ProfiLine 85.533.675.0 / 911540 /	209925 - Transfuzní laboratoř Servis: Validace - k datu: 21.05.2024 (perioda: 12 měsíců)	10 900,00
Box chladící (komorový); Elektrolux CMS 34TB3N // P-HTO-MRZ09	209925 - Transfuzní laboratoř Servis: Validace	2 990,00
System monitorování teplot; ConWin - / 894640 /	209928 - Hematologie Servis: Validace - k datu: 06.08.2024 (perioda: 12 měsíců)	10 900,00
Celkem:		60 390,00

Dobrý den,

tímto žádáme o provedení validace v platném termínu 4/2024.

Děkujeme.

Cena bez DPH: 60 390,00 Kč

Schválil(a):

Na faktuře uveďte vždy číslo objednávky a fakturu doložte dodacím nebo servisním listem s přesným uvedením, co bylo předmětem dodávky nebo opravy.

U oprav navíc uveďte jméno servisního technika, popis jednotlivých servisních úkonů, časovou náročnost opravy a použité náhradní díly, včetně jejich názvu a katalogového čísla.

Při opravách, údržbě nebo periodických kontrolách u ZP postupujte ve smyslu zákona č. 375/2022 Sb. v aktuálním znění.

Protokoly o bezpečnostně technických kontrolách, ZDS, revizích, validacích, kalibracích nebo o metrologickém ověření zasílejte v elektronické podobě na adresu objednatele v hlavičce objednávky a současně e-mailem na adresu:

do 5 pracovních dní.