

Kategorie N: Specifikace předmětu plnění							
Položka č.	Název	Počet kusů	Cena za kus bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	Cena celkem včetně DPH (Kč)	Výrobce	Katalogové číslo
1	Kamera pro měření rozložení intenzity infračerveného světla v pásmu SWIR (900 - 1700 nm) s následnou možností radiometrického měření teploty zvoleného místa (včetně kalibrace, rozsah minimálně 350 – 1500°C) s rozlišením minimálně 640x512 pixelů - HDR čip s dynamickým rozsahem minimálně 100 dB a snímkovací frekvenci minimálně 180 Hz při plném rozlišení, expoziční čas musí být v rozsahu 10 - 5000 μs. Kamera musí umět softwarově měnit expoziční dobu a ROI a musí umět pracovat s trigováním. Připojení kamery přes Ethernet, zásuvka RJ45 (Cat 6+). Ke kameře musí být dodána sada objektivů se závitem C-mount s ohniskem F=35 mm a F=50 mm, dále sadu mezikroužků C-Mount 1x 0,5 mm, 2x1 mm, 2x 5, 1x10, 1x20 mm, pásmový filtr na 1550 nm, optický filtr LP 1475 se závitem M27 a šedý filtr ND90 se závitem M27, objektivy musí mít ochranné AR vrstvy. Ke kameře musí být dodaný vyhodnocovací software umožňující měření teploty ve zvolených bodech či plochách a dále musí umožnit měření zvolených geometrických rozměrů. V ceně musí být zaškolení personálu.	1	949 000,00 Kč	949 000,00 Kč	1 148 290,00 Kč	Xiris Automation Inc.	880-02031
	Celkem	1		949 000,00 Kč	1 148 290,00 Kč	x	x

V Českých Budějovicích Dne 12.06.2024

Podpis.....