



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA KUPNÍ

Č. j. KRPK-42731-10/ČJ-2024-1900VZ

Smluvní strany:

1. Prodávající

Tomáš Slavíček,

Zastoupený:

Sídlo:

Kamenická 811/35, 170 00 Praha 7

IČO:

71922997

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

Datová schránka:

nwsxp7i

a

2. Kupující

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Zastoupený:

Sídlo:

Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO:

72051612

DIČ:

CZ72051612

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Datová schránka:

upshp5u

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu kupní dle ustanovení § 2079 a následujících občanského zákoníku.

I.
Předmět smlouvy

Prodávající se touto smlouvou zavazuje prodat a dodat kupujícímu **přístroj AED Defibrilátor kombinace 2v1** (dále jen zboží), dle požadavků uvedených v Technické specifikaci č. j. KRPK-42207-4/ČJ-2024-1900MZ ze dne 15. 5. 2024 a Zadávacích a dodacích podmínkách č. j. KRPK-42207-5/ČJ-2024-1900MZ ze dne 15. 5. 2024, které jsou jakožto dva samostatné dokumenty nedílnou součástí této smlouvy jako přílohy.

II.
Kupní cena

1. Zboží uvedené v článku I. smlouvy prodává prodávající kupujícímu se všemi součástmi a příslušenstvím za sjednanou kupní cenu.
2. Celková cena je stanovena ve výši 21 067,00 Kč bez DPH
DPH 21% 4 424,07 Kč
CELKEM 25 491,07 Kč s DPH
Slovy: dvacetpěttisícčtyřistadevadesátjedenakorun 07/100

III.
Platební podmínky

1. Úhrada kupní ceny za zboží dle smlouvy bude provedena bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené prodávajícím. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího doručení na adresu uvedenou v kupní smlouvě. Faktura bude považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
2. Faktura musí být vystavena a doručena na adresu objednatele, tj. Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary, IČ 72051612, datová schránka: upshp5u, a musí obsahovat č. j. kupní smlouvy uvedené v záhlaví této smlouvy a registrační č. projektu CZ.06.02.01/00/22_17/0002990.
3. Kupující není v prodlení s placením faktury, jestliže vrátí fakturu prodávajícímu do 7 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu se smlouvou. Konkrétní důvody je kupující povinen uvést zároveň s vrácením faktury. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího doručení kupujícímu.
4. Zálohu kupující neposkytuje.

IV.
Doba a místo dodání zboží

1. Prodávající dodá a kupující si převezme zboží dle smlouvy **do 30 kalendářních dnů** od účinnosti kupní smlouvy.

2. Místem dodání je Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor správy majetku, Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov.
3. Odpovědnou osobou k převzetí zboží kupujícím je kontaktní osoba uvedená ve specifikaci kupujícího.

V.

Podstatné porušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednaném termínu,
 - b) nedodání zboží v požadované technické specifikaci dle této smlouvy,
2. Odstoupení od smlouvy se řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy též tehdy, jestliže byl na majetek prodávajícího vyhlášen konkurz nebo řízení o vyrovnání.
4. Kupující může odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající je v prodlení s dodávkou zboží víc než jeden měsíc od termínu dodání.
5. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neuhradil fakturu za zboží v termínu stanoveném touto smlouvou.

VI.

Úroky z prodlení

1. Nedodá-li prodávající zboží dle smlouvy v termínu dle čl. IV. odst. 1 anebo v požadované technické specifikaci dle této smlouvy, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny nedodaného zboží včetně DPH za každý, i započatý den prodlení.
2. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení v souladu s občanským zákoníkem z oprávněně fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení.
3. Úrok z prodlení je splatný do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

VII.

Záruka za jakost

1. Smluvní strany se dohodly, že prodávající poskytne kupujícímu na zboží dle této smlouvy záruku minimálně 24 měsíců. Záruka začne běžet ode dne odevzdání zboží kupujícímu.
2. Platí-li na některé součásti zboží záruka za jakost delší dobu, pak se na tuto součást věci doba záruky dle odstavce 1 vztahovat nebude.
3. Ostatní ujednání záruky za jakost se řídí ustanovením § 2113 a následujícími ustanoveními

občanského zákoníku.


VIII.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami.
2. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě kupní.
3. Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednali v tísní či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

Přílohy

- Technická specifikace č. j. KRPK-42207-4/ČJ-2024-1900MZ ze dne 15. 5. 2024
- Zadávací a dodací podmínky č. j. KRPK-42207-5/ČJ-2024-1900MZ ze dne 15. 5. 2024
- Cenová nabídka





Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
ODDĚLENÍ MATERIÁLNĚ TECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ

PCR19ETRpo31736723



KRPK-42207-4/ČJ-2024-1900MZ

Počet listů: 2
List č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POŽADOVANÉ VLASTNOSTI PŘEDMĚTU-VZ PRO NÁKUP PŘÍSTROJE AED DEFIBRILÁTOR KOMBINACE 2v1

15. květen 2024

POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ:

1 ks Přístroj AED defibrilátor kombinace 2v1

SPECIFIKACE ZBOŽÍ

— Přístroj AED defibrilátor kombinace 2v1 – jednoduchý a spolehlivý přístroj určený pro první pomoc při defibrilaci srdce uvnitř budov i v terénu. Přístroj moderní bifázický se šetrným výbojem s energií 150 až 200 J. Možnost nastavení pro resuscitaci dětí do 25 kg tělesné hmotnosti pomocí speciálního dětského klíče. Možnost vedení analýzy stavu práce srdce a při zjištěné defibrilaci vydával hlasový povel k defibrilaci, kterou záchránce provede stisknutím tlačítka. Současně s defibrilací probíhá srdeční masáž popřípadě i dýchání z úst do úst, jejímuž správnému provedení napomáhá zabudovaný zvukový metronom.

Stav nabití baterie - indikován LED kontrolkou viditelnou průzorem ve vnějším obalu.

Defibrilátor bude určen pro záchranu - správnou resuscitaci a defibrilaci - osob po zástavě srdce a zdravotníky i laickou veřejnost naviguje v souladu s předpisem Guidelines 2015.

Požadavky:

- **hlasové srozumitelné navádění v češtině**
- lehký a spolehlivý defibrilátor vhodný i do terénu
- v praktické brašně s úložným prostorem
- dlouhá životnost a ekonomický provoz
- **trvale připojené elektrody** umožňují okamžitý zásah
- použití i pro resuscitaci dětí
- jednoduché ovládání - zapínání jedním tlačítkem
- použití v extrémním prostředí
- hlasová srozumitelná náповěda v českém jazyce
- zvukový metronom
- stav baterií jednoduchá kontrola

Obsah balení:

- 1 × defibrilátor
- 1 × nalepovací elektrody pro dospělé osoby
- 1 × brašna s popruhem
- 1 × baterie
- 1 × uživatelská příručka v českém jazyce
- 1 × grafický rychlonávod k použití

Technické data:

Rozměry: 22x18x6cm

Hmotnost: 1,5kg

Třída ochrany: Směrnice 93/42/EEC, pravidlo 9, příloha IX

Energie výboje: 150J – 200J

Napájení: LiMnO₂ baterie

Stupeň ochrany krytem: IP 55 ČSN EN 60529

Záruka: 8let

Požadované vlastnosti splňuje např. AED defibrilátor PHILIPS HeartStart FRx



Účastník předloží s nabídkou také technické parametry nabídnutého zboží.

NABÍDKA BUDE KMISÍ VYHODNOCENA:

Z podané nabídky musí být možné posoudit a vyhodnotit, že nabídnutý produkt (výrobek) splňuje požadované technické specifikace...



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
ODDĚLENÍ MATERIÁLNĚ TECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ

PCR19ETRpo31736724



KRPK-42207-5/ČJ-2024-1900MZ

Počet listů: 2

List č. 1

ZADÁVACÍ A DODACÍ PODMÍNKY - Nákup přístroje AED defibrilátor

15. květen 2024

Kontaktní osoby

Oddělení veřejných zakázek



Dodací lhůta

Termín dodání i s fakturací do 30 ti kalendářních dnů od data účinnosti kupní smlouvy.

Odpovědnost za vady

- Dodavatel bere na vědomí, že zboží bude u kupujícího rozbaleno postupně a vady ne zjevné při převzetí bude kupující reklamovat až po rozbalení.

Odpovědnost za vady (záruku) požadujeme 24 měsíců od data dodání.

Obchodní podmínky pro tento nákup

- Požadujeme dodat nové, nepoužité, nerozbalené a ne-předváděcí zboží.
- Dodávka musí odpovídat všem standardům vycházejících z obecně závazných platných předpisů upravujících tuto oblast (Zákony, vyhlášky, normy, nařízení, směrnice EU a podobně).
- Zboží požadujeme zabalené v originálním obalu od výrobce, způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku.
- Dodavatel veškeré zboží opatří pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku a který vyloučí poškození zboží při manipulaci a přepravě.

Kontaktní osoby pro dopravce nebo dodavatele (nikoli ale pro konzultaci soutěže !)



Místo dodání



POLICIE ČR,
Odbor správy majetku, Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov

Adresa a data pro zaslání faktury:

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Závodní 386 / 100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
ISDS: upshp5u

Adresa pro zaslání další různé dokumentace k nákupu

POLICIE ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Odbor správy majetku, Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov

E-mail: [REDACTED]

Doba dodání

Pracovní dny, 7:00 – 15:00 hodin



Technické požadavky k VZMR
„Nákup přístroje AED defibrilátor 2v1“

Technické požadavky	ANO / NE	poznámky
Přístroj moderní bifázický se šetrným výbojem s energií 150až 200J	ANO	
ANO	ANO	Přepnutí přímo na přístroji bez nutnosti klíče
Možnost vedení analýzy stavu práce srdce a při zjištěné defibrilaci vydával hlasový povel k defibrilaci, kterou záchránce provede stisknutím tlačítka	ANO	
Současně s defibrilací probíhá srdeční masáž popřípadě i dýchání z úst do úst, jejímuž správnému provedení napomáhá zabudovaný zvukový metronom	ANO	
Stav nabití baterie - indikován LED kontrolkou viditelnou průzorem ve vnějším obalu	ANO	
Defibrilátor bude určen pro záchranu - správnou resuscitaci a defibrilaci - osob po zástavě srdce a zdravotníky i laickou veřejnost naviguje v souladu s předpisem Guidelines 2015	ANO	
hlasové srozumitelné navádění v češtině	ANO	
lehký a spolehlivý defibrilátor vhodný i do terénu	ANO	
v praktické brašně s úložným prostorem	ANO	
dlouhá životnost a ekonomický provoz	ANO	
trvale připojené elektrody umožňují okamžitý zásah	ANO	
použití i pro resuscitaci dětí	ANO	
jednoduché ovládání - zapínání jedním tlačítkem	ANO	
použití v extrémním prostředí	ANO	
hlasová srozumitelná náповěda v českém jazyce	ANO	
zvukový metronom	ANO	
stav baterií jednoduchá kontrola	ANO	
• délka záruky		8let na přístroj 3 roky na baterii
• nabídková 1ks cena bez DPH		21.067,-Kč

AED defibrilátor SaverOne SMARTY Semi – 200J

Poloautomatický bifázický externí defibrilátor PAD pro širokou veřejnost. Pomocí tohoto defibrilátoru může provádět defibrilaci široká veřejnost, protože obsluha je instruována hlasovými povely jak postupovat v resuscitaci.

Maximální energie výboje - 200J

Hlasové povely v českém jazyce

Snadná obsluha

Kompaktní design

Automatický selftest

Ukládání až 36 hodin EKG dat na paměťovou kartu XD až do 2GB

Baterie: Li-MnO₂ 12VDC-3000mAh/ 200 kompletních KPR postupů, 36 hodin monitorování pacienta.

Standartní příslušenství : defibrilační elektrody pro děti a dospělé, jednorázová baterie, transportní brašna

Volitelné příslušenství : defibrilační elektrody Face-to-Face, paměťová karta, PC software

FACE-TO-FACE: konfigurace s jednorázovými univerzálními elektrodami pro děti a dospělé s vodivým gelem, a připojenými k AED defibrilátoru. Elektrody Face-to-Face jsou elektricky spárovány s AED defibrilátorem, takže přístroj může měřit jejich účinnost a na základě kvality vodivosti gelu upozornit pomocí kontrolních LED diod na to, že se blíží jejich expirace.

Technická specifikace :

Pracovní režim:

poloautomatický

Křivka:

bifázická (typ BTA)

Energie:

50–200J

Doba nabíjení:

méně než 9 sekund

Instrukce:

podrobné hlasové zprávy v českém jazyce vedou uživatele po celou dobu defibrilace

Ovládací prvky:

tlačítko výboje, tlačítko On/off, Kontrolky: různobarevné LED diody



SMARTY[®]
SAVERSERIES

