

příloha č. 2

TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
Videobronchoskop ultrasonografický 2 ks			
FUJIFILM EB-530US			
Požadavky na jednotlivé části systému			
Technické požadavky			
Osazení čipem typu CCD se zvýšenou světelnou dynamikou obrazu	ANO	ANO	
Manipulační schopnost distálního konce přístroje nahoru min. 130° a dolů min. 90°	ANO	ANO	
Distální konec o průměru min. 6,7 mm	ANO	ANO	
Zorné pole min. 120°	ANO	ANO	
Průměr zaváděcí části min. 6,3 mm	ANO	ANO	
Průměr pracovního kanálu min. 2 mm	ANO	ANO	
Pozorovací vzdálenost v rozsahu min. 3 - 100 mm	ANO	ANO	
Celková délka min. 880 mm	ANO	ANO	
Pracovní délka min. 610 mm	ANO	ANO	
Směr pohledu šikmý směrem dopředu min. 10°	ANO	ANO	
Režimy skenování min. Colour Doppler, Power Doppler, Pulse wave, B-Mode a M-Mode	ANO	ANO	
Metoda skenování konvexní	ANO	ANO	
Úhel skenování min. 65°	ANO	ANO	
Možnost nastavení frekvence min. na 5 MHz, 7,5 MHz, 10 MHz, 12 MHz	ANO	ANO	
Kompatibilní systémy min. ELUXEO, EPX-4440HD, EPX-4400HD, EPX-4400 a SU-1 ultrasonografický procesor	ANO	ANO	VP-7000

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

- Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
- Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
- Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)

V Praze dne

.....