

### **Dodatek č. 3 ke Kupní smlouvě ze dne 26. 10. 2022**

**Medtronic Czechia s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka 41171, oddíl C

se sídlem: Prosecká 852/66, Prosek, 190 00 Praha 9

IČO: 64583562

DIČ: CZ699005618

zastoupená: Mgr. Michal Vondraš, MBA, jednatel

(dále jen „**prodávající**“)

a

**Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha**

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

zastoupená: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

(dále jen „**kupující**“)

(prodávající a kupující společně dále jako „**smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 26. 10. 2022  
(dále jen „**dodatek**“):

#### **I.**

1. Na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané v nadlimitním režimu s názvem „Dodávky neurostimulátorů včetně příslušenství“ pro část 5 s názvem Implantabilní míšní neurostimulační systém dvoukanálový k léčbě bolestivých stavů (uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním č. VVZ: Z2022-019410, identifikátor NEN: NEN: N006/22/V00012499 č.j. 6609/2022-ÚVN), uzavřely smluvní strany dne 26. 10. 2022 Kupní smlouvu č. 1790/2022-SML (dále jen „**smlouva**“), ve které se prodávající zavázal dodat kupujícímu zboží dle specifikace uvedené v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „**zboží**“), to vše v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými ve smlouvě.

Vzhledem k tomu, že neurochirurgické oddělení přidalo do portfolia další metodu stimulace, je potřeba rozšířit nabídku o novou elektrodu Specify™ 2x8 lead kit, 977C260,90, VZP kód 0194413. Cena elektrody je stejná, jako ostatní elektrody v nabídce [REDACTED]. Cena VZP max je [REDACTED]. Tento produkt je doplněním portfolia, nebude nahrazovat jiný produkt.

2. Smluvní strany dohodly, že tento produkt je doplněním portfolia a nebude nahrazovat jiný produkt.
3. Z důvodu výše uvedené změny se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě.
4. Kupující prohlašuje, že produkt splňuje veškeré požadavky stanovené právními předpisy, normami, smlouvou a zadávací dokumentací k veřejné zakázce uvedené v odst. 1. této preambule.
5. Smluvní strany prohlašují, že změna závazku ze smlouvy nikterak nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani nedochází k navýšení celkové kupní ceny – hodnoty závazku, tedy změna založená tímto dodatkem by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemá vliv na výsledek hodnocení dotčené veřejné zakázky. Nepochází k rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky ani nedochází ke změně ekonomické rovnováhy závazku ve prospěch prodávajícího. Smluvní strany na základě výše uvedeného prohlašují, že změnou smluvních ujednání uvedených v tomto dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## **II. Změna Smlouvy**

1. Část přílohy č. 1 smlouvy Technický list výrobce se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Nabídka rozšířena o novou elektrodu Specify™ 2x8 lead kit.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že dodatek zašle kupující správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření tohoto dodatku. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu za tímto účelem nezbytnou součinnost.
2. Smluvní strany se v souladu se zákonem o registru smluv zavazují nezveřejňovat text, který považují za obchodní tajemství. Smluvní strany považují za obchodní tajemství dílčí položkové ceny.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Toto ustanovení se neuplatní v případě, kdy smluvní strany podepíší tento dodatek elektronickými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 dodatku – technický list výrobce

V Praze dne:


V Praze dne:

za prodávajícího:

**Mgr. Michal Vondraš**  
Digitally signed by  
Mgr. Michal Vondraš  
Date: 2024.06.13  
12:23:24 +02'00'

Mgr. Michal Vondraš, MBA, jednatel  
Medtronic Czechia s.r.o.

za kupujícího:

 Digitálně podepsal  
Datum: 2024.06.27  
13:36:40 +02'00'

prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D.  
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –  
Vojenské fakultní nemocnice Praha

## Technická specifikace SCS elektrody model 977C2xx

CFN	produkt	popis	obrázek
977C2 65/90	Specify SureScan MRI 2x 8	<p>Chirurgické elektrody Specify SureScan , anatomického tvaru, s šestnácti kontakty ve dvou řadách, šířka 7,6 mm, tloušťka 1,9 mm, kompatibilní pro vyšetření magnetickou rezonancí. modely 977C265, 977C290, jsou součástí neurostimulačního systému pro léčbu bolesti. Na distálním konci elektrody je umístěno 16 kontaktů; dva proximální konce se zasunují do 8 vodičových konektorů. Elektroda je použitelná i bez prodlužovacích kabelů, takže je bezspojková, je možné ji napojit přímo do stimulátoru. <b>K dispozici je ve dvou různých délkách. Při dodržení předepsaných podmínek je elektroda MRI kompatibilní pro skenování celého těla do 1,5 Tesla.</b></p>	