

**Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 23108000148  
„Vybavení polní nemocnice – zdravotnické moduly – nákup“**

**I.**

**Smluvní strany**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

**Se sídlem:** Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6  
**IČO:** 601 62 694  
**DIČ:** CZ60162694  
**Bankovní spojení:** Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1  
**Číslo účtu:** 404881/0710  
**Zastoupena:** Mgr. Janem Kolafou, ředitelem odboru vyzbrojování vzdušných sil a logistiky Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
**Na adrese:** náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

**Kontaktní osoba ve věcech smluvních:**

[REDACTED]

**Kontaktní osoba ve věcech technických:**

[REDACTED]

**Adresa pro doručování korespondence:**

Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
odbor vyzbrojování vzdušných sil a logistiky  
náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

**Datová schránka:**

hjaavk  
ukbwcx (výhradně pro zaslání elektronické faktury)

(dále jen „kupující“)

a

**Vojenský technický ústav, s. p.**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 75859

**Se sídlem:** Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9  
**IČO:** 24272523  
**DIČ:** CZ24272523  
**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
**Číslo účtu:** 914881/0710  
**IBAN:** CZ22 0710 0000 0000 0091 4881  
**Zastoupený:** Ing. Jiřím Kašpárkem, ředitelem státního podniku

**Kontaktní osoba:**

[REDACTED]

**Kontaktní osoby ve věcech technických:**

[REDACTED]



**Adresa pro doručování korespondence:**

Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚPV Vyškov  
Víta Nejedlého 691  
Dědice, 682 01 Vyškov

**Datová schránka:** 7jckvi2

(dále jen „prodávající“)

se v souladu s čl. XIX. odst. 2. smlouvy č. 23108000148 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

**II.**

**Účel dodatku**

Účelem dodatku je změna identifikačních údajů na straně prodávajícího, upřesnění technických parametrů a úprava fakturačních podmínek z důvodu procesních změn u kupujícího.

**III.**

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je úprava čl. I., čl. X. a čl. XI. smlouvy a dále oprava *Specifikace zboží*, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy (dále jen „příloha č. 1“).

**IV.**

**Změny a doplňky**

1. Kontaktní osoby prodávajícího v čl. I. smlouvy se mění tak, jak je uvedeno v čl. I. tohoto dodatku.
2. Číslo účtu prodávajícího v čl. I. smlouvy se ruší a nahrazuje se číslem účtu prodávajícího uvedeným v čl. I. tohoto dodatku.
3. Text čl. X. odst. 9. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto:  
*„Prodávající garantuje dostupnost náhradních dílů ke zboží nebo jejich odpovídající náhrady na dobu 15 let od data předání zboží kupujícímu.“*
4. V čl. XI. odst. 1. písm. b) smlouvy se za slovo plnění doplňuje následující text:  
*... „a dále text „NS 135000; AP 63“;“.*
5. Text čl. XI. odst. 6. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým takto:  
*„Faktura musí být kupujícímu zaslána elektronicky do datové schránky **ukbwexd**, která je určena výhradně pro fakturaci. Faktura musí být podepsána platným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Faktura musí být odeslána v jednom z následujících formátů: ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Datová zpráva může mít velikost maximálně 20MB a musí obsahovat vždy pouze jednu fakturu s přílohami dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.“*
6. Specifikace elektroinstalace uvedené na straně 87 v oddíle 5) *Chladicí KTN - sklad léčiv* přílohy č. 1 smlouvy se doplňuje o níže uvedenou odrážku:
  - *„Elektromagnetická kompatibilita (EMC) provedena v souladu s požadavky ČSN EN 61000-6-1 ed. 3 a ČSN EN IEC 61000-6-3 ed. 3.,“*
7. Specifikace elektroinstalace uvedené na straně 29 v oddíle 2) *Modul zdravotnický - přípravná operačního sálu* přílohy č. 1 smlouvy se doplňuje o níže uvedenou odrážku:
  - *„Zřídít vstup elektrické energie 63A/400V/50Hz 5 žilový, 1 výstup elektrické energie 32A/400V/50Hz a 1 výstup 16A/230/50Hz.“*

8. Specifikace elektroinstalace uvedené na straně 43 v oddíle 3) *Modul zdravotnický - mikrobiologická laboratoř* přílohy č. 1 smlouvy se doplňuje o níže uvedenou odrážku:
- „Zřídít vstup elektrické energie 63A/400V/50Hz 5 žilový, 1 výstup elektrické energie 32A/400V/50Hz a 1 výstup 16A/230/50Hz.“
9. Specifikace vnitřní zástavby uvedené na straně 49 v oddíle 3) *Modul zdravotnický - mikrobiologická laboratoř* přílohy č. 1 smlouvy se doplňuje o níže uvedené odrážky:
- „Na pravé straně u přední stěny umístit skříňku s dveřmi s nerezovou svrchní deskou (rovný povrch) a s nerezovým dvojdřezem s otočnou pákovou baterií (do průvodní dokumentace uvést, že se tekutý odpad, např. reagenční roztoky apod. nesmí vylévat do dřezu určeného k mytí rukou).
  - Šířka dvojdřezu ..... (v rozmezí 750 až 900 mm).
  - Na stěnu nad pracovní deskou umístit 4 nástěnné policové skříňky s dveřky; šířka sestavy skříňek je maximálně možná od dřezové skříňky po klimatizační jednotku,...
  - Vypustit větu: Do prostoru mezi pracovní deskou a zadní stěnou KTN možnost situovat otvory pro externí klimatizaci.
  - Na stěnu nad pracovní deskou nalevo od nástěnné otevřené policové skříňky (ve směru ke dveřím KTN) umístit nástěnnou otevřenou skříňku; šířka skříňky 560 mm ± 50 mm,....“
10. Specifikace elektroinstalace uvedené na straně 65 v oddíle 4) *Modul zdravotnický - pracoviště stomatologie* přílohy č. 1 smlouvy se doplňuje o níže uvedenou odrážku:
- „Zřídít vstup elektrické energie 63A/400V/50Hz 5 žilový, 1 výstup elektrické energie 32A/400V/50Hz a 1 výstup 16A/230/50Hz.“
11. V celém textu smlouvy se norma **ČSN EN 61000-6-3 ed. 3** nahrazuje normou „**ČSN EN IEC 61000-6-3 ed. 3**.“

## V.

### Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem, včetně jejích příloh, se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven elektronicky o 3 stranách.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Jiří Kašpárek  
ředitel Vojenského technického ústavu, s. p.

*podepsáno elektronicky*

Mgr. Jan Kolafa  
ředitel odboru vyzbrojování vzdušných sil  
a logistiky SVA MO

*podepsáno elektronicky*

Ing. Jiří  
Kašpárek

Digitálně podepsal Ing. Jiří  
Kašpárek  
Datum: 2024.06.13  
21:19:32 +02'00'