

Požadavky na technickou specifikaci

Název VZ:	Impulsní svářečka a čistící a dávkovací pistole pro Oblastní nemocnici Jičín III		
Stavba:	Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii		
Název firmy:	BLOCK CRS a.s.	IČO: 07333366	DIČ:CZ07333366
		Datum:	17.06.2024

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
1	V371	Svářečka impulsní pro horkovzdušné fólie	1

Stolní impulsní svářečka			
Ovládání přítlakovou pákou, konstantní přítlak			
Napájení 230 V			
Plochý svár šíře 8 mm			
Délka sváru až 400 mm			
Zabudovaná řezačka			

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
2	V445	Pistole tlaková vodní	6

Pistole tlaková mycí (vodní)			
Pistole s vodícím kónusem a cca 1,5m hadicí se zakončením - závitem pro připojení k vodovodní baterii 1/2"			
Bezpečnostní kónus pistole			
Možnost jemného regulování tlaku vody			
Sada nástavců: nástavec pro stříkačky a kanyly s kónusem record, pro odměrné a krevní pipety, pro katetry a ventilkly, pro drény, pro stříkačky a kanyly s kónusem Luer, pro kropítko na plochy, pro lahve a Erlemeyerovy baňky, vývěva pro odsávání, průtokový kartáč široký, průtokový kartáč plochý, tryska přímá 25 cm, tryska úhlová 25 cm.			

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
3	V447	Pistole tlaková vzduchová	1

Pistole tlaková vzduchová			
Pistole s vodícím kónusem a cca 1,5m hadicí se zakončením - rychlospojkou (systém MZ Liberec)			
Bezpečnostní kónus pistole			
Možnost jemného regulování tlaku vzduchu			

Splněn požadavek? ANO/NE	Upřesnění splnění požadavku
--------------------------	-----------------------------

ANO	
ANO	
ANO	
ANO	plochý svár 8 mm
ANO	délka sváru 450 mm
ANO	délka řezu 450 mm

Splněn požadavek?	Upřesnění splnění požadavku
-------------------	-----------------------------

ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	

Splněn požadavek?	Upřesnění splnění požadavku
-------------------	-----------------------------

ANO	
ANO	koncovka MZ Liberec
ANO	
ANO	