



Ústav pro péči o matku a dítě

Podolské nábřeží 157/41
147 10 Praha 4 - Podolí
IČO: 00023698, DIČ: CZ00023698


Objednávka číslo
ZT320/2024
ZT320/2024



Vystavil: xxxxx
Telefon: 296511 877, 737507222
E-mail: xxxxx
Poptávka: 17.06.2024

Dodavatel: IČ: 49970267

E.M.S. Electric Medical Service, s.r.o.
Videňská 55
639 00 Brno

Objednávka č.: ZT320/2024

Druh objednávaného zboží / služby	Výrobní číslo	Celková cena (Kč)
Přístroj: Ultrazvuk, Ultrazvuk Voluson E10	E73600	175 645,00
Číslo: ZT: 3933		
Popis: Vzhledem k tomu, že v místnosti je velké teplo, UZ se přehřívá a následně seká.		
NS: 0501 Prenatální diagnostické centrum		
 xxxxx		
Středisko:	Interní číslo účtu	Cena za středisko
0501 Prenatální diagnostické centrum	511 02 011	175 645,0
Odhadní cena objednávky za středisko v Kč bez DPH		175 645,0

Interní schvalování			
1 Dispečink OZT	17.07.2024 13:31		Schváleno
2 Ekonomický náměstek	17.07.2024 17:55		Schváleno
3 Ředitel			bez vyjádření

Ústav pro péči o matku a dítě
Podolské nábřeží 157, Podolí 147 00
správa zravotechniky


Ing. Hřebík Milan
tel: +420 296 511 391
mob: +420737 507 222
email: hrebik@upmd.eu

Podmínky pro práci servisních organizací na pracovištích ÚPMD: Termín dohodnutý se staniční sestrou (zástupem) je třeba za účelem plánování hlásit na e-mail: ozt@upmd.eu. Pro vstup na klinická pracoviště ÚPMD musí být každý externí pracovník označen identifikační kartou. Kartu obdržíte na OZT (v přízemí na RDG). Pokud tak neučiníte, nebudete vpuštěni na pracoviště !!! Před zahájením opravy i kontroly žádáme cenovou kalkulaci. S ohledem na nezbytnost opravy / kontroly přístroje pro ochranu života a zdraví pacientů objednatel je dodavatel po provedení opravy povinen přístroj předat ihned zpět objednateli. Na montážním listu uvádějte inventární a výrobní číslo opraveného přístroje a ID požadavku, pokud její položka objednávky obsahuje.

Platební podmínky: Splatnost faktury je 60 dnů ode dne zdanitelného plnění.

Kopii objednávky je třeba přikládat k faktuře! K faktuře je rovněž nutno přikládat uživatelem originálně potvrzený servisní list. Do kolonky odběratel je nutno uvádět pouze ÚPMD a adresu, ne oddělení nebo osobu. **Pokud se jedná o preventivní kontrolu (BTK, validaci, kalibraci), je potřeba toto uvádět na faktuře!** BTK musí být uskutečněna nejpozději k datu posledního dne platnosti **předchozí BTK z důvodu návaznosti.**

Na faktuře je potřeba uvádět číslo objednávky. Se zasláním cenové nabídky souhlasíte s provedením služby či s dodáním materiálu za zde uvedených podmínek.