

Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky

2 ks chlazených inkubátorů (termostatů)

- Použitelný vnitřní objem min. 52 l ANO, 56 l
- Chlazení (Peltier) ANO
- Možnost stohování inkubátoru ANO, inkubátor
bude mít zmocnění horního víka,
aby mohl být druhý inkubátor
položen na něj, inkubátory je možné
stohovat.
- Regulace teploty po 0,1 °C ANO
- Dvojité dveře, vnitřní ze skla ANO
- Vnitřní materiál – nerezavějící ocel (pro možnost snadné údržby a dekontaminace) ANO
- Od 0 °C (nejméně 20 °C pod okolní teplotu) do + 70 °C ANO
- Schopnost udržení teploty min. o 15 °C méně než teplota okolí ANO
- Počet vnitřních polic min. 2 ks ANO
- Elektrické údaje (zdroj napájení): 230 V, síť 50/60 Hz ANO
- Grafický displej ANO
- Kolísání teploty při 37 °C $\leq \pm 0,5$ °C ANO
- Rozměry: H: max. 70 cm, Š: max. 60 cm, V: max. 80 cm ANO