

Jordan T3e

Transfuzní křeslo s nastavitelnou výškou.

Pohodlné křeslo pro odběry v sedě, pololehu i v leže.

Synchronní pohyb zádové a nožní části



Technické parametry

rozměr délka x šířka (cm)	195 x 70
počet polstrovaných segmentů	3
elektricky nastavitelná výška (cm)	52 - 72
zádová část nastavitelná elektromotorem v rozsahu	0° až +60°
poloha nohou nastavitelná elektromotorem v rozsahu	0° až +60°
synchronní pohyb zádové a nožní části	ano
sedací část nastavitelná elektromotorem v rozsahu	0° až +15°
ruční ovladač elektromotoru	ano
odnímatelné područky	ano
dvě zadní kolečka pro snadnou manipulaci s křeslem bez pacienta	ano
nosnost	180 kg

Volitelně příslušenství:

infilzní stojan a držák stojanu	kolečka ø 50 mm s brzdou
nožní ovladač elektromotoru 1 ks /na výběr: ovládání zádové části, sedací části nebo výkonné části/	



Novohradská 1153, 379 01 Třeboň, Czech Republic
T +420 384 724 292 E info@resi.cz www.resi.cz



NABÍDKA č. NVR0240211

Dodavatel		Odběratel	
RESI Třeboň spol. s r.o. Novohradská 1153 379 01 Třeboň IČO: 25178989 DIČ: CZ25178989 KS v Českých Budějovicích: oddíl C, vložka B093		Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Havlíčkovo nábřeží 600 762 75 Zlín Česká republika Kontakt: +420/577552773	

Telefon: 384 724 292-4	Platnost nabídky: 11/06/2024
E-mail: info@resi.cz	Vystavil: Tomáš Beckovský
WWW: http://www.resi.cz	Datum vystavení: 11/06/2024

Označení položky	Počet MJ	Cena / MJ Po slevě	+/-	Celkem Kč bez DPH
1020031 1 JORDAN T3e transfuze <i>Transfusionliege transfusion table</i>	4,0000 ks	51 980,0000 46782,0000	-10,0%	187 128,00
1901025 2 Infuzní stojan <i>Infusion ständer, infusion stand</i>	2,0000 ks	2 890,0000 2601,0000	-10,0%	5 202,00
1901038 5 Kolečka s brzdou pr 70 mm	4,0000 ks	1 730,0000 1557,0000	-10,0%	6 326,00
6 25				
9091000 7 Doprava	1,0000 ks	1 000,0000		1 000,00
	11,0000			

CELKEM Kč	199 558,0000
------------------	---------------------

Hmotnost 375 kg

DPH	41 907,1800
S DPH	241 465,1800

Záruční doba 24 Měsíců od data předání

PBTK jsou po dobu záruční doby zdarma

PBTK po uplynutí záruční doby 800 - Kč bez DPH + doprava



EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

Výrobce: RESI Třeboň spol. s r.o.
Sídlo: Novohradská 1153, 379 01 Třeboň, Česká republika
IČO: 25178989
SRN: CZ-MF-000037301

Toto EU prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Název zdravotnického prostředku: JORDAN T
Modely/varianty zdravotnického prostředku: T3e, T3 simple, T3 ORL, 03
Základní UDI-DI zdravotnického prostředku: 85942014SJORDANLS

Určený účel: Křesla Jordan jsou určeny pro využití ve zdravotnických zařízeních jako vyšetřovací i transfuzní odběrová křesla s pevnou výškou nebo nastavitelnou výškou. Tato křesla jsou zdravotnický prostředek, který je určen do nemocnic, transfuzních stanic, odběrů krevní plazmy, ORL ambulancí a dalších zdravotnických zařízení.

Riziková třída zdravotnického prostředku: I
Postup posouzení shody zdravotnického prostředku s požadavky MDR: čl. 52, přílohy II, III.

Zdravotnický prostředek JORDAN T, na nějž se stávající prohlášení vztahuje, je ve shodě s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, v platném znění.

V Třeboni dne 25.8.2023

Ing. Jiří Šimeček
RESI Třeboň spol. s r.o.
jednatel společnosti