

**OBJEDNÁVKA**Číslo objednávky: **P2024/000110**  
**!! NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTURE !!****Objednává:**Kroměřížská nemocnice a.s.  
**Oddělení zdravotnické techniky**  
Havlíčková 660/69  
767 01 KroměřížIČ: 27660532  
DIČ: CZ27660532**Dodavatel:**Getinge Czech Republic s.r.o.  
Na Strži 1702/65  
14000 Praha 4

IČ: 03053601

Tel.: [REDACTED]

Fax:

Email: [REDACTED]

**Datum  
objednávky:**

13.02.2024

**Určeno pro:****209111 Zdravotnická technika****Vyřizuje:**

[REDACTED]

**Telefon:**

[REDACTED]

**Email:**

[REDACTED]

**Zakázka č.:**

27202

**Záruční oprava:****NE****Faktury zasílejte pouze elektronicky na email [REDACTED]. V případě zakázky nad 5.000,- bez DPH musí být vypracován cenový návrh, který musí být objednatelem odsouhlasený.**

**Objednáváme u Vás:**

SN / Inv. č. / Metr.č.	Typ servisu
<b>Ventilátor plicní 34; Servo-air</b> 12823 / 900650 /	202303 - Interní oddělení-JIP Servis: Tech. kontrola (perioda: 12 měsíců)
<b>Ventilátor plicní; Servo-s</b> 39758 / 899010 /	202342 - ARO Servis: Tech. kontrola (perioda: 12 měsíců)
<b>Ventilátor plicní 5; Servo-s</b> 25341 / 894920 /	202342 - ARO Servis: Tech. kontrola (perioda: 12 měsíců)
<b>Sterilizátor 1 parní; HS 6613 ER2</b> 2111469-040-01 / 891160 /	202369 - Centralni sterilizace Servis: Tech. kontrola (perioda: 12 měsíců)
<b>Sterilizátor 2 kombinovaný; HS 6613 TER2 LTSF</b> 2111469-010-01 / 891170 /	202369 - Centralni sterilizace Servis: Tech. kontrola (perioda: 12 měsíců)
<b>Sterilizátor 3 parní vč. navážecích vozíků; HS 33</b> 13041994 / 891180 /	202369 - Centralni sterilizace Servis: Tech. kontrola (perioda: 12 měsíců)
<b>Myčka dezinfekční 1; WD46-5</b> W50040443 / 891300 /	202369 - Centralni sterilizace Servis: Tech. kontrola (perioda: 12 měsíců)
<b>Myčka dezinfekční 2; WD46-5</b> W50040452 / 891290 /	202369 - Centralni sterilizace Servis: Tech. kontrola (perioda: 12 měsíců)

Dobrý den,

tímto žádáme o provedení BTK dle zákona 375/2022 v platném termínu 6/2024.

Děkujeme.

Schválil(a):

Na faktuře uveďte vždy číslo objednávky a fakturu doložte dodacím nebo servisním listem s přesným uvedením, co bylo předmětem dodávky nebo opravy.

U oprav navíc uveďte jméno servisního technika, popis jednotlivých servisních úkonů, časovou náročnost opravy a použité náhradní díly, včetně jejich názvu a katalogového čísla.

Při opravách, údržbě nebo periodických kontrolách u ZP postupujte ve smyslu zákona č. 375/2022 Sb. v aktuálním znění.

**Protokoly o bezpečnostně technických kontrolách, ZDS, revizích, validacích, kalibracích nebo o metrologickém ověření zasílejte v elektronické podobě na adresu objednatele v hlavičce objednávky a současně e-mailem na adresu: [redacted] do 5 pracovních dní.**