

Požadavky na technickou specifikaci

Název VZ:	Váhy a výškoměry pro Oblastní nemocnici Jičín III				
Stavba:	Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii				
Název firmy:	KALIST AKL s.r.o.	IČO: 04432436	DIČ: CZ04432436	Datum:	19.07.2024

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
1	V139	Váha sedací do 250 kg - pojízdné křeslo	1
Pojízdné vážící křeslo s pevným indikátorem vyhovující požadavkům nemocničních zařízení			
Zdravotnický prostředek s měřicí funkcí			
Řiditelná kolečka - zadní s aretací			
Sklopné opěrky			
Stanovené měřidlo s třídou přesnosti III			
Základní funkce: vážení, tárování, nulování.			
Konstrukce: ocelová, opatřena lakem v bílé barvě			
Displej: LED nebo LCD, výška písma min. 20 mm			
Rozsah táry: 100 %			
Napájení: 230V a vnitřní baterie, délka provozu na baterii min. 30 hod			
Provedení sedáku a opěrada křesla: plast			

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
2	V218	Výškoměr	1
Samostatný výškoměr se stabilní základnou a digitálním displejem			
Zdravotnický prostředek s měřicí funkcí			
Rozsah výšky alespoň od 35 do 210 cm (tj. rozsah 35 cm a méně / 210 cm a více)			
Dělení stupnice: max. 1 mm			
Přesnost: max. ±2 mm			
LCD displej s podsvícením. Jednotky: cm			
Funkce minimálně: HOLD, kalibrace, automatické vypínání			
Stavěcí šrouby pro nastavení vodorovné plochy základny			
Napájení: baterie			

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
3	V219	Výškoměr nástěnný	1
Měřicí páska k přimontování na zeď			
Zdravotnický prostředek s měřicí funkcí			
Polohovací doraz			
Rozsah: alespoň od 3,5 cm do 215 cm (tj. rozsah 3,5 cm a méně / 215 cm a více)			
Dělení stupnice: max. 1 mm			

Splněn požadavek? ANO/NE	Upřesnění splnění požadavku
MCB 300K100M	
ano	vážící křeslo se schválením pro profesionální lékařské použití
ano	zdrav. prostředek - třída I, s funkcí měření
ano	aretace brzd na všech čtyřech kolech, čtyři řiditelná kolečka
ano	dvě sklopné opěrky rukou a nohou
ano	třída přesnosti III
ano	
ano	lakovaná ocel v bílé barvě
ano	LCD displej, výška písma 25mm
ano	
ano	100 V - 240 V, délka provozu bat. - vypnuté podsvícení 50 h (baterie 6×1,5 V AA nejsou součástí)
ano	sedací část a opěrka - plast
Splněn požadavek?	Upřesnění splnění požadavku
Seca 274	
ano	
ano	zdrav. prostředek - třída I, s funkcí měření
ano	30-220 cm
ano	1mm
ano	± 2 mm
ano	Digitální zobrazení hodnoty na displeji - bílé podsvícení
ano	
ano	
ano	
Splněn požadavek?	Upřesnění splnění požadavku
Seca 216	
ano	montáž na stěnu
ano	zdrav. prostředek - třída I s měřicí funkcí
ano	polohovací doraz
ano	3,5 - 230 cm
ano	1 mm

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
4	V221	Váha osobní vč. výškoměru podlahová	6
		Digitální váha s výškoměrem pro vážení dětí i obézních pacientů	
		Zdravotnický prostředek s měřicí funkcí	
		Váha: Stanovené měřidlo s třídou přesnosti III	
		Rozsah vážení: min. 250kg/100g	
		Velká, plochá platforma	
		Zobrazení BMI na displeji	
		Integrovaný výškoměr	
		Přenos dat na tiskárnu nebo PC	
		Funkce: TARE, pre-TARE, HOLD, auto-HOLD, BMI, SEND, funkce matka/dítě, funkce tlumení pohybu při vážení	
		Napájení: baterie a 230V	
		Výškoměr - rozsah měření: alespoň od 90 do 200 cm (tj. rozsah 90 cm a méně / 200 cm a více) / dílky po 1 mm	

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
5	V222	Váha s madlem	1
		Váha s madlem s možností výpočtu BMI	
		Zdravotnický prostředek s měřicí funkcí	
		Nosnost: 300 kg	
		Stanovené měřidlo s třídou přesnosti III	
		Funkce: BMI, TARA a HOLD, automatické nulování	
		Napájení: baterie a 230V	
		Datové rozhraní pro tiskárnu a připojení k PC	

Splněn požadavek?	Upřesnění splnění požadavku
MPE 250K100HM	
ano	
ano	zdrav. prostředek - třída I, s funkcí měření
ano	třída přesnosti III
ano	250kg/100g
ano	vážicí plocha 365×360×80 mm
ano	váha s funkcí výpočtu BMI
ano	váha s vysouvacím výškoměrem (88 - 200 cm)
ano	dat.rozhraní RS-232C
ano	
ano	100 V - 240 V, 6 baterií 1,5 V, typ AA (nejsou součástí)
ano	88-200 cm / 0,1cm
Splněn požadavek?	Upřesnění splnění požadavku
MTA 400K-1M	
ano	
ano	schválená pro použití ve zdravotnictví - třída I, s funkcí měření
ano	300kg, 400kg / 0,1kg, 0,2kg
ano	třída přesnosti III
ano	
ano	bateriemi 6 x 1,5 V AA (nejsou součástí) nebo síťovým zdrojem 100 – 240 V
ano	dat.rozhraní RS-232C