



Kupní smlouva

Smluvní strany

Obchodní firma: **EXRAY s.r.o.**
IČ: 01647580
Se sídlem: Karlovarská 89, 271 01 Nové Strašecí
Jednatel: Jan Hamadej, jednatel
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „**prodávající**“ na straně jedné

a

Obchodní firma: **Oblastní nemocnice Příbram, a.s.**
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 8883
IČ: 270 85 031
Se sídlem: Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram
Jednatel: MUDr. Stanislavem Holobradou, předsedou představenstva
Petrem Haladou, místopředsedou představenstva
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „**kupující**“ na straně druhé

se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**OZ**“), níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly o dále uvedených skutečnostech tak, jak stanoví

tato

KUPNÍ SMOUVA (dále jen „**Smlouva**“)

Preamble

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení s názvem „**Zdravotnická technologie pro Paliativní péči, část 11 - Ultrazvukové přístroje**“, které kupující provedl dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, a v němž jako nejvýhodnější nabídku vybral nabídku prodávajícího (dále jen „**zadávací řízení**“ nebo „**veřejná zakázka**“).



ČI. I

POSTAVENÍ SMLUVNÍCH STRAN A VYMEZENÍ NĚKTERÝH POJMŮ

1. Prodávající je podnikatelem mimo jiné i v oboru dodávek zdravotnické techniky a výslovně prohlašuje, že disponuje všemi oprávněními, která vyžaduje český právní řád k tomu, aby mohl plnit své závazky z této smlouvy vyplývající, zejména pak dodat a uvést do provozu Zařízení s příslušenstvím, které je předmětem této smlouvy.
2. Kupující, **Oblastní nemocnice Příbram, a.s.**, je obchodní firmou, jejímž zakladatelem a jediným akcionářem je Středočeský kraj. Kupující je subjekt oprávněný k poskytování zdravotní péče.
3. „**Zařízením**“ se pro účely této smlouvy rozumí veškerá zařízení, přístroje, jejich příslušenství a součásti včetně potřebného software, popsané v nabídce prodávajícího, podané v zadávacím řízení, a konkrétně specifikované technickém soupisu, který tvoří Přílohu č. 1a-b této smlouvy.

ČI. II

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Prodávající se zavazuje zajistit pro kupujícího v souladu s podmínkami zadávacího řízení dodávku, instalaci a montáž (zahrnující i případnou montáž v podobě drobných stavebních prací, kupříkladu v podobě montáže rozvodu požadovaných kabelů či jiných rozvodů a podobně, tak, aby zařízení nebo jeho součásti odpovídaly specifikaci dle Přílohy č. 1a-b této smlouvy a byly způsobilé plnit funkce dle požadavků zadavatele) a uvedení do provozu **Zařízení v podobě a rozsahu stanovenými technickou specifikací veřejné zakázky a Přílohou č. 1a-b této smlouvy (technický popis nabídky prodávajícího podané v zadávacím řízení)**, včetně dodání veškerého příslušenství a potřebného software (dále také „předmět plnění“). Specifikace Zařízení a případně i dalších požadavků na plnění je uvedena v Příloze č. 1a-b této smlouvy. Údaje uvedené ve specifikaci, pokud překračují minimální požadavky, dané touto smlouvou, jsou pro předmět plnění závazné, a to včetně požadavků na délku záruky, trvání licencí a podobně. Strany si ujednaly, že v každém případě, bez ohledu na obsah nabídky prodávajícího a Přílohy č. 1a-b této smlouvy, bude zařízení dle této smlouvy splňovat minimální technické požadavky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky. Součástí předmětu plnění dle této smlouvy je dále poskytování pozáručního servisu v souladu s podmínkami, stanovenými touto smlouvou.
2. Prodávající se zavazuje dodat Zařízení nové, nepoužité, nerepasované, nezastavené, nezapůjčené, nezatížené leasingem ani jinými právními vadami. Prodávající prohlašuje, že dodané technologické Zařízení neporušuje žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví.
3. Zařízení, které je předmětem smlouvy, je určeno pro medicínské prostředí a splňuje požadavky platné české legislativy.
4. Předmět plnění dále tvoří:
 - a) dodávka, instalace a montáž Zařízení a všech dalších přímo souvisejících přístrojů a prvků, nutných k uvedení Zařízení do provozu, neuvedených přímo v Příloze č. 1a-b této smlouvy;
 - b) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a podobných listin, které české právní předpisy



vyžadují k tomu, aby Zařízení mohlo být užíváno za účelem poskytování zdravotních služeb, a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních v českém jazyce;

c) provedení zaškolení pracovníků zadavatele k používání Zařízení, případně dalších činností, nutných k provozu Zařízení a popsanych v jeho technické specifikaci, uvedené v Příloze č. 1a-b této smlouvy, jako součást předmětu plnění. O zaškolení a provedení uvedených činností bude stranami sepsán protokol;

d) doprava do sídla kupujícího, pojištění spojené s dodávkou, veškeré poplatky spojené s dovozem Zařízení, cla, daně, dovozní a vývozní přírážky až do jeho funkčního předání v místě plnění, licenční a veškeré další poplatky spojené s dodávkou a následným užíváním Zařízení, technická dokumentace-prohlášení o shodě a uživatelské příručky v českém jazyce (2x v písemné podobě a 1x elektronicky); součástí plnění je i předání všech vstupních a přístupových adres, uživatelských jmen, hesel či kódů nutných k ovládání, servisu a kalibracím dodaných zařízení, jakož i veškerého software, potřebného ke stejné činnosti;

e) plný záruční servis Zařízení a souvisejícího přístrojového vybavení v záruční době (tzn. plné servisní pokrytí včetně dodávky všech náhradních dílů) a dále provedení všech PBTk (periodických bezpečnostně technických kontrol), nebo validací (kalibrací) dodávaných přístrojů (dle zákona č. 375/2022 Sb., o Zdravotnických prostředcích a dle zákona č. 505/1990 Sb. o Metrologii, v platném znění a jeho prováděcích předpisů) tam, kde to vyžadují právní předpisy, to vše po dobu 24 měsíců (je – li v technické specifikaci veřejné zakázky pro konkrétní zařízení stanoven delší požadavek, pak platí údaje z technické specifikace veřejné zakázky).

5. Jakákoliv změna rozsahu předmětu plnění, stanoveného touto smlouvou, je možná jen na základě písemného vzestupně číslovaného dodatku k této smlouvě.

Čl. III TERMÍN PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly, že prodávající splní svůj závazek dodat Zařízení tvořící předmět plnění dle této smlouvy, a to včetně instalace a uvedení Zařízení do provozu a zajištění dalších činností, popsanych v čl. II bodu 4, písm. a) až d) této smlouvy, vše v souladu s čl. X této smlouvy (dále jen „dokončení předmětu plnění“), nejpozději do 12 týdnů ode dne obdržení písemného pokynu kupujícího k poskytnutí plnění.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že před obdržením pokynu kupujícího k poskytnutí předmětu plnění není prodávající oprávněn předmět plnění dle této smlouvy dodat. Pokud by tak prodávající učinil, nemá nárok na úhradu kupní ceny takto dodaného předmětu plnění či jeho části ani na náhradu nákladů s dodávkou takového předmětu plnění spojených.

Smluvní strany se s ohledem na to, že financování předmětu plnění bude realizováno z dotace, která má být kupujícímu za tímto účelem poskytnuta, výslovně dohodly, že na vydání pokynu k poskytnutí předmětu plnění nevzniká uzavřením této smlouvy prodávajícímu nárok. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud kupující nedoručí prodávajícímu písemný pokyn k poskytnutí předmětu plnění nejpozději do 30.9.2024, budou prodávající i kupující oprávněni od této smlouvy odstoupit písemným oznámením druhé smluvní straně. Toto právo zanikne okamžikem doručení pokynu kupujícího k poskytnutí předmětu plnění prodávajícímu. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce nebude mít žádná smluvní strana nárok na jakékoliv odstupné či jinou formu náhrady či na úhradu nákladů spojených s přípravou plnění.



Čl. IV MÍSTO PLNĚNÍ

Místem dodání je: **Oblastní nemocnice Příbram, a.s.,**
areál I Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.

Čl. V CENA PLNĚNÍ

1. Cena předmětu plnění v rozsahu dle této smlouvy (čl. II) a Přílohy č. 1 je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení bez možnosti nárůstu z důvodu inflace nebo jiných vlivů nespecifikovaných přímo touto smlouvou takto:

A) Cena v Kč bez DPH za splnění předmětu plnění v rozsahu, daném čl. II body 1 až 4 této smlouvy, vyjma poskytování pozáručního servisu :

tj. 1.452.000,- Kč bez DPH
(slovy: Jeden milion čtyři sta padesát dva tisíce korun českých)

B) sazba DPH:

tj. 304.920,-Kč
(slovy: tři sta čtyři tisíce devět set dvacet korun českých) sazba 21% DPH

C) Cena v Kč vč. DPH

tj. 1.756.920,- Kč vč. DPH
(slovy: Jeden milion sedm set padesát šest tisíc devět set dvacet korun českých)

2. Tato cena je nejvýše přípustná a bude kupujícímu vyúčtována po řádném a úplném splnění předmětu plnění dle této smlouvy bez vad a nedodělků.

3. Změna celkové ceny je přípustná pouze:

- a) dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty,
- b) na základě písemné dohody smluvních stran, kterou se tato kupní smlouva v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, změnila s ohledem na objektivně nepředvídatelnou potřebu změny rozsahu předmětu plnění, která bude zjištěna v průběhu plnění této smlouvy.

4. Cena služeb a dodávek spojených s prováděním pozáručního servisu dle této smlouvy, pokud bude zadavatel mít zájem o jeho využívání, bude stanovena na základě aktuálního ceníku prodávajícího platného v době doručení požadavku kupujícího na provedení servisního zásahu. Ceník musí obsahovat v daném místě a čase obvyklé ceny stejné pro všechny odběratele prodávajícího a při účtování ceny náhradních dílů nesmí prodávajícím účtovaná cena přesáhnout 110% ceny, za kterou příslušný náhradní díl pořídí od jeho výrobce nebo dodavatele. Cenu pozáručního servisu v rozsahu přesahujícím toho ujednání není kupující povinen hradit.



Čl. VI PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu předmětu plnění dle této smlouvy tak, jak je dohodnuta v čl. V této kupní smlouvy, včetně příslušné DPH, bude prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu po řádném a úplném dokončení předmětu plnění a předání předmětu plnění kupujícímu tak, jak je definován v čl. II bodu 4, písm. a) až d) této smlouvy, včetně předání všech požadovaných listin a dokumentů, a to na základě protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného předmětu plnění, podepsaného kupující, vše v souladu s čl. X bodem 1 až 3 této smlouvy s tím, že splatnost příslušného účetního dokladu (faktury) bude činit 60 dnů.
2. Smluvní strany se dohodly, že cenu předmětu plnění bude prodávající účtovat prostřednictvím faktur, jejichž obsah, jakož i doba vystavení a splatnost se budou řídit jednak platnými právními předpisy, jednak výše uvedenými ujednáními čl. VI bodu 1 této smlouvy. V případě, že by obsah faktury prodávajícího neodpovídal ujednáním této smlouvy, bude ji kupující oprávněn prodávajícímu navrátit za účelem opravy jejího obsahu tak, aby odpovídal ujednáním této kupní smlouvy, aniž by se dostal do prodlení s její úhradou. Smluvní strany sjednávají, že nezbytnou přílohou faktury (a tedy její součástí) bude i kopie kupujícím písemně odsouhlaseného protokolu o předání a převzetí předmětu plnění ve smyslu čl. VI bodu 1 této smlouvy. Každá faktura musí být označena číslem projektu přiděleným poskytovatelem dotace, CZ.06.04.03/00/23_072/0002786.
3. Cena pozáručního servisu bude prodávajícím kupujícímu účtována jednotlivě po řádném dokončení každého servisního zásahu a potvrzení této skutečnosti kupujícím na příslušném servisním protokolu.
4. Datem DUZP na faktuře bude datum podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

Čl. VII VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Dodané Zařízení se stává vlastnictvím kupujícího podpisem protokolu o předání a převzetí předmětu plnění kupujícím. Prodávající se zaručuje, že vlastnictví k předmětu plnění přejde na kupujícího bez jakýchkoliv právních či jiných vad, jinak je kupujícímu povinen nahradit škodu a další náklady, které mu porušením tohoto závazku vznikly.
2. Nebezpečí škody na věcech náležejících do předmětu plnění přechází na kupujícího podpisem protokolu o předání a převzetí předmětu plnění kupujícím.

Čl. VIII. ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý kalendářní den prodlení.



2. V případě prodlení s řádným dokončením předmětu plnění v termínu dle čl. III je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny dle čl. V této smlouvy za každý kalendářní den prodlení.
3. V případě prodlení prodávajícího s termínem odstranění kupujícím řádně reklamovaných vad předmětu plnění v záruční době zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení, a to ve vztahu ke každé vadě samostatně. Kupující bude zároveň oprávněn nechat v takovém případě příslušnou vadu odstranit na náklady prodávajícího jiným dodavatelem, a to bez újmy práv, vyplývajících kupujícímu z poskytnuté záruky. Za prodlení prodávajícího s odstraněním závad, které by měly být prodávajícím odstraněny v rámci poskytování pozáručního servisu, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení. Kupující bude zároveň oprávněn nechat dané vady odstranit třetí osobou, přičemž případný cenový rozdíl oproti garantované ceně servisních prací dle této smlouvy bude oprávněn účtovat prodávajícímu. V případě prodlení prodávajícího s poskytnutím uživatelské podpory dle podmínek daných touto smlouvou (pokud je uživatelská podpora předmětem plnění – viz technická specifikace předmětu plnění) se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každou hodinu prodlení.
4. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné ve lhůtě deseti dnů od obdržení výzvy oprávněné smluvní strany k jejímu zaplacení.
5. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody, jež se hradí v plné výši bez ohledu na výši smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty dále není dotčena povinnost prodávajícího splnit závazky vyplývající z podepsané kupní smlouvy.

Čl. IX ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

1. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu veškeré škody vzniklé porušením povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, této smlouvy, technických norem i doporučujících a obchodních zvyklostí.
2. Do doby přechodu nebezpečí škody na předmětu dodávky odpovídá za škodu na předmětu dodávky a všech věcech a právech, tvořících její součást, prodávající.

Čl. X SPLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PRODÁVAJÍCÍHO

1. Prodávající se zavazuje k řádnému a úplnému splnění předmětu smlouvy (řádnému a úplnému dodání předmětu plnění), tedy tak, aby odpovídal příslušným právním předpisům, podmínkám této smlouvy, technickým normám i doporučujícím a obchodním zvyklostem a aby jej bylo možné užívat za účelem, ke kterému je určen. Prodávající splní svou povinnost řádně a úplně dodat předmět plnění (Zařízení) dle této smlouvy splněním všech závazků dle čl. II bodu 4, písm. a) a d) této smlouvy, tedy jeho dodáním do místa plnění, montáží, nainstalováním, uvedením do provozu a zaškolením obsluhy tak, jak předpokládá tato smlouva, a dále předáním všech listin, osvědčení a dokumentů, které právní předpisy k provozování příslušných částí předmětu plnění vyžadují nebo kterých je k jejich provozování zapotřebí (včetně návodů k obsluze a podobně).



2. Prodávající prohlašuje, že Zařízení splňuje technické, hygienické, humánní, bezpečnostní a další standardy dle předpisů Evropské unie a odpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN, které se vztahují k předmětu plnění.
3. Pokud bude součástí předmětu plnění i dodávka příslušného softwarového vybavení, splní prodávající svou povinnost takové softwarové vybavení dodat okamžikem, kdy takové software nainstaluje do Zařízení případně dalších přístrojů kupujícího, do kterých to bude potřebné pro uvedení Zařízení do plně funkčního provozu v návaznosti na ostatní přístrojové vybavení kupujícího, takové software plně zprovozní (včetně synchronizace s ostatním potřebným software a technickým vybavením kupujícího) a převede na kupujícího licenční práva k plnému užívání takového software za účelem potřebným pro realizaci záměru kupujícího, pro který je Zařízení kupujícím pořizováno, a to, není – li v technické specifikaci předmětu plnění stanoveni jinak, bez časového omezení licence. Prodávající se dále zavazuje, že po dobu životnosti zařízení, která vyžadují provádění kalibrace nebo PBTk dle zvláštních předpisů, nejméně však po dobu 10 let ode dne dodání zboží, bude zadavateli poskytovat potřebnou součinnost pro provádění kalibrace či PBTk takových zařízení po uplynutí záruční doby zařízení. Cena takové součinnosti je zahrnuta v ceně zboží. Součinností se rozumí poskytování potřebných údajů a přístupů, případně zaškolení (včetně vydání potřebných osvědčení o takovém zaškolení) odpovědných pracovníků zadavatele pro provádění takových činností tak, aby splňovali požadavky dané výrobcem daného zařízení pro provádění takových činností.

Čl. XI

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Dojde-li kdykoliv za trvání smluvního vztahu ke změně identifikačních údajů či jiných údajů majících vliv na plnění dle této smlouvy na kterékoli straně, povinná strana se zavazuje informovat oprávněnou stranu o této změně bez zbytečného odkladu.
2. Prodávající je povinen řádně informovat kupujícího o vlastnostech dodávaného Zařízení. Tyto povinnosti se však nevztahují na případy, kdy se jedná o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti.
3. Prodávající se zavazuje mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v důsledku jeho podnikatelské činnosti, a to s pojistným krytím ve výši nejméně 1 mil. Kč a udržovat takové pojištění alespoň po dobu trvání záruky dle této smlouvy. Jakékoli změny nebo dodatky pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, které snižují pojistné krytí pod minimální úroveň stanovenou v této smlouvě, vyžadují předchozí písemný souhlas kupujícího. Kopie pojistné smlouvy tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.
4. V případě, že prodávající poruší kteroukoliv povinnost uvedenou v bodě 3. článku XI této smlouvy, je kupující oprávněn z tohoto důvodu od této smlouvy odstoupit.
5. Prodávající se zavazuje, že v době popsané v odst. 6 tohoto článku, odstraní nahlášenou závadu Zařízení nebo jeho příslušenství (včetně nefunkčnosti jím dodaného software), a to jak po dobu záruční doby i po dobu trvání jeho závazku k poskytování pozáručního servisu a technické (uživatelské) podpory Zařízení. Záruční i pozáruční servis bude prodávajícím prováděn v místě instalace Zařízení. Smluvní strany se dohodly, že po uplynutí záruční doby dle této smlouvy bude prodávající povinen



poskytovat kupujícímu za běžných obchodních podmínek (dle platného ceníku a obchodních podmínek závazných pro všechny odběratele prodávajícího) po dobu dalších 8 let od uplynutí záruční doby předmětu plnění i potřebný pozáruční servis. Strany se dále dohodly, že pokud je předmětem dodávky i instalace software, případně je v Příloze č. 1 této smlouvy stanoven požadavek na uživatelskou podporu i ve vztahu k hardware, a není – li tam podoba a rozsah takové podpory definována jinak, bude prodávající po dobu trvání záruky a následně po dobu dalších 8 let po jejím uplynutí povinen poskytovat kupujícímu technikou (uživatelskou) podporu potřebnou pro provoz Zařízení (a dodaného software) s dosažitelností pomocí emailu nebo telefonu v režimu 5/8 a rekční dobou max 48 hodin, a dále zajišťovat bezplatně veškeré update a upgrade dodaného software určeného k ovládání a obsluze Zařízení (a to nejpozději do 30 dnů poté, kdy výrobce takové update nebo upgrade daného software uvede na trh).

6. Prodávající se zavazuje k nástupu k záruční i pozáruční opravě (případně odstranění chyby dodaného SW) nejpozději do 48 hodin od nahlášení poruchy nebo požadavku (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou) v pracovní dny a uvedení Zařízení (případně dodaného SW) do bezchybného provozu (obnovení plné funkčnosti celého systému) nejdéle do 96 hodin od oznámení nahlášení poruchy nebo vznesení požadavku kupujícím, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Oznámení o nahlášení poruchy musí být provedeno písemnou formou na e-mail: servis@exray.cz nebo faxem na -----Při potřebě objednání náhradních dílů odstraní prodávající ohlášenou poruchu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení vady či poruchy kupujícím.

7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

8. Po dobu záruční doby zařízení je prodávající povinen zajišťovat i další činnosti, popsané v čl. II bodu 4 písm. e) této smlouvy, zejména pak PBTk (periodických bezpečnostně technických kontrol), nebo validací (kalibrací) dodávaných přístrojů (dle zákona č. 375/2022 Sb., o Zdravotnických prostředcích a dle zákona č. 505/1990 Sb. o Metrologii, v platném znění a jeho prováděcích předpisů) dodaného Zařízení stanovených právními předpisy a výrobcem. Pokud se má příslušný zásah provést na vyžádání kupujícího, pak pro jeho provedení platí stejné lhůty, jako pro odstranění záruční vady (stanovené v bodě č. 6 tohoto článku). V případě prodlení prodávajícího s plněním této povinnosti bude kupující oprávněn nechat na náklady prodávajícího příslušný zásah nebo činnost provést třetí osobou a prodávající bude navíc povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu, uvedenou v čl. VIII bodu 3 této smlouvy pro případ prodlení s odstraněním záruční vady Zařízení.

Čl. XII

ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY



1. Na předmět plnění podle této smlouvy poskytuje prodávající záruku v délce 24 měsíců, není – li v Příloze č. 1a-b pro některou součást Zařízení stanovena záruční doba jiná. Běh záruční doby počíná dnem podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy kupujícím. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá užíváním Zařízení v rozporu se záručními podmínkami nebo právními předpisy, případně písemnými pokyny prodávajícího k užívání předmětu plnění, které budou kupujícímu předány společně s předmětem plnění při jeho uvedení do provozu. Ve vztahu ke každému dodanému náhradnímu dílu či provedené opravě poskytuje prodávající samostatnou záruku v trvání celé délky původní záruky, a to ode dne dokončení takové opravy (taková samostatná záruka začne běžet vždy okamžikem dokončení příslušné opravy).



2. Prodávající odpovídá za veškeré vady, které má Zařízení v době jeho protokolárního předání a za vady, které se na předmětu smlouvy vyskytnou do uplynutí záruční doby. Prodávající rovněž odpovídá za vady předmětu smlouvy a dalších plnění, která v průběhu provádění servisních prací dle této smlouvy kupujícímu dodal, jež vznikly až po jeho dodání, vyjma případů, kdy takové vady způsobil kupující porušením svých povinností.
3. Prodávající přejímá závazek, že dodané Zařízení bude způsobilé pro použití k jeho obvyklému účelu a že si zachová vlastnosti vyžadované právními předpisy Evropské unie a právními předpisy České republiky a další vlastnosti obvyklé pro toto Zařízení.
4. Veškeré vady Zařízení a jeho příslušenství je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně (dále jen „reklamace“) kdykoliv v průběhu záruční doby bez ohledu na to, kdy vadu zjistil nebo mohl zjistit, a to způsobem, uvedeným v čl. XI bodu 6, čl. XIV a čl. XIII této smlouvy.
5. Nároky z vad Zařízení se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo nároku na smluvní pokutu.

Čl. XIII DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Případné reklamace na základě této smlouvy budou mít písemnou formu a pokládají se za doručené druhé smluvní straně, pokud jsou doručeny osobně osobě, zmocněné dle tohoto článku nebo jsou doručeny doporučenou poštovní zásilkou na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně jsou zaslány potvrzeným faxem adresovaným druhé smluvní straně na níže uvedená faxová čísla:



Čl. XIV ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ O DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

1. Smluvní strany budou doručovat písemnosti na dohodnuté doručovací adresy. Dohodnutou doručovací adresou se rozumí adresa sídla/bydliště dotčené smluvní strany uvedená v záhlaví této smlouvy, případně jiná kontaktní adresa uvedená v záhlaví této smlouvy. Doručí-li smluvní strana druhé smluvní straně písemné oznámení o změně doručovací adresy, rozumí se dohodnutou doručovací adresou dotčené smluvní strany nově sdělená adresa.



2. Nevyzvedne-li si adresát zásilku, nebo nepodaří-li se mu zásilku doručit na dohodnutou doručovací adresu, nastávají právní účinky, které právní předpisy spojují s doručením prvního úkonu, který byl obsahem zásilky, pátým dnem po odeslání zásilky na adresu uvedenou v předchozím odstavci odesílatelem.

3. Smluvní strany jsou povinny pravidelně přebírat poštu, případně zajistit její pravidelné přebírání na své doručovací adrese. Při změně bydliště/sídla smluvní strany, je tato smluvní strana povinna neprodleně informovat o této skutečnosti druhou smluvní stranu a oznámit ji adresu, která bude její novou doručovací adresou. Smluvní strany berou na vědomí, že porušení povinnosti řádně přebírat poštu dle tohoto odstavce může mít za následek, že doručení zásilky bude zmařeno, protože dojde k aplikaci ustanovení čl. XIV bodu 2 této smlouvy.

Čl. XV OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Kupující a prodávající berou na vědomí, že tato kupní smlouva bude předmětem uveřejnění podle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění a zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, a s uveřejněním jejího obsahu výslovně souhlasí.

2. Kupující je oprávněn kdykoliv v době předcházející okamžiku dokončení předmětu plnění zastavit, přerušit nebo ukončit plnění této smlouvy prodávajícím, a to s účinností ke dni doručení písemného oznámení o takovém rozhodnutí kupujícího prodávajícímu. V případě omezení nebo ukončení plnění dle této smlouvy vznikne prodávajícímu nárok na úhradu ceny plnění jen ve vztahu k do té doby řádně dokončené (případně omezením nedotčené) a předané části předmětu plnění a dále na náhradu do té doby jím prokazatelně účelně vynaložených nákladů na dokončení plnění (případně omezením plnění dotčené části předmětu plnění) dle této smlouvy. Taková náhrada spolu s uhrazenou částí kupní ceny však nemůže převýšit celkovou kupní cenu dle této smlouvy. Splatnost omezením či ukončením plnění nedotčené části kupní ceny jakož i náhrady dle tohoto odstavce se přiměřeně řídí čl. VI bodem 1 až 3 této smlouvy. V případě přerušování provádění předmětu plnění se o dobu přerušování prodlužuje termín pro dokončení předmětu plnění dle čl. III této smlouvy. V případě, že prodávající bude po obdržení rozhodnutí kupujícího o přerušování, omezení či ukončení plnění dle této smlouvy pokračovat v plnění této smlouvy, případně v plnění rozhodnutím dotčené části předmětu plnění, nebude mít nárok na úhradu ceny takové části plnění, ani na náhradu nákladů, které v souvislosti s takovým plněním vynaloží.

3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, vznikla-li mu činností nebo nečinností prodávajícího újma nebo mu vznik újmy hrozí nebo bylo-li poškozeno nebo ohroženo dobré jméno kupujícího. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:

- a) v případě, že je vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení (vyjma případů, kdy bude následně do 60 dnů zastaveno či návrh na prohlášení úpadku zamítnut) nebo na jeho majetek nařízena exekuce či veden výkon rozhodnutí,
- b) v případě podstatného porušení smluvních povinností prodávajícím, zejména pak prodlení s dokončením předmětu plnění v termínu dle čl. III této smlouvy,
- c) v případě, že prodávající nesplní ani v termínu dodatečně stanoveném kupujícím povinnost doručit kopii platné pojistné smlouvy dle čl. XI bodu 3 této smlouvy.



Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
5. Dodavatel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Čl. XVI ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy obou smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku.
2. V případě sporu se obě smluvní strany zavazují pokusit se především o jeho urovnání smírem, v případě soudního sporu bude věc projednávána soudem příslušným podle občanského soudního řádu.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny zavázat se způsobem uvedeným v této smlouvě. Pokud se toto prohlášení ukáže nepravdivým, zavazují se k náhradě veškeré škody, která by tak mohla vzniknout.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu, avšak nejdříve okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv podle ust. § 5 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí kupující.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou, jakož i se zveřejněním celé této smlouvy.
6. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě, popřípadě též ukončení této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsané oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ a vztupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený Dodatek měl vždy číslo nižší, než Dodatek pozdější. Smlouva může být ukončena pouze písemně.
7. Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postoupení v rozporu s podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné.



8. Smluvní strany na závěr této smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření této smlouvy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují. Smluvní strany se dále zavazují, že budou nejméně po dobu 11 let počítaných od konce roku, ve kterém došlo k dokončení předmětu plnění dle této smlouvy, uchovávat veškerou dokumentaci týkající se plnění dle této smlouvy. Prodávající se v tomto směru zavazuje poskytnout potřebnou součinnost všem kontrolním orgánům v případě provádění kontroly využití finančních prostředků, které prodávající přijal v podobě úhrady kupní ceny dle této smlouvy, zejména pak poskytnout jim všechny potřebné dokumenty a účetní doklady týkající se plnění jeho závazků dle této smlouvy dle jejich vyžádání.

10. Vůle smluvních stran je vyjádřena v níže uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří tato smlouva a její přílohy:

- přílohy č. 1 - technické specifikace a požadavky dodávaného přístrojového vybavení (příloha č. 1 a-b), včetně ocenění jednotlivých položek (příloha č. 1 - Výkaz výměr předmětné veřejné zakázky),
- příloha č. 2 – Potvrzení o pojištění

11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž kupující obdrží tři vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.

V Příbrami, dne

V Novém Strašecí dne

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

MUDr. Stanislav Holobrada
předseda představenstva
Oblastní nemocnice Příbram, a. s.

Jan Hamadej,
jednatel

Petr Halada
místopředseda představenstva
Oblastní nemocnice Příbram, a. s.

Příloha č. 1 a Technická specifikace vč. požadavků Zadavatele

Přístroj ultrazvukový -

Dodavatel (úplný název, vč. IČO a korespondenční adresy)	EXRAY s.r.o., Karlovarská 89, 271 01 Nové Strašecí IČ: 016 47 580	
Výrobce	GE Medical Systems	
Jednoznačný název a typ modelu		
Pozn: Pokud zadavatel v technické specifikaci stanovuje požadavek na určitou hodnotu parametru, je tím myšlena hodnota kvalitativně minimální, zadavatel tedy připouští možnost dodání přístroje s kvalitativně lepším parametrem zvyšujícím jeho užité vlastnosti		
Technické požadavky	Splnění požadavku ANO/NE	Poznámky a komentáře
přenosný ultrazvukový systém typu notebook	ANO	
hmotnost systému včetně baterie max. 5 kg	ANO	5kg
integrovane madlo pro bezpečný transport systému	ANO	
start systému do plné funkce max. 90 s, ze Sleep (Standby) módu max. 2 s	ANO	90s, ze Stand by modu za 2s.
ovládání přístroje přes ovládací panel s podsvícenými mechanickými ovládacími prvky a tlačítky	ANO	
omyvatelná hardwarová alfanumerická klávesnice pro zadávání údajů umístěná na ovládacím panelu	ANO	
ovládání přístroje přes standardní trackball (kuličku)	ANO	
možnost práce z integrované baterie nebo z elektrické sítě	ANO	
práce systému na baterie min. 30 min.	ANO	30 minut
možná rozšířená práce systému na baterie při umístění ve vozíku až 90 min	ANO	
integrovany širokoúhlý min. 15,6" LCD monitor s vysokým rozlišením a velkým pozorovacím úhlem	ANO	15,6" LCD
manuální nastavení TGC křivky pomocí min. 8 hardwarových ovladačů	ANO	8
možnost výměny sond za provozu	ANO	
minimální vstupy/výstupy: 4x USB, LAN, HDMI	ANO	4x USB, LAN, HDMI
dostupný lankový bezpečnostní zámek pro uzamčení systému	ANO	
min. 12 uživatelských tlačítek, funkce tlačítek nastavitelná uživatelem	ANO	12
uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety)	ANO	
možnost uživatelem konfigurovat menu přednastavení pro snadnější a rychlejší výběr přednastavení	ANO	
kontinuální automatická optimalizace obrazu pro: B-mód a Doppler	ANO	
archivace patientských dat na interní SSD HDD, min. 256 GB	ANO	256 GB
interní integrovaná patientská databáze s možností vyhledávání, ukládání obrázků a smyček do této patientské databáze ve formátu hrubých dat vhodných k pozdější úpravě	ANO	
upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, úprava TGC křivky, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti)	ANO	
funkce zvětšení (ZOOM) plynule nastavitelná v min. 19 krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast	ANO	v 19-ti krocích
funkce trapezoidního zobrazení na lineárních sondách	ANO	
možnost exportu dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.)	ANO	AVI, JPEG
interní paměťová smyčka pro minimálně 2000 snímků	ANO	2000 snímků
Wi-Fi přenosu dat –bezdrátové připojení k síti LAN	ANO	
export dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD)	ANO	
kompletní licence pro DICOM 3.0	ANO	
výuková ultrazvuková aplikace (jako součást softwarového vybavení přístroje, nikoliv na externím mediu) s aktuálním ultrazvukovým zobrazením dostupné pro kategorie: Abdomen, Obstetrics, Gynecology, Cardiology, Vascular	ANO	Scan Coach
aktivní TCD mód	ANO	
nastavitelná maximální hloubka zobrazení v rozsahu min.: 1 – 33 cm	ANO	1-33cm
frekvenční rozsah systému min.: 1,7 – 18 MHz	ANO	1,7 – 18 MHz
dynamický rozsah systému min. 269 dB	ANO	269 dB
Kalkulace:		
standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů	ANO	
software pro analýzu průtoku ve tkáních pro dopplerovské módy, analýza ve formě TIC křivek (time intensity curve), nutná funkcionalita i na archivovaných hrubých datech	ANO	
možno provést min. 9 měření v jednom diagnostickém obraze	ANO	9 měření
automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR	ANO	S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR

kompletní výpočty pro gynekologii a porodnictví, min. GS, CRL, BPD, HC, AC, FL, EFW	ANO	GS, CRL, BPD, HC, AC, FL, EFW
programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty	ANO	
volitelné horké klávesy pro nastavená měření	ANO	
standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace	ANO	
měření úhlů dětských kyčlí včetně klasifikace podle Grafa	ANO	
programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty	ANO	
možnost rozšíření o automatické měření objemu močového měchýře s automatickou detekcí orgánu a automatickým výpočtem jeho objemu bez nutnosti manuálního nakládání kaliperů	ANO	
možnost rozšíření o plně automatická měření: EF - ejekční frakce, IMT komplex	ANO	
Zobrazovací módy:		
velmi kvalitní B-mód s možností automatické kontinuální optimalizace 2D obrazu	ANO	
M-mód, barevný M-mód	ANO	
barevný směrový rychlostní Doppler	ANO	
citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler vč. možnosti rozlišení směru toku	ANO	
možnost současného porovnání aktivního B-módu a duálního zobrazení s barevným (výkonovým) Dopplerem vedle sebe	ANO	
spektrální PW Doppler s možností automatické optimalizace	ANO	
kontinuální CW Doppler	ANO	
harmonické zobrazení na všech sondách	ANO	
zobrazení redukující ultrazvukové spekle nastavitelné v min. 8 úrovních	ANO	8 úrovní
compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) nastavitelné v min. 4 úrovních	ANO	4 úrovně
možné rozšíření o funkci pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D, nezbytné vlastnosti funkce: změna úhlu vpichu - steer paprsků do min. 50°, změna zesílení – gain intervenčního nástroje, volba šířky jehly	ANO	50°
přednastavení pro plícní diagnostiku pro lepší detekci Lung slidingu, A-profilu, B-profilu (B-linie) na plicích	ANO	
možnost rozšíření o tkáňový Doppler (TVI a TVD zobrazení)	ANO	
možné rozšíření o nedoplerovské zobrazení krevního toku s vysokou senzitivitou k velmi pomalým tokům a s vysokým rozlišením	ANO	
možné rozšíření přístroje o elastografii	ANO	
možnost rozšíření o vyšetření pomocí kontrastních látek	ANO	
Příslušenství:		
výškově stavitelný (originální od výrobce) mobilní transportní vozík pro přístroj a připojené sondy a příslušenství včetně přepínače pro připojení min. 3 sond současně	ANO	3 sondy
Sondy:		
lineární multifrekvenční sonda min. 4,2 – 13 MHz, minimálně 192 krystalů v sondě, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 4 cm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, sonda s min. 128 krystaly ve snímači	ANO	12L-RS, frekvenční rozsah 4,2 – 13 MHz, možnost nastavení 4 nativních vysílacích frekvencí a možnost nastavení 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole 4 cm, 192 krystalů
konvexní multifrekvenční sonda min. 2 – 5 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, sonda s min. 128 krystaly ve snímači	ANO	4C-RS, frekvenční rozsah 2 – 5 MHz, možnost nastavení 4 nativních vysílacích frekvencí a možnost nastavení 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, 128 krystalů
sektorová multifrekvenční sonda min. 1,7 – 4,0 MHz, možnost nastavení min. 3 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, sonda výlučně typu single crystal s polarizovanými krystaly, úhel zobrazení min. 120°	ANO	3Sc-RS, frekvenční rozsah 1,7 – 4,0 MHz, možnost nastavení 3 nativních vysílacích frekvencí a možnost nastavení 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, sonda typu single crystal s polarizovanými krystaly, úhel zobrazení 120°
Možnost rozšíření o následující sondy:		
lineární vysokofrekvenční hokejková sonda pro zobrazení velmi blízkých polí, vhodná pro intervenční zákroky ve velmi blízkých polích a současně pro pediatrické aplikace, frekvenční rozsah min. 6,7 – 18 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 35 mm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, sonda s min. 168 krystaly ve snímači	ANO	L8-18i-RS, frekvenční rozsah 6,7 – 18 MHz, možnost nastavení 4 nativních vysílacích frekvencí a možnost nastavení 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole 35 mm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, 168 krystalů
Další požadavky		
Záruční doba přístroje min. 2 roky	ANO	2 roky

Servis po dobu životnosti přístroje (minimálně 2 roky plný záruční servis + 8 let pozáruční servis)	ANO	2 roky plný záruční servis + 8 let pozáruční servis
Servisní softwarová a hardwarová podpora po dobu životnosti přístroje (10 let)	ANO	10 let
Po dobu záruční doby bezplatné provedení bezpečnostně technických kontrol, veškerých předepsaných kontrol, kalibrací a revizí (ať už předepsaných výrobcem, tuzemskou servisní organizací nebo právními předpisy). Pokud je pro provedení BTK či jakéhokoli dalšího předepsaného testu prováděného uchazečem vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení této kontroly, a proto nemůže být samostatně účtován.	ANO	
Bezplatné dodání návodů na obsluhu v českém jazyce 1x v tištěné formě, 1 x na CD,USB provedení zaškolení personálu.	ANO	1x v tištěné formě, 1 x na USB
Dodání prohlášení o shodě a další příslušné dokumentace nezbytné pro provoz v ČR.	ANO	
Dodávka techniky, její instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu musí být realizovány plně na náklady dodavatele.	ANO	

Příloha č. 1 b - Technická specifikace vč. požadavků Zadavatele

Přístroj ultrazvukový

Dodavatel (úplný název, vč. IČO a korespondenční adresy)	EXRAY s.r.o., Karlovarská 89, 271 01 Nové Strašecí IČ: 016 47 580	
Výrobce	GE Medical Systems	
Jednoznačný název a typ modelu		
Pozn: Pokud zadavatel v technické specifikaci stanovuje požadavek na určitou hodnotu parametru, je tím myšlena hodnota kvalitativně minimální, zadavatel tedy připouští možnost dodání přístroje s kvalitativně lepším parametrem zvyšujícím jeho užité vlastnosti		
Technické požadavky	Splnění požadavku ANO/NE	Poznámky a komentáře
nastavitelná hloubka zobrazení v rozsahu min.: 1 – 33 cm	ANO	1-33cm
frekvenční rozsah systému min.: 1,7 do 18 MHz	ANO	1,7 – 18 MHz
rozsah systému min. 269 dB	ANO	269 dB
maximálně mobilní (nikoliv přenosný) ultrazvukový systém se 4 brzděnými koly	ANO	4
hmotnost systému max. 60 kg, šířka systému max. 60 cm	ANO	60 kg, 60 cm
výškově nastavitelný ovládací panel (pro sedícího i stojícího lékaře)	ANO	
start systému do plné funkce max. 120 s	ANO	120s
ovládání přístroje přes klasický ovládací panel s mechanickými ovládacími prvky a tlačítky a prostřednictvím max 13" pomocného dotykového displeje	ANO	13"
kompletní omyvatelná hardwarová alfanumerická klávesnice pro zadávání údajů umístěná na ovládacím panelu	ANO	
ovládání přístroje přes standardní trackball (kuličku)	ANO	
bateriový provoz (integrovaný bateriový systém přímo v přístroji, nikoliv samostatná UPS) na min. 15 minut kontinuálního provozu – standby mód i vyšetřování	ANO	15 minut
integrovaný širokoúhlý min. 21,5" LED LCD monitor s vysokým rozlišením min.: 1920 x 1080 a velkým pozorovacím úhlem, otočný a sklápěný	ANO	21,5" LED LCD monitor s vysokým rozlišením 1920 x 1080 px
manuální nastavení TGC křivky pomocí min. 8 hardwarových ovladačů	ANO	8
možnost výměny sond za provozu	ANO	
současné aktivní připojení min. 3 ultrazvukových sond	ANO	
minimální vstupy/výstupy: 4x USB, LAN, HDMI, VGA, CVBS, S-Video	ANO	4x USB, LAN, HDMI, VGA, CVBS, S-Video
min. 17 uživatelsky programovatelných hardwarových tlačítek na ovládacím panelu, pro usnadnění a urychlení práce obsluhy	ANO	17
ukládání zvukových poznámek uložených přímo do složky pacienta – pro usnadnění a urychlení práce obsluhy	ANO	
uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety)	ANO	
kontinuální dynamická automatická optimalizace obrazu pro: B-mód a Doppler	ANO	
archivace patientských dat na interní HDD, min. 500 GB	ANO	500 GB
interní integrovaná patientská databáze s možností vyhledávání, ukládání obrázků a smyček do této patientské databáze ve formátu hrubých dat vhodných k pozdější úpravě	ANO	
možnost upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, úprava TGC křivky, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti)	ANO	
funkce zvětšení (ZOOM) plynule nastavitelná v několika krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast	ANO	
funkce trapezoidního zobrazení na lineárních sondách	ANO	
možnost exportu dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.)	ANO	AVI, JPEG
možnost rozšíření o Wi-Fi přenos dat - bezdrátové připojení k síti LAN	ANO	
možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD)	ANO	
kompletní DICOM 3.0 konektivita	ANO	
software pro analýzu průtoku ve tkáních pro dopplerovské módy, analýza ve formě TIC křivek (time intensity curve), nutná funkcionálna i na archivovaných hrubých datech	ANO	
manuální nastavení laterálního gainu	ANO	
Kalkulace:		
výpočty -měření vzdáleností, ploch a úhlů	ANO	
automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot: S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR	ANO	
kompletní výpočty pro gynekologii a porodnictví, min.: GS, CRL, BPD, HC, AC, FL, EFW	ANO	S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR
programovatelné vlastní kalkulační a nastavení menu pro výpočty	ANO	GS, CRL, BPD, HC, AC, FL, EFW
volitelné horké klávesy pro nastavená měření	ANO	
měření úhlů dětských kyčlí včetně klasifikace podle Grafu	ANO	
Zobrazovací módy:		
velmi kvalitní B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu	ANO	
M-mód, barevný M-mód	ANO	

barevný směrový rychlostní Doppler	ANO	
citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler vč. možnosti rozlišení směru toku	ANO	
možnost současného porovnání aktivního B-módu a barevného (výkonového) Dopplera vedle sebe	ANO	
spektrální PW Doppler s možností automatické optimalizace	ANO	
kontinuální CW Doppler	ANO	
harmonické zobrazení a kódované harmonické zobrazení dostupné na všech sondách	ANO	
zobrazení redukující ultrazvukové spekle nastavitelné v min. 8 úrovních	ANO	8 úrovní
compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) nastavitelné v min. 4 úrovních	ANO	4 úrovně
výuková ultrazvukové aplikace (jako součást softwarového vybavení přístroje, nikoliv na externím médiu) s aktuálním ultrazvukovým zobrazením dostupné pro kategorie: Abdomen, Obstetrics, Gynecology, Cardiology, Vascular	ANO	Scan Coach
možnost rozšíření o kontrastní vyšetření	ANO	
Možnost rozšíření systému o software pro automatické rozpoznání a popis orgánů pravého horního kvadrantu dutiny břišní	ANO	
možnost rozšíření o software pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D (na lineární i konvexní sondě), nezbytné funkce: změna úhlu vpichu - steer paprsků až do min. 30°, změna zesílení – gain intervenčního nástroje, volba zobrazení šířky jehly	ANO	30°
možnost rozšíření o software pro 3D a 4D zobrazení	ANO	
možnost rozšíření o software pro automatické měření objemu močového měchýře	ANO	
možnost rozšíření o software pro automatický výpočet ejekční frakce	ANO	
možnost rozšíření o software pro tkáňový Doppler (TVI a TVD zobrazení)	ANO	
možnost rozšíření systému o zobrazení krevního toku (prokrvení) na bázi subtrakce obrazu bez použití dopplerovských metod a kontrastních látek	ANO	
Sondy:		
lineární multifrekvenční sonda min. 4,2 – 13 MHz, minimálně 192 krystalů v sondě, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 4 cm, vyznačené značky středu a osy	ANO	12L-RS, frekvenční rozsah 4,2 – 13 MHz, možnost nastavení 4 nativních vysílacích frekvencí a možnost nastavení 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole 4 cm, 192 krystalů
konvexní multifrekvenční sonda min. 2 – 5 MHz, nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, možnost připojení bioptického nástavce	ANO	4C-RS, frekvenční rozsah 2 – 5 MHz, možnost nastavení 4 nativních vysílacích frekvencí a možnost nastavení 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, 128 krystalů
sektorová multifrekvenční sonda min. 1,7 – 4,0 MHz, možnost nastavení min. 3 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, sonda výlučně typu single crystal s polarizovanými krystaly, úhel zobrazení min. 120°	ANO	3Sc-RS, frekvenční rozsah 1,7 – 4,0 MHz, možnost nastavení 3 nativních vysílacích frekvencí a možnost nastavení 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, sonda typu single crystal s polarizovanými krystaly, úhel zobrazení 120°
Možnost rozšíření o následující sondy:		
lineární vysokofrekvenční hokeyková sonda pro zobrazení velmi blízkých polí, vhodná pro intervenční zákroky ve velmi blízkých polích a současně pro pediatrické aplikace, frekvenční rozsah min. 6,7 – 18 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 35 mm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, sonda s min. 168 krystaly ve snímači	ANO	L8-18i-RS, frekvenční rozsah 6,7 – 18 MHz, možnost nastavení 4 nativních vysílacích frekvencí a možnost nastavení 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole 35 mm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, 168 krystalů
Další požadavky		
Záruční doba přístroje min. 2 roky	ANO	2 roky
Servis po dobu životnosti přístroje (minimálně 2 roky plný záruční servis + 8 let pozáruční servis)	ANO	2 roky plný záruční servis + 8 let pozáruční servis
Servisní softwarová a hardwarová podpora po dobu životnosti přístroje (10 let)	ANO	10 let
Po dobu záruční doby bezplatné provedení bezpečnostně technických kontrol, veškerých předepsaných kontrol, kalibrací a revizí (ať už předepsaných výrobcem, tuzemskou servisní organizací nebo právními předpisy). Pokud je pro provedení BTK či jakéhokoliv dalšího předepsaného testu prováděného uchazečem vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení této kontroly, a proto nemůže být samostatně účtován.	ANO	
Bezplatné dodání návodů na obsluhu v českém jazyce 1x v tištěné formě, 1 x na CD,USB provedení zaškolení personálu.	ANO	1x v tištěné formě, 1x na USB
Dodání prohlášení o shodě a další příslušné dokumentace nezbytné pro provoz v ČR.	ANO	
Dodávka techniky, její instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu musí být realizovány plně na náklady dodavatele.	ANO	

Příloha č. 1 Výkaz výměr

Část	Název zařízení	Model, typ	KS	Cena /KS bez DPH	DPH	Cena /KS vč. DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
11a	Přístroj ultrazvukový						725,000.00	877,250.00
11b	Přístroj ultrazvukový						727,000.00	879,670.00
Cena celkem							1,452,000.00	1,756,920.00

Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:

- ▶ Název: **EXRAY s.r.o.**
- ▶ IČO: **01647580XXXXX**
- ▶ adresa sídla: **Karlovarská 89, 27101 Nové Strašecí**

uzavřeli pojistnou smlouvu

Pojistník je totožný s pojištěným.

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností **od 9. 8. 2023 do 8. 8. 2028.**

Základní pojištění

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši:

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Rozšíření pojištění a připojištění

Připojištění a rozšíření pojištění se sjednávají se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění, v případě pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, event. v rámci sublimitu pro toto pojištění, je-li sjednán. Sublimit je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých během jednoho pojistného roku, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu

Připojištění odpovědnosti za škodu, která vznikla jinému jinak, než jako škoda na věci nebo na zvířeti, nebo jako škoda vyplývající z újmy na zdraví nebo na životě nebo ze škody na věci nebo na zvířeti.

Připojištění se nevztahuje na čistou finanční škodu způsobenou vadou výrobku a vadou práce, která se projeví po jejím předání.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: [REDACTED]

Územní rozsah

Pojištění se sjednává s územním rozsahem: území **České republiky**.

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění uvedený v tomto potvrzení je pouze informativní, přesný rozsah pojištění vyplývá z výše uvedené pojistné smlouvy, včetně pojistných podmínek a dalších smluvních dokumentů, které jsou její nedílnou součástí.

[REDACTED]

[REDACTED]

.....
podpis zástupce pojistitele

[REDACTED]

.....
podpis zástupce pojistitele