

## KUPNÍ SMLOUVA č. 24121000720

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

### 1. Česká republika - Ministerstvo obrany, organizační složka státu

Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany  
Jejíž jménem jedná: vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic MO, Mgr. Lubor Koudelka  
Na adrese: náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
IBAN: CZ96 0710 0000 0000 0040 4881  
SWIFT: CNBACZPP  
Kontaktní osoba: Ing. Monika Vosická  
Telefonické a e-mailové spojení:  
telefon: +420 973 229 851  
e-mail: onmm@army.cz

Adresa pro doručování korespondence:

Ministerstvo obrany - Sekce vyzbrojování a akvizic  
odbor nabývání movitého majetku  
náměstí Svobody 471/4  
160 01 Praha 6  
datová schránka: hjyaavk

Adresa pro fakturaci: datová schránka ID ukbwxd - Fakturace (ministerstvo obrany) nebo  
e-mail „fakturace@mo.gov.cz“

(dále jen „kupující“)

a

### 2. MEDTEC - VOP, spol. s r.o.

Se sídlem: Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové - Nový Hradec Králové  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9655  
Zastoupená: Ing. Oldřichem Řezníčkem, jednatelem společnosti  
IČO: 64791319  
DIČ: CZ64791319  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
Číslo účtu: 27-284010277/0100  
IBAN: CZ76 0100 0000 2702 8401 0277  
SWIFT: KOMBCZPPXXX  
Kontaktní osoba: [redacted]  
Telefonické a popř. e-mailové spojení:  
telefon: [redacted]  
mobil: [redacted]  
e-mail: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence:

Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

(dále jen „prodávající“)

uzavřely s použitím § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), za účelem obměny terénních sanitních vozidel TČM M1G-SP-S-VLS

a zkvalitnění vozového parku pro zabezpečení a udržení odsunových schopností jednotlivých center Agentury vojenského zdravotnictví a dalších zdravotnických složek ozbrojených sil České republiky, tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

## I. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje odevzdat (dále též „dodat“) kupujícímu za podmínek stanovených touto smlouvou **11 ks sanitních vozidel typu B značky a typu Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI / KAWA PRO / S AWD** specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy včetně dodání nezbytné dokumentace k převzetí a užívání techniky a zdravotnické nástavby v českém jazyce, tj.:
  - a) Osvědčení o registraci vozidla;
  - b) návody k obsluze a údržbě vozidla včetně zdravotnické nástavby;
  - c) návody k obsluze zdravotnických prostředků (v českém jazyce) včetně platných prohlášení o shodě, veškerou dokumentaci ke zdravotnickým prostředkům dodat v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro;
  - d) EU prohlášení o shodě k dodaným určeným technickým zařízením (dodat v souladu se zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh);
  - e) seznam výbavy příslušenství (vozidla a zdravotnické nástavby);
  - f) seznam servisních míst včetně uvedení jejich adres a tel. spojení (kam se může kupující obracet ohledem servisu vozidel a předepsaných servisních úkonů dle pokynů výrobce);
  - g) záruční podmínky s veškerými ustanoveními o záručních podmínkách (v případě rozporu záručních podmínek s textem smlouvy má přednost smlouva);
  - h) výchozí revize elektrického zařízení (zdravotnické nástavby);
  - i) výchozí revize plynových zařízení dle vyhlášky č. 250/2021 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení;
  - j) zápisy o provedení kontrol hasicích přístrojů;
  - k) příručky pro obsluhu radiostanice a výstražných zvukových a světelných zařízení;
  - l) dokumentace provedených úprav na vozidle souvisejících se zdravotnickou zástavbou;
  - m) dokumentace (protokol z měření) dokládající splnění požadovaných hodnot osvětlenosti míst zrakových úkonů, viz světelná a výstražná výbava vozidla;
  - n) informační štítek o splnění třídy kvality pneumatik.
  
2. V dokumentaci vozidla budou k zajištění minimálních opatření k ochraně zdraví při práci zapracována bezpečnostní, protiepidemická a hygienická opatření, tj. systém úklidu a dezinfekce vnitřního prostoru zdravotnické nástavby, způsob likvidace odpadu a zdravotnického odpadu dle vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, v platném znění a další nezbytná opatření k zabezpečení ochrany zdraví při práci (např. manipulace s břemeny dle § 28-29 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění). Dokumentace vozidla musí dále obsahovat kompletní informace vyplývající z platné legislativy a zákonů v oblasti ochrany životního prostředí a stanovení konečného způsobu nakládání se zbožím po ukončení jeho doby životnosti (v souladu se zákonem 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v platném znění a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů včetně jejich prováděcích vyhlášek, v platném znění). Dokumentace musí dále obsahovat posouzení cirkulární ekonomiky uplatněné v oblasti zdrojové bezpečnosti, nakládání s neobnovitelnými zdroji, v biologických i technických cyklech.

3. Prodávající se zavazuje dodat zboží v místě a čase plnění v souladu s článkem III. této smlouvy, a dále umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboží.
4. Prodávající dodá kupujícímu zboží nové, nepoužívané, nerenovované, funkční, homologované, splňující technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích v ČR a v zemích EU, a které bude odpovídat platným technickým normám a předpisům výrobce.
5. Vozidlo, resp. jeho nadstavbová část a přístroje, které budou součástí vozidla, musí být mj. (další podmínky jsou stanoveny přílohou č. 1 smlouvy) v souladu:
  - a) se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;
  - b) se zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů;
  - c) se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů;
  - d) nařízením vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh u elektrických zařízení;
  - e) nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů;
  - f) nařízením vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění pozdějších předpisů;
  - g) vyhláškou č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky, ve znění pozdějších předpisů.
6. Prodávající se zavazuje provést při převzetí zboží, resp. jednotlivých dílčích plnění, dle čl. IV. smlouvy bezplatně seznámení řidičů s obsluhou a údržbou zboží, včetně provedení zkušební jízdy s každým vozidlem minimálně v délce 10 km.
7. Prodávající je povinen v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pokyny výrobce provést bezplatnou instruktáž dvou osob, a to v rozsahu, kdy tyto osoby získají pověření k provádění instruktáží dalších osob.
8. Prodávající se zavazuje dodat zboží včetně nezbytného množství provozních hmot a kapalin potřebných pro provedení převzetí dle čl. IV. této smlouvy, zkušební jízdy a seznámení s obsluhou a pro umožnění následné manipulační jízdy v délce minimálně 10 km.
9. Kupující se zavazuje řádně dodané zboží, resp. jednotlivá dílčí plnění, převzít a zaplatit za převzaté zboží, resp. jednotlivá dílčí plnění, dohodnutou kupní cenu dle čl. II. odst. 1. této smlouvy.

## **II. Kupní cena**

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této kupní ceně zboží:

**A) Kupní cena za 1 ks sanitního vozidla typu B (značka a typ Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI / KAWA PRO / S AWD) v Kč**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Kupní cena bez DPH | 4 441 100,00 Kč |
| DPH 21 %           | 932 631,00 Kč   |
| Kupní cena s DPH   | 5 373 731,00 Kč |

**B) Celková kupní cena za 11 ks sanitních vozidel typu B (značka a typ Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI / KAWA PRO / S AWD) v Kč**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Kupní cena bez DPH | 48 852 100,00 Kč |
| DPH 21 %           | 10 258 941,00 Kč |
| Kupní cena s DPH   | 59 111 041,00 Kč |

2. Cena uvedená v předchozím odstavci je cenou nejvýše přípustnou za zboží a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží, převodem vlastnického práva ke zboží a s plněním všech povinností prodávajícího dle této smlouvy (zejm. náklady na dopravu do místa plnění, náklady na pohonné hmoty, provozní kapaliny, seznámení s obsluhou apod.).

### III.

#### Místo a čas plnění

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nejpozději do 15. října 2025. Zboží lze dodávat i postupně (min. 5 ks vozidel v jedné dodávce), a to tak, aby poslední z celkového počtu 11 ks vozidel bylo dodáno nejpozději do 15. října 2025.
2. Místem plnění je Vojenské zařízení 5512/10 Štěpánov na adrese Nádražní 166, PSČ 783 13 Štěpánov. Zboží převezme velitel Vojenského zařízení 5512/10 Štěpánov tel. [REDAKCE] nebo jím písemně pověřená osoba za přítomnosti zástupců Vojenského zařízení 684800 Hradec Králové (dále jen „příjemce“).
3. Prodávající je povinen předat kupujícímu zboží, resp. jednotlivá dílčí plnění, v místě plnění v pracovních dnech v době od 8 hodin do 15 hodin, mimo tuto dobu pouze po předchozí dohodě s příjemcem. Dále je prodávající povinen vyzoomět příjemce o připravenosti dodat zboží, resp. jednotlivá dílčí plnění, a to nejméně 5 pracovních dnů předem.

### IV.

#### Předání a převzetí zboží

1. Povinnost prodávajícího dodat zboží, resp. jednotlivá dílčí plnění, dle čl. I. smlouvy je považována za splněnou provedením převjímky zboží, resp. jednotlivých dílčích plnění, příjemcem či jeho pověřeným zástupcem a prodávajícím či jeho pověřeným zástupcem v místě plnění dle čl. III. odst. 2. smlouvy.
2. Převjímka se rozumí odevzdání zboží, resp. jednotlivých dílčích plnění, včetně splnění všech podmínek spojených s odevzdáním zboží prodávajícím a jeho převzetí příjemcem. Zjistí-li příjemce, že zboží, resp. jednotlivá dílčí plnění, trpí vadami, odmítne jeho převzetí s vytčením vad. O takovém odmítnutí sepíše smluvní strany zápis. Povinnost prodávajícího dle čl. III. odst. 1. smlouvy tím není dotčena. Je-li vadná pouze část zboží (některý kus) nebo část zboží chybí, je oprávněn příjemce zboží netrpící vadami či neúplné zboží přijmout, tj. je oprávněn přijmout i jen část zboží, čímž není dotčena povinnost prodávajícího dodat zbylou chybějící či jinak vadnou část zboží.

3. O provedení přejímky bude prodávajícím a příjemcem sepsán přejímací protokol s uvedením data přejímky (tj. pro každé dílčí plnění bude sepsán samostatný přejímací protokol). Toto datum je dnem odevzdání zboží a je rozhodné pro splnění povinnosti prodávajícího dle čl. III. odst. 1. smlouvy. V přejímacím protokolu (ve čtyřech vyhotoveních - originál + 3 kopie) prodávající uvede jednoznačné označení zboží (minimálně VIN kód), množství dodávaného zboží a čitelné jméno a podpis, příjemce uvede též své čitelné jméno a podpis. Součástí přejímacího protokolu musí být potvrzení odboru správy majetku sekce majetkové Ministerstva obrany o poskytnutí SZIM (k SZIM - viz čl. IX. odst. 6. této smlouvy), tj. kopie e-mailu, který prodávající obdržel po převzetí úplných dat kupujícím. Prodávající obdrží dva výtisky tohoto přejímacího protokolu, z nichž jeden (originál) přiloží jako přílohu k faktuře - daňovému dokladu. Dva výtisky přejímacího protokolu obdrží příjemce. Součástí přejímacího protokolu bude záznam o předvedení a odzkoušení funkčnosti zboží, resp. prvního dílčího plnění, seznámení osob uživatele s obsluhou, údržbou a poučení o provozu a záznam o provedení instruktáže v souladu s § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů dle čl. I. odst. 7. smlouvy.

## V.

### Fakturační a platební podmínky

1. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem řádného dodání každého jednotlivého dílčího plnění dle této smlouvy.
2. Prodávající je povinen po vzniku práva fakturovat vystavit a doručit kupujícímu do 5 pracovních dnů originál daňového dokladu (dále jen „faktura“) za dodané zboží, resp. za dodané dílčí plnění, na dohodnutou smluvní cenu s rozepsáním jednotlivých položek podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“).
3. Kromě náležitostí v zákoně o dani z přidané hodnoty uvedených musí faktura obsahovat též následující údaje:
  - a) označení dokladu jako faktura, případně „daňový doklad“;
  - b) číslo smlouvy dle číslování kupujícího;
  - c) datum uskutečnění zdanitelného plnění (tj. datum odevzdání a převzetí zboží);
  - d) příjemce a místo dodání zboží;
  - e) IČO a DIČ smluvních stran;
  - f) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno;
  - g) počet příloh a razítko s podpisem prodávajícího;
  - h) odběratel: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany;
  - i) konečný příjemce: Ministerstvo obrany - Sekce vyzbrojování a akvizic, odbor nabývání movitého majetku, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6, včetně uvedení NS 135000 a AP 56.
4. Společně s fakturou je prodávající povinen předložit též přejímací protokol včetně příloh potvrzený příjemcem.
5. **Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení na adresu pro fakturaci (datová schránka ID ukbwcxd nebo e-mail fakturace@mo.gov.cz).**
6. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo náležitosti nebo k ní nebudou přiloženy požadované doklady, je kupující oprávněn ji do data její splatnosti vrátit

prodávajícímu, případně informovat o neakceptaci. Prodávající vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. V takovém případě běží kupujícímu nová lhůta splatnosti dle čl. V. odst. 5. této smlouvy ode dne doručení opravené nebo nové faktury.

7. Dnem zaplacení se ve smyslu ust. § 1957 OZ rozumí den připsání placené částky na bankovní účet prodávajícího.
8. Kupující neposkytuje zálohové platby.
9. Pokud budou u prodávajícího zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude kupující při zasilání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba prodávajícímu za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena kupujícím na účet správce daně místně příslušného prodávajícímu. Prodávající obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

## **VI.**

### **Přechod vlastnictví a nebezpečí škody**

1. Vlastnické právo ke zboží, resp. k jednotlivým dílčím plněním, přechází z prodávajícího na kupujícího provedením přejímky dle čl. IV. smlouvy.
2. Nebezpečí škody na zboží, resp. na jednotlivých dílčích plněních, přechází na kupujícího ve smyslu ustanovení § 2121 OZ provedením přejímky dle čl. IV. smlouvy.
3. Prodávající je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, podmínky této smlouvy a pokyny kupujícího.

## **VII.**

### **Záruka za jakost a reklamační podmínky**

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost a vlastnosti zboží (vozidla jako celku), jež odpovídají předmětu a účelu této smlouvy, a to po dobu 24 měsíců nebo 100 000 najetých km ode dne provedení přejímky. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na neprorezavění karoserie po dobu 72 měsíců ode dne provedení přejímky. Sjednaná záruční doba neplatí pro zboží (resp. jednotlivé zdravotnické či jiné zařízení), na které je výrobcem tohoto zboží stanovena záruční doba delší - v tomto případě platí délka záruční doby stanovená výrobcem. Sjednaná záruční doba za jakost a vlastnosti zboží se nevztahuje na spotřební materiál (např. akumulátory, náplně, žárovky, skla, pryžové díly apod.), u kterého platí délka záruční doby stanovená výrobcem takového spotřebního materiálu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
2. Kupující je povinen u prodávajícího písemně uplatnit zjištěné vady zboží (dále jen „reklamace“, resp. „oznámení o reklamaci“) bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Prodávající je povinen doručit své písemné vyjádření k reklamaci do 5 pracovních dnů od jejího doručení. Pokud během tohoto termínu nebude kupujícímu doručeno písemné vyjádření prodávajícího k reklamované vadě, platí, že prodávající uznává reklamaci v plném rozsahu. Osoba oprávněná k uplatnění reklamace je statutární orgán vojenského útvaru nebo zařízení, které má vozidlo v užívání, nebo jím písemně pověřená osoba.

3. Prodávající je povinen bezplatně odstranit reklamované vady nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci. Tuto lhůtu lze výjimečně, např. v případě potřeby zajištění náhradního dílu ze zahraničí, prodloužit se souhlasem osoby oprávněné k uplatnění reklamace. Bude-li to možné, proběhne odstranění reklamovaných vad zboží v místě jeho dislokace uvedeném v reklamaci (asistenční služby), jinak proběhne odstranění reklamovaných vad ve sjednaném servisním zařízení prodávajícího, přičemž doprava zboží do tohoto zařízení (odtah) i následná doprava zboží zpět do místa dislokace bude provedena na náklady prodávajícího, které je prodávající povinen kupujícímu uhradit do 30 dnů ode dne doručení faktury v případě, že náklady na dopravu do servisního zařízení a zpět do místa dislokace vznikly kupujícímu a jednalo se o záruční vadu.
4. Způsob vyřízení reklamace určuje kupující.

## **VIII.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednané lhůtě dle čl. III. odst. 1. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny každého neodevzdaného (resp. opožděně odevzdaného) vozidla včetně DPH (zaokrouhлено na celé koruny nahoru), a to za každý i započatý den prodlení. V případě nedodání zboží z důvodu ukončení smluvního vztahu před sjednanou lhůtou plnění dle čl. III. odst. 1. smlouvy z důvodu nikoliv na straně kupujícího je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové kupní ceny každého neodevzdaného vozidla včetně DPH (zaokrouhлено na celé koruny nahoru). Celkovou kupní cenou se pro účely tohoto ustanovení rozumí kupní cena vozidla.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží uplatněných v záruční době ve lhůtě dle čl. VII. odst. 3. smlouvy nebo v případě prodlení s uhrazením faktury ve lhůtě dle čl. VII. odst. 3. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě porušení povinnosti prodávajícího uvedené v čl. IX. odst. 2., odst. 3. nebo odst. 11. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení.
4. V případě porušení povinnosti prodávajícího spočívající ve včasném předložení veškerých technických údajů specifikovaných v čl. IX. odst. 9. smlouvy nezbytných pro zaevidování vozidla do majetku AČR je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč.
5. V případě porušení informační povinnosti prodávajícího uvedené v čl. IX. odst. 13. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení.
6. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká kupujícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby určené jako čas k plnění nebo dnem následujícím po porušení povinnosti prodávajícím a prodávajícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty splatnosti faktury.
7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dní ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění.

8. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu, a rovněž není dotčeno plnit řádně povinnosti vyplývající z této smlouvy.

## **IX. Zvláštní ujednání**

1. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.
2. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se seznámí při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i zmocněnce, zaměstnance nebo jiné pomocníky prodávajícího, kteří se podílejí na plnění této smlouvy.
3. Prodávající nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající z této smlouvy vůči kupujícímu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
4. Smluvní strany jsou si povinny navzájem písemně sdělit bez zbytečného odkladu veškeré změny, týkající se např. identifikačních nebo kontaktních údajů, včetně jejich vstupu do likvidace, insolvence a jejich právního nástupnictví apod.
5. Kupující zveřejní uzavřenou smlouvu v Registru smluv a současně je oprávněn ji uveřejnit na profilu Ministerstva obrany jako zadavatele a na internetových stránkách Ministerstva obrany.
6. Prodávající bere na vědomí, že položky majetku uvedené v čl. I. odst. 1. smlouvy budou předmětem zavedení do evidence a účetnictví podle právních předpisů a vnitřních předpisů Ministerstva obrany. K tomu se prodávající zavazuje, že na tyto položky majetku, poskytne kupujícímu nejpozději 20 dnů před prvním dílčím převzetím zboží „Soubor základních informací o majetku“ (jinde jen „SZIM“) elektronicky na e-mailovou adresu SZIM@army.cz. Formulář SZIM je dostupný na adrese [www.army.cz](http://www.army.cz) => Ministerstvo obrany => Finance a zakázky => Veřejné zakázky. Předložení SZIM je součástí povinností prodávajícího podle této smlouvy a je zahrnuto v kupní ceně dle čl. II. této smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou a prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení druhé smluvní straně vázán počátek běhu doby určené touto smlouvou a smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková doba běžet následujícího dne po uplynutí třetího pracovního dne od uložení písemnosti na poště. Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Kupující si vyhrazuje právo nejpozději 15 dnů před plánovaným termínem plnění provést za přítomnosti prodávajícího kontrolu vozidla z hlediska splnění všech požadavků dle této smlouvy, a to za účelem včasného zjištění případných nedostatků tak, aby měl prodávající čas odstranit je do plánovaného termínu plnění (přejímky). Osobou oprávněnou ke kontrole za kupujícího je příjemce dle čl. III. odst. 2. smlouvy. Konkrétní termín kontroly jsou strany povinny telefonicky nebo písemně dohodnout nejpozději 3 pracovní dny před jejím



uskutečněním. Kontrola bude provedena na území České republiky, konkrétní místo si strany dohodnou současně s termínem kontroly. O průběhu kontroly a jejích výsledcích bude sepsán písemný záznam, který podepíší všichni přítomní zástupci obou smluvních stran. Po dohodě obou smluvních stran lze termín kontroly z objektivních důvodů upravit. Náklady na kontrolu, které každé straně vzniknou, si hradí každá strana samostatně.

9. Prodávající je povinen předat kupujícímu nejpozději při kontrole dle odst. 8. tohoto článku veškeré technické údaje nutné k vyplnění formulářů nezbytných pro zaevidování vozidla do majetku AČR. Konkrétně se jedná o následující údaje:
  - a) VIN vozidla;
  - b) COC list;
  - c) ověřenou kopii o povolené schválené technické způsobilosti vozidla, tzn. čj. z Ministerstva dopravy;
  - d) seznam palubní literatury (návod k obsluze vozidla, servisní plán a seznam autorizovaných servisů, kontaktní místa servisů, záruční podmínky atd.). Předání těchto údajů a dokumentů bude též uvedeno v písemném záznamu z provedené kontroly;
  - e) záruční podmínky na vozidlo a na zabudovanou vestavbu.
10. V případě, že kupující nevyužije práva kontroly dle odst. 8. tohoto článku, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu veškeré technické údaje uvedené v předchozím odstavci tohoto článku nejpozději 15 dnů před plánovaným termínem plnění (tj. před provedením převjímky zboží, resp. dílčích plnění). V případě nesplnitelnosti tohoto požadavku z důvodu pozdějšího uzavření smlouvy či z jiných objektivních důvodů, lze termín předložení předmětných údajů dohodou obou smluvních stran upravit.
11. V případě využití jednoho či více poddodavatelů při plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, resp. jeho části, nesmí prodávající v rámci smluv s těmito poddodavateli uplatňovat vůči nim přísnější sankce, než jsou ty (viz zejména čl. VIII. smlouvy - Smluvní pokuty a úrok z prodlení), které hrozí prodávajícímu za neplnění povinností dle této smlouvy.
12. Prodávající je povinen při plnění povinností dle této smlouvy respektovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a další obecně závazné předpisy vztahující se k ochraně osobních údajů.
13. Pokud kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy nastane jakákoliv skutečnost mající vliv na relevantnost údajů uvedených prodávajícím v Čestném prohlášení k mezinárodním sankcím, které je přílohou č. 2 této smlouvy (tj. týkající se jak samotného prodávajícího tak případně jeho poddodavatele či kteréhokoliv z poddodavatelů), je prodávající povinen neprodleně, nejpozději však do 2 pracovních dnů, od kdy mohla a měla být taková skutečnost prodávajícímu známa, o této skutečnosti informovat písemně kupujícího. Pokud se mezinárodní sankce podle přílohy č. 2 této smlouvy vztahují na poddodavatele prodávajícího, kupující má právo požadovat jeho nahrazení a k tomu prodávajícímu stanoví přiměřenou lhůtu.
14. Prodávající je povinen ve lhůtě 90 dnů ode dne účinnosti smlouvy vyzvat kupujícího (Kontaktní osoby: ██████████, tel.: ██████████, ██████████ a ██████████ tel.: ██████████) k vyjádření se k technickému řešení sanitní zástavby, které za tím účelem předloží. Technické řešení bude buď schváleno, nebo budou k němu uplatněny připomínky s odůvodněním. O konečném výsledku posouzení bude sepsán písemný záznam, který podepíší všichni přítomní zástupci obou smluvních stran nebo vyjádří souhlas se zněním jiným prokazatelným způsobem. Výsledek posouzení se nesmí odchýlit od specifikace zboží uvedené

v příloze č. 1 této smlouvy. Náklady s tímto spojené, které každé straně vzniknou, si hradí každá strana samostatně.

## **X. Zánik závazků**

1. Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanovením OZ, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, případně dalšími obecně závaznými předpisy.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 OZ se rozumí i:
  - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve lhůtě dle čl. III. odst. 1. smlouvy delší než 10 dní;
  - b) prodlení prodávajícího s odstraněním reklamové vady ve lhůtě dle čl. VII. odst. 3. smlouvy delší než 10 dnů;
  - c) opakované (dva a vícekrát) prodlení prodávajícího s odstraněním reklamové vady ve lhůtě dle čl. VII. odst. 3. smlouvy;
  - d) výskyt tří a více vad u téhož kusu zboží bránících v jeho užívání během záruční doby dle čl. VII. odst. 1. smlouvy;
  - e) případ, kdy prodávající uvedl ve své nabídce (která vedla k uzavření této smlouvy) informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a zároveň měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení (tj. jedná se zejm. o nepravdivé údaje k prokázání kvalifikace v případě, že prodávající ve skutečnosti kvalifikaci nesplňuje, tak i údaje věcné či technické povahy, jimiž prodávající deklaroval splnění zadávacích podmínek, které však jím skutečně dodávané zboží nesplňuje), a dále zahájení insolvenčního řízení vedeného na majetek prodávajícího na jeho návrh a rovněž tak vstup prodávajícího do likvidace.Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve výše uvedených případech vyjma písm. e) též částečně.

## **XI. Závěrečná ujednání**

1. Právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy, i ty, které nejsou přímo ve smlouvě upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy.
2. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 11 stranách.
3. Smlouva může být měněna či doplňována písemnými, oboustranně dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za změnu smlouvy se nepovažuje změna identifikačních nebo kontaktních údajů.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 - Specifikace zboží - počet stran: 14  
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím - počet stran: 1

Za kupujícího  
Mgr. Lubor Koudelka  
vrchní ředitel  
podepsáno elektronicky

Za prodávajícího  
Ing. Oldřich Řezníček  
jednatel společnosti  
podepsáno elektronicky

Ing. Oldřich  
Řezníček  Digitálně podepsal Ing.  
Oldřich Řezníček  
Datum: 2024.08.09 10:35:11  
+02'00'

| Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI / KAWA PRO / S AWD |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| 1   | Automobil                        | sanitní vozidlo typu B - ambulance pro převoz a základní péči pacientů (11 ks)   |
| 2   |                                  | Požaduje se silniční motorové vozidlo schválené ministerstvem dopravy v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, kategorie N2G.  |
| 3   |                                  | Jedná se o sanitní silniční vozidla, určená pro přepravu pacientů, jak po pozemní komunikaci, tak po nezpevněné komunikaci, polní a lesní cestě, lehkého terénu s poskytováním lékařské a nelékařské péče. Sanitní vozidla se zvýšenou průchodností terénem, odpovídající svým základním vybavením požadavkům na dopravní prostředek dle vyhlášky č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky ve znění pozdějších předpisů. Sanitní ambulance typ B, splňující požadavky na jeho vybavení podle technické normy ČSN EN 1789 v platném znění, zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance. |
| 4   | Základní požadavky na vozidlo    | největší povolená hmotnost do 4 500 kg (největší povolená hmotnost silniční ambulance, včetně hmotnostní rezervy pro daný typ ambulance) (typ B s hmotnostní rezervou minimálně 225 kg), dle technické normy ČSN EN 1789 v platném znění, (2+2+1 ležící přepravovaná osoba)  |
| 5   |                                  | dlouhý rozvor - min. 3 300 mm  |
| 6   |                                  | výška 2 150 - 2 950 mm včetně veškeré výbavy (jako jsou například výstražná zařízení, majáky, střešní okna a ventilátory)  |
| 7   |                                  | kabina vozidla - řidiče oddělena od nástavby pevnou dělicí přepážkou, částečně prosklenou s posuvným oknem   |
| 8   |                                  | minimální vnitřní rozměry sanitní nástavby a provedení celkové výbavy vozidla splňující požadavky dle technické normy ČSN EN 1789 v platném znění pro sanitní vozidla typu B - s min. délkou ambulantského prostoru 2 800 mm, o objemu min. 9 m <sup>3</sup>   |
| 9   | Pohonná jednotka vozidla - motor | vznětový přeplňovaný s přímým vstřikem paliva  |
| 10  |                                  | výkon 140 kW   |
| 11  |                                  | zvýšená kapacita alternátoru, min. kapacita/energie odpovídající požadavkům na provoz všech elektrických zařízení, které jsou ve vozidle - provoz zdravotnické techniky (elektrická zařízení)  |
| 12  |                                  | nabíječ vozidlové baterie funkční při zapojení vozidla na externí síť 230V   |
| 13  |                                  | předehřev motoru - funkční při zapojení vozidla na externí síť 230V.   |
| 14  | Převodové ústrojí vozidla        | automatická převodovka   |
| 15  |                                  | pohon všech kol trvalý   |
| 16  | Podvozek vozidla                 | zvýšený a zesílený podvozek  |
| 17  |                                  | min. světlá výška 180 mm   |
| 18  |                                  | pohon všech kol 4x4 s elektronickou uzávěrou diferenciálu  |
| 19  |                                  | elektronická stabilizace podvozku  |
| 20  |                                  | zesílené pérování  |
| 21  |                                  | tlumiče a stabilizátory vpředu a vzadu   |
| 22  |                                  | kotoučové brzdy na všech kolech  |
| 23  |                                  | elektronické stabilizační systémy: ESP, ASR, ABS s brzdovým asistentem   |
| 24  |                                  | protiprokluzový systém bránící protáčení kol při rozjezdu či zrychlení   |

|    |  |  |                                  |
|----|--|--|----------------------------------|
| 25 |  | lapače nečistot  |                                  |
| 26 |  | spodní kryt motoru s ochranným předním rámem a elektrickým navijákem   |                                  |
| 27 |  | spodní kryt převodovky a diferenciálu na přední nápravě  |                                  |
| 28 | Pneumatiky vozidla   | na vozidle pneumatiky s označením AT, s celoročním provozem  |                                  |
| 29 |  | na ocelových discích s ochrannými kryty kol  |                                  |
| 30 |  | plnohodnotné rezervní kolo   |                                  |
| 31 |  | Pneumatiky letní i zimní třídy kvality pro brzdnu dráhu a spotřebu A, B nebo C. Splnění třídy kvality dodavatel doloží informačním štítkem pneumatiky u přejímky vozidel.  |                                  |
| 32 | Elektro - vybavení vozidla   | elektrické instalace MN a NN musí být v souladu s technickými normami ČSN EN 1789 v platném znění  |                                  |
| 33 |  | druhá bezúdržbová baterie s dělicím relé (1x startovací akumulátor min. 80 Ah a 1x přídavný akumulátor pro napájení ICT a přístrojů ambulantiho prostoru)  |                                  |
| 34 |  | baterie umístěny tak, aby umožňovaly údržbu bez vyjímání baterií z jejich zajišťovacího zařízení   |                                  |
| 35 |  | charakteristiky startovacích a přídavných baterií musí odpovídat hodnotám dle ČSN EN 1789 v platném znění  |                                  |
| 36 |  | elektrický okruh 12 V  |                                  |
| 37 |  | nabíječ akumulátorů 230/12 V s elektronickou regulací, min. nabíjecí proud 10 A pro každý akumulátor   |                                  |
| 38 |  | vnější přípojka 230 V umožňující nabíjení a práci zařízení montovaných do sanitního vozu   |                                  |
| 39 |  | rozvod 230 V, minimálně 4x zásuvka napájená z venkovního rozvodu + 1x zásuvka (dvojitá) barevně odlišná 230 V napájená z měniče 12/230 V, nebo všechny zásuvky 230 V napájeny z měniče s možností automatického přepnutí |                                  |
| 40 |  | měníč napětí s ovládáním a signalizací umístěným v kabině řidiče   |                                  |
| 41 |  | min. 3x zásuvka, samostatně jištěné, k odběru elektrické energie s napětím 12 V v ambulantiho prostoru pro připojení zdravotnických přístrojů  |                                  |
| 42 |  | venkovní vidlice (přívodka) pro přívod 230 V, IP 55, 16 A s blokováním startu při připojení na vnější elektrickou síť nebo s obdobným systémem, který provede automatické odpojení elektrického zdroje od vozidla        |                                  |
| 43 |  | elektrický rozvod 230 V s proudovým chráničem typu A (nebo B) v závislosti na možném poruchovém proudu   |                                  |
| 44 |  | přívodní kabel 15 m do venkovního prostředí s krytím min. IP 55, 16 A, 230 V   |                                  |
| 45 |  | požadujeme redukcí: zásuvka 230 V, IP 55, 16 A - průmyslová vidlice 230 V, IP 55, 16 A,  |                                  |
| 46 |  | uzemňovací svorka s průměrem minimálně M8, opatřená pružnou nebo vějířovitou podložkou s šestihrannou maticí, dvě zemnicí tyče o délce 1 m, uzemňovací vodič o průměru min. 6 mm <sup>2</sup> s měděnými slánými jádry   |                                  |
| 47 |  | Kabina řidiče - základní popis a výbava  | počet míst v kabině řidiče 1 + 1 |
| 48 |  |  | tříbodové bezpečnostní pásy      |
| 49 | airbag pro řidiče a spolujezdce  |  |                                  |
| 50 | nastavitelný volant  |  |                                  |
| 51 | stavitelné sedadla řidiče a spolujezdce, stavitelné opěrky, snadno omyvatelné potahy   |  |                                  |
| 52 | klimatizace kabiny řidiče a ambulantiho prostoru (poloautomatická klimatizace v kabině řidiče a automatická klimatizace v sanitním prostoru) |  |                                  |
| 53 | otáčkoměr  |  |                                  |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 54 |   | multifunkční ukazatel - infotainment, palubní počítač včetně rádia  |
| 55 |   | vnitřní stropní osvětlení se stmívačem  |
| 56 |   | variabilní lampička před spolujezdcem (např. pro čtení map)   |
| 57 |   | přenosná svítidla, která slouží k osvětlení bezprostředního okolí vozidla při zásahu v terénu, umístěná do držáku, včetně modulu automatického dobíjení   |
| 58 |   | nastavitelná vnější zrcátka a elektrické stahování předních oken u řidiče a spolujezdce   |
| 59 |   | centrální zamykání dveří včetně dveří ambulantního prostoru s dálkovým ovládním   |
| 60 |   | el. komunikační zařízení včetně signalizace mezi kabinou řidiče a ambulantním prostorem   |
| 61 |   | signalizace couvání - senzory + parkovací kamera (vpředu i vzadu), zobrazení v kabině řidiče  |
| 62 |   | signalizace otevřených zadních i bočních dveří  |
| 63 |   | elektronická ochrana palubní sítě - oddělení elektronických prvků vozidla od ostatních spotřebičů   |
| 64 |   | interiér kabiny snadno omyvatelný a dezinfikovatelný, odolný proti dezinfekčním prostředkům   |
| 65 |   | tónovaná skla dle vyhlášky č. 153/2023 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů   |
| 66 |   | v prostoru kabiny přihrádka na dokumentaci a osobní věci osádky (mezi sedadly řidiče a spolujezdce)   |
| 67 |   | pevná dělicí přepážka s posuvným oknem (homologované prosklení) mezi kabinou řidiče a ambulantním prostorem   |
| 68 |   | ovládání výstražného a zvukového zařízení instalovaného v konzole (tak, aby bylo snadno dosažitelné a neomezovalo výhled z vozidla pro řidiče)  |
| 69 |   | ovládací panel radiostanice TETRAPOL (Jedná se o jediné technické zařízení a to z důvodu, že je jediným schváleným a zavedeným prostředkem pro působení v radiokomunikační síti PEGAS pro Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Policii ČR a ostatní členy integrovaného záchranného systému IZS)   |
| 70 |   | hasicí přístroj přenosný (dále jen PHP) práškový s množstvím hasiva min. 2 kg a hasicí schopností nejméně 13A, 89B, C - 1 kus. Jeho provedení a umístění musí vyhovovat požadavkům vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, vyhlášky č. 100/2018 Sb. o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel a požadavkům technických norem řady ČSN EN 3. Parametry PHP musí být zaznamenány v průvodní a provozní dokumentaci vozidla a musí být zabezpečen jejich servis v ČR |
| 71 | Ostatní a povinná výbava  | povinná výbava vozidla dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů   |
| 72 |   | 2x nůž na pásy (kabina a ambulantní prostor), 2x vybíječ oken (kabina a ambulantní prostor), výstražný trojúhelník, lékárnička, 5x reflexní vesta, základní nářadí, zvedák, klíč na kola, sada žárovek a pojistek, tažné lano, zajišťovací klín pro bezpečné odstavení vozidla ve svahu   |
| 73 | Ambulantní prostor vozidla - základní popis, požadavky a výbava | nástavba skříňového typu, s minimálně jedním pevným bočním a zadním oknem (ve dveřích) s integrovanými nástupními schody v protiskluzové úpravě   |

|    |   |
|----|---|
| 74 | zadní integrovaný schod konstrukčně samostatný, nebo jako součást nástupní hrany nárazníku, který nebude omezovat obslužnost nosítek s výsuvem podvozku   |
| 75 | vyztužená karoserie pro uchycení držáků a přístrojů, nábytkových sestav a ostatních prvků a komponentů sanitní zástavby   |
| 76 | panely pro uchycení zdravotnických přístrojů, nábytkových sestav a ostatních prvků a komponentů sanitní zástavby - zdravotnické prostředky (přístroje) ukotvit prostřednictvím modulárního systému, který umožní uživateli provádět technické zhodnocení formou doplnění nebo obměny těchto přístrojů |
| 77 | uchycení přístrojů do modulárního systému prostřednictvím originálních držáků dodávaných výrobcem vlastního přístroje   |
| 78 | boční dveře posuvné   |
| 79 | dveře vzadu křídlové s možností aretace až 270°   |
| 80 | lehce přístupné úložné prostory pro uložení veškeré vezené zdravotnické výbavy, zdravotnického materiálu a tlakových lahví  |
| 81 | minimální výška, rozměry prostoru pro pacienty a otvorů v souladu s technickou normou ČSN EN 1789 v platném znění pro typ ambulance B   |
| 82 | vozidlo jako celek, veškerá sedadla, kotvící prvky, nosítka a stůl nosítek sanitní zástavby musí splňovat podmínky ČSN EN 1789 v platném znění  |
| 83 | hmotnost ambulantní nástavby sanitního automobilu musí umožnit, aby automobil byl vybaven a zastavěn potřebnou zdravotnickou výbavou, včetně hmotnostní rezervy, tak aby nebylo překročeno přípustné zatížení kol   |
| 84 | korozivzdorná sanitní nástavba, která má velmi dobré tepelně izolační vlastnosti a velmi dobře izoluje proti pronikajícímu hluku  |
| 85 | zadní a boční okna ambulantního prostoru v provedení - tónovaná skla nebo polepena tónovací fólií s prostupností 5%   |
| 86 | bezpečné umístění a ukotvení všech požadovaných prvků zástavby a zdravotnické techniky  |
| 87 | musí umožňovat vybavení a zastavění potřebnou zdravotnickou výbavou v rozsahu předepsaném vyhláškou MZČR č. 296/2012 Sb., a technickou normou ČSN EN 1789 v platném znění. A další výbavu požadovanou v této specifikaci  |
| 88 | veškeré kotvení přístrojů musí být provedeno pomocí slitiny hliníku   |
| 89 | obložení ambulantního prostoru (stěn, stropu) řešit netříštivým omyvatelným a nehořlavým materiálem s minimem konstrukčních spár (např. v provedení formovaných laminátových dílů)  |
| 90 | snadno dezinfikovatelným, odolným proti desinfekčním prostředkům a pevnou vodotěsnou podlahou s protiskluzovou krytinou   |
| 91 | sedadla čalouněna dezinfikovatelným a omyvatelným materiálem  |
| 92 | koncepce ambulantního prostoru sanitního automobilu musí být řešena tak, aby umožňovala pohodlný a bezpečný nástup a výstup z vozidla   |
| 93 | olištování vstupů - nerezavějící zakončovací lišty a profily, spoje a okraje zatmelit proti zatečení  |
| 94 | celá nástavba sanitního automobilu musí být klimatizována samostatným výměníkem ovládaným pomocí prostorového termostatu (ovládání i v ambulantním prostoru)  |

|     |   |
|-----|---|
| 95  | zabudovaná základní technologie klimatizace a topení musí do obou částí vozidla (kabina vozidla - řidiče, zdravotnická nástavba vozidla) zajistit požadovanou výměnu vzduchu (větrání) včetně stanovených mikroklimatických parametrů podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů  |
| 96  | výměnu vzduchu dále zabezpečit dvoucestným ventilátorem, který musí být schopen ve stojícím vozidle provést minimálně dvacetinásobnou výměnu vzduchu za hodinu  |
| 97  | vytápění řešit pomocí nezávislého teplo vzdušného topení s výkonem, dle ČSN EN 1789 v platném znění   |
| 98  | v době parkování umožnit vytápění automobilu speciálním elektrickým přímotopem s termostatem na 230 V/50 Hz   |
| 99  | připojení zevního zdroje elektrického proudu o napětí 230 V/50 Hz řešit blokací startu vozidla nebo obdobným systémem, který provede automatické odpojení elektrického zdroje od vozidla  |
| 100 | stůl nosítek s nerezovým pojezdem a zádržným univerzálním systémem pro ukotvení soupravy nosítek a nerezovou pojezdovou částí, úhel nájezdové plošiny dle ČSN EN 1789 v platném znění   |
| 101 | plně polohovatelná nosítka s odnímatelným podvozkem, minimální nosnost 250 kg, homologace dle ČSN EN v platném znění, možnost polohování pacienta, změny výšky podvozku a bočního pojezdu, profilová matrace s integrovaným systémem pro dospělé, s klínem pod hlavu a bezpečnostními pásy  |
| 102 | jedno sklopné sedadlo lékaře/zdravotníka s integrovaným třibodovým pásem za dělicí přepážkou (případně s možností deaktivace signalizace řidiči pokud není zapnutý bezpečnostní pás u obsazeného sedadla - nejedná se o závaznou podmínku)  |
| 103 | na pracovním místě/sklopné sedačce sedícího lékaře/zdravotníka musí být zajištěny ergonomické požadavky na velikost volného pohybového prostoru pro dolní končetiny podle § 49 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (nejmenší hloubka 500 mm), a minimální volná vzdálenost od opěradla ve výšce roviny sedáku (tj. prostor pro kolena) 640 mm |
| 104 | jedno sklopné a otočné sedadlo na pravé straně vedle nosítek s integrovaným třibodovým pásem (případně s možností deaktivace signalizace řidiči, pokud není zapnutý bezpečnostní pás u obsazeného sedadla - nejedná se o závaznou podmínku), s polohovatelnou loketní a zádovou opěrkou   |
| 105 | všechna sedadla musí být vybavena oporou hlavy  |
| 106 | madla pro nástup po obou stranách bočních dveří a v ambulantní části ve stropě, v prostoru nad sedadly a v zadní části po obou stranách zadních dveří   |
| 107 | zvukové signalizační zařízení mezi ambulantním prostorem a kabinou řidiče ovládané z prostoru pro pacienty umístěné v dosahu sedících osob (lékaře/zdravotníka event. pacienta)   |
| 108 | centrální rozvod kyslíku s dvěma výstupy na levé stěně v blízkosti medicínských přístrojů   |
| 109 | 2 kusy kyslíkové láhve objem 10 l včetně úchyty nebo s možností uložení v samostatných schránkách/skříňkách (případně s možností přístupu do schránky z vnější části vozidla) + 2x redukční ventil kombinovaný s průtokoměrem (o rozsahu min. 0 až 15 l/min) a rychlospojkou  |



|     |   |
|-----|---|
| 110 | 1 kus kyslíková láhev objem 2 l včetně úchytu nebo s možností uložení v samostatné skřínce nebo bude součástí držáku s transportním ventilátorem + 1 x redukční ventil kombinovaný s průtokoměrem (o rozsahu min. 0 až 15 l/min) a rychlospojkou  |
| 111 | přístup k ovládání redukčních ventilů z ambulantního prostoru i z vnějšku vozidla   |
| 112 | aktivní chladicí box včetně úchytu, (lednička) 12 V/230 V na léčiva a léčivé roztoky  |
| 113 | prostor pro ohřev infuzí - umístěný v dosahu sedadla, integrovaný do sanitní zástavby   |
| 114 | v dosahu osoby na otočném sedadle vhodně umístit speciální nůž na přeříznutí bezpečnostních pásů  |
| 115 | na vhodném místě úložné prostory - skříňky, police, popruhy nebo suchých zipů a rychloupínacích popruhů pro uložení vezeného zdravotnického materiálu, zdr. batohu, vakuových matrací, dlah a skládacích nosítek  |
| 116 | podstropní skříňky (průhledné uzavíratelné přihrádky) na zdravotnický materiál  |
| 117 | zásuvkové úložné prostory s aretací v uzavřené i otevřené poloze  |
| 118 | pracovní odkládací deska s omyvatelným povrchem, v dosahu úložný prostor na drobný zdravotnický materiál (nejlépe nad pracovní deskou udělat drobné uzavíratelné přihrádky na materiál typu jehly, injekční stříkačky velikosti do 20 ml, periferní žilní katetry, drobné obvazy, náplasti atd.)  |
| 119 | uzamykatelná schránka na léčiva s obsahem psychotropních a omamných látek   |
| 120 | kanystr na pitnou vodu (min. 10 litrů) včetně úchytu, s viditelně označeným nápisem   |
| 121 | odpadkový koš včetně úchytu, s možností umístění igelitového pytle  |
| 122 | 1 kus přenosného hasicího přístroje (PHP) s čistým hasivem např. FE-36 nebo jeho ekvivalent s množstvím náplně nejméně 2 kg a hasicím účinkem nejméně 55 B. Jeho provedení a umístění musí vyhovovat požadavkům vyhlášky č. 246/2001 Sb. v platném znění, o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, vyhlášky č. 100/2018 Sb. O technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel a požadavkům technických norem řady ČSN EN 3. Parametry PHP musí být zaznamenány v průvodní a provozní dokumentaci vozidla a musí být zabezpečen jejich servis v ČR. |
| 123 | 1x universální držák nebo schránka, včetně 1x kontejner pro bioodpad (v dosahu prostoru pracovní desky)   |
| 124 | 1x universální držák nebo schránka na desinfekci (v dosahu prostoru pracovní desky)   |
| 125 | 1x univerzální držák nebo schránka na krabice s rukavicemi (v dosahu prostoru pracovní desky)   |
| 126 | 1x integrovaný držák infuzních lahví na dvě infuze s objemem 500 ml - umístěn na stropu prostoru ambulance  |
| 127 | 1x držák k uchycení transportního prostředku typu scoop   |
| 128 | 1x držák na defibrilátor s monitorem dle dodaného typu, který umožní rychlé a bezpečné vyjmutí/zasunutí přístroje (rychloupnutí) (s možností uchycení do modulárního systému)   |
| 129 | 1x držák na transportní ventilátor dle dodaného typu + závěsný držák s úchytem na kyslíkovou lahev 2 l (přenosný systém) (s možností uchycení do modulárního systému)   |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 130 |  | 1x držák na přenosnou bateriovou odsávačku dle dodaného typu, který umožní rychlé a bezpečné vyjmutí/zasunutí přístroje (rychloupnutí) (s možností uchycení do modulárního systému)  |
| 131 |  | 1x držák na lineární dávkovač dle dodaného typu (s možností uchycení do modulárního systému)   |
| 132 |  | držáky na přístroje, panely pro uchycení zdravotnických přístrojů, nábytkových sestav a ostatních prvků budou bez ostrých hran a rohů  |
| 133 |  | nebezpečná místa střetu osob s překážkou budou označena bezpečnostním značením, tabulkami (nápis v českém jazyce)  |
| 134 |  | technické řešení a rozložení ambulantního prostoru bude předmětem kontroly a odsouhlasení navrženého provedení u zhotovitele pověřenými zástupci uživatele v rámci požadovaného kontrolního dne  |
| 135 |  | ambulantní část automobilu musí být vybavena zdravotnickými přístroji a zdravotnickým materiálem dle vyhlášky č. 296/2012 Sb. a technické normy ČSN EN 1789 v platném znění  |
| 136 | Ambulantní prostor vozidla - výbava                  | zdravotnické prostředky musí být dodány v souladu s ustanovením zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění  |
| 137 | zdravotnickými prostředky a zdravotnickým materiálem | Při přenášení materiálu a obalů s materiálem nesmí být překročen přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného mužem (při občasném zvedání či přenášení) 50 kg a pro ženu 20 kg (§ 28-29 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Ručně manipulovaný materiál a obaly o hmotnosti vyšší než 20 kg musí být označeny hmotností a opatřeny vhodnými úchyty tak, aby uvedený limit nebyl překročen |
| 138 | 1 kus - Defibrilátor s monitorem (ZOLL PropaqMD)     | Umístěný v nástěnném držáku a určeny k poskytování první pomoci při fibrilacích srdečních komor při kardiopulmonální resuscitaci a ke komplexnímu monitoringu pacienta, splňující níže uvedené takticko-technické požadavky  |
| 139 |  | max. rozměry defibrilátoru 280 x 270 x 220 mm; hmotnost defibrilátoru do 6 kg  |
| 140 | <i>Technické parametry přístroje</i>                 | provoz přístroje na baterie nebo z elektrické sítě, vstupní napětí 230 V, 50 Hz a 12 V (zásuvka autozapalovače)  |
| 141 |  | odolnost proti nárazům, odolnost proti pevným částicím a vodě min. IP 55   |
| 142 |  | robustní a odolná konstrukce určená pro použití v polních podmínkách a splňující normu min. MIL-STD 810G pro pád a vibrace   |
| 143 |  | barevný LCD displej; rozlišení min. 640 x 480 px; úhlopříčka min. 145 mm   |
| 144 | <i>Displej</i>                                       | displej čitelný i za zhoršených světelných podmínek a za tmy   |
| 145 |  | speciální režim kompatibilní s prostředky pro noční vidění umožňující používání přístroje s prostředky pro noční vidění  |
| 146 |  | vstupní napětí nabíječky akumulátorů 230 V, 50 Hz  |
| 147 | <i>Akumulátor a nabíječka</i>                        | akumulátor je dobíjecí   |
| 148 |  | při novém a plně nabitém akumulátoru je při pokojové teplotě výdrž min. 5 hod monitorace všech parametrů, nebo min. 100 výbojů o maximální energii   |
| 149 |  | akumulátor s indikací stavu nabití   |
| 150 |  | bifázická křivka defibrilace s možností nastavení energie výboje   |
| 151 | <i>Defibrilace</i>                                   | maximální energie výboje min. 200 J; min. 20 manuálně nastavitelných hodnot energie výboje   |
| 152 |  | manuální režim a režim AED   |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 153 |   | režim AED - resuscitace přes nalepovací defibrilační elektrody navádějící zachránce v reálném čase (nalepovací defibrilační elektrody pro dospělé i děti)  |
| 154 |   | režimy pro dospělé a pro děti  |
| 155 |   | defibrilace s využitím samolepících elektrod   |
| 156 |   | možnost synchronizované kardiverze   |
| 157 | <i>Kardiostimulace</i>                                  | externí kardiostimulace s využitím samolepících elektrod   |
| 158 |   | režim: na vyžádání (demand), pevný   |
| 159 |   | nastavitelná frekvence stimulace v min. rozsahu 45 - 180 tepů za minutu  |
| 160 |   | nastavitelný proud impulsu v min. rozsahu 0 - 140 mA   |
| 161 | <i>Monitorace</i>                                       | minimální požadavky na režimy monitorace: dospělí, děti  |
| 162 |   | EKG; min. 3 a 12 svodové EKG s interpretací  |
| 163 |   | srdeční frekvence v min. rozsahu 30 - 300 tepů za minutu   |
| 164 |   | saturace SpO <sub>2</sub> , SpCO, SpMet  |
| 165 |   | kapnometrie EtCO <sub>2</sub>  |
| 166 |   | tepová frekvence měřená ze saturace v min. rozsahu 25 - 235 tepů za minutu   |
| 167 |   | neinvasivní měření krevního tlaku NIBP; rozsah měření systolického krevního tlaku v min. rozsahu 40 - 250 mmHg, diastolického krevního tlaku v min. rozsahu 20 - 220 mmHg, středního arteriálního tlaku v min. rozsahu 30 - 210 mmHg |
| 168 |   | invasivní měření tlaku; min. 2 kanály pro měření; min. rozsah měření -30 až 300 mmHg   |
| 169 |   | měření tělesné teploty; min. 2 kanály pro měření; min. rozsah měření 20 - 45°C; stupnice v °C; možnost zobrazení obou měřených kanálů včetně jejich rozdílu  |
| 170 | <i>Tiskárna</i>   | tisk souvislého záznamu s parametry pacienta; možnost tisku až tří křivek nad sebou  |
| 171 |   | opoždění záznamu max. 8 s  |
| 172 |   | šířka papíru max. 110 mm   |
| 173 |   | rychlost tisku v min. rozsahu 25 mm/s a 50 mm/s  |
| 174 | <i>Minimální požadavky na příslušenství k přístroji</i> | EKG kabely, 1 kus pro měření 3/5 svodového EKG a 1 kus pro měření 12 svodového, EKG (je možná i vzájemná kombinace pro měření 12 svodového EKG)  |
| 175 |   | NIBP manžeta, 4 kusy (čtyři různé velikosti, z toho 1 ks dětská velikost a 1 ks stehenní manžety); propojovací hadice NIBP, 1 kus  |
| 176 |   | čidlo pro pulzní oxymetrii, SpCO, SpMet, 2 kus (z toho 1 ks dětské)  |
| 177 |   | hadičky EtCO <sub>2</sub> , 25 kusů, za předpokladu, že se jedná o spotřební materiál (technologie měření např. microstream), v jiném případě stačí 1 kus měřicího čidla   |
| 178 |   | sada kabeláže pro opakované měření oxymetrie, SpCO, SpMet, 2 sady  |
| 179 |   | defibrilační samolepící elektrody se senzorem masáže pro dospělé, 12 kus   |
| 180 |   | multifunkční elektrody pro dospělé, 3 kusy   |
| 181 |   | multifunkční elektrody pro děti, 3 kusy  |
| 182 |   | teplotní čidla, 1 kus opakovaně použitelnou kožní sondu a 1 kus opakovaně použitelné jícnové/rektální sondy pro dospělé  |
| 183 |   | záznamový papír, min. 20 kusů  |
| 184 |   | akumulátor kus/sada pro napájení přístroje a kus/sada jako záložní pro možnost výměny  |
| 185 |   | nabíječka akumulátorů se systémem kalibrace, 1 kus   |
| 186 |   | brašna na přístroj a příslušenství, 1 kus  |
| 187 |   | napájecí adaptér, 2 kusy (1 ks 230 V, 1 ks 12 V)   |

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 188 |  | tréninkové elektrody se senzorem masáže, 1 sada   |
| 189 |  | konzole na nosítka (standard NATO) pro uchycení defibrilátoru, možnost uchycení i dalšího přístrojového vybavení na konzoli (monitor, ventilátor), 1 kus  |
| 190 |  | držák k uchycení do zástavby sanitního vozu, 1 kus  |
| 191 |  | další součásti nezbytné k tomu, aby byl přístroj připraven k okamžitému použití v plném rozsahu bez nutnosti dokupovat další součásti; dodání včetně spotřebního materiálu pro zajištění péče o min. 2 dospělé pacienty, není-li požadováno jiné množství |
| 192 | 1 kus -<br>Odsávačka<br>bateriová<br>s příslušenstvím<br>(ACCUVAC<br>Pro)                  | kompaktní provedení s chráněnou sběrnou nádobou   |
| 193 |  | vestavěný regulátor podtlaku se světelnou indikací reálného podtlaku  |
| 194 |  | udržování nastavené hodnoty podtlaku  |
| 195 |  | přímé napájení a nabíjení 12 - 24 V/230 V   |
| 196 |  | autotest funkce   |
| 197 |  | ochrana proti přetečení   |
| 198 |  | odsávací hadice   |
| 199 |  | nárazuvzdorné provedení   |
| 200 |  | odolnost vůči dešti   |
| 201 |  | držák odsávačky do sanity   |
| 202 |  | 12 V nabíjecí kabel do sanity   |
| 203 | 1 kus -<br>Ventilátor plicní<br>transportní<br>(MEDUVENT<br>Standard<br>WEINMANN -<br>EMT) | Umístěný v nástěnném držáku a určený k řízené ventilaci při transportu pacientů a při péči o pacienty vyžadujících podpurnou kyslíkovou terapii i při nedostupnosti zdroje vysokotlakého kyslíku, splňující níže uvedené takticko-technické požadavky.    |
| 204 | <i>Technické<br/>parametry<br/>přístroje</i>   | max. rozměry přístroje 320 x 210 x 130 mm   |
| 205 |  | hmotnost přístroje včetně akumulátoru max. 5 kg   |
| 206 |  | napájení 230 V, 50 Hz a 12 V (zásuvka autozapalovače)   |
| 207 |  | provoz na interní baterii min. 8 hodin, doba nabíjení max. 2,5 hod. (na 90 % kapacity)  |
| 208 |  | robustní a odolná konstrukce určená pro použití v polních podmínkách splňující odolnostní normu min. MIL-STD 810G   |
| 209 |  | stupeň krytí min. IP 54   |
| 210 |  | LCD displej   |
| 211 |  | možnost napojení na kyslíkový generátor (koncentrátor) nebo jiný zdroj nízkotlakého kyslíku; možnost napojení na zdroj vysokotlakého kyslíku, napřímo nebo pomocí inhalačního výstupu z redukčního ventilu  |
| 212 |  | možnost provozu na vzduch z okolního prostředí  |
| 213 |  | dechový objem pro objemově řízenou ventilaci v min. rozsahu 50 - 2 000 ml   |
| 214 |  | inspirační čas $T_{insp}$ v min. rozsahu 0,5 - 4 s  |
| 215 |  | PEEP v min. rozsahu 0 - 20 cm H <sub>2</sub> O  |
| 216 |  | minutový objem v min. rozsahu 1,5 - 20 l/min  |
| 217 |  | koncentrace kyslíku v min. rozsahu 21 - 100 %,  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 218 |   | minimální požadavky na ventilační režimy:<br>IPPV (Intermitent Positive Pressure Ventilation),<br>S-IPPV (Synchronized Intermitent Positive Pressure Ventilation),<br>SIMV (Synchronized Intermitent Mandatory Ventilation),<br>CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) s tlakovou podporou,<br>PRVC (Pressure-Regulated Volume-Controlled Ventilation) s tlakovou podporou, Manual Breath, |
| 219 |   | dechová škála v min. rozsahu 5 - 40 dechů za minutu  |
| 220 |   | min. požadavky na monitoring dechových křivek:<br>tlak v dýchacím okruhu   |
| 221 |   | min. požadavky na monitoring hodnot:<br>dechová frekvence,<br>dechový objem,<br>tlakové hodnoty,<br>koncentrace O <sub>2</sub>   |
| 222 | <i>Minimální požadavky na příslušenství k přístroji</i> | konzole k zavěšení na nosítka/lůžko 1 kus,   |
| 223 |   | držák k uchycení do zástavby sanitního vozu, 1 kus   |
| 224 |   | ventilační okruhy, min. 2 kusy pro dospělé a min. 1 kus pro děti opakovatelně použitelných okruhů (v případě dodání jednorázových okruhů se bude jednat o 10ti násobky těchto požadavků)   |
| 225 |   | další součásti nezbytné k tomu, aby byl přístroj připraven k okamžitému použití v plném rozsahu bez nutnosti dokupovat další součásti; dodání včetně spotřebního materiálu pro zajištění péče o min. 2 dospělé pacienty, není-li požadováno jiné množství  |
| 226 |   | přístroj s příslušenstvím musí být kompatibilní s tlakovými lahvemi a redukčními ventily používanými AČR; závity tlakových lahví-redukční ventil: vzduch G 5/8", O <sub>2</sub> W21,8x1/14", N <sub>2</sub> O G 3/8"; výstup z redukčního ventilu rychlospojkou  |
| 227 | 1 kus - Lineární dávkovač (B.Braun Perfusor Space)      | Určený k podávání léčiv pacientovi injekční stříkačkou s možností nastavení rychlosti podávání léčiva a se zajištěním bezpečné aplikace.   |
| 228 | <i>Technické parametry přístroje</i>                    | rozměr přístroje v ekvivalentu objemu max. 6,5 l   |
| 229 |   | vstupní napětí z externího zdroje 230 V, 50 Hz   |
| 230 |   | možnost napájení palubním napájením 12 V DC  |
| 231 |   | vnitřní akumulátor, zajištění kontinuálního provozu při výpadku napájení z externího zdroje, provoz na akumulátor min. 180 minut   |
| 232 |   | minimální rozsah pro objemy injekčních stříkaček: 10, 20, 30 a 50 ml   |
| 233 |   | minimální požadavky na předvolby objemu: 0,1 - 99 ml s přírůstkem po 0,01 ml, 100 - 999 ml s přírůstkem po 0,1 ml, 1000 - 9999 ml s přírůstkem po 1 ml   |
| 234 |   | předvolba času v min. rozsahu 00:01 - 99:59 hod  |
| 235 |   | nastavitelná rychlost dávkování v min. rozsahu 0,01 - 999,9 ml/hod   |
| 236 |   | alarmy při nesprávném dávkování, automatické vypnutí přístroje; systém informování personálu   |
| 237 |   | zajištěna možnost uchycení na eurolištu a infuzní stojan   |
| 238 | <i>Minimální požadavky na příslušenství k přístroji</i> | zdroj pro napájení z 230 V, 50 Hz, 1 kus   |
| 239 |   | zdroj pro napájení z 12 V DC, 1 kus  |
| 240 |   | držák na eurolištu či infuzní tyč splňující normu EN 1789, 1 kus   |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 241 |   | přístroj dodat včetně veškerého příslušenství a součástí tak, aby byl přístroj připraven k okamžitému použití v plném rozsahu bez nutnosti dokupovat další součásti; dodání včetně spotřebního materiálu pro zajištění péče o min. 2 dospělé pacienty |
| 242 | 1 kus - Ampulárium (A-2/10)   | určené pro uložení, přepravu a přehlednou manipulaci podávaných injekčních materiálů, nástěnný panel pro upevnění jednotlivých léků v blízkosti pracovního pultu  |
| 243 | 1 kus - Ohřivač infuzí (Barkey S-line)                                      | pro ohřívání infuzí/transfuzí (transportní)   |
| 244 |   | voděodolný, dezinfikovatelný  |
| 245 |   | ohřev roztoků na minimálně 36°C   |
| 246 |   | možnost přetlakové infuze   |
| 247 | 1 kus - Laryngoskop (Cold Blade LED Set)                                    | bateriový s příslušenstvím (sada pro děti a dospělé)  |
| 248 | 1 kus - Fonendoskop (Littman Classic III)                                   | s příslušenstvím  |
| 249 | 1 kus- Ruční resuscitátor - ruční dýchací přístroj (ambuvak) (AMBU MARK IV) | vak dvouvrstvý, bezlatexový poskytující vizuální a hmatovou zpětnou informaci o stavu plic během manuální resuscitace   |
| 250 |   | zabudovaný tlakový omezovač zabraňující stlačení v případě zvýšeného odporu dýchacích cest pacienta   |
| 251 |   | kompletně autoklavovatelný pro další použití  |
| 252 |   | jednocestný patientský ventil s otočným konektorem  |
| 253 |   | integrované držadlo pro zvýšený uživatelský komfort a rovnoměrnou kompresi  |
| 254 |   | rezervoár kyslíku   |
| 255 |   | silikonová maska č. 5   |
| 256 |   | PEEP ventil pro použití s ručním resuscitátorem   |
| 257 |   | transportní obal  |
| 258 | 2 kusy - Nastavitelný   | nastavení dlahy stabilizující krční páteř v poloze, ve které byl pacient nalezen  |
| 259 | fixační krční límec (z toho 1 kus pediatrický)                              | zajištění krční páteře v neutrální poloze   |
| 260 | (Perfit ACE Military)   | souměrné nastavení, skrz konstrukci   |
| 261 | 1 kus - Fixace pánve - pánevní pás (SAM Pelvic Sling II)                    | pro stabilizaci zlomenin pánve  |
| 262 | 1 kus - Fixace páteře, vyprošťovací korzet (sada) (SED Spencer)             | pro fixaci pánve, kyčlí, páteře, krku a hlavy   |
| 263 | 1 kus - Transportní nosítka (typu scoop) (SCOOP)                            | k přenášení zraněných z místa havárie   |
| 264 |   | vhodná při poranění páteře  |
| 265 |   | nosnost min. 170 kg,  |
| 266 |   | plně omyvatelná   |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 267 | Rám včetně obalu)  | popruhy pro rychlé zajištění   |
| 268 |  | popruhy a úchyty pro rychlé odsunutí a transport   |
| 269 |  | možnost zkrácení a prodloužení nosítek   |
| 270 | 1 kus -<br>Transportní<br>dělitelná nosítka<br>(transportní<br>plachta) (ET-10<br>KHAKI    | k přenášení zraněných z místa havárie  |
| 271 |  | nosnost min. 120 kg  |
| 272 |  | plně omyvatelná  |
| 273 |  | popruhy pro rychlé zajištění   |
| 274 |  | popruhy a úchyty pro rychlé odsunutí a transport   |
| 275 |  | obal   |
| 276 | 1 kus - Nosítka<br>zdravotnická<br>skládací (Talon<br>II 90 C)                             | požadují se Taktická skládací nosítka Talon II 90C (konkrétní typ nosítek z důvodu unifikace odsunového systému AČR) |
| 277 |  | kompatibilní a interoperabilní se zdravotnickou odsunovou technikou armád NATO                                       |
| 278 |  | k přenášení zraněných  |
| 279 |  | nosnost min. 200 kg  |
| 280 |  | plně omyvatelná  |
| 281 |  | popruhy pro rychlé zajištění   |
| 282 |  | popruhy a úchyty pro rychlé odsunutí a transport   |
| 283 |  | možnost složení na polovinu a čtvrtinu   |
| 284 |  | obal/batoh   |
| 285 | 1 kus - Vakuová<br>matrace (sada)<br>(EM-30/2<br>KHAKI)                                    | materiál z PAD textilu s nánosem PVC, s dobrou omyvatelností a možností desinfekce běžnými prostředky                |
| 286 |  | rozměr matrace min. 200 x min. 80 cm   |
| 287 |  | obal na matraci a pumpa nožní  |
| 288 | 1 kus - Sada<br>vakuových dlah<br>(ES-30 KHAKI)  | omyvatelný materiál  |
| 289 |  | možnost desinfekce běžnými prostředky  |
| 290 |  | dlaha na horní končetinu   |
| 291 |  | dlaha na dolní končetinu   |
| 292 |  | dlaha krční  |
| 293 |  | evakuační pumpa  |
| 294 |  | opravná sada   |
| 295 | přepravní taška  |  |
| 296 | 1 kus -<br>Pohotovostní<br>záchranný<br>ruksak<br>(prázdný)<br>(KHAKI ER-<br>50/H)         | k uložení širokého spektra záchranné výbavy, obvazového materiálu, přístrojů a chirurgických nástrojů                |
| 297 |  | z vysoce odolného a voděodolného materiálu (například ER-10 nebo ER 50/H)  |
| 298 | 2 kusy -<br>Přetlakové<br>infusní manžety<br>(Accu PRO)                                    | bez manometru  |
| 299 | 2 kusy -<br>Ochrana hlavy -<br>záchranná<br>přilba (KASK<br>Plasma HI-VIZ<br>Reflex Žlutá) | stavitelná velikost, odvětrání hlavy   |

|     |                                     |   |
|-----|-------------------------------------|---|
| 300 |                                     | Na všechny zdravotnické prostředky a materiál bude ve vozidle zvolen vhodný způsob uchycení a umístění, sloužící pro bezpečnou přepravu a účelné použití  |
| 301 |                                     | veškeré vnější a vnitřní osvětlení provést v souladu s technickou normou ČSN EN 1789 v platném znění  |
| 302 |                                     | zabudované zdroje umělého osvětlení musí zabezpečit hodnoty celkového osvětlení vnitřního prostoru a hodnoty osvětlení míst zrakových úkolů lékaře ve zdravotnické vozidlové nástavbě a ve venkovním pracovním - manipulačním prostoru (dle ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - část 1: vnitřní pracovní prostory a ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - část 2: venkovní pracovní prostory)   |
| 303 |                                     | požadovaná hodnota udržované osvětlenosti v místě zrakového úkolu při provádění jednoduchých vyšetřovacích úkonů a v místě zrakového úkolu velitele vozidla/spolujezdce při provádění jednoduchých úkonů (čtení map), je $\bar{E}_m = 300 \text{ lx}$ (viz ČSN EN 12464-1/2012 - Světlo a osvětlení - Osvětlení vnitřních pracovních prostorů). Požadovaná hodnota udržované osvětlenosti venkovních manipulačních prostor - míst zrakových úkolů je $\bar{E}_m = 150 \text{ lx}$ (viz ČSN EN 12464-2/2014 - Světlo a osvětlení - Osvětlení venkovních pracovních prostorů) |
| 304 |                                     | automatický spínač světlometů, denní svícení, mlhové světlometry  |
| 305 |                                     | světelná výstražná rampa nad kabinou řidiče nebo zapuštěná do nástavby nad kabinou, LED světla s lineární technologií (v barevném provedení v souladu s platnou legislativou)   |
| 306 |                                     | přídavná LED světla s lineární technologií umístit v přední masce a na boku vozidla   |
| 307 | Světelná a výstražná výbava vozidla | v zadní části střechy umístit maják nebo zapuštěnou rampu LED světel s lineární technologií (v barevném provedení v souladu s platnou legislativou)   |
| 308 |                                     | zvukové výstražné zařízení o výkonu min. 100 W s ovladačem u řidiče a s funkcí megafonu   |
| 309 |                                     | reproduktor sirény umístit za masku na předním nárazníku vozidla nebo v provedení reproduktoru integrovaného v zástavbě světelné rampy  |
| 310 |                                     | standardní zvukové výstražné zařízení musí být o 10 dB silnější než běžný provozní hluk při jízdě vozidla. Vestavěné přístrojové zařízení nesmí být zdrojem hluku překračujícího hygienické limity.   |
| 311 |                                     | na nebo v zadní stěně ambulantní zástavby umístit pracovní světlometry s technologií LED, které budou sloužit k osvětlení bezprostředního okolí sanitního automobilu  |
| 312 |                                     | 2 ks bílých pracovních světel na hraně střechy směřovaná za vozidlo, vypínač u řidiče (využití i při couvání)   |
| 313 |                                     | LED stropní osvětlení ambulantního prostoru - barva teplá bílá, vypínač s regulátorem   |
| 314 |                                     | min. dvě bodová stropní směrovatelná světla nad nosítky pacienta  |
| 315 |                                     | nouzové orientační osvětlení ambulantního prostoru LED integrovaným světlem modré barvy   |
| 316 |                                     | přídavná směrová světla vzadu nahoře případně integrovaná do nástavby, dva páry pracovních LED světel integrovaných na levém a pravém boku vozidla, ovládání v kabině řidiče, levá a pravá strana samostatně  |
| 317 |                                     | osvětlení schodu bočního vstupu při otevření posuvných dveří - LED technologie  |



|     |                                |  |
|-----|--------------------------------|--|
| 318 |                                | osvětlení schodu zadního vstupu při otevření zadních dveří - LED technologie   |
| 319 | Barva a označení vozidla       | provedení v souladu s EN 1789 v platném znění a vyhlášky č. 296/2012 Sb.   |
| 320 |                                | barva karoserie odstín mat, RAL 6031 bronzově zelená (nebo obdobný odstín, např. RAL 6009 - Jedlová/borovicová zelená) v provedení nátěrového systému dodávaným výrobcem. Zrcátka, nárazníky a přední maska mohou být v nelakovaném provedení (tzn. v základní černé nebo tmavé barvě vnějších plastových dílů vozidla)                    |
| 321 |                                | označení podle Ženevské úmluvy znakem červeného kříže (vzhledem k plánovanému použití zdravotnické techniky v rezortu MO provést dle ČOS 990501, 3. Vydání, Změny 1, Znak červeného kříže. Tvar, rozměry a pravidla používání), provedení (Red), sytě červená barva (např. RAL 3028 „Čistá červená“, RAL 3024 - ČSN 8115 „Zářivě červená“) |
| 322 |                                | na dveře řidiče a spolujezdce umístit dle označení provozovatele „Vojenská zdravotnická služba“  |
| 323 | Komunikační prostředky vozidla | souprava vozidlové radiostanice Tetrapol s výstupním výkonem vysílače minimálně 10 W umožňující provoz v radiové síti Pegas určené zejména pro zajištění rádiové komunikace Integrovaného záchranného systému ČR   |
| 324 |                                | radiostanice včetně zesilovače bude zabudovaná v prostoru kabiny vozidla a odtímatelný ovládací panel radiostanice bude umístěn v dosahu řidiče a velitele vozu,   |
| 325 |                                | optimalizovat umístění antény na střeše vozidla s cílem nejvyššího zisku s ohledem na průchodnost vozidla  |
| 326 |                                | způsob zástavby radiostanice nesmí omezovat základní uživatelské parametry tohoto komunikačního prostředku   |
| 327 |                                | komunikační prostředek musí umožňovat základní obsluhu bez nutnosti držet jakákoliv zařízení v ruce (handsfree)  |
| 328 |                                | umístění a upevnění radiostanice musí být v dosahu ve stabilizovaném prostoru, kde bude zabráněno nežádoucímu pohybu a ohrožení bezpečnosti osádky při provozu a ovládání vozidla  |
| 329 |                                | optimalizovat umístění radiostanice při zachování maximálního prostoru pro uložení osobní výbavy osádky v kabině   |
| 330 |                                | před přejímkou vozidla a kontrolou funkčnosti radiostanice umožňující komunikaci v radiové síti Pegas musí být zabezpečena její softwarová konfigurace prostřednictvím kontaktního místa provozovatele radiokomunikační sítě Pegas   |
| 331 |                                | musí splňovat předpis EHK 10.04 s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu  |
| 332 |                                | hodnoty záření ze zdrojů neionizujícího záření (NIZ) nesmí přesahovat referenční hodnoty stanovené nařízením vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění pozdějších předpisů  |

## Čestné prohlášení

**ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku**

Účastník/dodavatel (dále jen „dodavatel“):  
obchodní firma/název MEDTEC-VOP, spol. s r.o.,  
se sídlem Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové,  
IČO (bylo-li přiděleno): 64791319,  
zapsaný v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9655  
(v případě, že je dodavatel zapsán v obchodním rejstříku)

tímto čestně prohlašuje,  
že se na něj nevztahují omezující opatření (mezinárodní sankce) ekonomického a individuálního charakteru přijatá Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny.

**1. Mezinárodní sankce stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění pozměněném Rozhodnutím Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 8. dubna 2022.**

Dodavatel čestně prohlašuje, že není

- a) jakýmkoliv ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b),
- d) dodavatelem, který by v rámci této veřejné zakázky využíval poddodavatele, dodavatele nebo subjekty, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky a naplňují některou z definic podle písm. a) až c).

**2. Zakaz nákupu, dovozu nebo převážení bližší definovaného zboží, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází.**

Dodavatel čestně prohlašuje, že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

**3. Individuální finanční sankce**

Dodavatel čestně prohlašuje, že se na něj nevztahují sankční režimy přijaté nařízením Rady (EU) č. 269/2014, nařízením rady (EU) č. 208/2014 a nařízením Rady (ES) č. 765/2006, která stanovují mimo jiné i individuální finanční sankce pro fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány uvedené na sankčním seznamu.

V Hradci Králové dne 19.06.2024

Ing. Oldřich  
Řezníček

Digitálně podepsal  
Ing. Oldřich Řezníček  
Datum: 2024.06.17  
14:16:04 +02'00'

.....  
Ing. Oldřich Řezníček, jednatel společnosti