

015-ZT-2024

Myčka podložních mís 2ks**1. Technické požadavky:**

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky**. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Medicínský účel: Myčky podložních mís - čistící a desinfekční zařízení pro vyšší stupeň hygieny, bezpečnosti a efektivity. Slouží zejména k výraznému omezení přímého styku s biologickým materiálem.

3. Kompatibilita: není požadována

4. Specifikace:

Předmětem nabídky je (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce): Steelco BP 100 HXL + BP 100 HE

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Uchazečem nabízená hodnota (uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje , zároveň uvede odkaz na příložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola)
Vyplachovač a dezinfektor ložních mís – větší:	
1. Mycí a desinfekční automat na podložní mísy a močové láhve s termickou dezinfekcí	splňuje
2. Kapacita 2 podložní mísy s poklicí a 2 močové láhve současně nebo 4 močové láhve	splňuje
3. Splňuje normu EN ISO 15883-1/3	splňuje
4. Elektroinstalace: 3N AC 400V	splňuje
5. Objem mycí komory min. 65l	65l
6. Max. vnější rozměry š.610, h.600, v.1700 mm	602x560x1695
7. Max. příkon 10kW	9,9kW
8. Vlastní vyvíječ páry	splňuje
9. Celonerezové provedení z oceli min. AISI 304	splňuje
10. Ovládání přes skleněný, dotykový, barevný displej o velikosti min. TFT 3,5"	TFT 3,5"
11. 7 přednastavitelných programů: <ul style="list-style-type: none"> • krátký (+poloviční náplň) • standartní (+poloviční náplň) • intenzivní (+poloviční náplň) • Clostridium 	splňuje
12. Nastavitelná hodnota parametru dezinfekce A0	splňuje
13. Dosažená hodnota parametru A0 je zobrazena na displeji během i po skončení cyklu	splňuje
14. Na displeji zobrazena teplota v mycí komoře a fáze cyklu	splňuje
15. Vizuální a zvukový alarm při chybách cyklu	splňuje
16. Paměť až 2000 cyklů zpětně	2280
17. Automatický zámek dveří při probíhajícím cyklu	splňuje
18. Mycí komora tažená z jednoho kusu nerezového materiálu	splňuje
19. Mycí komora vybavena min. 7 fixními a 4 rotujícími tryskami	7 + 4
20. Oběhové čerpadlo	splňuje
21. Odpad: DIN 90-100 do zdi	splňuje

Vyplachovač a dezinfektor ložních mís – standart:	
1. Mycí a dezinfekční automat na podložní mísy a močové láhve s termickou dezinfekcí	splňuje
2. Kapacita mytí min. 3 močové láhve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí	3 močové láhve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí
3. Splňuje normu EN ISO 15883-1/3	splňuje
4. Samostatně stojící přístroj, vyrobený z nerezové oceli (AISI 304) - celonerezové provedení	splňuje
5. Elektroinstalace: 3N AC 400V	splňuje
6. Objem mycí komory min. 62l	65l
7. Max. vnější rozměry š.550, h.475, v.1650 mm	545x475x1630
8. Max. příkon 6kW	5,05kW
9. Vlastní vyvíječ páry	splňuje
10. Vysoce výkonné oběhové čerpadlo pro tlakové mytí	splňuje
11. Ovládací panel s min.30místným monochromatickým LCD displejem	32 místný monochromatický LCD displejem
12. Dispeje se základními informacemi: <ul style="list-style-type: none"> • zvolený program, • aktuální fáze programu, • dosažená hodnota A0, • skončení programu a • dosažená maximální teplota 	splňuje
13. Min. 3 přednastavitelné programy: <ul style="list-style-type: none"> • krátký • standartní • intenzivní 	splňuje
14. Nastavitelná hodnota parametru dezinfekce A0 – 60, 600	splňuje
15. Nastavitelná hodnota teploty dezinfekce až 93°C	splňuje
16. Dosažená hodnota parametru A0 je zobrazena na displeji během i po skončení cyklu	splňuje
17. Na displeji zobrazena teplota v mycí komoře a fáze cyklu	splňuje
18. Vizuální a zvukový alarm při chybách cyklu	splňuje
19. Během mycího a dezinfekčního cyklu el.blokované dveře	splňuje
20. Paměť až 800 cyklů zpětně	splňuje
21. Automatický zámek dveří při probíhajícímu cyklu	splňuje
22. Mycí komora tažená z jednoho kusu nerezového materiálu, zaoblené rohy	splňuje
23. Automatické spuštění nového cyklu při výpadku napětí	splňuje
24. Vestavěný zásobník a dávkovač (s el.kontrolou množství) na odvápnovač	splňuje
25. Odpad: DIN 90-100 do zdi	splňuje

Technické parametry nabízené technologie lze ověřit v prospektové dokumentaci, v návodu k použití, na stránkách výrobce.