

REKAPITULACE KUPNÍ CENY

Parametr	MJ	Počet jednotek	Nabídková cena za jednotku bez DPH v Kč	Nabídková cena celkem bez DPH v Kč
Aplikační křeslo RINI RiEye MK2S R5 + příslušenství	ks	1	469 615,87	469 615,87
Pořizovací cena zařízení (cena uvedená ve smlouvě)			469 615,87	
Celková cena v Kč bez DPH			469 615,87	
výše DPH 21% v Kč			98 619,33	
CELKOVÁ CENA v Kč s DPH			568 235,20	

(cena zařízení vč. příslušenství a nákladů na instalaci, montáž, proškolení personálu, nákladů na pojištění, odvoz a likvidaci obalů atd.)...

Příloha č. 2

Operační stůl/křeslo

Parametr/část položky	Měrná jednotka	Požadavek na parametr	Parametry nabízené uchazečem
Provedení		Dvouloupkový systém s adaptivním podvozkiem, materiál práškováný kov, nerezová ocel	ano
Polstrování		Materiál MedTech – černá, modrá, zelená, žlutá, kaštanová (standardní) nebo jiné barvy jako doplňky	ano
Baterie		24 V Dobíjecí Lithiová	ano
Kapacita baterie		> 35 operačních cyklů (75kg pacient)	ano
zatížení operačního stolu	kg	až do 300kg	ano
omyvatelná vodotěsná konstrukce		ano	ano
stůl na kolečkách s mechanickou centrální brzdou na všech kolech		ano	ano
Ovládání stolu elektricky pedálem nebo joystickem		ano	ano
nastavitelné části: hlava, trup, končetiny, výška stolu		ano	ano
trendelenburg pozice	*	-18°, elektrické polohování	ano
Antitrendelenburg pozice		ano	ano
možnost ukládání minimálně čtyř výchozích pozic polohy stolu		ano	ano
délka podstav	mm	800 mm	ano
šířka podstav	mm	600 mm	ano
nastavitelná výška	mm	500 - 900 mm	ano
Zádová opěrka			
délka	mm	500 mm	ano
výška spodního okraje	mm	580 mm	ano
rozsah nastavení	*	+90° vertikálně do -20°	ano
Sedadlo			
délka	mm	430 mm	ano
šířka	mm	580 mm	ano
Opěrka na nohy			
délka	mm	400 mm	ano
šířka	mm	580 mm	ano
rozsah nastavení	*	-90°	ano
Opěrka hlavy			
Provedení		Patentovaná funkce "HandsFree"	
Sklon	*	-30° až +30°	
Výška	mm	0 - 80 mm	
Délka	mm	0 - 450 mm	
Příslušenství			
měkká tvarovaná opěrka hlavy		ano	ano
Kompletní základna opěrky hlavy s možností použití různých opěrek hlavy na stejném stole		ano	ano
Ovládací panel pro automatické polohování stolu do uložené pozice		ano	ano
Manuální centrální brzda		ano	ano
Nožní ovladač s 2 joysticky pro polohování křesla		ano	ano
Možnost polohování do pozice křesla		ano	ano
Náhradní baterie		ano	ano



CMI s.r.o.

Ke dvoru 858/27
160 00 Praha
Česká republika
IČO: 47117320
IČ DPH: CZ47117320



Odběratel :

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - Oční oddělení
Havlíčkovo nábřeží 600
760 01 Zlín
Kontaktní osoba:

CENOVÁ NABÍDKA Č. 700 220781

Datum: 06.08.2024

Jménem společnosti CMI s.r.o. si Vám dovoluji nabídnout:

Operační stůl RINI RiEye Mk2S R5

Č.	Kód Popis	Množství	MJ
1	100-00105-05 RiEye Mk2S Operating table – R5 Parametry operačního stolu: * Minimální výška pro nástup pacienta je 500 mm * Model R5 Šířka 580 mm a opěrka na nohy 400 mm * možnost polohy do klasického křesla * Zatížení stolu 300 Kg * Opěrka hlavy Sklon -30 do 30 stupňů Výška 0 - 80mm Délka 0 - 450mm Sklon zádové opěrky +90 vertikálně do -20 stupňů * Sklon opěrky na nohy dle modelů R5 -90 stupňů	1,00	ks
2	140-00230-02 Foot control with two joysticks fixed tray, cannot be combined with electric headrest	1,00	ks
3	140-00202-xx Cushion kit blue	1,00	ks



Platnost cenové nabídky je 14 dní od data vystavení.
V ceně je zahrnuta doprava, montáž a zaškolení obsluhy.
Předpokládaný termín dodání do 30 dnů od obdržení oficiální objednávky.
Záruční doba 24 měsíců.

www.cmi.sk

Sales Representative



Strana: 1 / 3



CMI s.r.o.



OPHTHALMOLOGY



ENT



EYE CARE

Odběratel :
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - Oční
oddělení

CENOVÁ NABÍDKA Č. 700 220781

Jménem společnosti CMI s.r.o. si Vám dovoluji nabídnout:

Operační stůl RINI RiEye Mk2S R5

Datum: 06.08.2024

Č.	Kód Popis	Množství	MJ
4	140-00238-01 Holder for hand control unit flexible, bracket included	1,00	ks
5	140-00261-01 Auto access to memory location	1,00	ks
6	140-00237-02 Extra battery	1,00	ks
7	140-00350-01 Width extension back rest left 410mm	1,00	ks
8	140-00350-00	1,00	ks



Platnost cenové nabídky je 14 dní od data vystavení.
V ceně je zahrnuta doprava, montáž a zaškolení obsluhy.
Předpokládaný termín dodání do 30 dnů od obdržení oficiální objednávky.
Záruční doba 24 měsíců.

www.cmi.sk

Sales Representative



Strana: 2 / 3



CMI s.r.o.

Odběratel :
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - Oční
oddělení



CENOVÁ NABÍDKA Č.700 220781

Jménem společnosti CMI s.r.o. si Vám dovoluji nabídnout:

Datum: 06.08.2024

Operační stůl RINI RiEye Mk2S R5

Č.	Kód Popis	Množství MJ
	Width extension back rest right 410mm	
Celková cena bez DPH		469 615,87 Kč
DPH		98 619,33 Kč
Celkem s DPH		568 235,20 Kč



Platnost cenové nabídky je 14 dní od data vystavení.
V ceně je zahrnuta doprava, montáž a zaškolení obsluhy.
Předpokládaný termín dodání do 30 dnů od obdržení oficiální objednávky.
Záruční doba 24 měsíců.

www.cmi.sk



Strana: 3 / 3



Vydáno ve zodpovědnosti společnosti:
Rini Ergoteknik AB,
Fågelsångsvägen 3B, SE18642 Vallentuna, Švédsko

Prohlášení o shodě

Podepsaný zástupce společnosti Rini Ergoteknik AB tímto prohlašuje, že níže uvedený výrobek, k němuž se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s ustanoveními Směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS.

Výrobek je definován jako výrobek 1. kategorie dle směrnice Švédské agentury pro zdravotnické prostředky LVFS 2003:11.

Uplatňují se následující evropské normy, které z hlediska bezpečnosti splňují správné technické postupy platné v rámci EU:

SS-EN 60601-1	Základní bezpečnost a nezbytný výkon zdravotnického vybavení (31. 12. 2017)
SS-EN 60601-1-2	Elektromagnetické rušení (13. 5. 2016)
SS-EN 60601-1-4	Programovatelné elektrické zdravotnické systémy (18. 1. 2011)
SS-EN 60601-1-6	Použitelnost (1. 12. 2002)
SS-EN 60601-2-46	Operační stoly (14. 11. 2001)
2014/35/EU	Směrnice o nízkonapěťových elektrických zařízeních (20. 4. 2016)

Výrobek	Operační stůl pro mobilní či stacionární použití	
Obchodní značka		
Výrobce	Rini Ergoteknik AB Fågelsångsvägen 3B, SE18642 Vallentuna, Švédsko	
Informace o modelu/typu	100-00105-nn	RiEye Mk2S představuje konstrukční kód testovaného předmětu
	100-00105	představuje verze se stejnou specifikací
	-nn	
Datum vydání	10. září 2018	
Podpis.....	Technický ředitel	