

Objednávka

dle § 18, odst. 5 zákona . 137/2006 Sb. o ve ejných zakázkách v platném zn ní

Odb ratel: I O: 00064173 DI : CZ00064173 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Odd lení dodavatelských služeb, ZT a MTZ Referát ZT Šrobárova 50 100 34 Praha 10	íslo: 201604535 Datum vystavení: 19.9.2016 Dodavatel: GE Medical Systems R, s.r.o. Vysko ilova 1422/1a 140 00 Praha 4-Michle	Strana: 1/1 I O: 63991306 DI : CZ63991306 Tel.: 800120180 Fax: 220 190 691
Bankovní spojení: Radana KucEROVÁ GE Money Bank, a.s. Telefon: 267168060 íslo ú tu: 1716008504/0600	Vy izuje: Radana KucEROVÁ Telefon: 267168060 Email: radana.kucerova@fnkv.cz	Lh ta dodání: ihned

Položka

1. Objednáváme u Vás opravu MR Signa 1,5 HDXT, inv. . 1000216, výr. R6699/8-1119-16.
P i zapnutí p ístroje nedošlo ke správnému najetí. Systém nefunk ní. Chybové hlášky psaly: Master Gradient is not ready.
Opakovaným spušt ním se poda ilo p ístroj zprovoznit, nutná kontrola - oprava.

Cen. nabídka v ástce 427 785,25 K v etn DPH.

Místo pln ní

Pavilon: H-rtg,MR

Patro: p ízemí

Dve e: MR

Kontaktní osoba: Libor Dosedla

Telefon: 267162713

Poznámka:

Prosíme uvádějte na faktuře úplný název odběratele: FNKV - Oddělení dodavatelských služeb, ZT a MTZ - referát ZT. Tato objednávka je platná za předpokladu, že dodavatel souhlasí se splatností faktury 60 dnů. V případě nesouhlasu kontaktujte vystavitele objednávky.

V případě opravy přesahující cenu 10 tis.Kč Vás žádáme o vystavení cenové nabídky. Následně si Vás dovolujeme požádat o vyčkání na potvrzení cenové nabídky.

V souladu se zák.č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, žádáme o zaslání úplného ceníku prací Vaší společnosti pro aktuální rok v členění: hodinová sazba technika v Kč/hod., ztrátový čas technika v Kč/hod., cestovné v Kč/km, ceny periodických bezpečnostně-technických kontrol, validací atp.. Bez úplného ceníku prací Vaší společnosti a klinikou potvrzeného originálu servisního, resp. dodacího listu nebude možné provést věcnou a číselnou kontrolu Vaší fakturace a tato bude vrácena Vaší společnosti k přepracování.

Podpis a razítko