


KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění
mezi smluvními stranami

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se dohodli, dle svého prohlášení svéprávní
k právnímu jednání, a to:

1. Prodávající: FOMEI s. r. o.
Údaje o zápisu v OŘ či v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 275265
Sídlo: Praha, U Libeňského pivovaru 2015/10, PSČ 180 00
Zastoupený: Jaroslavem Faltusem, prokuristou
IČO: 46504869
DIČ: CZ46504869
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zmocnění: ---

(dále jen „prodávající“)

2. Kupující: Nemocnice Letovice, příspěvková organizace
Sídlo: Letovice, Pod klášteřem 55/17, PSČ 679 61
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupený: Ing. Lucií Bouskovou, ředitelkou
IČO: 00387134
DIČ: CZ00387134
bankovní spojení: 
účet č.: 
(dále jen „kupující“)

I. Úvodní ustanovení

Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na zakázku na dodávky s názvem „*Digitalizace RDG pracoviště Nemocnice Letovice*“, na základě které, byla nabídka prodávajícího vybrána jako nejvhodnější. Prodávající se zavazuje dodržovat podmínky stanovené v této smlouvě, jakožto i podmínky vyplývající z výše uvedené zadávací dokumentace.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je koupě 2 ks nových, nepoužitých a nerepasovaných DR flat panelů do stávajícího zařízení skiagrafu (dále rovněž jen „*přístroj*“, „*předmět koupě*“). Předmět koupě je podrobně specifikován v příloze č. 1 této Kupní smlouvy – Technické specifikaci. Součástí předmětu smlouvy je poskytování záručního servisu.
2. Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy v souladu se svojí nabídkou, s podmínkami vyplývajících ze zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku a s touto smlouvou. Kupující je povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že součástí závazku prodávajícího dodat přístroj je dále závazek prodávajícího uvést přístroj do provozu, proškolit pracovníky kupujícího, zajistit zkušební provoz,

poskytovat záruční servis. Podmínky poskytování servisu jsou blíže specifikovány v článku V. této Kupní smlouvy.

4. Prodávající se dále zavazuje ve lhůtě pro dodání přístroje dodat k tomuto přístroji:
 - technologické certifikáty, kterými disponuje,
 - prohlášení o shodě dodávaného přístroje s technickými požadavky kupujícího na plnění,
 - certifikáty či oprávnění na provádění servisu, příp. seznam společností, které mají oprávnění provádět servis na tomto přístroji v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“),
 - další doklady potřebné k užívání přístroje, a to zejména návod k použití v českém jazyce, záruční listy, dodací list apod.
5. Prodávající prohlašuje, že:
 - je plně oprávněn k prodeji předmětu koupě podle této smlouvy, včetně oprávnění převést vlastnictví k předmětu koupě na kupujícího,
 - předmět koupě není zatížen žádným právem třetí osoby či třetích osob, zejména že není předmětem zástavního práva, předkupního práva či na ni nevázne věcné břemeno,
 - předmět koupě nepochází z trestné činnosti, z výsledku trestné činnosti či jakéhokoliv jednání, které je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

III. Dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat předmět koupě s listinami uvedenými v článku II. odst. 4 této smlouvy nejpozději do 6 týdnů od písemné výzvy kupujícího.
2. Smluvní strany se dohodly, že místem plnění dle této smlouvy je Nemocnice Letovice, příspěvková organizace, Pod klášterem 55/17, 679 61 Letovice.
3. Předmět koupě dle této smlouvy se smluvní strany zavazují předat na základě písemného předávacího protokolu. Přechod vlastnictví na kupujícího nastává okamžikem jeho podpisu.

IV. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je stanovena jako konečná a nepřekročitelná pro sjednaný předmět smlouvy. Kupní cena dle této smlouvy je stanovena následně:

	1 285 500,- Kč bez DPH,
DPH ve výši	269 955,- Kč,
	1 555 455,- Kč cena celkem včetně DPH
2. Sjednaná kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího nutné k realizaci předmětu plnění. V kupní ceně je tak zahrnuta zejména doprava, náklady na instalaci, uvedení přístroje do provozu, proškolení pracovníků kupujícího, zajištění zkušebního provozu, odstranění případných vad, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě certifikátu a atestů všech materiálů a prvků apod.
3. Sjednaná kupní cena zahrnuje poskytování záručního servisu.
4. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena stanovená v odst. 1 tohoto článku bude kupujícím uhrazena na základě jedné faktury s náležitostmi daňového a účetního dokladu. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího vystavení kupujícímu, a to bezhotovostně na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.
5. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po protokolárním předání a převzetí předmětu koupě dle této smlouvy kupujícímu a současně je povinen ji kupujícímu doručit nejpozději 3. den ode dne vystavení.

6. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat všechny nezbytné náležitosti, je kupující oprávněn vrátit jej prodávajícímu k doplnění či přepracování. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného daňového dokladu kupujícímu.
7. Faktura musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z náležitostí stanovených v souladu se zněním předchozí věty, má kupující právo ji vrátit bez zbytečného odkladu prodávajícímu. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne opětovného doručení faktury kupujícímu.

V. Záruční doba, servisní podmínky

1. **Záruční doba**
Záruční doba předmětu koupě poskytnutá prodávajícím je 24 měsíců od podpisu předávacího protokolu. Záruka se vztahuje i na závady způsobené vadou materiálu nebo výrobní vadou.

Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou kupující nemůže předmět koupě používat vzhledem k reklamovaným vadám.
2. **Záruční servis**
V záruční době odstraní prodávající zjištěné závady bezplatně. Prodávající je povinen odstranit vady, na něž se vztahuje záruka, nejpozději do 48 hodin ode dne doručení oznámení o vadách od kupujícího, nebude-li dohodnuto jinak.
Za odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, se považuje stav, kdy je předmět koupě bez reklamovaných vad předán kupujícímu a o tomto předání je sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. **Způsob ohlášení závady v záruční době**
Oznámení o závadách přístroje musí být vůči prodávajícímu učiněno písemně (dopisem, e-mailem, faxem), případně telefonicky a následně potvrzeno písemně, na jeden z následujících kontaktů:
 - Adresa: FOMEI s. r. o., Machkova 587, 500 11 Hradec Králové rtgservis@fomei.com
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]

VI. Sankce

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním přístroje v termínu dohodnutém oběma smluvními stranami dle čl. III, odst. 1 této smlouvy, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 % z kupní ceny přístroje, za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním závady, na kterou se vztahuje záruka, v termínu dle čl. V, odst. 2, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny přístroje, za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuty, které jsou prokazatelné a oprávněné, jsou splatné ve lhůtě 30 dnů po doručení vyúčtování takové smluvní pokuty. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

VII. Ukončení smluvního vztahu

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Kupující je oprávněn od této smlouvy nad rámec zákonných důvodů dále odstoupit v případě prodlení prodávajícího s plněním o více než 30 kalendářních dnů.
3. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení kupujícího s převzetím předmětu koupě, ačkoliv byl prodávajícím písemně vyzván, o více než 30 kalendářních dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo důvodem pro odstoupení od této smlouvy, nemá nárok na náhradu škody, která jí odstoupením od smlouvy vznikla.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.
6. V případě opakovaných závad na přístroji, výskytu neodstranitelné vady nebo neuznání oprávněné reklamace po dobu plynutí záruční lhůty, si kupující vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy. Prodávající je v tomto případě povinen uhradit kupujícímu veškeré náklady spojené s pořízením přístroje – kupní cenu přístroje. Prodávající na vlastní náklady zajistí odvoz přístroje v termínu určeném kupujícím.

VIII. Ustanovení společná a závěrečná

1. Tato smlouva, jakož i právní vztahy z této smlouvy vzniklé nebo v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími zákony a jinými právními předpisy, jejichž ustanovení se vztahují k této smlouvě.
2. Pokud by se některé z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoli ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení této smlouvy. Jakákoli vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které bude respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
3. Veškeré změny této smlouvy je možné činit pouze v písemné formě, a to na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě.
4. Všechny záležitosti a spory vyplývající z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit především smírnou cestou a dohodou ve snaze odstranit nedostatky, které brání plnění smlouvy.
5. Smluvní strany se zavazují vzájemně poskytovat součinnosti při plnění této smlouvy.
6. Odmítne-li některá ze smluvních stran převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost doručena byla.
7. Smlouva je sepsána v 1 vyhotovení, elektronicky.
8. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy, že si tuto smlouvu přečetli, jejímu obsahu porozuměli a tato byla sepsána na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
9. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru smluv dle odst. 12 tohoto článku.
10. Prodávající souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

11. Prodávající dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na profilu zadavatele (tj. kupujícího).
12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat zajistí kupující, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly druhé smluvní straně zaslány do datové schránky prodávajícího, ID datové schránky: ds2d54q a na email prodávajícího: backoffice@fomei.com. Prodávající označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: podpis prokuristy.
13. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Technická specifikace

Kupující:

Prodávající:

V Letovicích dne:

V Hradci Králové dne:

Ing. Lucie Bousková
Digitálně podepsal
Ing. Lucie Bousková
Datum: 2024.09.09
14:28:38 +02'00'

.....
Ing. Luci Bousková
ředitelka

Jaroslav Faltus



Digitální podpis:
10.09.2024 10:05
Důvod podpisu: Schvaluji
tento dokument
Umístění: Hradec Králové

.....
Jaroslav Faltus
prokurista

Technická specifikace			
Požadavek	Typ parametru	Spĺnění ANO/NE	Uchazečem nabízená hodnota technického parametru (pokud nabízí vyšší parametr než minimální požadovaný)
Digitální detektor umístěný ve vertigrafu			
Formát detektoru – aktivní plocha min. 42x42 cm	absolutní parametr	ANO	42x42 cm
Kompatibilita detektoru se stávajícím kazetovým vozíkem	absolutní parametr	ANO	
Technologie detektoru GOS	absolutní parametr	ANO	GOS
Velikost pixelu max. 150 mikrometrů	absolutní parametr	ANO	150 mikrom
Bitová hloubka obrazu min. 14 bitů	absolutní parametr	ANO	16 bit
Plošná zatížitelnost detektoru min. 250 kg	absolutní parametr	ANO	300 kg
Ochrana detektoru proti stříkající tekutině	absolutní parametr	ANO	IPX 3
Možnost provozu minimálně kabelem, případně bezdrátově	absolutní parametr	ANO	
Současné napájení detektoru a přenos obrazu přes kabel	absolutní parametr	ANO	
Možnost vyjmutí detektoru z vertigrafu a využití ve stole	absolutní parametr	ANO	
Digitální detektor umístěný ve stole			
Formát detektoru – aktivní plocha min. 34x42 cm	absolutní parametr	ANO	34x42 cm
Kompatibilita detektoru se stávajícím kazetovým vozíkem	absolutní parametr	ANO	
Technologie detektoru GOS	absolutní parametr	ANO	GOS
Velikost pixelu max. 150 mikrometrů	absolutní parametr	ANO	150 mikrom
Bitová hloubka obrazu min. 14 bitů	absolutní parametr	ANO	16 bit
Plošná zatížitelnost detektoru min. 250 kg	absolutní parametr	ANO	300 kg
Ochrana detektoru proti stříkající tekutině	absolutní parametr	ANO	IPX 3
Možnost provozu s kabelem i bezdrátově	absolutní parametr	ANO	
Současné napájení detektoru a přenos obrazu přes kabel	absolutní parametr	ANO	
Možnost vyjmutí detektoru ze stolu a využití ve vertigrafu	absolutní parametr	ANO	
Ovládací konzole			
Ovládací konzole DR systému s intuitivním uživatelským prostředím v českém jazyce	absolutní parametr	ANO	
Monitor s dotykovou obrazovkou s úhlopříčkou min. 19"	absolutní parametr	ANO	19"
Možnost manuálního zadání pacienta	absolutní parametr	ANO	
Podpora Dicom Modality Worklist pro přenos údajů pacienta z NIS systému	absolutní parametr	ANO	
Výběr anatomického programu ze strukturovaného menu	absolutní parametr	ANO	
Možnost seskupení programů anatomických oblastí pro volbu jedním tlačítkem	absolutní parametr	ANO	
Přednastavení expozičních hodnot pro jednotlivé projekce anatomických programů – po volbě anatomického programu na ovládací konzoli DR systému se expoziční parametry (kV, mA, čas, (mAs), ohnisko, pracovníště) automaticky nastaví v rtg generátoru (CPI CMP-200)	absolutní parametr	ANO	
Přenos skutečných expozičních hodnot z rtg generátoru (CPI CMP-200) do ovládací konzole DR systému po expozici a následné odeslání do PACS – min. kV, mA, čas, (mAs), ohnisko, DAP	absolutní parametr	ANO	
Zobrazení náhledového snímku z detektoru do 3 vteřin po expozici	absolutní parametr	ANO	2 sec
Automatický ořez snímku podle kolimace obrazu s možností zobrazení plného snímku bez ořezu	absolutní parametr	ANO	
Možnost vložení přednastavených značek a volně psaného textu do snímku	absolutní parametr	ANO	
Otáčení a převrácení snímku, změna jasu a kontrastu, změna obrysové ostrosti snímku	absolutní parametr	ANO	
Software na odstanění rastru ze snímku	absolutní parametr	ANO	
Možnost přednastavení obrazového zpracování pro každý anatomický program	absolutní parametr	ANO	
Podpora Dicom Store pro odeslání snímků do PACS	absolutní parametr	ANO	
Podpora Dicom RDSR pro odeslání informace o dávce do PACS	absolutní parametr	ANO	
Záložní zdroj min 1500 VA pro napájení ovládací konzole a detektorů	absolutní parametr	ANO	
Akviziční pracovní stanice			
Displej s úhlopříčkou o velikosti min. 19"	absolutní parametr	ANO	19" dotyková obrazovka
CPU – Passmark rating min. 10000	absolutní parametr	ANO	
RAM – min. 8 GB	absolutní parametr	ANO	8 GB
HDD – min. 1x SSD 512 GB a 1x HDD 512 GB	absolutní parametr	ANO	SSD 512 GB a HDD 512 GB
OS MS Windows 10 s možností následného bezplatného upgrade na vyšší verze Windows	absolutní parametr	ANO	
Zobrazení expozičních parametrů snímku po expozici s informací o pacientovi	absolutní parametr	ANO	
Možnost vypnutí zobrazení údajů o pacientovi na monitoru v reálném čase	absolutní parametr	ANO	
Příslušenství			
Součástí dodávky musí být DAP metr kompatibilní se stávajícím rtg zařízením, s možností přenosu DAP hodnoty do PACS systému	absolutní parametr	ANO	

Pokyny pro vyplnění:

Zadavatel stanovuje níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky na dodávku přímé digitalizace pro RTG pracoviště.

Zadavatel požaduje, aby nabízené řešení mělo shodné nebo lepší parametry jako parametry požadované v absolutních (minimálních) technických požadavcích. Účastník vyplní všechny jednotlivé řádky.

