

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená, níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle ustanovení § 2079 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Prodávající: FOMEI, s.r.o.

U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha

IČ: 46504869

DIČ: CZ46504869

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 8305511/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 275265.

Zastoupený: Jaroslavem Faltusem, prokuristou

(dále jen „prodávající“)

a

Kupující: Vysokomýtská nemocnice

Hradecká 167, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 71207856

DIČ: CZ71207856

Bankovní spojení: KB Vysoké Mýto

Číslo účtu: 19332611/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu Pr. Vložce č. 836

Zastoupený: Ing. Josefem Pejchlem, ředitelem

(dále jen „kupující“)

uzavírají v souladu s platnými legislativními předpisy tuto kupní smlouvu:

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu soubor zařízení, které u stávajícího RDG přístroje CPI Indico 100 zajistí přímou digitalizaci (2 x flat panel, akviziční konzola s příslušenstvím) dle specifikace – cenové nabídky (příloha č. 1), která je nedílnou součástí této smlouvy.
To znamená odevzdat zboží a umožnit nabytí vlastnického práva ke zboží kupujícímu a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
2. Součástí předmětu smlouvy je doprava na místo určení, instalace, zaškolení obsluhy kupujícího a předání příslušné dokumentace (prohlášení o shodě, protokol o provedení instruktáže obsluhy, certifikát osob provádějící instruktáž, návod k obsluze v českém jazyce, zařazení zdravotnického prostředku do třídy bezpečnosti, uvedení četnosti BTK).

II. Dodací lhůta

1. Prodávající dodá předmět smlouvy do **4 týdnů** od popisu této smlouvy (dodací lhůta“).

2. Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží dle čl. I. této smlouvy bude splněn podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci smluvních stran po provedení instalace zboží, zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů ke zboží se vztahujícím.

III. Místo plnění

1. Místem plnění předmětu smlouvy je pracoviště kupujícího: rentgenologické pracoviště, na adrese Hradecká 167, 566 01 Vysoké Mýto

IV. Kupní cena

1. Kupní cena byla sjednána, dle cenové nabídky (specifikace) ve výši **1 248 000,- Kč bez DPH**, tj. **1 510 080,- Kč včetně DPH** (dále jen „kupní cena“).
2. V kupní ceně je zahrnuto clo, dopravní náklady, balné, instalace a zaškolení obsluhy.

V. Platební podmínky

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavený daňový a účetní doklad (dále jen „faktura“), budou obsahovat náležitosti, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy.
2. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v předchozím odstavci, je kupující oprávněn fakturu vrátit. V případě nové nebo opravené faktury běží nová, lhůta splatnosti dle čl. VI. této smlouvy.

VI. Způsob úhrady

1. Převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, se splatností faktury 30 dnů ode dne jejího vystavení prodávajícím.

VII. Sankce

- 1.
- 2.

VIII. Záruka

1. Prodávající přejímá záruku za jakost zboží.
2. Záruční lhůta je 24 měsíců, ode dne podpisu předávacího protokolu za předpokladu, že zboží bude používáno dle návodu k obsluze.
3. Bezpečnostně technické kontroly jsou po dobu záruční lhůty poskytovány bezplatně.
4. Záruka se nevztahuje na poškození zboží živelnou pohromou, násilím nebo neodborným zacházením.

IX. Po záruční servis

1. Podmínky pozáručního servisu:

- [REDACTED]
2. Místo nejbližšího servisního střediska Machkova 587, 500 11 Hradec Králové
 3. Garance na dodávku náhradních dílů je do data 9/2034

X. Závěrečná ustanovení

1. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem zaplacení kupní ceny. Smluvní strany nenesou odpovědnost za nesplnění anebo opožděné splnění závazků, vyplývajících ze smlouvy z důvodu vyšší moci. Vyšší moc je událost mimo kontrolu smluvní strany, kterou nelze předvídat a nezahrnuje chybu anebo zanedbání smluvní strany. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí smluvní strana, na jejíž straně se vyskytla, neprodleně písemně druhou smluvní stranu o její existenci a příčině. Smluvní strana nadále pokračuje v plnění smluvních závazků, pokud je to rozumně možné a musí hledat všechny rozumné alternativní prostředky pro splnění smluvních závazků, kterým nebrání událost vyšší moci.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, která mají stejnou platnost a z nichž obdrží jedno každá smluvní strana. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze dohodou smluvních stran, a to formou písemného dodatku podepsaného zástupci smluvních stran.
4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemné dohodě podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V PRAZE dne 29. 8. 2024

 FOMEI

[REDACTED]

.....
Jaroslav Faltus prokurista Fomei, s.r.o.

za prodávajícího

Ve Vysokém Mýtě, dne 6. 9. 2024

[REDACTED]



Vysokomýtská nemocnice
Hradecká 167
566 23 Vysoké Mýto 2

.....
Ing. Josef Pejchl - ředitel nemocnice

za kupujícího

Obsah

1. Cenová nabídka	2
-------------------------	---

1. Cenová nabídka**Obchodní podmínky**

Cenová nabídka zahrnuje **upgrade současného stroje pomocí dvou Flat panelů** včetně příslušenství, dále veškeré náklady spojené s uvedením předmětu dodávky do plně provozuschopného stavu, tj. především:

- dodávku a instalaci přístroje uvedeného v technické specifikaci
- implementaci a připojení všech uvedených komponent
- instruktáž a zaškolení obsluhy dle zákona
- návod k obsluze a kompletní dokumentace v čj. v tištěné i digitální verzi
- záruku a záruční servis po **dobu 24 měsíců**
- BTK po dobu záruky
- měření, zkoušky dle zákona

Digitalizace současného RTG:**Sestava:**

- 2x Flat panel (1x FDR ES GOS 43x43cm přes kabel, 1x FDR ES GOS 35x43 cm přes wifi, baterky-nabíječka) pro stůl i vertigraf, rámeček k detektoru 35x43 cm
- Akviziční konzole (PC, 21,3" monitor, SW)

Cena bez DPH celkem	DPH 21%	Cena vč. DPH celkem
1 248 000,- Kč	262 080,- Kč	1 510 080,- Kč

Dodací podmínky

Systém v uvedené konfiguraci bude dodán nejpozději do **4 týdnů** od podpisu kupní smlouvy. V rámci týdenního zkušebního provozu budou testovány všechny funkce systému, případné problémy budou dle požadavku zadavatele řešeny okamžitým odstraněním problému.

Záruční doba

Záruka na kompletní zařízení jako celek je v **trvání 24 měsíců** od termínu předání a převzetí zařízení, s výjimkou spotřebního materiálu a dílů podléhajícím běžnému opotřebení.

Popis digitalizace RTG pracoviště **(sestava 2x flat panel FUJIFILM, akviziční stanice,)**

Technické parametry Flat panelu FUJIFILM FDR ES GOS 35 a 43


- Rozměry 35x43 cm pro stůl, pro vertigraf 43x43 cm
- Materiál scintilátoru GOS
- Rozlišení – velikost bodu 150 μm
- Rozlišení – počet pixelů 2836 x 2336 pixelů, 2836 x 2832 pixelů (u panelu 43x43cm)
- Rozlišení – bitová hloubka 16 bit
- Zatížitelnost celé plochy detektoru 300 kg
- Přenos dat bezdrátově pomocí WIFI pro panel ve stole přes kabel pro panel ve vertigrafu
- Tloušťka detektoru 15 mm
- Automatická kontrola detektoru při zapnutí
- Hmotnost 2,9 kg resp. 3,7 kg pro velký panel
- Odolnost proti vniknutí vody IPX3
- Čas náhledu snímku na monitoru do 2 sec, cyklus mezi snímky do 9 sec
- Nabíječka, dvě baterky pro detektor ve stole
- Rámeček pro panel



Akviziční stanice s monitorem 21,3"

Základní funkce

- Vkládání dat pacienta pomocí klávesnice nebo propojení na DICOM Worklist
- Informační databáze pacientů shromažďující data všech pacientů zpracovaných na této konzoli; automatické doplnění ostatních údajů při zadání ID nebo jména pacienta
- Přednastavení anatomických programů s možností sdružení různých anatomických programů do skupin s volbou jedním tlačítkem
- Zobrazení čtených snímků – snímky ze čtecího zařízení jsou automaticky zobrazovány na displeji
- EDR režim pro stanovení citlivosti čtení – automatický (systém sám)



- nastaví optimální parametry) / poloautomatický (systém nastaví optimální citlivost) / manuální
- Přednastavení tiskového formátu pro DICOM tisk
- Možnost vytvoření seznamu čekajících pacientů pro pozdější provedení vyšetření

Úpravy snímků

- Převrácení snímku
- Vkládání značek do snímku nebo vlastního textu (možnost přednastavení vlastních značek)
- Nové čtení snímku s parametry přednastavenými pro jiný anatomický program
- Manuální změna jasu/kontrastu
- Standardizace snímku – změna citlivosti a dynamického rozsahu snímku
- Rotace a převrácení obrazu
- Zvětšení snímku / zobrazení přes celý displej
- Vkládání značek nebo vlastních textů do snímku
- Softwarové odstranění rušivého šumu ze snímku (zrnitost)
- SW Dynamic visualization - využívá pokročilé automatické rozpoznávání kostí, anatomických charakteristik a ortopedického hardwaru, inteligentně přizpůsobuje kontrast a hustotu obrazu na základě rozpoznání obrazu, tloušťky a struktury, zlepšuje jednotnost v hustých i tenkých oblastech pro náročné snímky, pro velkou anatomii a pacienty nebo pro jakékoli vyšetření s nízkou dávkou nebo nízkou penetrací
- Rozšiřující software pro kontrolu kvality snímku; umožňuje detailní úpravu snímku – změnu křivky (posun, typ, sklon) a frekvenční úprava snímku (stupeň změny obrysové ostrosti, typ funkce apod.)

Další funkce

- Změna distribučních cest pro odeslání snímku (distribuční cesty lze nastavit automaticky pro odesílání bez zásahu obsluhy)
- Nastavení zámků pro zablokování odmazání snímku
- Možnost exportu snímků do JPEG s volbou stupně komprese
- Vložení komentáře pro každý snímek nebo vyšetření
- Možnost přesunu snímku mezi dvěma hotovými vyšetřeními
- Možnost přidání nového snímku do již odeslaného vyšetření
- Volba optimální LUT tabulky pro použitý displej
- Možnost provedení výřezu snímku (automaticky nebo manuálně)
- Automatické odmazávání nejstarších snímků (odeslaných)
- Software pro odeslání snímku do PACS systému DICOM STORE a tisk DICOM PRINT
- Software pro komunikaci s NIS/RIS systémem DICOM MODALITY WORKLIST MANAGEMENT