

OBJASNĚNÍ NABÍDKY

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE S NÁZVEM:
LF/UPOL – Real-time PCR system

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČ: 61989592

Dodavatel: GeneProof a.s.
se sídlem: Vídeňská 101/119, 619 00 Brno
IČ: 26981947

Na základě žádosti o objasnění nabídky ze dne 08.008.2024, se níže vyjadřujeme k jednotlivým bodům žádosti.

1) Zadavatel požadoval v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace mj.:

- otevřený systém: použití plastiku jiných výrobců
- teplotní gradient, programovatelný rozsah gradientu s možností nezávislého nastavení teplot v jednotlivých zónách bloku
- součástí dodávky je přenosná řídicí jednotka s OS
- MS Windows 10 PRO CZ 64 bit a vyšší a software k ovládání přístroje a vyhodnocování výsledků s připojením na počítačovou síť
- software pro ovládání přístroje z řídicí jednotky a analýzu dat kompatibilní s OS MS Windows 10 PRO CZ 64 bit a vyšší: bez licenčních omezení, případně možnost instalace na min. 10 počítačích (časově neomezená licence)

Komise žádá o objasnění/doplnění, zda nabízené zařízení splňuje výše uvedené.

Vysvětlení / odpověď: Potvrzujeme, že:

- jde o otevřený systém s možností použití plastiku jiných výrobců
- systém umožňuje programovatelný rozsah teplotního gradientu s možností nezávislého nastavení teplot v jednotlivých zónách bloku
- součástí dodávky je přenosná řídicí jednotka s OS
- řídicí jednotka bude vybavena MS Windows 10 PRO CZ 64 bit a vyšší, softwarem k ovládání přístroje a vyhodnocování výsledků a bude připojením na počítačovou síť
- software pro ovládání přístroje z řídicí jednotky a analýzu dat je kompatibilní s OS MS Windows 10 PRO CZ 64 bit a vyšší, je bez jakýchkoliv (i časových) licenčních omezení a s možností instalace na libovolný počet počítačů