

Technická a obecná specifikace - příloha č. 1			
Výzva k podání nabídky č. 3/8/2024			
Pečovatelská elektrická lůžka polohovací 24 kusů - pro pracoviště Budislav			
Popis:		Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální. Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. □	
Technická specifikace - minimální požadavky	Požadované údaje (parametry)	Technická specifikace s údaji požadovanými v zadání A/N *	Poznámka
Značka a typ nabízeného zboží (postele)			
Elektricky polohovatelné lůžko s děleními postranicemi			
konstrukce lůžka pevná nerozkládací, práškově lakovaná			
dřevěné obložení			
elektromotory integrované pod ložnou plochou			
vnější rozměr lůžka max. [mm]			
hmotnost klienta min. [kg]			
podjezd podvozku min. [mm]			
napájení 230V/ 50 Hz			
přívod elektřiny zajištěn spirálovým EPR kabelem			
dekor - přírodní buk			
norma ČSN EN 60601 – 2 - 52			
ložná plocha			
4-dílná			
odnímatelné kovové sítě / plastové segmenty			
2 pouzdra v hlavové části			
rozměr ložné plochy min. [mm]			
retrakce zádového dílu min. [mm]			
retrakce stehenní dílu min. [mm]			
polohování zádového dílu min. [°] - elektromotor			
polohování stehenního dílu min. [°] - elektromotor			
polohování lýtkového dílu - mechanické			
kardio křeslo - elektromotor			
výška ložné plochy - nejnižší poloha min. [mm]			
výška ložné plochy - nejvyšší poloha min. [mm]			
automatické STOP ve středové poloze [mm] ± 10%			
čela			
celodřevěné			
hlavová a nožní část			
nožní část s manipulačním madlem (výřez)			
postranice			
dělené v poměru 50:50 bez středového sloupku			
ochrana 100% ložné plochy			
výškové nastavení min. 4 polohy			
teleskopický výsuv			
materiálové provedení AL			
kolečka			
nesmí přesahovat v žádné poloze obvod lůžka			
Ø min. [mm]			
centrální brzda			
ovladač			
aktivace pohybem			
automatické sepnutím podsvícení			
uzamčení ovladače bez nutnosti magnetického, nebo mechanického klíče			
přednastavené ovládání - výška, záda, autokontura, kardiacké křeslo, Semi-Fowlerova poloha, podsvětlení, lampička			
propojení zajištěno spirálovým EPR kabelem			
příslušenství			
hrazda zesílená lakovaná			
plastová rukojeť se závěsem na hrazdu, výškově nastavitelná			

Značka a typ nabízeného zboží (matrace)			
antidekubitní matrace dvouvrstvá			
spojení horní a spodní vrstvy PU pěn bez lepení, zajištěno vlnitým řezem			
bez prořezů, pro delší životnost			
horní vrstva Visco pěna - výška min. [mm]			
hustota min. [kg/m³]			
odolnost tlaku min. [kPa]			
spodní vrstva Polyetherová pěna - výška min. [mm]			
hustota min. [kg/m³]			
odolnost tlaku min. [kPa]			
zpevněné okraje Polyetherová pěna - šířka min. [mm]			
hustota min. [kg/m³]			
odolnost tlaku min. [kPa]			
potah pěnového jádra z jemně tkané textilie chránící pěnové tělo matrace			
výška matrace min. [mm]			
nosnost min. [kg]			
rozměr [mm]			
prevence rizika vzniku dekubitu - vysoká			
ochrana proti hořlavosti min. [CRIB]			
záruka na pěnu min. [roky]			
potah matrace			
PU potah matrace			
celková gramáž potahu min. [g/m²]			
vysokofrekvenčně svařovaná			
oděruvzdorný			
antimikrobiální, zabraňující vzniku plísní			
odolný proti bakteriím a virům (testováno na ATB rezistentní bakterie)			
odolnost proti kapalinám ISO 1420 > 200 cm			
paropropustný			
zip potahu			
přesah potahu přes zip			
transportní madla			
ochrana proti hořlavosti min. [CRIB]			
záruka na potah min. [roky]			
* A (splňuje požadavky)			
* N (nesplňuje požadavky)			
Potvrzuji pravdivost vyplněných údajů a prohlašuji, že nabídka odpovídá minimálním požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci. podpis a razítko uchazeče			