

Technická a obecná specifikace - příloha č. 3**Výzva k podání nabídky č. 3/8/2024****Pečovatelské elektrické lůžko s laterálním náklonem včetně matrace - 1 kus - pracoviště Chýnov**

Popis:		Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální. Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.□	
Technická specifikace - minimální požadavky	Požadované údaje (parametry)	Technická specifikace s údaji požadovanými v zadání A/N *	Poznámka
Značka a typ nabízeného zboží (postele)			
elektricky polohovatelné lůžko s dělenými postranicemi a laterálním náklonem			
konstrukce lůžka pevná nerozkládací, práškově lakovaná			
HPL obložení			
elektromotory integrované pod ložnou plochou			
vnější rozměr lůžka max. [mm]			
hmotnost klienta min. [kg]			
podjízdnost min. [mm]			
napájení 230V/ 50 Hz			
přívod elektřiny zajištěn spirálovým EPR kabelem			
dekor - přírodní buk			
norma ČSN EN 60601 – 2 - 52			
ložná plocha			
4-dílná			
odnímatelné plastové segmenty			
2 pouzdra v hlavové části			
rozměr ložné plochy min. [mm]			
prodloužení ložné plochy min. [mm]			
retrakce zádového dílu min. [mm]			
retrakce stehenní dílu min. [mm]			
polohování zádového dílu min. [°] - elektromotor			
polohování stehenního dílu min. [°] - elektromotor			
polohování lýtkového dílu - mechanické			
laterální náklon max. [°] - elektromotor			
Trendelenburg/Antitrendelenburg min. [°] - elektromotor			
kardio křeslo - elektromotor			
výška ložné plochy - nejnižší poloha min. [mm]			
výška ložné plochy - nejvyšší poloha min. [mm]			
automatické STOP ve středové poloze [mm] ± 10%			
integrované sklopné madlo - podpora mobilizace			
čela			
HPL - dle vzorníku			
odnímatelné se zámkem			
hlavové a nožní čelo s manipulačním madlem (výřez)			
postranice			
dělené v poměru 50:50 bez středového sloupku			
ochrana 100% ložné plochy			
výškové nastavení min. 4 polohy			
teleskopický výsuv			
materiálové provedení AL			
kolečka			
nesmí přesahovat v žádné poloze obvod lůžka			
Ø min. [mm]			
centrální brzda			
ovladače			

sesterský ovladač			
přednastavené ovládání - výška, záda, autokontura, kardiacké křeslo, Semi-Fowlerova, mobilizační poloha, CPR, laterální náklon			
zámek funkcí ovladače			
propojení zajištěno spirálovým EPR kabelem			
ruční ovladač - přednastavené ovládání výška, záda, autokontura, lampička			
propojení zajištěno spirálovým EPR kabelem			
nožní ovladač laterálního náklonu			
příslušenství			
hrazda zesílená lakovaná			
plastová rukojeť se závěsem na hrazdu, výškově nastavitelná			
matrace			
antidekubitní matrace dvouvrstvá			
spojení horní a spodní vrstvy PU pěn bez lepení, zajištěno vlnitým řezem			
bez prořezů, pro delší životnost			
horní vrstva Visco pěna - výška min. [mm]			
hustota min. [kg/m³]			
odolnost tlaku min. [kPa]			
spodní vrstva Polyetherová pěna - výška min. [mm]			
hustota min. [kg/m³]			
odolnost tlaku min. [kPa]			
zpevněné okraje Polyetherová pěna - šířka min. [mm]			
hustota min. [kg/m³]			
odolnost tlaku min. [kPa]			
potah pěnového jádra z jemně tkané textilie chránící pěnové tělo matrace			
výška matrace min. [mm]			
nosnost min. [kg]			
rozměr [mm]			
prevence rizika vzniku dekubitu - vysoká			
ochrana proti hořlavosti min. [CRIB]			
záruka na pěnu min. [roky]			
potah matrace			
PU potah matrace			
celková gramáž potahu min. [g/m²]			
vysokofrekvenčně svařovaná			
oděruvzdorný			
antimikrobiální, zabraňující vzniku plísní			
odolný proti bakteriím a virům (testováno na ATB rezistentní bakterie)			
odolnost proti kapalinám ISO 1420 > 200 cm			
paropropustný			
zip potahu			
přesah potahu přes zip			
transportní madla			
ochrana proti hořlavosti min. [CRIB]			
záruka na potah min. [roky]			
* A (splňuje požadavky)			
* N (nesplňuje požadavky)			

Potvrzuji pravdivost vyplněných údajů a prohlašuji, že nabídka odpovídá minimálním požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci.

.....
podpis a razítko uchazeče