


CENOVÁ NABÍDKA


Pořadové číslo položky	Požadovaný produkt - technická specifikace	Měrná jednotka	Předpokládaný odběr měrné jednotky za 48 měsíců (a)	Obchodní název nabízeného produktu / základní popis	Potřebné množství k provedení 1 testu *6)	Sazba DPH %	Nabídková cena		Minimální balicí množství		Celková doba expirace	Katalogové číslo	Podrobnější popis nabízené položky / poznámka / odkazy apod.
							Cena za měrnou jednotku (1 test) v Kč bez DPH (b)	Cena celkem za předpokládaný počet měrné jednotky / 48 měsíců v Kč bez DPH (a x b)	Velikost balení *6)	Jednotková cena za balení v Kč bez DPH			
Část 44 - Autoprotilátky, alergie, kalprotektin													
1	Automatizované kvantitativní imunochemické stanovení hladin autoprotilátek proti tkáňové transglutamináze v izotypu IgA		Předpokládaná série 20 vzorků 2x týdně	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.									
1,1													
1,2													
1,3													
1,4													
1,5													
1,6													
1,7													
1,8													
1,9													
2	Automatizované kvantitativní imunochemické stanovení hladin autoprotilátek proti tkáňové transglutamináze v izotypu IgG		Předpokládaná série 20 vzorků 2x týdně	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.									
2,1													
2,2													
2,3													
2,4													
2,5													
2,6													
2,7													
2,8													
2,9													
3	Automatizované kvantitativní imunochemické stanovení hladin autoprotilátek proti deamidovanému gliadinu v izotypu IgA		Předpokládaná série 16 vzorků 1x týdně	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.									
3,1													
3,2													
3,3													
3,4													
3,5													
3,6													

3,7		
3,8		
3,9		
4	Automatizované kvantitativní imunochemické stanovení hladin autoprotilátek proti deamidovanému gliadinu v izotypu IgG	Předpokládána série 16 vzorků 1x týdně
4,1	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.	
4,2		
4,3		
4,4		
4,5		
4,6		
4,7		
4,8		
4,9		
5	Automatizované kvantitativní imunochemické stanovení hladin autoprotilátek proti myeloperoxidáze cytoplazmy neutrofilů - ANCA MPO - v izotypu IgG	Předpokládána série 15 vzorků 2x týdně
5,1	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.	
5,2		
5,3		
5,4		
5,5		
5,6		
5,7		
5,8		
5,9		
6	Automatizované kvantitativní imunochemické stanovení hladin autoprotilátek proti proteináze 3 cytoplazmy neutrofilů - ANCA PR3 - v izotypu IgG	Předpokládána série 15 vzorků 2x týdně
6,1	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.	
6,2		
6,3		
6,4		
6,5		
6,6		
6,7		
6,8		
6,9		




7	utomatizované kvantitativní imunochemické stanovení hladin protilátek proti Saccharomyces cerevisiae v izotypu IgA	Předpokládaná série 15 vzorků 1x týdně
7,1	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.	
7,2		
7,3		
7,4		
7,5		
7,6		
7,7		
7,8		
7,9		
8	Automatizované kvantitativní imunochemické stanovení hladin protilátek proti Saccharomyces cerevisiae v izotypu IgG	Předpokládaná série 15 vzorků 1x týdně
8,1	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.	
8,2		
8,3		
8,4		
8,5		
8,6		
8,7		
8,8		
8,9		
9	Automatizované kvantitativní imunochemické stanovení hladin autoprotilátek proti parietálním buňkám žaludku v izotypu IgG	Předpokládaná série 5 vzorků 1x týdně
9,1	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.	
9,2		
9,3		
9,4		
9,5		
9,6		
9,7		
9,8		
9,9		
10	Automatizované kvantitativní imunochemické stanovení hladin autoprotilátek proti vnitřnímu faktoru v izotypu IgG	Předpokládaná série 2 vzorků 1x týdně
10,1		
10,2		
10,3		

13,9		
14	Automatizované kvantitativní imunochemické stanovení hladin autoprotilátek proti kardiolipinu v izotypu IgG	Předpokládaná série 15 vzorků 2x týdně
14,1	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.	
14,2		
14,3		
14,4		
14,5		
14,6		
14,7		
14,8		
14,9		
15	Automatizované kvantitativní imunochemické stanovení hladin autoprotilátek proti kardiolipinu v izotypu IgM	Předpokládaná série 15 vzorků 2x týdně
15,1	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.	
15,2		
15,3		
15,4		
15,5		
15,6		
15,7		
15,8		
15,9		
16	Automatizované kvantitativní imunochemické stanovení hladin autoprotilátek proti beta-2-glykoproteinu v izotypu IgG	Předpokládaná série 6-10 vzorků 1x týdně
16,1	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.	
16,2		
16,3		
16,4		
16,5		
16,6		
16,7		
16,8		
16,9		
17	Automatizované kvantitativní imunochemické stanovení hladin autoprotilátek proti beta-2-glykoproteinu v izotypu IgM	Předpokládaná série 6-10 vzorků 1x týdně
17,1		
17,2		




17,3	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.	
17,4		
17,5		
17,6		
17,7		
17,8		
17,9		
18	Automatizované kvantitativní imunochemické stanovení kalprotektinu ve stolici	Předpokládána série 10-15 vzorků 1x týdně
18,1	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.	
18,2		
18,3		
18,4		
18,5		
18,6		
18,7		
18,8		
18,9		
19	Automatizované semikvantitativní/kvantitativní imunochemické screeningové stanovení autoprotilátek proti antigenům jádra a cytoplazmy buňky (směs nejméně 14 antigenů)	Předpokládána série 15-35 vzorků 3x týdně
19,1	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.	
19,2		
19,3		
19,4		
19,5		
19,6		
19,7		
19,8		
19,9		
20	Anti-SS-A - automatizované kvantitativní imunochemické stanovení hladin protilátek proti antigenu SS-A (Ro60)	Předpokládána série 15 vzorků 1x týdně
20,1	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.	
20,2		
20,3		
20,4		
20,5		
20,6		

20,7		
20,8		
20,9		
21	Anti-SS-B - automatizované kvantitativní imunochemické stanovení hladin protilátek proti antigenu SS-B (La)	Předpokládána série 15 vzorků 1x týdně
21,1		
21,2		
21,3		
21,4		
21,5	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.	
21,6		
21,7		
21,8		
21,9		
22	Anti-Ro52 - automatizované kvantitativní imunochemické stanovení hladin protilátek proti antigenu Ro52	Předpokládána série 15 vzorků 1x týdně
22,1		
22,2		
22,3		
22,4		
22,5	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.	
22,6		
22,7		
22,8		
22,9		
23	Anti-Sm - automatizované kvantitativní imunochemické stanovení hladin protilátek proti antigenu Sm	Předpokládána série 15 vzorků 1x týdně
23,1		
23,2		
23,3		
23,4		
23,5	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.	
23,6		
23,7		
23,8		
23,9		
24	Anti-RNP/Sm - automatizované kvantitativní imunochemické stanovení hladin protilátek proti antigenu U1-RNP	Předpokládána série 15 vzorků 1x týdně



24,1	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.	
24,2		
24,3		
24,4		
24,5		
24,6		
24,7		
24,8		
24,9		
25	Anti-Sci70 - automatizované kvantitativní imunochemické stanovení hladin protilátek proti antigenu Sci-70	Předpokládána série 15 vzorků 1x týdně
25,1	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.	
25,2		
25,3		
25,4		
25,5		
25,6		
25,7		
25,8		
25,9		
26	Anti-Jo-1- automatizované kvantitativní imunochemické stanovení hladin protilátek proti antigenu Jo-1	Předpokládána série 15 vzorků 1x týdně
26,1	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.	
26,2		
26,3		
26,4		
26,5		
26,6		
26,7		
26,8		
26,9		
27	Anti-ribo-P - automatizované kvantitativní imunochemické stanovení hladin protilátek proti antigenu ribo-P	Předpokládána série 1 vzorku (dle požadavků)
27,1	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.	
27,2		
27,3		
27,4		
27,5		

27,6		
27,7		
27,8		
27,9		
28	Automatizované kvantitativní imunochemické stanovení hladin autoprotilátek proti bazální membráně glomerulů v izotypu IgG	Předpokládaná série 1 vzorku 2x týdně
28,1		
28,2		
28,3		
28,4		
28,5	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.	
28,6		
28,7		
28,8		
28,9		
29	Celkové IgE – automatizované imunochemické stanovení celkového IgE s chemiluminiscenční nebo fluorescenční koncovkou v séru a plasmě, jednotky U/ml, kU/l, návaznost na WHO standard	Předpokládaná série 25 vzorků pracoviště UL vzorků pracoviště Praha
29,1		
29,2		
29,3		
29,4		
29,5	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.	
29,6		
29,7		
30	Specifické IgE proti jednotlivým alergenovým extraktům – kvantitativní, automatizované imunochemické stanovení specifického IgE proti jednotlivým alergenovým extraktům s chemiluminiscenční nebo fluorescenční koncovkou v séru a plasmě, jednotky kU/l, specifikace alergenových extraktů (skupiny): trávy, stromy, plevele, roztoči, plísňe, mikroorganismy, zvířata, hmyzi jedy, léky, potraviny, profesní alergen, domácí prach a různé další	předpokládaná série: 50 vzorků pracoviště UL 15 vzorků pracoviště Praha
30,1		
30,2		
30,3		
30,4		
30,5	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.	



30,6		
30,7		
30,8		
30,9		
31	Specifické IgE proti jednotlivým alergenovým komponentám – kvantitativní, automatizované imunochemické stanovení specifického IgE proti jednotlivým alergenovým komponentám s chemiluminiscenční nebo fluorescenční koncovkou v séru a plasmě, jednotky kU/l, specifikace alergenových extraktů (skupiny): všechny v portfoliu dodavatele aktuálně dostupné alergenové komponenty včetně: bříza - Bet v1 a Bet v2, trávy - Phl p1, p7, p5b a p12, hmyzí jedy - Api m1, m2,m5,m10, Ves v1 a v5, potraviny - Bos d4, d5 a d8, Ara h1, h2,h3, h6, roztoči - Der p1 a p2 a zvířecí - Bos d6 BSA	předpokládána série: 50 vzorků pracoviště UL a 15 vzorků pracoviště Praha
31,1	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.	
31,2		
31,3		
31,4		
31,5		
31,6		
31,7		
31,8		
31,9		
32	Specifické IgE proti směsi alergenových extraktů – kvantitativní, automatizované imunochemické stanovení specifického IgE proti směsi alergenových extraktů s chemiluminiscenční nebo fluorescenční koncovkou v séru a plasmě, všechny v portofoliu dodavatele aktuálně dostupné alergenové směsi, včetně: gx1, gx3, gx4, wx1, wx3, tx9, mx1, ex2, ex71, fx5, fx73.	předpokládána série: 50 vzorků pracoviště UL a 50 vzorků pracoviště Praha
32,1	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.	
32,2		
32,3		
32,4		
32,5		
32,6		
32,7		
32,8		
32,9		
33	Screeningové vyšetření specifického IgE proti směsi alergenů – screeningové, kvalitativní/semikvantitativní, automatizované imunochemické stanovení specifického IgE proti směsi alergenů s chemiluminiscenční nebo fluorescenční koncovkou v séru a plasmě	Předpokládána série 50 vzorků pracoviště UL

33,1	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.	
33,2		
33,3		
33,4		
33,5		
33,6		
33,7		
33,8		
33,9		
34	Anti IgA IgG - kvantitativní, automatizované imunochemické stanovení hladin protilátek proti IgA ve třídě IgG na principu chemiluminiscenční nebo fluorescenční imunoanalýzy séru a plasmě, jednotky U/ml	Předpokládána série 5 vzorků pracoviště UL
34,1	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.	
34,2		
34,3		
34,4		
34,5		
34,6		
34,7		
34,8		
34,9		
35	ECP - kvantitativní, automatizované imunochemické stanovení hladin ECP na principu chemiluminiscenční nebo fluorescenční imunoanalýzy v séru, jednotky µg/l	Předpokládána série 15 vzorků pracoviště UL
35,1	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.	
35,2		
35,3		
35,4		
35,5		
35,6		
35,7		
36	Tryptáza - kvantitativní, automatizované imunochemické stanovení hladiny tryptázy na principu chemiluminiscenční nebo fluorescenční imunoanalýzy v séru a plasmě, jednotky µg/l	Předpokládána série 4 vzorků pracoviště UL

36,1	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.
36,2	
36,3	
36,4	
36,5	
36,6	
36,7	

37	Specifické IgE metodou multiplexu - semikvantitativní imunochemické stanovení specifického IgE proti alergenovým komponentám metodou multiplexu (simultánní stanovení sIgE pro minimálně 110 alergenových komponent)	Předpokládán série 19 vzorků pracoviště UL
37,1	Kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál nezbytný k provedení testu.	

Pořadové číslo položky	Požadovaný produkt - technická specifikace
31	Výpůjčka plně automatizovaného imunochemického analyzátoru (plně funkční validovaný přístroj nepřesahující v okamžiku předání zadavateli stáří 8 let) využívajícího principu chemiluminiscenční nebo fluorescenční imunoanalýzy. 1. forma zpracování výstupních dat: koncentrace odečtená z kalibrační křivky 2. komunikace s OpenLIMS a LIMS pomocí čárových kódů 3. zálohování dat 5. síťové elektrické napájení 6. servis a validace zdarma 7. servis do 3 dnů 8. UPS

Cena celkem v Kč bez DPH				24 420 600,00 Kč	OK
Částka DPH - základní sazba 21%				5 128 326,00	
Částka DPH - snížená sazba 12%				0,00	
Cena celkem v Kč s DPH				29 548 926,00 Kč	

Pokyny a podmínky k vyplnění:

- 1) Účastník (dodavatel) vyplní zeleně podbarvená pole.
- 2) Nabízená diagnostika a zapůjčené přístroje musí splňovat podmínky dané platnou direktivou EU (nařízení EU2017/746) pro IVDR.
- 3) Pokud součástí diagnostické soupravy nejsou všechny potřebné reagentie pro provedení testu, účastník doplní do dalších řádků nezbytné kalibrátory, vzorky interní kontroly kvality a spotřební materiál apod., včetně potřebného množství a ceny k provedení 1 testu pro uvedenou sérii, zahrnující veškeré náklady.
- 5) Součástí nabídkové ceny je i úhrada nákladů na zavedení metody do provozu, vstupní verifikaci a posouzení metody národním akreditačním orgánem na náklady dodavatele.
- 6) Pro vyjádření množství produktu či velikosti balení musí být použity měrné jednotky uváděné soustavou jednotek SI (Mezinárodní soustava jednotek) podle zákona č. 505/1990 Sb, o metrologii (tedy "přesně" vyjádření množství např., nikoliv pouze, ml, g, µl, mg apod.), nebo jednotka ks, a to tak, aby z nabídky byla zřejmá souvislost mezi uvedeným potřebným množstvím k provedení 1 testu a balením konkrétní položky.

Dne:

23.07.2024

Zpracoval:

