

Příloha č. 1

REKAPITULACE KUPNÍ CENY


Parametr	MJ	Počet jednotek	Nabídková cena za jednotku bez DPH v Kč	Nabídková cena celkem bez DPH v Kč
HydroFlex Plus	ks	1,00	200 000,00	200 000,00
Software HydroControl™	ks	1,00	47 455,00	47 455,00
Pořizovací cena zařízení (cena uvedená ve smlouvě)			247 455,00	
Celková cena v Kč bez DPH			247 455,00	
výše DPH (21%) v Kč			51 966 Kč	
CELKOVÁ CENA v Kč s DPH				299 421 Kč

(cena zařízení vč. příslušenství a nákladů na instalaci, montáž, proškolení personálu, nákladů na pojištění, odvoz a likvidaci obalů atd.)...

Příloha č. 2

 **TestLine®**

**Programovatelná automatická promývačka
mikrotitračních destiček
TECAN HydroFlex**



TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Křížlkova 188/68
612 00 Brno
Česká republika

IČ: 47913240 | DIČ: CZ47913240
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu: 7519892/0800
Společnost je zapsaná u KS v Brně oddíl C, vložka 10122
ISO 9001:2015 | ISO 13485:2016

TEL: +420 549 121 239
FAX: +420 541 243 390
info@testlinecd.com
www.testlinecd.cz

BIOVENDOR GROUP

BRIDGING SCIENCE AND DIAGNOSTICS

BGI TestLine®

1. Obecná charakteristika

- Promývačka mikrodestiček HydroFlex Plus je flexibilní a upgradovatelná platforma pro automatické promývání 96 jamkových mikrotitračních destiček. Poskytuje vysoce kvalitní mytí se zbytkovými objemy menší než 2 µl na jamku.

2. Technická specifikace:

Promývací hlava	8 nebo 16 promývacích jehel
Promývací cesty	4 promývací roztoky
Typy destiček	96-jamkové destičky
Přesnost dávkování	≤1,2 %
Princip	Dávkovací a odsávací pumpy
Parametry	
Třepání	Lineární třepání; vysoká, střední a nízká intenzita
Zbytkový objem	3-bodová aspirace: ≤1,8 µl na jamku
Doba setrvání tekutiny v jamce (soak time)	5 – 119 sekund
Množství uložených metod	1 – 20 promývacích metod
Displej	Displej z tekutých krystalů se dvěma řadami po 16 číslicích
Jazyk	Angličtina
Elektrická specifikace	220-240 V
Rozměry (š x h x v)	šířka: 27,5 cm; hloubka: 36,6 cm; výška: 18,5 cm
Váha	6,6 kg
Certifikace	IVDR zdravotnický prostředek dle EU 2017/746
Software	Software HydroControl™

3. Souhrnné výhody přístroje

- vysoká účinnost promývání díky přepadovému mytí
- díky záznamu MTTF (střední doba do záznamu prvního selhání) promytí až 40 000 desek
- umožňuje režim dávkování po kapkách pro jemné promývání buněk, enzymů a DNA
- promývačka HydroFlex Plus byla navržena tak, aby splňovala normu IVDR (EU) 2017/746
- v kombinaci se softwarem HydroControl™

TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Křížkova 188/68
612 00 Brno
Česká republika

IČ: 47913240 | DIČ: CZ47913240
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu: 7519892/0800
Společnost je zapsaná u KS v Brně oddíl C, vložka 10122
ISO 9001:2015 | ISO 13485:2016

TEL: +420 549 121 239
FAX: +420 541 243 390
info@testlinecd.com
www.testlinecd.cz



4. Cenová nabídka

Nabídková cena je pevná a obsahuje tyto položky: základní cenu, dopravu do místa určení, instalaci, montáž, zprovoznění, zaškolení personálu a pojištění přepravy.

Cena přístroje v Kč bez DPH:	247 455,-
DPH 21 %:	51 966,-
Cena přístroje v Kč s DPH:	299 421,-

5. Doba plnění

Do 2 měsíců po podpisu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

Vypracovala:

TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

Křižíkova 188/68

612 00 Brno

Česká republika

IČ: 47913240 | DIC: CZ47913240

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu: 7519892/0800

Společnost je zapsaná u KS v Brně oddíl C, vložka 10122

ISO 9001:2015 | ISO 13485:2016

TEL: +420 549 121 239

FAX: +420 541 243 390

info@testlinecd.com

www.testlinecd.cz

BIOVENDOR GROUP

BRIDGING SCIENCE AND DIAGNOSTICS

TECAN AUSTRIA GMBH, Untersbergstrasse 1a, A-5082 Grödig / Salzburg, Austria
T +43 62 46 89 330, F +43 62 46 72 770, office.austria@tecan.com, www.tecan.com



Declaration of Conformity

We, TECAN Austria GmbH herewith declare under our sole responsibility that the product identified as:

Product Type: Microplate Washer
Model Designation: *HYDROFLEX*
Article Numbers: 30087531, 30087532, 30087533, 30087534, 30087535

Address: Tecan Austria GmbH
Untersbergstr. 1A
A-5082 Grödig, Austria

is in conformity with the provisions of the following European Directive(s) when installed in accordance with the installation instructions contained in the product documentation:

- EMC Directive
- Machinery Directive
- RoHS Directive

is in conformity with the relevant U.K. legislation for UKCA-marking when installed in accordance with the installation instructions contained in the product documentation:

- Electromagnetic Compatibility (EMC) Regulations
- Supply of Machinery (Safety) Regulations
- The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations

The current applicable versions of the directives and regulations as well as the list of applied standards which were taken in consideration can be found in separate CE & UK declarations of conformity.

These *Instructions for Use* and the included *Declaration of Conformity* are valid for all HYDROFLEX instruments with the article numbers listed above. The model designation varies depending on the specific model with different article number.

