

Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

Název veřejné zakázky: Rotoped

Část veřejné zakázky: 5

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže ve sloupci „ANO / NE / Konkrétní specifikace / hodnota“. Dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele, NEBO u každého řádku, ve kterém je zadavatelem požadován parametr stanovený minimální či maximální hodnotou apod., dodavatel v tomto sloupci uvede konkrétní nabízený parametr.**

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v tomto sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Dále dodavatel v dalším sloupci napíše, **kde je uvedeno v technickém popisu** (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.).

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

Rotoped	
Výrobce	ergoline GmbH
Typ / Model	Ergoselect 4
Záruka v měsících (min. 24 měsíců)	24 měsíců
Počet ks	1
Cena v Kč bez DPH za 1 kus	103.223,14
Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů	103.223,14
DPH v Kč celkem samostatně	21.676,86
Cena v Kč včetně DPH celkem	124.900,-

Základní vlastnosti přístroje			
číslo	specifikace	ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota	Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.)
Základní parametry			
1.1	Rehabilitační rotoped s elektronicky řízeným brzdícím systémem.	ANO	Návod k použití (NkP) str. 84
1.2	Rehabilitační pomůcka pro začátečníky i pokročilé.	ANO	NkP str. 7
1.3	Stabilní konstrukce. Široký otevřený průchozí rám.	ANO	NkP str. 10 a 11
1.4	Mechanicky plynule nastavitelná výška ergonomického sedla rotopedu.	ANO	NkP str. 32
1.5	Nastavitelné poloměry pedálů.	ANO	NkP str. 79 (4. řádek tabulky. Bude součástí dodávky)
1.6	Nastavitelná madla.	ANO	NkP str. 10 (č. 4)
1.7	LCD displej zobrazující min. čas, rychlost, zátěž a srdeční puls.	ANO	NkP str. 37 (typ P bude dodán)
1.8	Alespoň 10 přednastavených tréninkových programů.	ANO	NkP str. 41
1.9	Nastavitelná zátěž v minimálním rozmezí 10-400 W.	ANO	NkP str. 7
1.10	Rozsah rychlosti min. 30-130 rpm.	ANO	NkP str. 7
1.11	Maximální nosnost alespoň 150 kg.	ANO	NkP str. 84
1.12	Rozhraní pro připojení EKG.	ANO	NkP str. 14 (rozhraní USB a kabel USB budou dodány)
1.13	Možné rozšíření pro měření tlaku a SpO ₂ .	ANO	NkP str. 20-26 (Oba moduly lze v budoucnu nechat doinstalovat zasláním ergometru k výrobci)
Součást dodávky			
1.14	Transportní kolečka pro usnadnění přesunu přístroje.	ANO	NkP str. 10 (č.5)
1.15	Pedály s upínacím páskem.	ANO	NkP str.10 (zobrazené pedály)
1.16	Hrudní pás pro měření srdečního pulsu.	ANO	NkP str. 28 (modul a Hp budou dodány)
1.17	Síťový adaptér.	ANO	NkP str. 13 (nap. kabel bude dodán)

** Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.*

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma
- jedná se o zdravotnický prostředek dle zákona o zdravotních prostředcích v platném znění:
ANO
- klasifikační třída zdravotnického přístroje: **Ila**
- podléhá notifikaci SÚKL: **ANO**
- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také): **nevyžaduje**

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.