

Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

Název části veřejné zakázky: Bradlový systém pro nácvik chůze

Část veřejné zakázky: 1

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže ve sloupci „ANO / NE / Konkrétní specifikace / hodnota“. Dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele, NEBO u každého řádku, ve kterém je zadavatelem požadován parametr stanovený minimální či maximální hodnotou apod., dodavatel v tomto sloupci uvede konkrétní nabízený parametr.**

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v tomto sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Dále dodavatel v dalším sloupci napíše, **kde je uvedeno v technickém popisu** (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.).

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

Bradlový systém pro nácvik chůze	
Výrobce	DPE Medical Ltd. P.O.B 49, Shoeva 90855, ISRAEL
Typ / Model	DST Triple Sense
Záruka v měsících (min. 24 měsíců)	24 měsíců
Počet ks	1
Cena v Kč bez DPH za 1 kus	2 288 000,-
Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů	2 288 000,-
DPH v Kč celkem samostatně	480 480,-
Cena v Kč včetně DPH celkem	2 768 480,-

Základní vlastnosti přístroje			
číslo	specifikace	ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota	Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.)
1.1	Nastavitelný bradlový systém pro nácvik chůze po vodorovné ploše, chůze do a ze schodů a chůze po nakloněné rovině.	ANO	Produktový list, strana 2
1.2	Výškově nastavitelné zábradlí je po celé délce chodníku včetně schodů.	ANO	Produktový list, strana 2
1.3	Nastavení sklonu plošiny v minimálním rozsahu 0-26°.	ANO Nastavení sklonu plošiny 0-26°	Uživatelský manuál, strana 19 (10. Technická specifikace)
1.4	Plynulé nastavení výšky schodů v rozmezí min. 0-16 cm.	ANO Výška schodů - 0 až 16,5cm	Uživatelský manuál, strana 19 (10. Technická specifikace)
1.5	Ovládací panel u přístroje.	ANO	Produktový list, strana 3
1.6	Vizuální a biologická zpětná vazba pro kontrolu pacienta nad vlastní chůzí.	ANO	Produktový list, strana 2
1.7	Tlakové senzory k umožnění grafického a číselného zpracování naměřených hodnot.	ANO	Produktový list, strana 3
1.8	Měření času chůze po vodorovné ploše.	ANO	Produktový list, strana 3
1.9	Měření stupně sklonu a času potřebného k chůzi.	ANO	Produktový list, strana 3
1.10	Měření výšky schodů a času potřebného k chůzi.	ANO	Produktový list, strana 3
1.11	Rovný povrch pro chůzi nepřesahuje 300 cm.	ANO, 300 cm	Produktový list, strana 3
1.12	Šířka povrchu min. 65 cm.	ANO, 65 cm	Uživatelský manuál, strana 19 (10. Technická specifikace)
1.13	Nosnost pacienta min. 190 kg.	ANO, nosnost 200 kg	Uživatelský manuál, strana 19 (10. Technická specifikace)

* Pokud se kdekoli v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.