

Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

Název části veřejné zakázky: Elektromagnetická indukce

Část veřejné zakázky: 4

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže ve sloupci „ANO / NE / Konkrétní specifikace / hodnota“. Dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele, NEBO u každého řádku, ve kterém je zadavatelem požadován parametr stanovený minimální či maximální hodnotou apod., dodavatel v tomto sloupci uvede konkrétní nabízený parametr.**

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v tomto sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Dále dodavatel v dalším sloupci napíše, **kde je uvedeno v technickém popisu** (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.).

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

Elektromagnetická indukce	
Výrobce	BTL Industries Limited
Typ / Model	BTL-6000 Super Inductive System Elite
Záruka v měsících (min. 24 měsíců)	24 měsíců
Počet ks	1
Cena v Kč bez DPH za 1 kus	968 000,-
Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů	968 000,-
DPH v Kč celkem samostatně	203 280,-
Cena v Kč včetně DPH celkem	1 171 280,-

<u>Základní vlastnosti přístroje</u>			
číslo	specifikace	ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota	Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.)
1.1	Neinvazivní terapeutické zařízení využívá elektromagnetické pole o vysoké intenzitě.	ANO	Produktový list, strana 1
1.2	Generovaná indukce v hodnotách až 2,5 Tesla.	ANO, Vysoká indukce až 2,5 Tesla	Produktový list, strana 1 – Hlavní rysy
1.3	Frekvence v rozsahu min. 1-150 Hz s možností plynulého nastavení pro kvalitní zajištění teorie tlumivé bolesti.	ANO, frekvence v rozsahu 1- 150 Hz s možností plynulého nastavení pro kvalitní zajištění teorie tlumivé bolesti.	Produktový list, strana 1 – Hlavní rysy
1.4	Minimálně sinusový a bifázický tvar pulsu.	ANO – tvar pulsu: Sinusový, bifázický	Uživatelský manuál, strana 30 - Terapie
1.5	Ovládání pomocí barevného dotykového displeje.	ANO	Produktový list, strana 1 – Hlavní rysy
1.6	Minimálně konstantní, lichoběžníková a sinusová modulace intenzity a frekvence.	ANO - Modulace intenzity: konstantní, lichoběžníková, sinusová,	Produktový list, strana 1 – Hlavní rysy
1.7	Přístroj má přednastavené terapeutické programy s možností uložení vlastních.	ANO	Produktový list, strana 1 – Hlavní rysy
1.8	Kontrola kvality pulzu, kontrola teploty přístroje a aplikátoru.	ANO	Produktový list, strana 1 – Hlavní rysy
1.9	Kalibrace aplikátoru.	ANO	Produktový list, strana 1 – Hlavní rysy
1.10	Vzduchový chladicí systém pro intenzivní provoz.	ANO	Produktový list, strana 1 – Hlavní rysy
1.11	Možná databáze pacientů.	ANO	Produktový list, strana 1 – Hlavní rysy
1.12	Integrovaná nápověda pro uživatele.	ANO	Produktový list, strana 1 – Hlavní rysy
1.13	Napětí 100-240 V/ 50-60 Hz.	ANO	Uživatelský manuál, strana 29 – Technické parametry
<u>Součást dodávky</u>			

1.14	Přístrojový stolek s brzdami.	ANO – přístrojový stolek s brzdami je součástí přístroje	Produktový list, strana 1 – Hlavní rysy
1.15	Fokusovaný aplikátor pro lokalizovanou terapii, který zajišťuje hluboký průnik tkáněmi.	ANO	Produktový list, strana 1 – Hlavní rysy
1.16	Nastavitelné rameno s uchycením pro aplikátor.	ANO	Produktový list, strana 1 – Hlavní rysy
1.17	Tužka pro dotykové ovládání displeje.	ANO	Produktový list, strana 1 – Hlavní rysy
1.18	Síťový napájecí kabel.	ANO	Produktový list, strana 1 – Hlavní rysy

** Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.*