

Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

Název části veřejné zakázky: Magnetoterapeutický přístroj

Část veřejné zakázky: 5

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže ve sloupci „ANO / NE / Konkrétní specifikace / hodnota“. Dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele, NEBO u každého řádku, ve kterém je zadavatelem požadován parametr stanovený minimální či maximální hodnotou apod., dodavatel v tomto sloupci uvede konkrétní nabízený parametr.**

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v tomto sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Dále dodavatel v dalším sloupci napíše, **kde je uvedeno v technickém popisu** (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.).

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

Magnetoterapeutický přístroj s lůžkem se solenoidem	
Výrobce	BTL Industries Limited
Typ / Model	BTL-4940 Premium
Záruka v měsících (min. 24 měsíců)	24 měsíců
Počet ks	1
Cena v Kč bez DPH za 1 kus	204 320,-
Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů	204 320,-
DPH v Kč celkem samostatně	42 907,-
Cena v Kč včetně DPH celkem	247 227,-
<u>Základní vlastnosti přístroje</u>	

číslo	specifikace	ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota	Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.)
1.1	Přístroj pro aplikaci pulzního magnetického pole se sinusovým průběhem.	ANO	Produktový list, strana 2 – technická specifikace
1.2	Alespoň 3-kanálový magnetoterapeutický přístroj.	ANO, 4-kanálový magnetoterapeutický přístroj	Produktový list, strana 2 – technická specifikace
1.3	Možnost současného připojení více aplikátorů.	ANO	Produktový list, strana 2 – technická specifikace
1.4	Nastavitelná frekvence v rozsahu min. 0,5-100 Hz.	ANO, 0 až 166 Hz	Uživatelský manuál, strana 64 – technické parametry magnetoterapie
1.5	Přístroj obsahuje přednastavené terapeutické programy s možností úpravy.	ANO	Produktový list, strana 2 – technická specifikace
1.6	Možnost úpravy intenzity magnetického pole.	ANO	Produktový list, strana 2 – technická specifikace
1.7	Možnost nastavení času terapie.	ANO	Produktový list, strana 2 – technická specifikace
1.8	Ovládání pomocí dotykového displeje.	ANO	Produktový list, strana 2 – technická specifikace
1.9	Světelná signalizace v průběhu emitování magnetického pole.	ANO	Produktový list, strana 2 – technická specifikace
1.10	Akustická signalizace začátku a konce terapie.	ANO	Produktový list, strana 2 – technická specifikace
1.11	Přístroj je schopný určit, které příslušenství je připojeno a umí zkontrolovat jeho funkčnost.	ANO	Produktový list, strana 2 – technická specifikace
1.12	Hmotnost řídicí jednotky max. 3 kg.	ANO, hmotnost řídicí jednotky 3 kg	Uživatelský manuál strana 45 – Technické parametry
1.13	Napětí 100-240 V/AC, 50-60 Hz.	ANO	Uživatelský manuál strana 45 – Technické parametry
1.14	Ochrana před zkratem a přehřátí přístroje.	ANO	Produktový list, strana 3 – technická specifikace
1.15	Software je v českém jazyce.	ANO	Produktový list, strana 3 – technická specifikace
<u>Součást dodávky</u>			
1.16	Přístrojový stůl s brzděnými kolečky.	ANO	Produktový list, strana 5
1.17	Magnetoterapeutické lehátko se solenoidem, polohovatelným po celé délce lehátka.	ANO	Produktový list, strana 5
1.18	Aplikátory, které lze umístit na veškeré oblasti těla a zajistit tak jednotlivou terapii horních a dolních končetin, pánve, kyčle a páteře.	ANO	Produktový list, strana 3-4

** Pokud se kdekoli v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.*