

Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

Název části veřejné zakázky: Chodící pás

Část veřejné zakázky: 6

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže ve sloupci „ANO / NE / Konkrétní specifikace / hodnota“. Dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele, NEBO u každého řádku, ve kterém je zadavatelem požadován parametr stanovený minimální či maximální hodnotou apod., dodavatel v tomto sloupci uvede konkrétní nabízený parametr.**

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v tomto sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Dále dodavatel v dalším sloupci napíše, **kde je uvedeno v technickém popisu** (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.).

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

Chodící pás	
Výrobce	TecnoBody S.p.A.
Typ / Model	WALKER VIEW
Záruka v měsících (min. 24 měsíců)	24 měsíců
Počet ks	1
Cena v Kč bez DPH za 1 kus	3 260 000,-
Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů	3 260 000,-
DPH v Kč celkem samostatně	684 600,-
Cena v Kč včetně DPH celkem	3 944 600,-
<u>Základní vlastnosti přístroje</u>	

číslo	specifikace	ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota	Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.)
1.1	Chodící pás včetně závěsného systému vhodný pro analýzu chůze a léčbu poruch chůze.	ANO, závěsný systém: Smart Gravity	Produktový list, strana 3
1.2	Analýza pohybu pomocí kamery a integrovaných tlakových senzorů umístěných pod pohyblivým pásem.	ANO	Produktový list, strana 2
1.3	Analýza chůze obsahuje minimálně: - zatížení dolních končetin - délka kroků - kontaktní čas - rozsah pohybu kyčlí, kolen a kotníků.	ANO, i díky F-Sensoru obsahuje analýza chůze: Zatížení dolních končetin, délka kroků, kontaktní čas, rozsah pohybu kyčlí, kolen, ale i kotníků	Produktový list, strana 2
1.4	Okamžitá zpětná vazba – grafické zobrazení parametrů chůze vč. antropometrického biofeedacku s videozáznamem terapie.	ANO	Produktový list, strana 2
1.5	Integrované standardizované testy.	ANO	Produktový list, strana 2
1.6	Automatické zpracování výsledků.	ANO	Produktový list, strana 2
1.7	Kontrola symetrie chůze.	ANO	Produktový list, strana 2
1.8	Ovládání systému pomocí dotykové obrazovky.	ANO	Produktový list, strana 2 - Specifikace
1.9	Rychlost pohybu chodícího pásu v rozsahu min. 0-20 km/h.	ANO - Rychlost pásu v rozsahu 0–20 km/h	Produktový list, strana 2 - Specifikace
1.10	Rychlost pohybu chodícího pásu ve zpětném chodu v rozsahu min. 0-5 km/h.	ANO - Rychlost pásu ve zpětném chodu v rozsahu 0–5 km/h	Produktový list, strana 2 - Specifikace
1.11	Maximální váha pacienta 150 kg.	ANO – 150 kg	Produktový list, strana 2 - Specifikace
1.12	Bezpečnostní stop tlačítko.	ANO	Produktový list, strana 3 - Specifikace
1.13	Napájení 50 Hz, 230 V.	ANO	Produktový list, strana 3 - Specifikace

<u>Součást dodávky</u>			
1.14	Monitor pro interaktivní nácvik chůze ve virtuálním prostředí min. 47".	ANO - Monitor pro virtuální realitu a biofeedback o velikosti 47"	Produktový list, strana 2 - Specifikace
1.15	Nájezdová rampa.	ANO	Produktový list, strana 3 - Specifikace
1.16	Závěsný systém pro odlehčení hmotnosti pacienta.	ANO	Produktový list, strana 3 – SMART GRAVITY

** Pokud se kdekoli v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.*