



KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění
pozdějších předpisů
mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Vojenská nemocnice Brno	www.vnbrno.cz
Sídlo: Brno, Zábrdovická 3	PSČ 615 00
Korespondenční adresa: Brno, Zábrdovická 3, PSČ 615 00	
IČO: 60555530	
DÍČ: CZ60555530	
E-mailová adresa: sekretariat@vnbrno.cz	
Bankovní spojení: [REDACTED]	
Jednatel: plk. gšt. MUDr. Petr Král, ředitel nemocnice	

dále jen „Kupující“ na jedné straně

a

Firma: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu	http://www.olympus.cz
Sídlo: Evropská 176/16, Praha 6	PSČ: 160 41
Zapsaná v OR MS v Praze C 93921	
IČO: 27068641	
DÍČ: CZ27068641	
E-mailová adresa: info@olympus.cz	
Bankovní spojení: [REDACTED]	
Jednatel: Radek Šubotník, prokurista, Martin Kučera, prokurista	

dále jen „Prodávající“ na straně druhé,

vzhledem k tomu, že smluvní strany dospěly ke vzájemné shodě o všech níže uvedených skutečnostech, uzavírají níže uvedeného data v souladu s ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen jako „občanský zákoník“) smlouvu na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku, zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2024-006426 pod názvem s názvem: „VN Brno – zdravotnická technika pro odborná oddělení – nákup – II“, část 11 VZ s názvem „Endoskopické vybavení gastroenterologické ambulance“. Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž nabídka předložená Kupujícím v zadávacím řízení (dále jen „NABÍDKA“) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu předmět koupě a převést na něj vlastnické právo k němu. Kupující se naproti tomu touto smlouvou zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit Prodávajícímu za předmět koupě dohodnutou kupní cenu. Kupující se zavazuje přijmout předmět koupě do svého vlastnictví tak, jak tento stojí a leží.
2. Předmětem koupě podle této smlouvy je dodávka zdravotnické techniky
Typového označení: Endoskopická sestava, Insulflátor a elektrochirurgický generátor dle cenové nabídky Q-202694
Výrobce: Olympus
dále pro účely této smlouvy jen „přístroj“, jehož technická specifikace je uvedena v **příloze č. 2** této smlouvy, a odpovídá požadavkům kupujícího podle **přílohy č. 1** této smlouvy. Dodaný přístroj bude nový, dosud nepoužívaný a prvotřídní jakosti, odpovídající svou konstrukcí a dalšími vlastnostmi současnému technickému vývoji.

Prodávající prohlašuje, že dodávaný přístroj je způsobilý k řádnému užívání ke sjednanému účelu a jeho technický stav odpovídá technickým normám. Přístroj splňuje veškeré požadavky dle platné legislativy pro jeho provoz ve zdravotnictví, především, že ve vztahu k přístroji byly splněny veškeré ohlašovací povinnosti, zejména ke Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, a byly vydány veškeré potřebné souhlasy, povolení nebo byly splněny registrační povinnosti potřebné pro provoz přístroje ke sjednanému účelu.

3. **Součástí dodávky je:**
 - doprava předmětu smlouvy do místa plnění vč. vybalení, likvidace odpadů a vč. pojištění přepravy;
 - kompletní instalace přístrojů a jejich zprovoznění vč. veškerého materiálu potřebného ke kompletní instalaci a zahájení provozu přístroje dle technické specifikace;
 - návod v ČJ vč. instruktaže personálu Kupujícího, prohlášení o shodě, certifikace servisního střediska;
 - záruční doba v délce trvání podle čl. VI. odst. 2 této smlouvy (tzv. plná záruka) zahrnující veškeré náhradní díly a servisní práce po dobu záruční doby;
 - provádění veškerého servisu a oprav v záruční době.
4. U předmětu smlouvy Prodávající garantuje servisní podporu výrobce vč. náhradních dílů po dobu deklarované životnosti přístroje, min. však po dobu 8 let od jeho předání Kupujícímu.
5. Prodávající dodá přístroje dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu a jakosti za podmínek vyplývajících z této smlouvy a příslušných právních předpisů a norem. Obě smluvní strany se rovněž zavazují plnit podmínky dle NABÍDKY a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.
6. Předmětem této smlouvy je také sjednání podmínek pro provádění servisních služeb po skončení záruční doby.
7. **Vyhrazené změny závazku ve vztahu k předmětu koupě:**
Kupující jako zadavatel si v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI vyhradil následující změnu závazku ze smlouvy, kterou mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

7.1. Dodání technicky vyššího typu přístroje:

Vyhrazená změna se týká dodávky přístroje a spočívá v dodání „technicky vyššího“ typu přístroje oproti přístroji, který byl nabídnut v rámci NABÍDKY, za splnění následujících podmínek:

- a) přístroj nabízený prodávajícím v NABÍDCE se již nevyrábí nebo je technicky zastaralý, případně je možné dodat přístroj, který má lepší technické parametry;
- b) Prodávající nemohl technicky vyšší přístroj zahrnout do NABÍDKY, neboť k účelu, k němuž má daný přístroj sloužit plně vyhovoval přístroj nabízený v NABÍDCE nebo technicky vyšší přístroj nebyl v době podání NABÍDKY na trhu dostupný;
- c) změna přístroje nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky;
- d) cena technicky vyššího přístroje bude
 - buď shodná s cenou přístroje, který prodávající nabídl v NABÍDCE,
 - nebo se zvýší max. o 2 %, oproti ceně NABÍDKY, pokud na trhu není možné technicky vyšší přístroj pořídit za cenu uvedenou v NABÍDCE;
- e) technicky vyšší přístroj musí mít minimálně shodné nebo prokazatelně lepší technické parametry než přístroj nabízený v nabídce;
- f) změna přístroje musí být vždy projednána s Kupujícím a Kupujícím musí být schválena; Prodávající nemůže vymáhat na Kupujícím účelově změnu přístroje, pokud s jeho záměnou Kupující nevysloví souhlas.

7.2. Dodatečné plnění:

Vyhrazená změna se týká rozšíření rozsahu dodávek spočívající v dodání:

- vyššího počtu kusů dodaných přístrojů nebo jejich částí nebo jejich příslušenství dle SPECIFIKACE
- dalšího příslušenství kompatibilního k dodaným přístrojům

za splnění následujících podmínek:

- a) Kupující nemohl vyšší počet ks přístrojů, nebo jejich částí, nebo jejich příslušenství, nebo dalšího příslušenství kompatibilního k nim, zahrnout do původní veřejné z důvodů nedostatku finančních prostředků, které měl v době zadávacího řízení k dispozici; pokud se mu však v průběhu trvání této smlouvy nebo pod dobu dalších 3 let od ukončení smlouvy podaří další finanční prostředky získat, může zrealizovat větší rozsah dodávek;
- b) přístroj (nebo jeho část, nebo jeho příslušenství) musí být Kupujícím dodán minimálně ve shodné kvalitě a ceně jako přístroj (nebo jeho část, nebo jeho příslušenství) sjednaný v této smlouvě, další příslušenství k dodanému přístroji musí být s dodaným přístrojem kompatibilní;
- c) cena za rozšíření dodávky musí odpovídat shodnému plnění dodávanému podle této smlouvy nebo ceně obvyklé v případě dalšího příslušenství;
- d) změna závazku musí být sjednána mezi smluvními stranami dodatkem ke smlouvě;
- e) změna závazku nesmí měnit celkovou povahu původní veřejné zakázky;
- f) Kupující může uplatnit tuto vyhrazenou změnu do 36 měsíců od účinnosti této smlouvy.

7.3. Omezení předmětu koupě:

Kupující žádá na realizaci předmětu koupě prostředky ze státního rozpočtu MO ČR (dotaci). Vlastní zdroje kupujícího (nad rámec poskytnuté dotace) jsou velmi omezené.

- 1) V případě, že prodávající v NABÍDCE předložil kupní cenu, která překračuje předpokládanou hodnotu pořizovacích nákladů stanovenou v ZADÁVACÍ



DOKUMENTACI a kupující nebude mít dostatek finančních prostředků na její úhradu (z dotace nebo i z omezených vlastních zdrojů), může kupující omezit předmět koupě dodatkem k této smlouvě, který bude uzavřen současně s touto smlouvou.

- 2) Vyhrazenou změnu podle bodu 1) může kupující využít i v případě, že kupní cenu podle této smlouvy bude kupující hradit výhradně z vlastních zdrojů, budou-li nedostatečné na její úhradu.

III.

Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za předmět dle čl. č II. této smlouvy činí (na dvě desetinná místa bez zaokrouhlení):

Cena bez DPH	5.280.912,00 Kč
Sazba DPH	12 % a 21 %
DPH	1.107.945,87 Kč
Cena včetně DPH	6.388.857,87 Kč

2. Kupní cena uvedená v čl. III. odst. 1 této smlouvy je stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a jedná se o cenu kompletní dodávky, v níž je zahrnuta doprava, instalace, uvedení do provozu, vstupní revize, předvedení, provádění záručního servisu, clo, kursové rozdíly, obaly a jejich likvidace, doklady k přístroji a veškeré další náklady Prodávajícího nutné ke splnění povinností dodat předmět koupě dle této smlouvy. Celková kupní cena v Kč bez DPH je nejvýše přípustná. DPH bude účtována v sazbě a výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Úhrada sjednané ceny bude provedena bezhotovostním převodem na účet na základě vystavené faktury se splatností min. 90 dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu.
4. Konečná faktura bude vystavena Prodávajícím po podpisu předávacího protokolu za dodávku předmětu plnění. Součástí faktury musí být dodací list potvrzený oprávněnou osobou Kupujícího podle čl. VII. odst. 1 této smlouvy, jinak faktura nebude proplacena.

IV.

Dodání předmětu kupní smlouvy

1. Prodávající se zavazuje mít předmět koupě k dispozici nejpozději do 84 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. Prodávající se zavazuje, že předmět koupě bude následně dodán v dojednaném termínu po podpisu této smlouvy, anebo nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení výzvy k zahájení plnění, nejpozději však do **30.11.2024**.
2. Místem plnění je sídlo Kupujícího.
3. Pro případ, že Prodávající bude v prodlení s dodáním předmětu koupě, sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení, která je splatná na výzvu Kupujícího.
4. Pro případ, že Prodávající nedodá předmět koupě ani do nejzazšího termínu dne **30.11.2024**, a poskytovatel dotace na základě této skutečnosti navrhne krácení z uznané dotace, uhradí

Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100 % kupní ceny, což odpovídá výši dotace, kterou Kupující v takovém případě nezíská. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a vymáhána.

5. O dodání předmětu koupě, včetně instalace, uvedení do provozu, prověření jeho bezchybné funkčnosti a jeho předvedení v provozu Kupujícího, předání manuálů pro provoz a veškeré další dokumentace vztahující se k přístrojům kupujícímu, sepiší smluvní strany předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za Kupujícího podepisuje předávací protokol pověřený zaměstnanec uvedený v čl. VII. odst. 1 této smlouvy. Pokud bude přístroj nebo jeho příslušenství dodáváno po částech, sepiší smluvní strany předávací protokol na každou dodanou část. V takovém případě se řádným a úplným splněním dodávky rozumí podpis protokolu na poslední část dodávky.
6. V souvislosti s instalací a uvedením přístroje do provozu je Prodávající povinen provést zaškolení obsluhy přístroje a učinit o něm oficiální písemný zápis, který musí být potvrzen příslušným pracovníkem Kupujícího. Písemný zápis musí obsahovat potvrzení o oprávněnosti vyškolených zaměstnanců Kupujícího školit, co do obsluhy přístrojů další zaměstnance Kupujícího, popřípadě se Prodávající zavazuje po dobu záruční doby na výzvu Kupujícího proškolit zdarma zaměstnance Kupujícího.
7. Prodávající je povinen uvědomit o datu dodávky přístroje pověřeného zaměstnance Kupujícího uvedeného v čl. VII. odst. 1 této smlouvy vždy alespoň 3 pracovní dny před jejím uskutečněním.
8. Kupující je oprávněn nepřevzít přístroj, pokud Prodávající přístroj nedodá řádně a včas, zejména pokud Prodávající nedodá přístroj v dohodnuté konfiguraci a kvalitě, přístroj bude poškozený nebo rozbitý, Prodávající nedodá potřebnou dokumentaci k přístroji nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení přístroje do provozu a nezajistí jeho řádnou funkčnost.

V.

Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá za vady, které přístroj má v době jeho předání a za vady zjištěné po celou dobu záruční doby.
2. Reklamací zjevných vad přístroje Kupující uplatní u Prodávajícího při předání a převzetí, nejpozději do tří pracovních dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí.
3. Reklamací ostatních vad je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu.

VI.

Záruční servis

1. Prodávající zaručuje, že po dobu záruční lhůty bude mít přístroj vlastnosti stanovené touto smlouvou, příslušnými právními předpisy či normami, příp. vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu.



3. Během trvání záruční lhůty se Prodávající zavazuje poskytovat Kupujícímu plnou záruku na dodaný přístroj, tj. bezplatné opravy, pravidelné kontroly dle legislativy a bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (např. bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky, instruktáž apod.) v místě plnění. Všechny pravidelné kontroly dle legislativy a bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů je Prodávající povinen provádět i bez výzvy Kupujícího. Prodávající nejpozději 3 dny před provedením plánované kontroly či úkonu dle předchozí věty informuje Prodávajícího. Během trvání záruční doby není Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu náklady na práce servisního technika, náklady na jeho dopravu, náklady na náhradní díly, ani jakékoliv jiné náklady související se servisem přístroje. Maximálně 30 dní před skončením záruční lhůty je Prodávající povinen provést veškeré pravidelné kontroly dle legislativy a provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů, bez ohledu na stanovanou periodu jejich opakování, a to bezplatně.
4. Prodávající je povinen nastoupit k odbornému zásahu na odstranění vady přístroje zjištěné v záruční době, a to nejpozději do 48 hodin od oznámení vady (reklamace) Kupujícím. V případě, že se bude jednat o havárii, tak do 24 hodin od oznámení.
5. Reklamace bude Kupujícím uplatněna telefonicky na níže uvedené číslo a potvrzena elektronickou formou prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové zprávy na níže uvedenou adresu, a to v přiměřené lhůtě po zjištění vady Kupujícím.
6. Prodávající je povinen odstranit reklamovanou vadu ve lhůtě do 4 pracovních dnů od oznámení vady. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní stanovenou lhůtu k odstranění vady ze strany Prodávajícího splnit, může být dohodnuta přiměřená delší lhůta, která může být maximálně 2 týdny, Prodávající je však povinen nejpozději ve lhůtě 48 hodin od oznámení vady předložit Kupujícímu návrh na řešení a sjednat s Kupujícím termín pro odstranění reklamované vady.
7. V případě, že nedoručí k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna do 4 pracovních dnů ode dne jejího oznámení (reklamace) Kupujícím.
8. V případě, že bude doba opravy delší jak 1 týden, je Prodávající povinen na vyžádání Kupujícího bezplatně zapůjčit náhradní přístroj.
9. Ukáže-li se, že vada přístroje je neodstranitelná, zavazuje se Prodávající dodat Kupujícímu bez zbytečného odkladu bezplatně náhradní přístroj stejné kvality a parametrů, které byly sjednány pro předmět koupě dle této smlouvy, a převést vlastnické právo k němu na Kupujícího.
10. Hlášení závad, reklamací a havárií přijímá Prodávající na tel. č.: 221 985 400 a nebo e-mailové adrese: servis@olympus.cz, nebo datovou schránkou: 644rdaw.
11. V případě, že Prodávající je v prodlení s nástupem na odstranění vad nebo s odstraněním vad, je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a vymáhána.



VII. Ostatní ujednání

1. Kupující pověřil jednáním ve věcech smluvních:
[redacted]
a ve věcech technických podle této smlouvy vč. převzetí předmětu koupě pracovníky Oddělení farmacie a zdravotnické techniky (OFZT) Kupujícího.
2. Prodávající pověřil jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:
 - a. vedoucí zakázky [redacted]
[redacted]
 - b. zástupce vedoucího zakázky [redacted], administrátor veřejných zakázek
[redacted]
3. Ke změně pověřených pracovníků postačí písemné oznámení druhé smluvní straně datovou schránkou, a to nejpozději do tří dnů ode dne, kdy k takové změně dojde.
4. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu kupujícího.
5. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností kupujícího poskytnout informaci o ceně zboží a název a sídlo prodávajícího. Prodávající si je vědom skutečnosti, že kupující, jako veřejný zadavatel je povinen zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv vč. všech dodatků a příloh. Prodávající je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovéto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým, jež bude nejlépe odpovídat záměru zamýšlenému touto smlouvou.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek, po vzájemném projednání. Její text si oba účastníci smlouvy přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.



Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace přístrojů požadovaná Kupujícím

Příloha č. 2 – Specifikace dodávaných přístrojů (technický list předmětu plnění)



Příloha č. 3 – Sjednání podmínek pro uzavření budoucí servisní smlouvy na pozáruční servis přístrojů

V Brně, dne

V Praze, dne

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:



.....
plk. gšt. MUDr. Petr Král
ředitel Vojenská nemocnice Brno

.....
Radek Šubotník, prokurista
Martin Kučera, prokurista
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu



Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Specifikace přístrojů požadovaná kupujícím

Minimální technické požadavky (technické parametry)

Technická specifikace předmětu dodávky

Položka		Parametr nabízeného přístroje
Videogastroskop 2 ks		
1.	Zobrazovací systém ve formě barevného CCD čipu s rozlišení HD	
2.	Vnější průměr tubusu max. 9,5 mm	
3.	Pracovní délka min. 1000 mm	
4.	Vnitřní průměr pracovního kanálu min. 2,8 mm	
5.	Rozsahy angulace ohybové části nahoru min. 210°	
6.	Rozsahy angulace ohybové části dolů min. 90°	
7.	Rozsahy angulace ohybové části doprava min. 100°	
8.	Rozsahy angulace ohybové části doleva min. 100°	
9.	Přídavný oplachový kanál	
10.	Jednoduché připojení k procesoru	
11.	Využití všech funkcionalit, které umožňuje procesor Elvis X1 CV-1500	
Videogastroskop tenký 1 ks		
12.	Transnasální gastroskop	
13.	Zobrazovací systém ve formě barevného CCD čipu s rozlišením HD	
14.	Vnější průměr tubusu max. 6 mm	
15.	Pracovní délka min. 1000 mm	
16.	Vnitřní průměr pracovního kanálu min. 2,2 mm	
17.	Rozsahy angulace ohybové části nahoru min. 210°	
18.	Rozsahy angulace ohybové části dolů min. 90°	
19.	Rozsahy angulace ohybové části doprava min. 100°	
20.	Rozsahy angulace ohybové části doleva min. 100°	
21.	Jednoduché připojení k procesoru	
22.	Využití všech funkcionalit, které umožňuje procesor Elvis X1 CV-1500	
Videokolonoskop 1 ks		
23.	Zobrazovací systém ve formě barevného CCD čipu s rozlišení HD	
24.	Elektronický systém nastavení zaostřovací vzdálenosti pomocí ovládacího tlačítka	
25.	Přídavný oplachový kanál	
26.	Vnější průměr tubusu max. 13 mm	



27.	Pracovní délka min. 1600 mm	
28.	Vnitřní průměr pracovního kanálu min. 3,5 mm	
29.	Rozsahy angulace ohybové min. 180°části nahoru	
30.	Rozsahy angulace ohybové části dolů min. 180°	
31.	Rozsahy angulace ohybové části doprava min. 160°	
32.	Rozsahy angulace ohybové části doleva min. 160°	
33.	Jednoduché připojení k procesoru	
34.	Využití všech funkcionalit, které umožňuje procesor Elvis X1 CV-1500	
Videokolonoskop 1 ks		
35.	Zobrazovací systém ve formě barevného CCD čipu s rozlišení HD	
36.	Flexibilní úsek v distální části tubusu	
37.	Nastavitelná rigidita tubusu min. 3 stupně	
38.	Optický systém s dvojitým ostřením	
39.	Přídavný oplachový kanál	
40.	Vnější průměr tubusu max. 13 mm	
41.	Pracovní délka min. 1600 mm	
42.	Vnitřní průměr pracovního kanálu min. 3,5 mm	
43.	Rozsahy angulace ohybové části nahoru min. 180°	
44.	Rozsahy angulace ohybové části dolů min. 180°	
45.	Rozsahy angulace ohybové části doprava min. 160°	
46.	Rozsahy angulace ohybové části doleva min. 160°	
47.	Jednoduché připojení k procesoru	
48.	Využití všech funkcionalit, které umožňuje procesor Elvis X1 CV-1500	
Elektrokoagulační přístroj 1 ks		
49.	Výkon 120 W	
50.	Monopolární a bipolární režim	
51.	Pro všechny režimy módy pro řez a koagulaci	
52.	Uživatelské nastavení intenzity	
53.	Dotykový displej, menu v čj	
54.	Nožní pedál pro ovládání výstupu	
55.	Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu	
Insuflátor CO2 2 ks		
56.	Zařízení pro insuflaci pacienta plynem CO2 a vodou při endoskopických výkonech v zažívacím traktu	
57.	Tlak přiváděného plynu min. 45 kPa	
58.	Indikace zdrojového tlaku v min. 5 krocích	
59.	Propojovací hadice se standardními koncovkami pro připojení láhve	



	s plynem. (redukční ventil na lahev od dodavatele)	
60.	Časovač pro dobu přívodu plynu	
61.	Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu	
Medicínský monitor s HD rozlišením 1 ks		
62.	Certifikovaný pro použití v medicíně	
63.	LCD min 32"	
64.	4 K UHD rozlišení	
65.	Antireflexní úprava	
Endoskopický vozík 2 ks		
66.	Pojízdný endoskopický vozík pro umístění výše uvedených přístrojů s brzdou s oddělovacím trafem	
67.	Včetně 2 ramen pro 2 monitory (počítač a monitor endoskopické věže)	
68.	Držák na láhve	
69.	Manipulační madlo	
70.	Držák na endoskopy	

Další podmínky:

Položka		Parametr
71.	Prohlášení o shodě, certifikace ISO	PN č.
72.	Autorizovaný servis v ČR – uvést adresu a kontaktní údaje	PN č.
73.	Kompletní seznam a ceník dalšího příslušenství	PN č.
74.	Všechny uvedené parametry uchazeč doloží na vyžádání zadavatele návodem k použití	
75.	Záruční doba min. 24 měsíců	

PN č. = příloha nabídky číslo



**Příloha č. 2 Kupní smlouvy
Specifikace dodávaného přístroje**

Technická specifikace předmětu dodávky

Položka		Parametr nabízeného přístroje
Videogastroskop 2 ks		
1.	Zobrazovací systém ve formě barevného CCD čipu s rozlišení HD	ANO
2.	Vnější průměr tubusu max. 9,5 mm	9,2 mm
3.	Pracovní délka min. 1000 mm	1.030 mm
4.	Vnitřní průměr pracovního kanálu min. 2,8 mm	2,8 mm
5.	Rozsahy angulace ohybové části nahoru min. 210°	210°
6.	Rozsahy angulace ohybové části dolů min. 90°	90°
7.	Rozsahy angulace ohybové části doprava min. 100°	180°
8.	Rozsahy angulace ohybové části doleva min. 100°	180°
9.	Přídavný oplachový kanál	ANO
10.	Jednoduché připojení k procesoru	ANO
11.	Využití všech funkcionalit, které umožňuje procesor Elvis X1 CV-1500	ANO
Videogastroskop tenký 1 ks		
12.	Transnasální gastroskop	ANO
13.	Zobrazovací systém ve formě barevného CCD čipu s rozlišením HD	ANO
14.	Vnější průměr tubusu max. 6 mm	5,8 mm
15.	Pracovní délka min. 1000 mm	1.100 mm
16.	Vnitřní průměr pracovního kanálu min. 2,2 mm	2,2 mm
17.	Rozsahy angulace ohybové části nahoru min. 210°	210°
18.	Rozsahy angulace ohybové části dolů min. 90°	90°
19.	Rozsahy angulace ohybové části doprava min. 100°	100°
20.	Rozsahy angulace ohybové části doleva min. 100°	100°
21.	Jednoduché připojení k procesoru	ANO
22.	Využití všech funkcionalit, které umožňuje procesor Elvis X1 CV-1500	ANO
Videokolonoskop 1 ks		
23.	Zobrazovací systém ve formě barevného CCD čipu s rozlišení HD	ANO
24.	Elektronický systém nastavení zaostřovací vzdálenosti pomocí ovládacího tlačítka	ANO
25.	Přídavný oplachový kanál	ANO
26.	Vnější průměr tubusu max. 13 mm	12,8 mm



27.	Pracovní délka min. 1600 mm	1.680 mm
28.	Vnitřní průměr pracovního kanálu min. 3,5 mm	3,7 mm
29.	Rozsahy angulace ohybové min. 180°části nahoru	180°
30.	Rozsahy angulace ohybové části dolů min. 180°	180°
31.	Rozsahy angulace ohybové části doprava min. 160°	160°
32.	Rozsahy angulace ohybové části doleva min. 160°	160°
33.	Jednoduché připojení k procesoru	ANO
34.	Využití všech funkcionalit, které umožňuje procesor Elvis X1 CV-1500	ANO
Videokolonoskop 1 ks		
35.	Zobrazovací systém ve formě barevného CCD čipu s rozlišení HD	ANO
36.	Flexibilní úsek v distální části tubusu	ANO
37.	Nastavitelná rigidita tubusu min. 3 stupně	ANO
38.	Optický systém s dvojitým ostřením	ANO
39.	Přídavný oplachový kanál	ANO
40.	Vnější průměr tubusu max. 13 mm	12,8 mm
41.	Pracovní délka min. 1600 mm	1.680 mm
42.	Vnitřní průměr pracovního kanálu min. 3,5 mm	3,7 mm
43.	Rozsahy angulace ohybové části nahoru min. 180°	180°
44.	Rozsahy angulace ohybové části dolů min. 180°	180°
45.	Rozsahy angulace ohybové části doprava min. 160°	160°
46.	Rozsahy angulace ohybové části doleva min. 160°	160°
47.	Jednoduché připojení k procesoru	ANO
48.	Využití všech funkcionalit, které umožňuje procesor Elvis X1 CV-1500	ANO
Elektrokoagulační přístroj 1 ks		
49.	Výkon 120 W	ANO
50.	Monopolární a bipolární režim	ANO
51.	Pro všechny režimy módy pro řez a koagulaci	ANO
52.	Uživatelské nastavení intenzity	ANO
53.	Dotykový displej, menu v čj	ANO
54.	Nožní pedál pro ovládání výstupu	ANO
55.	Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu	ANO
Insuflátor CO2 2 ks		
56.	Zařízení pro insuflaci pacienta plynem CO2 a vodou při endoskopických výkonech v zažívacím traktu	ANO
57.	Tlak přiváděného plynu min. 45 kPa	ANO
58.	Indikace zdrojového tlaku v min. 5 krocích	ANO
59.	Propojovací hadice se standardními koncovkami pro připojení láhve	ANO



	s plynem. (redukční ventil na lahev od dodavatele)	
60.	Časovač pro dobu přívodu plynu	ANO
61.	Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu	ANO
Medicínský monitor s HD rozlišením 1 ks		
62.	Certifikovaný pro použití v medicíně	ANO
63.	LCD min 32"	ANO
64.	4 K UHD rozlišení	ANO
65.	Antireflexní úprava	ANO
Endoskopický vozík 2 ks		
66.	Pojízdný endoskopický vozík pro umístění výše uvedených přístrojů s brzdou s oddělovacím trafem	ANO
67.	Včetně 2 ramen pro 2 monitory (počítač a monitor endoskopické věže)	ANO
68.	Držák na láhve	ANO
69.	Manipulační madlo	ANO
70.	Držák na endoskopy	ANO

Další podmínky:

Položka		Parametr
71.	Prohlášení o shodě, certifikace ISO	PN č.
72.	Autorizovaný servis v ČR – uvést adresu a kontaktní údaje	PN č.
73.	Kompletní seznam a ceník dalšího příslušenství	PN č.
74.	Všechny uvedené parametry uchazeč doloží na vyžádání zadavatele návodem k použití	
75.	Záruční doba min. 24 měsíců	



Příloha č. 3 Kupní smlouvy

Sjednání podmínek pro provádění pozáručního servisu přístroje

1. Prodávající garantuje, že po dobu 8 let od instalace přístroje bude provádět pozáruční servis přístroje včetně zajištění náhradních dílů a spotřebního materiálu.
2. Prodávající se zavazuje, že před ukončením záruky podle této smlouvy provede úkony dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje, že cenové podmínky pro provádění servisních služeb (pozáručního servisu přístroje) po ukončení záruční doby uvedené v této příloze se nezmění po dobu prvních 5 let. V případě, že servisní smlouva bude trvat déle než 5 let, lze ceny podle odst. 4 této přílohy č. 3 smlouvy upravit inflační doložkou podle odst. 7 této přílohy č. 3 smlouvy.
4. Cenové podmínky pro budoucí servisní smlouvu sjednávají smluvní strany takto:
 - 4.1. Fixní roční náklady za provádění povinných kontrol dle legislativy a doporučení výrobce ve [REDACTED]
 - 4.2. Hodinová sazba za provádění servisu odborným servisním technikem ve výši [REDACTED]
 - 4.3. Úctovaná částka za 1 km při servisním výjezdu servisního technika ve výši [REDACTED] km, tato částka zahrnuje cestu tam i zpět, tedy Kupující bude hradit cenu za počet km jedné cesty mezi servisním střediskem Prodávajícího nebo místem výjezdu servisního technika k servisnímu zásahu a sídlem Kupujícího.
 - 4.4. Za účelem propočtu ceny servisního výjezdu prodávající sděluje, že jedna cesta z jeho servisního střediska do sídla zadavatele představuje vzdálenost 10 km. Smluvní strany sjednávají, že maximální počet km, které může Kupující účtovat Prodávajícímu za 1 výjezd k servisnímu zásahu je shodný se vzdáleností ze servisního střediska Prodávajícího do sídla Kupujícího podle tohoto odstavce. Na základě tohoto ujednání stanovil Prodávající, že maximální možná cena za 1 výjezd (tam i zpět) je 1.250 Kč bez DPH.
5. Rozsah a podmínky pozáručního servisu uvedených ve smlouvě budoucí se budou přiměřeně řídit také ustanoveními uvedenými v čl. VI. odst. 4-8 a 10-11 této smlouvy.
6. **Podmínky a ceny pro provádění pozáručního servisu dle této Přílohy č. 3 jsou závazné na veškeré služby poskytnuté Prodávajícím po skončení záruční doby, a to i na základě dílčích objednávek, bez nutnosti uzavřít Servisní smlouvu.** V případě, že se smluvní strany po skončení záruční lhůty na předmět plnění dohodnou uzavřít servisní smlouvu na pozáruční servis přístroje, je Prodávající servisní smlouvu na pozáruční servis povinen zpracovat tak, aby byla **plně v souladu s touto přílohou č. 3 kupní smlouvy, a to minimálně na dobu trvání v souladu s čl. 3 této přílohy č. 3 smlouvy.** Tato doba bude prodloužena, pokud jedna ze smluvních stran smlouvu nevypoví, na dobu, po kterou budou přístroje Kupujícím využívány. Výpovědní doba servisní smlouvy bude pro prvních 5 let jejího trvání 6 měsíců, pro další dobu trvání servisní smlouvy 2 měsíce.
7. Inflační doložka:
 - a) V 6. roce a každém následujícím roce trvání servisní smlouvy může být cena upravena v závislosti na hodnotě průměrné inflace zjištěné podle oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý kalendářní rok, a to tehdy, pokud se míra inflace změní o více jak 5 % oproti míře inflace v předchozím kalendářním roce. Úpravy ceny mohou být provedeny tak, že se ceny zvýší /



sníží maximálně o stejné %, o které se změní míra inflace oproti míře inflace v předchozím kalendářním roce.

- b) Úpravy ceny mohou být provedeny v okamžiku, kdy budou vydány oficiální údaje ČSÚ za uplynulý kalendářní rok, platnost úpravy ceny je však možné uplatňovat smluvními stranami zpětně k datu, kdy uplynulo prvních 60 měsíců trvání servisní smlouvy a vždy dalších 12 měsíců.
- c) O úpravu ceny musí smluvní strana požádat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do 1 kalendářního měsíce od vydání oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý kalendářní rok. Neučiní-li tak, cena zůstane v platnosti po dalších 12 měsících platnosti servisní smlouvy.
- d) K úpravě ceny může dojít jen na základě dohody smluvních stran na základě uzavřeného písemného dodatku k servisní smlouvě.
- e) Pokud dojde k dohodě smluvních stran, mohou smluvní strany uplatnit změny ceny k datu, kdy uplynulo prvních 60 měsíců trvání servisní smlouvy (v 6. roce trvání servisní smlouvy) a vždy dalších 12 měsíců (v dalších letech trvání servisní smlouvy). V takovém případě jsou smluvní strany povinny provést doučtování / vrácení částek odpovídajících sjednané úpravě ceny za platební období, ve kterém byla účtována původně sjednaná cena.