

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany

1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 280123725/0300
IČO: 27520536
DIČ: CZ27520536
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629
Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx,
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: eiefkcs
(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

2. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu

Sídlo: Evropská 176/16, 160 41 Praha 6
Zastoupená: Radkem Šubotníkem, prokuristou
Ing. Tomášem Jedličkou, prokuristou
bankovní spojení: Deutsche Bank AG Filiale Prag, organizační složka
číslo účtu: 3179800019/7910
IČO: 27068641
DIČ: CZ27068641
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93921
Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 644rdaw
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto kupní smlouvu
(dále jen „smlouva“)

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka vybraného dodavatele předložená v rámci zadávacího řízení zadávaného v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „**Videoendoskopické vybavení pro Pardubickou nemocnici**“ (dále jen „veřejná zakázka“) realizovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“). Evidenční číslo zakázky ve věstníku veřejných zakázek Z2024-038637.

I.

Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy je realizován v rámci projektu „Komplexní onkologické centrum NPK, a.s.“, reg. č. CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008241, spolufinancovaného Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu videoendoskopické vybavení, včetně veškerého příslušenství, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy (dále také „zboží“), a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje prodávajícímu za poskytnuté plnění zaplatit za podmínek uvedených v této smlouvě kupní cenu dle čl. III této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží, které
 - je nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční, nevyužité pro výstavní, prezentační či jiné reklamní účely;
 - je z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče v ČR;
 - pokud se jedná o zdravotnický prostředek, splňuje požadavky stanovené právními předpisy vztahujícími se ke zdravotnickým prostředkům, především zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje:
 - zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění,
 - montáž a instalaci všech položek dodávky v místě plnění (ustavení, sestavení a propojení položek dodávky, napojení na zdroje či místní rozvody, je-li funkce položek dodávky podmíněna takovým připojením),
 - uvedení všech položek dodávky do plného provozu,
 - provedení instruktáže obsluhy včetně vyhotovení zápisu v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích. U zboží, které není zdravotnickým prostředkem, provedení školení/seznámení s obsluhou dle pokynu výrobce.
 - doložení atestů, certifikátů apod., disponuje-li výrobce těmito doklady,
 - ekologickou likvidaci obalů a odpadu souvisejícího s dodávkou předmětu plnění.
5. Součástí dodávky předmětu plnění jsou doklady:
 - návod k použití a údržbě (uživatelský manuál) v českém jazyce,
 - dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku,
 - oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích,
 - zápis o provedené instruktáži zaměstnanců v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích,
 - uvedení výrobce a země původu,
 - kopie certifikátu CE, je-li přístrojové vybavení opatřeno touto značkou,

- záruční list,
 - jedná-li se o zdravotnický prostředek, prohlášení o shodě anebo deklarace konformity. Prodávající dále vydá samostatné prohlášení o třídě zboží (I, IIa, IIb a nebo III), je-li relevantní, toto prohlášení bude opatřeno razítkem a podpisem zástupce prodávajícího. V případě, že prodávající dodá zboží zařazené do třídy IIb nebo III, musí k tomuto vypracovat provozní deník, tedy seznam úkonů doporučených návodem k obsluze (úkony, které by měla provádět obsluha zboží jako například provozní testy, čištění, dezinfekce atp.). Tento provozní deník musí opatřit razítkem a podpisem zástupce prodávajícího.
6. Prodávající se zavazuje v případě potřeby v záruční době provést alespoň 1x ročně bezplatně zaškolení personálu (instruktáž personálu) kupujícího na každý model dodaného přístroje na základě vystavené objednávky kupujícím. Kupující vystaví objednávku min. 2 týdny před požadovaným termínem instruktáže.
 7. Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou žádné právní vady ve smyslu ustanovení § 2113 občanského zákoníku.
 8. Prodávající je povinen při dodání zboží splnit ostatní závazné podmínky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

II.

Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do místa plnění, kterým je pracoviště zadavatele **Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice (interní oddělení – gastroenterologické pracoviště)**
2. **Zboží bude dodáno na výzvu kupujícího**, která může nastat nejprve po nabytí účinnosti smlouvy. Písemná výzva bude kupujícím zaslána prodávajícímu elektronickou poštou na kontaktní e-mail prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.
Termín ukončení plnění je nejpozději do 12 týdnů od výzvy kupujícího k zahájení plnění. Předpokládaný termín dodání je 4. čtvrtletí 2024.
3. Prodávající bude informovat kupujícího o přesném termínu dodávky zboží, a to nejpozději 5 dnů před realizací dodávky. Kontaktní osoba je uvedena v čl. V. odst. 3 této smlouvy.

III.

Kupní cena

1. Kupní cena je ujednána v měně CZK. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH (v Kč): 21 400 000,00

Výše DPH (v Kč): 4 493 766,00

Cena včetně DPH (v Kč): 25 893 766,00

Složení kupní ceny:

Cena bez DPH	Sazba DPH	Výše DPH	Cena včetně DPH
21 397 400,00	21%	4 493 454,00	25 890 854,00
2 600,00	12%	312,00	2 912,00

2. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré poplatky a nutné náklady prodávajícího vzniklé v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky a nezbytné pro plnění předmětu veřejné zakázky.

3. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

IV.

Platební podmínky

1. Kupní cena bude prodávajícímu uhrazena po dodání zboží kupujícímu. Právo fakturovat dohodnutou cenu má prodávající po protokolárním předání zboží kupujícímu, provedení jeho instalace a uvedení do trvalého provozu a seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou (proškolení zaměstnanců). Zadávatel umožňuje dílčí fakturaci.
2. Prodávající není oprávněn požadovat jakékoli zálohy.
3. Prodávající fakturu doručí kupujícímu elektronicky na adresu [XXXXXXXXXXXXX](#).
4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku.
5. Faktura musí obsahovat název projektu, v rámci kterého fakturace probíhá
 - „Komplexní onkologické centrum NPK, a.s.“, reg. č. CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008241 a zároveň „P23_04“.
6. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
7. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.
8. Kupující si vyhrazuje právo vrátit prodávajícímu do data jeho splatnosti daňový doklad – fakturu, který nebude obsahovat některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
9. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn pozastavit úhradu faktury prodávajícímu, pokud bude na prodávajícího podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Kupující je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením kupujícího. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí kupující fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od prodávajícího rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právním mocí. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude kupující postupovat v souladu se zákonem 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.
10. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn jakékoliv jeho pohledávky vůči kupujícímu, které vzniknou na základě této uzavřené smlouvy, započítat vůči pohledávkám kupujícího vůči prodávajícímu jednostranným právním úkonem.

V.

Dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje vyrozumět uvedenou kontaktní osobu kupujícího uvedenou v čl. V. odst. 3 této smlouvy o dodávce zboží nejméně 5 pracovních dní před její realizací.

2. Prodávající se zavazuje kupujícímu nejdéle 10 kalendářních dnů po účinnosti smlouvy písemně sdělit podmínky, které vyžaduje pro instalaci zařízení v místě dodání a jaký způsob součinnosti od kupujícího očekává k úspěšné instalaci zařízení a instruktáži příslušných osob.
3. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží (kontaktní osobu):
Jméno, příjmení: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
Předmět smlouvy je dodán jeho protokolárním předáním v místě plnění ze strany prodávajícího a převzetím osobami pověřenými jeho převzetím ze strany kupujícího. Při předání předmětu této smlouvy je prodávající povinen předat kupujícímu doklady dle čl. I odst. 5 této smlouvy. Protokolární převzetí předmětu plnění bude provedeno až po dodání zboží, jeho instalaci a seznámení zaměstnanců uživatele s jeho obsluhou.
4. Předávací protokol bude obsahovat níže uvedené náležitosti:
 - označení předávacího protokolu a jeho číslo;
 - název a sídlo prodávajícího a kupujícího;
 - označení dodaného zboží a jeho množství;
 - datum dodání.
5. Seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou zboží bude realizováno v prostorách poskytnutých uživatelem v délce nutné pro správné pochopení funkcí zboží. O zaškolení zaměstnanců bude vyhotoven zápis, který bude předán kupujícímu.
6. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího okamžikem jeho předání a převzetí dle odst. 4 tohoto článku.

VI.

Záruka za jakost, záruční servis

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce 24 měsíců, plynoucí od data jeho protokolárního převzetí ze strany kupujícího (po instalaci a uvedení do provozu). Prodávající bude kupujícímu po dobu uvedenou v první větě tohoto odstavce bezplatně poskytovat záruční servis v rozsahu, uvedeném v tomto článku smlouvy.
2. V rámci záručního servisu bude prodávající pravidelně provádět bezplatně prohlídku dodaného zboží a jeho údržbu (dále též „servisní kontrola“) dle doporučení výrobce nebo po určitém počtu provedených pracovních cyklů na daném zboží, tak aby byla po celou dobu záruky zajištěna plná funkčnost zboží. Servisní kontrola dle tohoto odstavce zahrnuje servisní úkony, zejména technickou podporu, práci a cestu technika, servisní prohlídky a veškeré další úkony související s povádnou servisní kontrolou.
3. Záruční servis podle této smlouvy zahrnuje:
 - a) preventivní a servisní prohlídky a zkoušky všech součástí zboží a jeho příslušenství dle doporučení výrobce,
 - b) opravy poruch a závad zboží, tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, aby bylo způsobilé k použití pro obvyklý účel,
 - c) provádění aktualizace a upgrade softwarového vybavení zboží,
 - d) provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (kontroly, validace, kalibrace a nastavení zboží dle pokynů výrobce), vč. výměny provozních kitů, díl, které stanovuje výrobce,
 - e) u zdravotnických prostředků, provádění bezpečnostně technických kontrol, stanovených prohlídek, pravidelné předepsané odborné údržby zboží v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích.

Odstraňování vad:

4. Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. e-mailem) obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady (dále též „reklamace“). Kupující bude vady zboží oznamovat na:

- ▶ **e-mail: xxxxxxxx**
- ▶ **adresu: xxxxxxxxxxxx**

Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

5. K uplatňování vad je oprávněn kromě kupujícího také uživatel. Každé takovéto nahlášení vady uživatelem se považuje za řádné uplatnění vady kupujícím ve smyslu této smlouvy.
6. Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny nesprávným užíváním uživatele nebo třetí osobou.
7. Prodávající je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
8. Prodávající vždy musí kupujícímu písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y) s tím, že reakční doba je do 24 hodin od nahlášení vady a doba nástupu na opravu do 48 hodin od nahlášení vady. Nastoupit k odstranění vady v těchto termínech je prodávající povinen bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává.
9. Kupující (uživatel) je povinen umožnit pracovníkům prodávajícího přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.
10. Nenastoupí-li prodávající k odstranění vady do 3 kalendářních dnů od obdržení reklamace, považují to obě strany za podstatné porušení smlouvy a kupující (uživatel) může odstranění vady zajistit u jiné odborné osoby na náklady prodávajícího.
11. Pokud je uplatnění vady oprávněné, má kupující právo na opravu vadného zboží. Ve výjimečném případě, kdy si oprava vyžádá delší dobu než 7 kalendářních dnů, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu bezodkladně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od nahlášení vady, zdarma náhradní zboží nebo jeho část o stejných nebo vyšších technických parametrech, a to až do doby předání opraveného zboží nebo jeho části.
12. Pokud vadnou část zboží nebo celé zboží není možno opravit, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo jeho vadné části stejných či vyšších parametrů (včetně bezplatného zajištění konfigurace, je-li to u daného zboží třeba), případně právo od smlouvy v dané části odstoupit. Nebude-li vada odstraněna do 30 kalendářních dnů od jejího oznámení, považuje se za neodstranitelnou a v téže lhůtě je prodávající povinen vadné zboží nebo jeho část vyměnit. Pokud dojde k výměně zboží nebo jeho části, počíná na toto zboží nebo jeho část běžet dnem výměny záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku.
13. Pokud dojde v průběhu záruční doby k výměně některého dílu zboží nebo jeho součásti, je kupující povinen prodávajícímu vydat vadnou součást, která byla vyměněna za účelem uplatnění reklamačních nároků prodávajícího vůči výrobcí vadného dílu.
14. Pokud se na zboží vyskytne třikrát během záruční doby stejná vada, je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží nové, a to v konfiguraci minimálně stejné jako vadné zboží. Na toto nové zboží bude poskytnuta nová záruka v délce uvedené v odst. 1 tohoto článku.
15. V případě konfliktu mezi dodanou konfigurací zboží a požadavky definovanými v čl. I této smlouvy je prodávající povinen dodanou konfiguraci zboží upravit do úplného splnění těchto požadavků.
16. O odstranění reklamované vady sepíše prodávající protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které kupující odmítá opravu převzít. Protokol bude obsahovat zejména:
- a) označení zboží,

Název projektu: Komplexní onkologické centrum NPK, a.s.

Reg. číslo: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008241

Projekt Komplexní onkologické centrum NPK, a.s. je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

- b) označení kupujícího, resp. uživatele a prodávajícího,
 - c) datum zahájení a dokončení prací,
 - d) prohlášení kupujícího, že došlo k odstranění vady nebo že vyměněné zboží či vyměněnou část zboží přejímá (resp. nepřejímá, v tomto případě budou uvedeny důvody nepřevzetí),
 - e) datum a místo sepsání protokolu,
 - f) jména a podpisy zástupců kupujícího, resp. uživatele a prodávajícího,
 - g) uvedení důvodu reklamace a specifikaci vyměněné části zboží nebo jeho celku.
17. Neshodnou-li se smluvní strany v otázce uznatelnosti reklamace, nese náklady na odstranění reklamované vady v těchto sporných případech prodávající až do případného rozhodnutí soudu. Prokáže-li se, že kupující reklamoval neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
18. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
19. Kupující má právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Větším počtem vad se rozumí 3 závady stejného druhu na předmětu kupní smlouvy (zboží).
20. Dodavatel se zavazuje, že zboží nebude vyřazeno/odstaveno z provozu déle, než celkem 10 pracovních dnů v daném kalendářním roce (vyjma vyřazení/odstavení z provozu z důvodů spočívajících na straně objednatele). Do této doby se započítává čas potřebný na provedení výrobcem předepsané údržby a provedení výrobcem předepsaných update. Do této výše uvedené doby se nebude započítávat čas poskytnutý na servis a opravy, pokud tyto služby budou provedeny mimo pracovní dobu.

VII.

Zvláštní ujednání

1. Prodávající není oprávněn postoupit anebo převést jakákoliv svá práva anebo pohledávky vyplývající z této smlouvy anebo se smlouvou související na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího, a to ani částečně.

VIII.

Sankce

1. Pokud prodávající nedodá kupujícímu zboží ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,01 % z kupní ceny včetně DPH nedodaného zboží, stanovené v čl. III odst. 1 této smlouvy, za každý i jen započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení dodavatele s odstraněním závady v termínech definovaných v článku VI. této smlouvy je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny předmětu koupě s DPH trpícího vadami za každý započatý den trvání prodlení.
3. Je-li předmětem plnění zdravotnický prostředek, je kupující oprávněn při nedodržení periodického termínu BTK nebo součtu reakční doby a doby odstranění závady ze strany dodavatele vymáhat na dodavateli škodu vzniklou nemožností užívání zdravotnického prostředku.
4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 0,01 % za každý den prodlení.

IX.

Zánik smlouvy

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - nedodání předmětu plnění ve stanovené době plnění,
 - pokud má předmět plnění vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
2. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 30 dnů“.

X.

Registr smluv - doložka

1. Prodávající tímto uděluje souhlas kupujícímu k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací uvedených v této smlouvě, k jejichž uveřejnění vyplývá pro kupujícího povinnost dle právních předpisů.
2. Prodávající je současně srozuměn s tím, že kupující je oprávněn zveřejnit obraz smlouvy a jejich případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí kupující, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., a to včetně osobních údajů.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v souladu s § 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít.
3. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
4. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena v 1 originále, který je elektronicky podepsaný oběma smluvními stranami.

Součástí smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Dílčí specifikace ceny
Příloha č. 2: Specifikace přístrojového vybavení

V Pardubicích dne 8. 10. 2024

V Praze dne 7. 10. 2024

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....
Ing. Tomáš Jedlička
prokurista

.....
Ing. Hynek Rais, MHA
místopředseda představenstva

.....
Radek Šubotník
prokurista

Příloha č. 1 - Dílčí specifikace ceny

Položka veřejné zakázky	Počet kusů	Typové označení	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Videokolonoskop I. typ	1	CF-EZ 1500DL	1 149 800,00	21%	241 458,00	1 391 258,00
Videokolonoskop pediatrický	1	PCF-PH 190L	952 800,00	21%	200 088,00	1 152 888,00
Videoduodenoskop	2	TJF-Q190V	1 958 400,00 2 600,00	21% 12%	411 264,00 312,00	2 369 664,00 2 912,00
Videogastroskop I. typ	4	GIF-EZ 1500	4 519 200,00	21%	949 032,00	5 468 232,00
Videogastroskop terapeutický	1	GIF-1TH190	946 900,00	21%	198 849,00	1 145 749,00
Ultrazvukový videogastroskop lineární	4	GF-UCT180	9 403 200,00	21%	1 974 672,00	11 377 872,00
Ultrazvukový videogastroskop radiální	1	GF-UE190	2 467 100,00	21%	518 091,00	2 985 191,00
Nabídková cena celkem v Kč			21 400 000,00		4 493 766,00	25 893 766,00

Videokolonoskop I. typ

	Objednací číslo	Položka	Počet	Celková cena v Kč bez DPH	Sazba DPH	DPH celkem	Celková cena v Kč vč. DPH
1	N6022530	CF-EZ1500DL (EN)	1	1 149 800,00	21	241 458,00	1 391 258,00

Videokolonoskop pediatrický

	Objednací číslo	Položka	Počet	Celková cena bez DPH	Sazba DPH	DPH celkem	Celková cena vč. DPH
2	N3802750	PCF-PH190L VIDEOCOLONOSCOPE	1	952 800,00	21	200 088,00	1 152 888,00

Videoduodenoskop

	Objednací číslo	Položka	Počet	Celková cena bez DPH	Sazba DPH	DPH celkem	Celková cena vč. DPH
3	N5425051	TJF-Q190V W/BS (EU)	2	1 958 400,00	21	411 264,00	2 369 664,00
4	N6192000	MAJ-2315 SINGLE USE DISTAL COV	1	2 600,00	12	312	3 146,00

Videogastroskop I. typ

	Objednací číslo	Položka	Počet	Celková cena bez DPH	Sazba DPH	DPH celkem	Celková cena vč. DPH
5	N6129030	GIF-EZ1500 (EN)	4	4 519 200,00	21	949 032,00	5 468 232,00

Videogastroskop terapeutický

	Objednací číslo	Položka	Počet	Celková cena bez DPH	Sazba DPH	DPH celkem	Celková cena vč. DPH
6	N4505850	GIF-1TH190 W/BS (EU)	1	946 900,00	21	198 849,00	1 145 749,00

Ultrazvukový videogastroskop lineární

	Objednací číslo	Položka	Počet	Celková cena bez DPH	Sazba DPH	DPH celkem	Celková cena vč. DPH
7	N5367150	GF-UCT180 EUS GASTROSCOPE	4	9 403 200,00	21	1 974 672,00	11 377 872,00

Ultrazvukový videogastroskop radiální

	Objednací číslo	Položka	Počet	Celková cena bez DPH	Sazba DPH	DPH celkem	Celková cena vč. DPH
8	N6003150	GF-UE190 EUS GASTROSCOPE	1	2 467 100,00	21	518 091,00	2 985 191,00

Příloha č. 2 - Specifikace přístrojového vybavení

Videokolonoskop I. typ – 1 ks

Endoskop je plně funkční a kompatibilní se stávajícími videoprocesory na pracovišti zadavatele: CV-190 nebo CV-1500 výrobce Olympus
Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rektu apod.
Zobrazovací systém – barevný CMOS čip s rozlišením ve formátu HDTV
Technologie úzkopásmového selektivního barevného zobrazení (technologie využívající spektrální absorpce světla hemoglobinem a generování barevně zkresleného obrazu vytvořeného filtrací obrazu)
Videoprocesor umožňuje zobrazení s využitím filtrovaného světla, kdy jsou k osvětlení pozorované oblasti využita zelená (520-585 nm), okrová (590-610 nm) a červená (620-640 nm) pásma vlnových délek.
Videoprocesor umožňuje postprocesingové zobrazení v bílém světle, pro vylepšení barvy, struktury a jasů ke zvýšení detekce velmi drobných zánětů, plochých a zploštělých lézí.
Systém nastavení tuhosti zaváděcího tubusu minimálně ve 3 stupních pro bezpečnější průchodnost
Účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy
Funkce umožňující volbu zaostřovací vzdálenosti min. ve dvou polohách, a to aktivováním tlačítka endoskopu, spolu s možností zvětšení endoskopického obrazu pro spolehlivější diagnostiku abnormalit sliznice
Optický systém
zorné pole 160°
směr pohledu je přímý pohled
hloubka ostrosti je pro blízký mód v minimálním rozmezí 1,5 – 5,5 mm a pro normální mód v rozsahu 3–100 mm
Zaváděcí tubus
zevní průměr distálního konce 13,2 mm
zevní průměr tubusu 12,8 mm
pracovní délka 1680 mm
celková délka 2005 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr v nejužší části 3,7 mm
Ohybová část
nahoru 180°
dolů 180°
doprava 160°
doleva 160°
Dodávka s přídatným oplachovým kanálem

Videokolonoskop pediatrický – 1 ks

Endoskop je plně funkční a kompatibilní se stávajícími videoprocesory na pracovišti zadavatele: CV-190 nebo CV-1500 výrobce Olympus
Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapii tlustého střeva pediatrických pacientů nebo pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí.
Zobrazovací systém – barevný CCD čip s rozlišením ve formátu HDTV
Technologie úzkopásmového selektivního barevného zobrazení (technologie využívající spektrální absorpce světla hemoglobinem a generování barevně zkresleného obrazu vytvořeného filtrací obrazu)
Videoprocesor umožňuje zobrazení s využitím filtrovaného světla, kdy jsou k osvětlení pozorované oblasti využita zelená (520-585 nm), okrová (590-610 nm) a červená (620-640 nm) pásma vlnových délek
Videoprocesor umožňuje postprocesingové zobrazení v bílém světle, pro vylepšení barvy, struktury a jasů ke zvýšení detekce velmi drobných zánětů, plochých a zploštělých lézí
Systém nastavení tuhosti zaváděcího tubusu min. ve 3 stupních pro bezpečnější průchodnost
Účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy
Optický systém
zorné pole 140°
směr pohledu přímý pohled

Název projektu: Komplexní onkologické centrum NPK, a.s.

Reg. číslo: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008241

Projekt Komplexní onkologické centrum NPK, a.s. je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

hloubka ostrosti v rozsahu 2–100 mm
pozorovací vzdálenost – 3 mm od distálního konce
Zaváděcí tubus
zevní průměr distálního konce 9,7 mm
zevní průměr tubusu 9,5 mm
pracovní délka 1680 mm
celková délka 2005 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr v nejužší části 3,2 mm
Ohybová část – rozsah angulace:
nahoru 180°
dolů 180°
doprava 160°
doleva 160°

Videoduodenoskop – 2 ks

Endoskopy jsou plně funkční a kompatibilní se stávajícími videoprocesory na pracovišti zadavatele: CV-190 nebo CV-1500 výrobce Olympus
Videoduodenoskop pro terapeutické výkony, jako jsou různé drenáže, litotrypse žlučových kamenů a další výkony
Videoduodenoskop se systémem pro fixaci vodícího drátu instrumentária tzv. „V“ drážkou v můstku sloužící pro přesné zavádění všech terapeutických nástrojů po vodícím drátě
Drážka umožňuje fixaci vodícího drátu 0,035" ve středu drážky a vodícího drátu 0,025" ve středu drážky nebo stranou Albaranova můstku a to vždy v úhlu 90° k ose videoduodenoskopu (tzv. "Dual lock" V system)
Technologie úzkopásmového selektivního barevného zobrazení (technologie využívající spektrální absorpce světla hemoglobinem a generování barevně zkresleného obrazu vytvořeného filtrací obrazu)
Videoprocesor umožňuje zobrazení s využitím filtrovaného světla, kdy jsou k osvětlení pozorované oblasti využity zelená (520-585 nm), okrová (590-610 nm) a červená (620-640 nm) pásma vlnových délek
Videoprocesor umožňuje postprocesingové zobrazení v bílém světle, pro vylepšení barvy, struktury a jasů ke zvýšení detekce velmi drobných zánětů, plochých a zploštělých lézí
Účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy
Optický systém
zorné pole 100°
směr pohledu 15° šikmý pohled
hloubka ostrosti v rozsahu 5–60 mm
Zaváděcí tubus
zevní průměr distálního konce 13,5 mm
zevní průměr tubusu 11,3 mm
pracovní délka 1240 mm
celková délka 1560 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr v nejužší části 4,2 mm
Ohybová část – rozsah angulace:
nahoru 120°
dolů 90°
doprava 110°
doleva 90°

Videogastroskop I. typ – 4 ks

Endoskopy jsou plně funkční a kompatibilní se stávajícími videoprocesory na pracovišti zadavatele: CV-190 nebo CV-1500 výrobce Olympus
Videogastroskop pro diagnostiku a terapii s přídavným oplachovým kanálem pro použití v horní části GIT pro oplach sliznice, zvláště při EMR a krvácení varixů
Zobrazovací systém – barevný CMOS čip s rozlišením ve formátu HDTV

Technologie úzkopásmového selektivního barevného zobrazení (technologie využívající spektrální absorpce světla hemoglobinem a generování barevně zkresleného obrazu vytvořeného filtrací obrazu)
Videoprocessor umožňuje zobrazení s využitím filtrovaného světla, kdy jsou k osvětlení pozorované oblasti využita zelená (520-585 nm), okrová (590-610 nm) a červená (620-640 nm) pásma vlnových délek
Videoprocessor umožňuje postprocesingové zobrazení v bílém světle, pro vylepšení barvy, struktury a jasu ke zvýšení detekce velmi drobných zánětů, plochých a zploštělých lézí
funkce umožňující volbu zaostřovací vzdálenosti min. ve dvou polohách, a to aktivováním tlačítka endoskopu, spolu s možností zvětšení endoskopického obrazu pro bezpečnější diagnostiku abnormalit sliznice
Optický systém
zorné pole 140°
směr pohledu přímý pohled
hloubka ostrosti u blízkého módu v rozsahu 1,5 – 5,5 mm a u normálního módu v rozsahu 3–100 mm
Zaváděcí tubus
zevní průměr distálního konce 9,9 mm
zevní průměr tubusu 9,6 mm
pracovní délka 1030 mm
celková délka 1350 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr v nejužší části 2,8 mm
Ohybová část – rozsah angulace:
nahoru 210°
dolů 90°
doprava 100°
doleva 100°
Pro každý kus videogastroskopu přídavný oplachovací kanál

Videogastroskop terapeutický – 1 ks

Endoskop je plně funkční a kompatibilní se stávajícími videoprocessory na pracovišti zadavatele: CV-190 nebo CV-1500 výrobce Olympus
Videogastroskop pro diagnostiku a terapii s přídavným oplachovým kanálem pro použití v horní části GIT pro oplach sliznice, zvláště při EMR a krvácení varixů
Technologie úzkopásmového selektivního barevného zobrazení (technologie využívající spektrální absorpce světla hemoglobinem a generování barevně zkresleného obrazu vytvořeného filtrací obrazu)
Videoprocessor umožňuje zobrazení s využitím filtrovaného světla, kdy jsou k osvětlení pozorované oblasti využita zelená (520-585 nm), okrová (590-610 nm) a červená (620-640 nm) pásma vlnových délek
Videoprocessor umožňuje postprocesingové zobrazení v bílém světle, pro vylepšení barvy, struktury a jasu ke zvýšení detekce velmi drobných zánětů, plochých a zploštělých lézí
Zobrazovací systém – barevný CCD čip s rozlišením ve formátu HDTV
Optický systém
zorné pole 140°
směr pohledu přímý pohled
hloubka ostrosti v rozsahu 2,0 – 100,0 mm
Zaváděcí tubus
zevní průměr distálního konce 10 mm
zevní průměr tubusu 11 mm
pracovní délka 1030 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr v nejužší části 3,7 mm
Ohybová část – rozsah angulace
nahoru 210°
dolů 90°
doprava 100°
doleva 100°
S přídavným oplachovým kanálem

Název projektu: Komplexní onkologické centrum NPK, a.s.

Reg. číslo: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008241

Projekt Komplexní onkologické centrum NPK, a.s. je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

Ultrazukový videogastroskop lineární – 4 ks

Endoskopy musí být plně funkční a kompatibilní se stávajícími videoprocesory na pracovišti zadavatele: CV-190 nebo CV-1500 výrobce Olympus
Přístroj určený pro diagnostické výkony EUS. Požadována plná kompatibilita s poptávaným ultrazukovým diagnostickým systémem s možností provádění FNA a dalších terapeutických zákroků
Možnost ovládání základních funkcí z těla endoskopu
Optický systém
zorné pole 100°
směr pohledu – 50° šikmý pohled
hloubka pole je v rozsahu 3–100 mm
Zaváděcí tubus
zevní průměr distálního konce – 13,4 mm
zevní průměr tubusu – 10,9 mm
pracovní délka – 1250 mm
celková délka – 1563 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr v nejužší části 2,2 mm
Ohybová část – minimální rozsah angulace
nahoru 130°
dolů 90°
doprava 90°
doleva 90°
Součástí je propojovací kabel k připojení ultrazukového diagnostického systému
Požadované ultrazukové funkce
režim zobrazení – B mód, Flow mód, ColourPower mód, H-Flow mód, PW mód
metoda snímání – elektronická radiální
frekvence – 5/6/7,5/10 a 12 MHz
rozsah snímání 360°
přímé napojení a kompatibilita stávajícími ultrazukovými systémy výrobce Hitachi, používanými na pracovišti zadavatele

Ultrazukový videogastroskop radiální - 1 ks

Endoskop je plně funkční a kompatibilní se stávajícími videoprocesory na pracovišti zadavatele: CV-190 nebo CV-1500 výrobce Olympus
Přístroj určený pro diagnostické výkony EUS. Požadována plná kompatibilita s poptávaným ultrazukovým diagnostickým systémem s možností provádění FNA a dalších terapeutických zákroků
Možnost ovládání základních funkcí z těla endoskopu
Optický systém
zorné pole 100°
směr pohledu – 50° šikmý pohled
hloubka pole je v rozsahu 3–100 mm
Zaváděcí tubus
zevní průměr distálního konce – 13,4 mm
zevní průměr tubusu – 10,9 mm
pracovní délka – 1250 mm
celková délka – 1563 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr v nejužší části 2,2 mm
Ohybová část – rozsah angulace
nahoru 130°
dolů 90°
doprava 90°
doleva 90°
Součástí je propojovací kabel k připojení ultrazukového diagnostického systému
Požadované ultrazukové funkce:

Název projektu: Komplexní onkologické centrum NPK, a.s.

Reg. číslo: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008241

Projekt Komplexní onkologické centrum NPK, a.s. je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

režim zobrazení – B mód, Flow mód, ColourPower mód, H-Flow mód, PW mód
metoda snímání – elektronická radiální
frekvence – 5/6/7,5/10 a 12 MHz
rozsah snímání 360°
přímé napojení a kompatibilita stávajícími ultrazvukovými systémy výrobce Hitachi, používanými na pracovišti zadavatele