

Příloha č. 1

Technická specifikace

dle odstavce 3.4. kupní smlouvy ze dne 13. června 2017

Monitory životních funkcí pro novorozence, 7KS	splněno
Technická specifikace	B20 výrobce GE Healthcare
Stacionární bed side monitory modulového typu jedno nebo vícemodulové	splněno
Bez centrální monitorovací stanice	splněno
Možnost propojení do KIS, NIS za účelem uložení dat do elektronické dokumentace pacienta	splněno
Všechny monitory 1x NIBP a 1y IBP, akce srdeční, respirografie, EKG, měření saturace pulsní oxymetrií, system Masimo nebo obdobné řešení	splněno
3 monitory dodat s module pro nízkovolumovou kapnometrii	splněno
Možnost připojení modulů pro monitorování TC plynů	splněno
Zobrazení trendů, nastavení alarmů	splněno
Možnost propojení s monitory oběhu (typu LidcoPlus, Picco popř. Další)	splněno
Provoz na vestavěnou baterii minimálně dvě hodiny	splněno
Přístroj musí poskytovat otevřené a dokumentované API rozhraní pro komunikaci s otevřeným informačním systémem, umožňující zejména výstup čitelných dat z přístroje do nemocničního informačního systému. Dodavatel musí do nabídku zahrnout veškeré náklady pro zajištění export čitelných dat z přístroje. Zejména licence, pokud je API licencované a další HW a SW komponenty, které jsou nutné pro komunikaci s nemocničním informačním systémem, pokud přístroj neumožňuje připojení do LAM sítě, nebo vyžaduje certifikované prostředky pro připojení k přístroji. Dodavatel zároveň popíše vlastnosti API a možnosti komunikace s NIS	splněno, monitor životních funkcí B20 za použití protokolu HL7 formátu "IHE PCD-01 OBR/OBX" umožňuje přímé datové propojení (TCP/IP) s informačním systémem

Položkový rozpočet dodávky:

položka	počet ks	celková cena bez DPH / uvedený počet ks	DPH 21 %	celková cena vč. DPH
monitor B20 s modulem E- MINIC výrobce GE Healthcare	3	290 271,00 Kč	60 956,91 Kč	351 227,91 Kč
monitor B20 bez modulu E-MINIC výrobce GE Healthcare	4	271 168,00 Kč	56 945,28 Kč	328 113,28 Kč
celková kupní cena		561 439,00 Kč	117 902,19 Kč	679 341,19 Kč

Kupující:

V Českých Budějovicích dne _____ 2017

.....
MUDr. Břetislav Shon
předseda představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s.

.....
MUDr. Jaroslav Novák, MBA
místopředseda představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Prodávající:

V Praze dne 13. června 2017

.....
Ing. Soňa Hamšíková
jednatelka
Hoyer Praha s.r.o.

Příloha č. 2

Záruka a záruční podmínky

dle odstavce 11.1. kupní smlouvy ze dne 13. června 2017

1. Prodávající poskytuje na Předmět smlouvy a všechny jeho součásti plnou záruku po dobu **dvacet čtyři (24) měsíců**. Během Záruční doby je Prodávající povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které se na Předmětu smlouvy vyskytnou, včetně bezplatných dodávek a výměny všech náhradních dílů a součástí a včetně bezplatného provádění validací a kalibrací Předmětu smlouvy (resp. jeho relevantních částí), provádění běžných či bezpečnostně technických kontrol a dalších servisních úkonů a činností v souladu s příslušnou právní úpravou, aplikovatelnými normami, provozními potřebami Kupujícího. Záruka se však nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným nebo neoprávněným zásahem do Předmětu smlouvy Kupujícím nebo třetí osobou, které byly způsobeny vnějšími okolnostmi, jež nemají původ v Předmětu smlouvy, které byly způsobeny nesprávným používáním nebo údržbou, nebo které byly způsobeny jinými okolnostmi, které nelze přičítat k tíži Prodávajícího a/nebo Předmětu smlouvy. Prodávající se dále zavazuje poskytovat Kupujícímu během Záruční doby potřebnou uživatelskou podporu a poradenskou činnost při odstraňování závad, problémů či nefunkčností, které se na Předmětu smlouvy vyskytnou, a to též formou telefonických či e-mailových konzultací. Záruka zahrnuje také provádění povinných bezpečnostně technických kontrol (BTK), elektrovevizi a dalších kontrol, které jsou stanoveny právními předpisy, pro konkrétní typy dodávaných přístrojů Prodávajícím.
2. Prodávající je povinen během Záruční doby odstranit nefunkčnosti či jiné vady Předmětu smlouvy v následujících lhůtách od nahlášení:
 - do **48** hodin **od nástupu** na opravu, případě, že potřebné náhradní díly jsou na skladě Kupujícího nebo Prodávajícího. V případě, že je nutné dodat náhradní díly ze zahraničí, není Prodávající v prodlení, odstraní-li závadu ve lhůtě do **72** hodin počítaných **od nástupu** Prodávajícího na opravu.
3. Prodávající **je povinen nastoupit** na odstranění závady v místě plnění do **16** pracovních hodin od nahlášení v pracovní den mezi 7,30-16,30 hod. nebo do 12,00 hod. následujícího pracovního dne, pokud nahlášení bude v době po 16.30 do 7.29 hodin následujícího dne, nebo pokud k nahlášení dojde v mimopracovních dnech. Za pracovní hodinu se považuje hodina, která spadá do časového rozmezí od 7.30 hod. do 16.30 hod. v pracovních dnech. Prodávající musí závadu odstranit a uvést Předmět smlouvy zpět do běžného provozu v termínech uvedených v odst. 2. této Přílohy č. 2. Prodávající splní svoji povinnost k odstranění závady či jiné poruchy Zařízení též tím, že ve stanovené lhůtě dodá Kupujícímu a uvede do provozu jiné zařízení, které bude způsobilé plně nahradit funkci Zařízení s vadou či jinou poruchou v podmínkách provozu Kupujícího. Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy **pět tisíc korun českých**) za každý započatý den, o který bude překročena lhůta dle odstavce 2. této Přílohy č. 2. V případě souběhu smluvní pokuty za prodlení s termínem pro odstranění závady s jinou smluvní pokutou dle této smlouvy se bude od okamžiku, kdy nastal tento souběh, uplatňovat dále již pouze smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění závady. Smluvní pokuta může být uhrazena formou zápočtu vůči pohledávce Prodávajícího za Kupujícím.
4. Na tuto smluvní pokutu se jinak vztahují ujednání čl. 13. kupní smlouvy. Způsobenou škodu se však Prodávající zavazuje uhradit v plné výši bez ohledu na to, zda škoda převyšuje smluvní pokutu, a to i v části, která je kryta smluvní pokutou. Za škodu se považuje i úplata, kterou Kupující uhradil třetí osobě za provedení činností (např. vyšetření), které Kupující nemohl pro závadu na Předmětu smlouvy provést za použití Zařízení.

5. Za nefunkční Předmět smlouvy ve smyslu této Přílohy č. 2 se považuje Předmět smlouvy s takovou vadou, která brání jeho běžnému provozu jako celku, či která brání provozu některé jeho samostatné části v diagnostickém či léčebném procesu a navazujících funkcí, nebo která natolik znesnadňuje užívání Předmětu smlouvy, že Kupující nemůže Předmět smlouvy užívat obvyklým způsobem.
6. Prodávající oznamuje Kupujícímu následující kontaktní údaje, na kterých je povinen přijímat hlášení, oznámení a požadavky Kupujícího:

Kupující je v případě závady na Zařízení povinen tuto nahlásit Prodávajícímu prostřednictvím servisního informačního systému na tel. č. 225 001 526 nebo faxem na +420 225 001 555, či e-mailem na adresu: servis@hoyer.cz. Pracovní doba Prodávajícího musí zahrnovat časový úsek od 7.30 hod. do 16.30 hod. v pracovních dnech.

Za okamžik nahlášení se považuje okamžik odeslání e-mailové zprávy nebo faxové zprávy na výše uvedenou e-mailovou adresu či telefonní číslo. V případě použití e-mailové zprávy pro nedostupnost telefonní linky tvrzenou Kupujícím, je Prodávající povinen prokázat, že telefonní linka byla dostupná, pokud nebude souhlasit s tvrzením Kupujícího o nedostupnosti této linky. Prodávající nenese odpovědnost za nedostupnost telefonní linky v případě, že dojde k výpadku poskytovaných telekomunikačních služeb a Prodávající tuto okolnost Kupujícímu prokáže.

Kupující je oprávněn k telefonickému nahlášení podpůrně nahlásit nefunkčnost či jinou vadu Předmětu smlouvy též zasláním e-mailové zprávy na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Kupující:

Prodávající:

V Českých Budějovicích dne _____ 2017

V Praze dne 13. června 2017

.....
MUDr. Břetislav Shon
předseda představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s.

.....
Ing. Soňa Hamšíková
jednatelka
Hoyer Praha s.r.o.

.....
MUDr. Jaroslav Novák, MBA
místopředseda představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Příloha č. 3

Požadavky na součinnost Kupujícího

dle odstavce 8.3. kupní smlouvy ze dne 13. června 2017

Požadavky Dodavatele na součinnost Kupujícího:

- síťová zásuvka 230V u každého patientského lůžka
- datová zásuvka LAN

Kupující:

Prodávající:

V Českých Budějovicích dne _____ 2017

V Praze dne 13. června 2017

.....
MUDr. Břetislav Shon
předseda představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s.

.....
Ing. Soňa Hamšíková
jednatelka
Hoyer Praha s.r.o.

.....
MUDr. Jaroslav Novák, MBA
místopředseda představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Příloha č. 4

Doklad o pojištění dle bodu 7.8 Kupní smlouvy

VZOR předávacího protokolu

Dodavatel IČ DIČ Adresa tel: email:	Odběratel: Nemocnice České Budějovice, a.s. B. Němcové 585/54, Č. Budějovice 370 01 IČ: 260 68 877 DIČ: CZ260 68 877 tel: 387872011 email: sekretariat@nemcb.cz
Smlouva/objednávka č.: Datum vystavení předávacího protokolu:	Místo určení:

Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže, bylo dodáno a nainstalováno v souladu s Kupní smlouvou č. _____

Zboží č. 1 "název" (označení stejné jako v rozpočtu projektu):

Označení zboží v rozpočtu projektu (kód + název)	Označení zboží v kupní smlouvě a na faktuře	Typ přístroje, výrobce

Dodané výrobky a příslušenství:

Příslušenství - obecný název	Příslušenství - typ	Výrobní číslo	Výrobce	Počet	Cena/kus s DPH

Servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 268/2014 Sb. je garantován po dobuměsíců, firmou.....

Instruktaž personálu se zacházením se zdravotnickými prostředky proběhlo dle zákona č. 268/2014 Sb. byla bezplatná

Zboží předal:

Zboží převzal:

datum:

datum :

podpis:

podpis: