

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Účastníkem nabízená hodnota
<i>(účastník vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních ANO / NE)</i>	
Název přístroje:	
Artromot S4 Komfort	
<i>(účastník uvede přesné obchodní označení, model, výrobce)</i>	
<u>Medicínský účel, použití:</u>	
Moderní programovatelná motodlaha ramenního kloubu pro CPM terapii na oddělení rehabilitace. Záruka 24 měsíců, prohlášení o shodě na celý přístroj.	
<u>Ramenní motodlaha</u>	
Motodlaha s integrovaným křeslem pro snadnou manipulaci a rehabilitaci vsedě	Ano
Polstrování snadno omyvatelné a dezinfikovatelné	Ano
Nastavení opěrky hlavy a zad	Ano
Programovatelná ramenní motodlaha	Ano
Anatomický pohyb – plně synchronizované motory	Ano
Synchronní nebo asynchronní chod motorů	Ano
Snadná přestavba pro levostrannou a pravostrannou rehabilitaci	Ano
Možnost nastavení doby cvičení, rozsahu pohybu, intenzity cvičení, prodlevy v krajních polohách dle aktuálního stavu pacienta	Ano
Možnost nastavení jednoho, dvou nebo tří pohybů samostatně na čipovou kartu	Ano
Možnost izolovaných pohybů	Ano
Monitoring průběhu rehabilitace – léčebná data pacienta se ukládají na čipovou kartu pacienta	Ano
Možnost sledování terapie a přenos dat do PC	Ano
Plynulé nastavení rychlosti	Ano
Zpětný chod	Ano
Možnost okamžitého vypnutí motodlahy pacientem	Ano
Maximální zatížení min. 160 kg.	175 kg
Hmotnost přístroje max. 30 kg.	28 kg

<u>Pohybové rozsahy:</u> ▪ abdukce /addukce min. 0° – 20° – 160° ▪ flexe (elevace - zdvih) min. 0° – 20° – 160° ▪ vnitřní / vnější rotace 90° – 0° – 90° ▪ anteverze / retroverze min. 110° – 0° – 10° ▪ kombinované pohyby – minimálně wave (vlnění) a PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace)	Ano
<u>Ostatní:</u>	
Záruka minimálně 24 měsíců.	Ano

Účastník vyplní všechny řádky hodnocených parametrů ve sloupci „Odpověď hodnocení“ s nabízenou hodnotou, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních ANO / NE
U číselně stanovených požadavků technické specifikace, u nichž není uvedena maximální či minimální požadovaná hodnota, je tolerance +/- 10 %.