

Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

Název části veřejné zakázky: Přístroj pro terapii radiofrekvenčním střídavým proudem

Část veřejné zakázky: 2

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže ve sloupci „ANO / NE / Konkrétní specifikace / hodnota“. Dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele, NEBO u každého řádku, ve kterém je zadavatelem požadován parametr stanovený minimální či maximální hodnotou apod., dodavatel v tomto sloupci uvede konkrétní nabízený parametr.**

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v tomto sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Dále dodavatel v dalším sloupci napíše, **kde je uvedeno v technickém popisu** (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.).

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

Přístroj pro terapii radiofrekvenčním střídavým proudem			
Výrobce		BTL Industries Limited	
Typ / Model		BTL-6000 TR-THERAPY ELITE	
Záruka v měsících (min. 24 měsíců)		24 měsíců	
Počet ks		1	
Cena v Kč bez DPH za 1 kus		595 870,-	
Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů		595 870,-	
DPH v Kč celkem samostatně		125 133,-	
Cena v Kč včetně DPH celkem		721 003,-	
Základní vlastnosti přístroje			
číslo	specifikace	ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota	Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.)

1.1	Ovládání přes dotykový displej min. 8".	ANO, Barevný dotykový displej 8,4"	Produktový list, strana 3 - Technické specifikace
1.2	Přednastavené léčebné protokoly.	ANO	Produktový list, strana 3 - Technické specifikace
1.3	Uživatelské rozhraní v českém jazyce.	ANO	Produktový list, strana 3 - Technické specifikace
1.4	Terapeutická encyklopedie s anatomickými obrázky.	ANO	Produktový list, strana 3 - Technické specifikace
1.5	Integrovaná nebo samostatná uživatelská příručka a nápověda.	ANO	Produktový list, strana 3 - Technické specifikace
1.6	Databáze pacientů.	ANO	Produktový list, strana 3 - Technické specifikace
1.7	Kontinuální a pulsní režimy.	ANO	Produktový list, strana 3 - Technické specifikace
1.8	Pracovní maximální výkon min. 300 W.	ANO, Maximální výkon 320 W	Produktový list, strana 3 - Technické specifikace
1.9	Nosná frekvence 500 kHz.	ANO	Produktový list, strana 3 - Technické specifikace
1.10	Bezpečnostní prvky, které zabrání případnému popálení pacienta.	ANO -Dynamic Impedance Control(Systém dynamické kontroly impedance)	Produktový list, strana 3 - Technické specifikace
1.11	Kontinuální měření impedance v průběhu terapie.	ANO	Produktový list, strana 3 - Technické specifikace
1.12	Audiovizuální kontrola kontaktu elektrody s pokožkou pacienta.	ANO	Produktový list, strana 3 - Technické specifikace
1.13	Min. 3 velikosti výměnných elektrod.	ANO, 4 velikosti výměnných elektrod - 20, 30, 50, 70 mm	Produktový list, strana 3 - Technické specifikace
1.14	Možnost zapojení dvou aplikátorů současně.	ANO	Produktový list, strana 3 - Technické specifikace
1.15	Možnost využití jednorázových neutrálních elektrod.	ANO	Produktový list, strana 3 - Technické specifikace
1.16	Napájení 110-230 VAC, 50-60 Hz.	ANO	Uživatelský manuál, strana 25 – Technické parametry
Součást dodávky			
1.17	Kapacitní aplikátor s elektrodami o všech nabízených průměrech a držákem.	ANO	Produktový list, strana 3 - Technické specifikace
1.18	Rezistentní aplikátor s elektrodami o všech nabízených průměrech s držákem.	ANO	Produktový list, strana 3 - Technické specifikace

1.19	Vodivý krém min. 1000 ml.	ANO, TRT vodivý krém 1000 ml.	Produktový list, strana 3 - Technické specifikace
1.20	Neutrální elektrody.	ANO	Produktový list, strana 3 - Technické specifikace
1.21	Stolek s brzděnými kolečky.	ANO	Produktový list, strana 4 - Technické specifikace

** Pokud se kdekoli v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.*