

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany

1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 280123725/0300
IČO: 27520536
DIČ: CZ27520536
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629
Kontaktní osoba ve věcech technických: xxx, tel. xxx, e-mail: xxx
Tel.: xxx nebo xxx
ID datové schránky: eiefkcs
(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

2. MGVIVA a.s.

Sídlo: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Zastoupená: Ing. Lenkou Hesovou, člen správní rady
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 309611512/0300
IČO: 17321611
DIČ: CZ17321611
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 27447
Kontaktní osoba ve věcech technických: xxx, tel. xxx,
e-mail: xxx
Kontaktní e-mail: xxx
ID datové schránky: veaiue5
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto kupní smlouvu
(dále jen „smlouva“)

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka vybraného dodavatele předložená v rámci zadávacího řízení zadávaného v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „**Vyšetřovací UNITY**“ (dále jen „veřejná zakázka“) realizovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“). Evidenční číslo zakázky ve věstníku veřejných zakázek **Z2024-037341**.

I.

Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy je realizován v rámci projektu „Komplexní onkologické centrum NPK, a.s.“, reg. č. CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008241, spolufinancovaného Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu ORL unity Model Paris 4 ks firmy G. Heinemann Medizintechnik GmbH, včetně veškerého příslušenství, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy (dále také „zboží“), a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje prodávajícímu za poskytnuté plnění zaplatit za podmínek uvedených v této smlouvě kupní cenu dle čl. III této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží, které
 - je nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční, nevyužité pro výstavní, prezentační či jiné reklamní účely;
 - je z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče v ČR;
 - pokud se jedná o zdravotnický prostředek, splňuje požadavky stanovené právními předpisy vztahujícími se ke zdravotnickým prostředkům, především zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje:
 - zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění,
 - montáž a instalaci všech položek dodávky v místě plnění (ustavení, sestavení a propojení položek dodávky, napojení na zdroje či místní rozvody, je-li funkce položek dodávky podmíněna takovým připojením),
 - uvedení všech položek dodávky do plného provozu,
 - provedení instruktáže obsluhy včetně vyhotovení zápisu v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích. U zboží, které není zdravotnickým prostředkem, provedení školení/seznámení s obsluhou dle pokynu výrobce.
 - doložení atestů, certifikátů apod., disponuje-li výrobce těmito doklady,
 - ekologická likvidace obalů a odpadu souvisejícího s dodávkou předmětu plnění.
5. Součástí dodávky předmětu plnění jsou doklady:
 - návod k použití a údržbě (uživatelský manuál) v českém jazyce,
 - dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku, jde-li o zdravotnický prostředek,
 - oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích, jedná-li se o zdravotnický prostředek,
 - zápis o provedené instruktáži zaměstnanců v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích, jedná-li se o zdravotnický prostředek,

- uvedení výrobce a země původu,
 - kopie certifikátu CE, je-li přístrojové vybavení opatřeno touto značkou,
 - záruční list,
 - jedná-li se o zdravotnický prostředek, prohlášení o shodě anebo deklarace konformity. Prodávající dále vydá samostatné prohlášení o třídě zboží (I, IIa, IIb a nebo III), je-li relevantní, toto prohlášení bude opatřeno razítkem a podpisem zástupce prodávajícího. V případě, že prodávající dodá zboží zařazené do třídy IIb nebo III, musí k tomuto vypracovat provozní deník, tedy seznam úkonů doporučených návodem k obsluze (úkony, které by měla provádět obsluha zboží jako například provozní testy, čištění, dezinfekce atp.). Tento provozní deník musí opatřit razítkem a podpisem zástupce prodávajícího.
6. Prodávající se zavazuje v případě potřeby v záruční době provést alespoň 1x ročně bezplatně zaškolení personálu (instruktáž personálu) kupujícího na každý model dodaného přístroje na základě vystavené objednávky kupujícím. Kupující vystaví objednávku min. 2 týdny před požadovaným termínem instruktáže.
7. Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou žádné právní vady ve smyslu ustanovení § 2113 občanského zákoníku.
8. Prodávající je povinen při dodání zboží splnit ostatní závazné podmínky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

II.

Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do místa plnění, kterým je pracoviště zadavatele **Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice (ORL)**
2. Zboží bude dodáno do místa plnění **na výzvu kupujícího**, která může nastat nejdříve po nabytí účinnosti kupní smlouvy. Písemná výzva bude prodávajícímu zaslána elektronickou poštou na kontaktní e-mail prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy.
3. **Termín ukončení plnění je nejpozději do 12 týdnů od výzvy kupujícího k zahájení plnění.**
4. Prodávající bude informovat kupujícího o přesném termínu dodávky zboží, a to nejpozději 5 dnů před realizací dodávky. Kontaktní osoba je uvedena v čl. V. odst. 3 této smlouvy.

III.

Kupní cena

1. Kupní cena je ujednána v měně CZK. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| Cena bez DPH (v Kč): | 3 830 000,00 |
| Výše DPH (v Kč): | 804 300,00 |
| Sazba DPH (v %): | 21 % |
| Cena včetně DPH (v Kč): | 4 634 300,00 |
2. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré poplatky a nutné náklady prodávajícího vzniklé v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky a nezbytné pro plnění předmětu veřejné zakázky.
3. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

IV.

Platební podmínky

1. Kupní cena bude prodávajícím uhrzena po dodání zboží kupujícím. Právo fakturovat dohodnutou cenu má prodávající po protokolárním předání zboží kupujícím, provedení jeho instalace a uvedení do trvalého provozu a seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou (proškolení zaměstnanců).
2. Proávající není oprávněn požadovat jakékoli zálohy.
3. Proávající fakturu doručí kupujícím elektronicky na adresu xxx.
4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku.
5. Faktura musí obsahovat název projektu, v rámci kterého fakturace probíhá
 - „Komplexní onkologické centrum NPK, a.s.“, reg. č. CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008241 a zároveň „P23_04“.
6. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícím. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
7. Faktura se považuje za uhrzenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.
8. Kupující si vyhrazuje právo vrátit prodávajícímu do data jeho splatnosti daňový doklad – fakturu, který nebude obsahovat některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícím. Proávající je povinen novou fakturu doručit kupujícím do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
9. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn pozastavit úhradu faktury prodávajícímu, pokud bude na prodávajícího podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Kupující je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením kupujícího. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí kupující fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od prodávajícího rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právním moci. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude kupující postupovat v souladu se zákonem 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.
10. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn jakékoliv jeho pohledávky vůči kupujícím, které vzniknou na základě této uzavřené smlouvy, započítat vůči pohledávkám kupujícího vůči prodávajícímu jednostranným právním úkonem.

V.

Dodací podmínky

1. Proávající se zavazuje vyrozumět uvedenou kontaktní osobu kupujícího uvedenou v čl. V. odst. 3 této smlouvy o dodávce zboží nejméně 5 pracovních dní před její realizací
2. Proávající se zavazuje kupujícím nejdéle 10 kalendářních dnů po účinnosti smlouvy písemně sdělit podmínky, které vyžaduje pro instalaci zařízení v místě dodání a jaký způsob součinnosti od kupujícího očekává k úspěšné instalaci zařízení a instruktáži příslušných osob.
3. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží (kontaktní osobu):
Jméno, příjmení: xxx
E-mail: xxx

Tel.: xxx

4. Předmět smlouvy je dodán jeho protokolárním předáním v místě plnění ze strany prodávajícího a převzetím osobami pověřenými jeho převzetím ze strany kupujícího. Při předání předmětu této smlouvy je prodávající povinen předat kupujícímu doklady dle čl. I odst. 4 této smlouvy. Protokolární převzetí předmětu plnění bude provedeno až po dodání zboží, jeho instalaci a seznámení zaměstnanců uživatele s jeho obsluhou.
5. Předávací protokol bude obsahovat níže uvedené náležitosti:
 - označení předávacího protokolu a jeho číslo;
 - název a sídlo prodávajícího a kupujícího;
 - označení dodaného zboží a jeho množství;
 - datum dodání.
6. Seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou zboží bude realizováno v prostorách poskytnutých uživatelem v délce nutné pro správné pochopení funkcí zboží. O zaškolení zaměstnanců bude vyhotoven zápis, který bude předán kupujícímu.
7. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího okamžikem jeho předání a převzetí dle odst. 4 tohoto článku.

VI.

Záruka za jakost, záruční servis

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce 24 měsíců, plynoucí od data jeho protokolárního převzetí ze strany kupujícího (po instalaci a uvedení do provozu). Prodávající bude kupujícímu po dobu uvedenou v první větě tohoto odstavce bezplatně poskytovat záruční servis v rozsahu, uvedeném v tomto článku smlouvy.
2. V rámci záručního servisu bude prodávající pravidelně provádět bezplatně prohlídku dodaného zboží a jeho údržbu (dále též „servisní kontrola“) dle doporučení výrobce nebo po určitém počtu provedených pracovních cyklů na daném zboží, tak aby byla po celou dobu záruky zajištěna plná funkčnost zboží. Servisní kontrola dle tohoto odstavce zahrnuje servisní úkony, zejména technickou podporu, práci a cestu technika, servisní prohlídky a veškeré další úkony související s povádnou servisní kontrolou.
3. Záruční servis podle této smlouvy zahrnuje:
 - a) preventivní a servisní prohlídky a zkoušky všech součástí zboží a jeho příslušenství dle doporučení výrobce,
 - b) opravy poruch a závad zboží, tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, aby bylo způsobilé k použití pro obvyklý účel,
 - c) provádění aktualizace a upgrade softwarového vybavení zboží,
 - d) provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (kontroly, validace, kalibrace a nastavení zboží dle pokynů výrobce)
 - e) u zdravotnických prostředků, provádění bezpečnostně technických kontrol, stanovených prohlídek, pravidelné předepsané odborné údržby zboží v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích.

Odstraňování vad:

4. Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. e-mailem) obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady (dále též „reklamací“). Kupující bude vady zboží oznamovat na:
 - **e-mail:** xxx
 - **adresu:** xxx

Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

5. K uplatňování vad je oprávněn kromě kupujícího také uživatel. Každé takovéto nahlášení vady uživatelem se považuje za řádné uplatnění vady kupujícím ve smyslu této smlouvy.
6. Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny nesprávným užíváním uživatele nebo třetí osobou.
7. Prodávající je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
8. Prodávající vždy musí kupujícímu písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y) s tím, že reakční doba je do 24 hodin od nahlášení vady a doba nástupu na opravu do 48 hodin od nahlášení vady. Nastoupit k odstranění vady v těchto termínech je prodávající povinen bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává.
9. Kupující (uživatel) je povinen umožnit pracovníkům prodávajícího přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.
10. Nenastoupí-li prodávající k odstranění vady do 3 kalendářních dnů od obdržení reklamace, považují to obě strany za podstatné porušení smlouvy a kupující (uživatel) může odstranění vady zajistit u jiné odborné osoby na náklady prodávajícího.
11. Pokud je uplatnění vady oprávněné, má kupující právo na opravu vadného zboží. Ve výjimečném případě, kdy si oprava vyžádá delší dobu než 7 kalendářních dnů, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu bezodkladně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od nahlášení vady, zdarma náhradní zboží nebo jeho část o stejných nebo vyšších technických parametrech, a to až do doby předání opraveného zboží nebo jeho části.
12. Pokud vadnou část zboží nebo celé zboží není možno opravit, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo jeho vadné části stejných či vyšších parametrů (včetně bezplatného zajištění konfigurace, je-li to u daného zboží třeba), případně právo od smlouvy v dané části odstoupit. Nebude-li vada odstraněna do 30 kalendářních dnů od jejího oznámení, považuje se za neodstranitelnou a v téže lhůtě je prodávající povinen vadné zboží nebo jeho část vyměnit. Pokud dojde k výměně zboží nebo jeho části, počíná na toto zboží nebo jeho část běžet dnem výměny záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku.
13. Pokud dojde v průběhu záruční doby k výměně některého dílu zboží nebo jeho součásti, je kupující povinen prodávajícímu vydat vadnou součást, která byla vyměněna za účelem uplatnění reklamačních nároků prodávajícího vůči výrobcí vadného dílu.
14. Pokud se na zboží vyskytne třikrát během záruční doby stejná vada, je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží nové, a to v konfiguraci minimálně stejné jako vadné zboží. Na toto nové zboží bude poskytnuta nová záruka v délce uvedené v odst. 1 tohoto článku.
15. V případě konfliktu mezi dodanou konfigurací zboží a požadavky definovanými v čl. I této smlouvy je prodávající povinen dodanou konfiguraci zboží upravit do úplného splnění těchto požadavků.
16. O odstranění reklamované vady sepíše prodávající protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které kupující odmítá opravu převzít. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) označení zboží,
 - b) označení kupujícího, resp. uživatele a prodávajícího,
 - c) datum zahájení a dokončení prací,
 - d) prohlášení kupujícího, že došlo k odstranění vady nebo že vyměněné zboží či vyměněnou část zboží přejímá (resp. nepřejímá, v tomto případě budou uvedeny důvody nepřevzetí),
 - e) datum a místo sepsání protokolu,
 - f) jména a podpisy zástupců kupujícího, resp. uživatele a prodávajícího,
 - g) uvedení důvodu reklamace a specifikaci vyměněné části zboží nebo jeho celku.

17. Neshodnou-li se smluvní strany v otázce uznatelnosti reklamace, nese náklady na odstranění reklamované vady v těchto sporných případech prodávající až do případného rozhodnutí soudu. Prokáže-li se, že kupující reklamoval neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
18. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
19. Kupující má právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Větším počtem vad se rozumí 3 závady stejného druhu na předmětu kupní smlouvy (zboží).
20. Dodavatel se zavazuje, že zboží nebude vyřazeno/odstaveno z provozu déle, než celkem 10 pracovních dnů v daném kalendářním roce (vyjma vyřazení/odstavení z provozu z důvodů spočívajících na straně objednatele). Do této doby se započítává čas potřebný na provedení výrobcem předepsané údržby a provedení výrobcem předepsaných update. Do této výše uvedené doby se nebude započítávat čas poskytnutý na servis a opravy, pokud tyto služby budou provedeny mimo pracovní dobu.

VII.

Zvláštní ujednání

1. Prodávající není oprávněn postoupit anebo převést jakákoliv svá práva anebo pohledávky vyplývající z této smlouvy anebo se smlouvou související na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího, a to ani částečně.

VIII.

Sankce

1. Pokud prodávající nedodá kupujícímu zboží ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,01 % z kupní ceny včetně DPH nedodaného zboží, stanovené v čl. III odst. 1 této smlouvy, za každý i jen započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení dodavatele s odstraněním závady v termínech definovaných v článku VI. této smlouvy je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny předmětu koupě s DPH trpícího vadami za každý započatý den trvání prodlení.
3. Je-li předmětem plnění zdravotnický prostředek, je kupující oprávněn při nedodržení periodického termínu BTK nebo součtu reakční doby a doby odstranění závady ze strany dodavatele vymáhat na dodavateli škodu vzniklou nemožností užívání zdravotnického prostředku.
4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 0,01 % za každý den prodlení.

IX.

Zánik smlouvy

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - nedodání předmětu plnění ve stanovené době plnění,
 - pokud má předmět plnění vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

- neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
2. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 30 dnů“.

X.

Registr smluv - doložka

1. Prodávající tímto uděluje souhlas kupujícímu k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací uvedených v této smlouvě, k jejichž uveřejnění vyplývá pro kupujícího povinnost dle právních předpisů.
2. Prodávající je současně srozuměn s tím, že kupující je oprávněn zveřejnit obraz smlouvy a jejich případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí kupující, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., a to včetně osobních údajů.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v souladu s § 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít.
3. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
4. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena v 1 originále, který je elektronicky podepsaný oběma smluvními stranami.

Součástí smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Dílčí specifikace ceny
Příloha č. 2: Specifikace přístrojového vybavení

V Pardubicích dne 21. 10. 2024

V Praze dne 17. 10. 2024

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....
Ing. Lenka Hesová
člen správní rady

.....
Ing. Hynek Rais, MHA
místopředseda představenstva

Příloha č. 1 - Dílčí specifikace ceny

Položka veřejné zakázky	Počet kusů	Typové označení	Cena celkem v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem v Kč včetně DPH
Vyšetřovací unity	4	Modula Paris	3 830 000,00	21	804 300,00	4 634 300,00

Příloha č. 2 - Specifikace přístrojového vybavení

Vyšetřovací ORL jednotka s připojením na vodu a odpad – 3 ks

- Mobilní vyšetřovací jednotka (na kolečkách) určená pro ambulance ORL s připojením na domovní odpad a rozvod vody
- Rozměry vyšetřovací jednotky 970x915x545 mm
- Použití antibakteriální práškové barvy pro zdravotnictví s certifikací a s trvanlivostí 5 let (prevence nozokomiálních nákaz)
- Povrch unitu je testovaný na tyto bakterie: Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia coli ATCC 11229 a Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 s účinností 99,8 %
- Elektrolyticky pozinkovaný plech, ocelové konstrukce, záruka na konstrukci jednotky poskytovaná výrobcem 10 let
- Skleněný ovládací panel s ukazatelem teploty vody proplachu, vestavěný manometer a tlakoměr pro systém stlačeného vzduchu
- Spouštění jednotlivých výstupů světelných zdrojů pomocí dotykového ovládání (včetně ukazatele stavu zapnutí zdroje světla)
- 1 integrovaný zdroj světla včetně plynulé regulace intenzity 0-100 %, typu LED s ekvivalentním výkonem minimálně ke 150 W halogenové žárovce, výstup pro připojení světlovodného kabelu různých výrobců, nebo čelního světla. Možnost volby umístění na levé, nebo pravé straně nezávisle na ovládacím panelu.
- Garantovaná životnost zdroje světla LED 30.000 hodin
- Dvě roviny přihrádek na nástroje s vestavěným osvětlením, s celkovou plochou na nástroje 460x545 mm
- Horní plocha na nástroje je vyhřívána s plynulou regulací teploty pomocí termostatu
- Instrumentační plochy kryté akrylovým transparentním krytem, při otevření složený na dvě části
- Přídavná police na přístroje nad instrumentální pracovní plochu
- Odpadkový koš, otevírání nožním pedálem
- Nádobu pro použité nástroje
- 1 nebo 2 zásuvky v instrumentační skříňce, možnost změny dle požadavků
- Výsuvná psací deska v instrumentační skříňce
- Vestavěný ohřev zrcátek s aktivním ventilátorem
- Vyhřívání zásobník na 50 zrcátek
- Odsávací jednotka s výkonem 60 l/min. s napojením na domovní odpad
- Odsávání s automatickým vyprazdňováním nádoby se sekretem, následným výplachem vodou z vodního systému a vypuštěním do domovního odpadu
- Hadicový proplachovací systém s automatickým čištěním hadic proplachem z vodního systému
- Vodní proplachovací systém pomocí tlakové teplé vody o teplotě 37°C s tolerancí $\pm 1^\circ\text{C}$, s napojením na domovní rozvod studené vody
- Unit je vybaven technologií s průtokovým ohřevem vody bez zásobníku vody, který umožňuje kontinuální proplach ucha bez časových omezení
- Unit musí být vybaven digitálním displejem s ukazatelem aktuální teploty vody integrovaným do ovládací části unitu
- Hadice s antibakteriálním povrchem obsahující stříbrná vlákna
- Systém stlačeného vzduchu musí být oddělen od systému odsávání (technologicky nezávislé řešení)
- Otáčivé rameno s držáky pro rukojeť proplachu tlakovou vodou, odsávací hadicí s nádobkou pod ucho a rukojetí pro aplikaci medikamentů (prášek i tekutina) tlakovým vzduchem

- Předehřívání endoskopické toulce pro optiky do 5 mm (celkem 2 ks) s plynulou regulací teploty pomocí termostatu
- Předehřívání endoskopické toulce pro optiky do 12 mm (celkem 1 ks) s plynulou regulací teploty pomocí termostatu
- 3 ks toulců pro dezinfekci na rigidní optiky
- 3 ks toulců pro dezinfekci na flexibilní endoskopy umístěny na zadní straně vyšetřovací jednotky
- Možnost dovybavení unitu o systém UV dezinfekce nástrojů instalovaný do šuplíku (prevence nozokomiálních nákaz)
- Možnost napojení na centrální vakuový systém
- Možnost budoucího rozšíření unitu o šuplíkové moduly, které lze pevně spojit s jednotkou
- Možnost instalace elektrokoagulace do unitu, místo šuplíku
- Možnost výběru barvy a pozice ovládacího panelu vyšetřovací jednotky (pravá nebo levá strana)

Vyšetřovací ORL jednotka – autonomní – 1 ks

- Mobilní vyšetřovací jednotka (na kolečkách) určená pro ambulance ORL se zásobníkem na vodu a odpad
- Rozměry vyšetřovací jednotky max. 970x915x545 mm, z důvodu prostorového uspořádání ambulance
- Použití antibakteriální práškové barvy pro zdravotnictví s certifikací s trvanlivostí min. 5 let (prevence nozokomiálních nákaz)
- Povrch unitu musí být testovaný na min. tyto bakterie: Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia coli ATCC 11229 a Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 s účinností min. 99,8 %
- Elektrolyticky pozinkovaný plech, ocelové konstrukce, záruka na konstrukci jednotky poskytovaná výrobcem min. 10 roků
- Skleněný ovládací panel s ukazatelem teploty vody proplachu, s vestavěným manometrem a tlakoměrem pro systém stlačeného vzduchu
- Spouštění jednotlivých výstupů světelných zdrojů pomocí dotykového ovládání (vč. ukazatele stavu zapnutí zdroje světla)
- Min. 1 integrovaný zdroj světla včetně plynulé regulace intenzity 0-100 %, typu LED s ekvivalentním výkonem minimálně ke 150 W halogenové žárovce, výstup pro připojení světlovodného kabelu min. 3 různých výrobců, nebo čelního světla. Možnost volby umístění na levé, nebo pravé straně nezávisle na ovládacím panelu.
- Garantovaná životnost zdroje světla LED min. 30.000 hodin
- Dvě roviny přihrádek na nástroje s vestavěným osvětlením, s celkovou plochou na nástroje min. 460x545 mm
- Horní plocha na nástroje musí být vyhřívána s plynulou regulací teploty pomocí termostatu
- Vyhřívání zásobník na min. 50 zrcátek
- Instrumentační plochy kryté akrylovým transparentním krytem, při otevření složený na dvě části
- Přídavná police na přístroje nad instrumentální pracovní plochu
- Odpadkový koš, otevírání nožním pedálem
- Nádoba pro použité nástroje
- 1 nebo 2 zásuvky v instrumentační skříňce, možnost změny dle požadavků
- Výsuvná psací deska v instrumentační skříňce
- Vestavěný ohřev zrcátek s aktivním ventilátorem
- Odsávací jednotka s výkonem min. 40 l/min. s odnímatelným zásobníkem na sekret
- Hadicový proplachovací systém s automatickým čištěním hadic (vstříknutí dezinfekčního roztoku do hadice odsávání, nebo proplachem z vodního systému)
- Vodní proplachovací systém pomocí tlakové teplé vody o teplotě 37°C s max. tolerancí $\pm 1^\circ\text{C}$ s napojením na externí zásobník vody o objemu min. 5 L

- Unit musí být vybaven technologií, která umožňuje kontinuální proplach ucha bez časových omezení
- Unit musí být vybaven digitálním displejem s ukazatelem aktuální teploty vody integrovaným do ovládací části unitu
- Hadice s antibakteriálním povrchem obsahující stříbrná vlákna
- Systém stlačeného vzduchu musí být oddělen od systému odsávání (technologicky nezávislé řešení)
- Otáčivé rameno s držáky pro rukojeť proplachu tlakovou vodou, odsávací hadicí s nádobkou pod ucho a rukojetí pro aplikaci medikamentů (prášek i tekutina) tlakovým vzduchem
- Předehřívání endoskopické toulce pro optiky do 5 mm (min. 2 ks) s plynulou regulací teploty pomocí termostatu
- Předehřívání endoskopické toulce pro optiky do 12 mm (min. 1 ks) s plynulou regulací teploty pomocí termostatu
- Min. 3 ks toulců pro dezinfekci na rigidní optiky
- Min. 3 ks toulců pro dezinfekci na flexibilní endoskopy umístěny za zadní strany vyšetřovací jednotky
- Možnost dovybavení unitu o systém UV dezinfekce nástrojů instalovaný do šuplíku (prevence nozokomiálních nákaz)
- Možnost napojení na centrální vakuový systém
- Možnost budoucího rozšíření unitu o šuplíkové moduly, které lze pevně spojit s jednotkou
- Možnost instalace elektrokoagulace do unitu, místo šuplíku
- Možnost výběru barvy a pozice ovládacího panelu vyšetřovací jednotky (pravá nebo levá strana)

Ambulantní elektrochirurgická jednotka k vyšetřovacím jednotkám - 3 ks

- Výstupní VF výkon – bipolární 60 W, monopolární 60 W
 - Generátor je programovatelný a řízený procesorem (hardware řízený softwarem)
 - Obsahuje kombinovanou monopolární zásuvku pro zapojení 3-kolíkové nebo 1-kolíkové koncovky kabelu
 - Kombinovaná bipolární zásuvka pro zapojení 2-kolíkové koncovky kabelu
 - Paměť přístroje pro programy
 - Zobrazení údajů nastavení prostřednictvím digitálního displeje
 - Optimalizovaný vnitřní uzavřený chladicí systém, který nenaruší sterilitu prostředí
 - Automatická regulace výstupního výkonu
 - Aktivace nástroje ručním spínačem nebo nožním pedálem
 - Automatické střídání aktivace jednotlivých výstupů podle použitého nástroje
 - Indikace chybových stavů – opticky a akusticky
 - Regulace hlasitosti indikačních signálů
 - Možnost připojení a kontroly duální neutrální elektrody
 - Typy řezu a koagulace:
 - bipolární koagulace – 1 mód (koagulace povrchová)
 - monopolární řez – 2 módy (řez běžný, řez s unikátní kvalitou hemostáze)
 - monopolární koagulace - 2 módy (koagulace povrchová, koagulace hloubková)
- u všech typů řezu a koagulace možnost nastavení omezení výkonu plynule po kroku 1Watt

Pacientské křeslo k vyšetřovací jednotce - 1 ks

- Křeslo pro vyšetřování pacienta v sedě, pololehu i vleže
- Pojízdné provedení s brzděnými kolečky s průměrem 70 mm
- Čtyřdílná pracovní plocha s šířkou 480 mm
- Hlavový segment nastavitelný manuálně, nožní segment manuálně výklopný pro polohu vleže
- Možnost rotace křesla s pacientem $\pm 90^\circ$, jednoduchá aretace ve třech pozicích
- Křeslo je snímatelná madla pro pacienta

- Ovládání elektropohonů ručním ovladačem, nebo nožním ovládáním
- Nosnost 150 kg

Mikroskop s instalací na vyšetřovací jednotku - 3 ks

- Kompaktní hlava mikroskopu na pohyblivém, vyváženém rameni instalovaném na vyšetřovací jednotce
- Dosah ramene 110 cm
- LED zdroj z unitu s automatickou aktivací při vyšetřovací poloze
- 5-ti krokový apochromatický měnič se zvětšením pro objektiv $f=250\text{mm}$: 2,7x, 4,1x, 6,8x, 10,9x, 17x
- Integrovaný oranžový a zelený filtr v hlavě mikroskopu
- Binokulární širokouhlý objektiv s pracovní vzdáleností 200–400 mm a možností korekce +/-5 dioptrií (rozmezí celkem 10 dioptrií)
- Možnost volby objektivů s ohniskovou vzdáleností $f=200\text{mm}$ a $f=250\text{mm}$
- Magnetické upevnění okulárů

Flexibilní video rhinolaryngoskop k vyšetřovací jednotce- 1 ks

- Endoskop skládající se z opakovatelně použitelného pistolového držáku a jednorázové flexibilní zaváděcí části (na max. 10 použití) s připojením pomocí USB-C do zobrazovacího monitoru s integrovaným video-procesorem
- Zorné pole 100°
- Hloubka ostrosti 3-150 mm
- Úhel pohledu 0°
- Vnější průměr 3,2 mm
- Ohyb distálního konce $130^\circ/130^\circ$
- Pracovní délka 330 mm
- Rozlišení 1920x1080p
- Automatické vyvážení bílé
- Tlačítko na rukojeti endoskopu pro pořizování snímků
- Integrovaná 2x LED na distálním konci endoskopu
- Opakovatelně použitelný pistolový držák endoskopu pevně spojený s kabelem pro připojení pomocí USB do zobrazovacího monitoru
- Oddělitelná flexibilní zaváděcí část na 10 použití
- Zobrazovací monitor s integrovaným video-procesorem pro připojení video rhinolaryngoskopu musí být součástí dodávky