

Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

Název veřejné zakázky: Transportní lůžko

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj** (zařízení, zboží) **komplexně splňuje požadavky zadavatele**. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). Ve sloupci „Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu)“ dodavatel vyplní konkrétní odkaz na dokument v nabídce a stranu dokumentu, ve které bude možné požadovaný parametr dohledat.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

Dodavatel vyplní a vyrazí na požádání

Transportní lůžko (stretcher) RTG transparentní			
Výrobce	L I N E T spol. s r.o.		
Typ / Model	Sprint 100		
Záruka v měsících (min. 24 měsíců)	24 měsíců		
Počet ks	8		
Cena v Kč bez DPH za 1 kus	120 667,85 Kč		
Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů	965 342,80 Kč		
DPH v Kč celkem samostatně	202 721,99 Kč		
Cena v Kč včetně DPH celkem	1 168 064,79 Kč		
Základní vlastnosti přístroje			
číslo	specifikace	ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota	Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.)
1.1	Polohovatelná ložná plocha 2dílná na 2 teleskopických sloupech	ANO	Návod k použití str. 38
1.2	Výškové nastavení min. 60-85 cm pomocí hydraulické nožní pumpy	ANO, 56,5 – 89 cm	Návod k použití str. 18
1.3	Trendelenburgova a reversní Trendelenburgova poloha nastavitelná min. +12°/-12°. +13°/-13°.	ANO, +18°/-18°	Návod k použití str. 18

1.4	Zádový díl nastavitelný od min. 0° do 90° min. 0° do 85°, polohování pomocí plyn. pružin	ANO, od 0° do 90°	Návod k použití str. 18
1.5	Ložná plocha RTG transparentní, kompatibilní pro C rameno a s držákem RTG kazety	ANO	Návod k použití str. 48, 49 a 56
1.6	Komfortní matrace pro delší pobyt pacienta na lůžku, s voděodolným paropropustným antistatickým potahem, výška min. 8 cm	ANO, Sprint Comfort, výška 10 cm	Návod k použití str. 52
1.7	Integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obry lůžka, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynovou pružinou, ochrana proti nechtěnému spuštění	ANO	Návod k použití str. 20, 26 a 27
1.8	Kolečka s centrálním ovládáním brzd ze všech 4 stran, průměr min. 200 mm + páte centrální kolečko pro snadný transport a manipulaci.	ANO, 200 mm	Návod k použití str. 18 a 43
1.9	Prostor na umístění tlakové lahve O2.	ANO	Návod k použití str. 43
1.10	Držáky a pouzdra na příslušenství	ANO	Návod k použití
1.11	Po stranách univerzální lišty s držáky na drobné příslušenství	ANO	Návod k použití str. 41
1.12	Ochranné nárazové prvky v rozích (např. kolečka).	ANO	Návod k použití str. 16
1.13	2x výsuvný či sklopný infuzní stojan u hlavy pacienta	ANO	Návod k použití str. 44
1.14	Integrovaná výsuvná či sklopná řídicí madla	ANO, u hlavy pacienta IV&Drive sklopné infuzní stojany, u nohou polička na monitor	Návod k použití str. 44 a 59
1.15	Nosnost min. 280 kg	ANO, bezpečné provozní zatížení 320 kg, maximální hmotnost pacienta 280 kg	Návod k použití str. 18
1.16	Rozměry ložné plochy (matrace) min. 190 x 60 cm	ANO, 193 x 66 cm	Návod k použití str. 18
1.17	Polička na monitor, sklopná	ANO	Návod k použití str. 59
1.18	Držák papírové role	ANO	Návod k použití str. 60

* Ve vztahu k odkazované normě a požadavkům v ní uvedeným zadavatel v souladu s ust. § 89 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje možnost nabídnout rovnocenné řešení; v případě, že dodavatel této zákonem dané možnosti využije, je povinen v nabídce předložit podrobný popis nabízeného přístroje, ze kterého bude rovnocennost nabízeného řešení s uvedenou normou jednoznačně zřejmá.

1. Doplnující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- třída ZP – uveďte „není ZP“ nebo příslušnou třídu ZP (I, IIa, IIb, III, IVD): I
- instruktáž – ANO/NE: ANO
- požadované opakované činnosti (uveďte „NE“ nebo požadovanou periodu):
 - ✓ validace NE
 - ✓ kalibrace NE
 - ✓ elektrická revize NE
 - ✓ tlaková revize plyn. nádoby NE
 - ✓ kontrola nařízena výrobcem – BTK – 1x ročně