

Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

Název části veřejné zakázky: Vana pro vířivou lázeň DK

Část veřejné zakázky: 3

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže ve sloupci „ANO / NE / Konkrétní specifikace / hodnota“. Dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele, NEBO u každého řádku, ve kterém je zadavatelem požadován parametr stanovený minimální či maximální hodnotou apod., dodavatel v tomto sloupci uvede konkrétní nabízený parametr.**

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v tomto sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Dále dodavatel v dalším sloupci napíše, **kde je uvedeno v technickém popisu** (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.).

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

Vana pro vířivou lázeň dolních končetin	
Výrobce	MEDEXIM, spol. s r.o.
Typ / Model	BTL-3000 THETA 20
Záruka v měsících (min. 24 měsíců)	24 měsíců
Počet ks	1
Cena v Kč bez DPH za 1 kus	260 300,-
Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů	260 300,-
DPH v Kč celkem samostatně	31 236,-
Cena v Kč včetně DPH celkem	291 536,-
<u>Základní vlastnosti přístroje</u>	

číslo	specifikace	ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota	Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.)
1.1	Vana určená pro vířivou lázeň dolních končetin.	ANO	Produktový list, strana 2 – technická specifikace
1.2	Vana má ergonomický tvar, akrylátový povrch bílé barvy s antibakteriální úpravou.	ANO	Produktový list, strana 2 – technická specifikace
1.3	Automatické napuštění s výběrem užitého objemu vany, který lze rozdělit do dvou hydromasážních hladin.	ANO	Uživatelský manuál, strana 20 – technické specifikace
1.4	Možná aplikace procedur: - v dolní části končetin - v horní části končetin - současně v dolní i horní části končetin.	ANO	Produktový list, strana 2 – technická specifikace
1.5	Zařízení je vybaveno min. 12 hydromasážními tryskami.	ANO, 12 hydromasážních trysek	Uživatelský manuál, strana 20 – technické specifikace
1.6	Možnost využít kontinuální a pulzní režimy vířivé lázně.	ANO	Uživatelský manuál, strana 20 – technické specifikace
1.7	Možnost regulace intenzity vířivé masáže.	ANO	Uživatelský manuál, strana 20 – technické specifikace
1.8	Čerpadlo je chráněno proti chodu na sucho.	ANO	Produktový list, strana 2 – technická specifikace
1.9	Přívod studené a teplé vody.	ANO	Produktový list, strana 2 – technická specifikace
1.10	Displej zobrazující min. teplotu vody a čas procedury s možností nastavení.	ANO, displej zobrazující teplotu vody a čas procedury s možností nastavení	Uživatelský manuál, strana 20 – technické specifikace
1.11	Maximální rozměry vany (hxšxv) 1500x700x900 mm.	ANO – 1430x693x880 mm	Uživatelský manuál, strana 20 – technické specifikace
1.12	Napájecí napětí 230 V, 50 Hz.	ANO	Uživatelský manuál, strana 19 – technické parametry
1.13	Zařízení je certifikováno jako zdravotnický prostředek a musí být označeno značkou shody CE.	ANO	Uživatelský manuál, strana 21
Součást dodávky			
1.14	Teplotní a hladinové čidlo.	ANO	Produktový list, strana 2 – technická specifikace
1.15	Oplachová sprcha.	ANO	Produktový list, strana 2 – technická specifikace
1.16	2-stupňové laminátové schůdky.	ANO	Produktový list, strana 2 – technická specifikace
1.17	Instalační výkres s vyznačenými vývody pro napojení dodávané vany.	ANO	Stavební připravenost BTL-3000 Theta, strana 6

** Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.*