

Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

Název části veřejné zakázky: Elektronická labilní plocha s pánevním modulem

Část veřejné zakázky: 7

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže ve sloupci „ANO / NE / Konkrétní specifikace / hodnota“. Dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele, NEBO u každého řádku, ve kterém je zadavatelem požadován parametr stanovený minimální či maximální hodnotou apod., dodavatel v tomto sloupci uvede konkrétní nabízený parametr.**

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v tomto sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Dále dodavatel v dalším sloupci napíše, **kde je uvedeno v technickém popisu** (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.).

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

Elektronická labilní plocha s pánevním modulem			
Výrobce		TecnoBody S.r.l.	
Typ / Model		Pro-Kin PK 252	
Záruka v měsících (min. 24 měsíců)		24 měsíců	
Počet ks		1	
Cena v Kč bez DPH za 1 kus		1 235 000,-	
Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů		1 235 000,-	
DPH v Kč celkem samostatně		259 350,-	
Cena v Kč včetně DPH celkem		1 494 350,-	
Základní vlastnosti přístroje			
číslo	specifikace	ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota	Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.)

1.1	Zařízení propojené s PC vhodné pro bipedální propioceptivní a stabilometrické cvičení a hodnocení v režimu dynamickém nebo statickém.	ANO	Produktový list, strana 2
1.2	Počítačem řízená nestabilní plošina pro komplexní hodnocení a trénink posturální kontroly.	ANO	Produktový list, strana 2
1.3	- Plošina s tlakovými senzory.	ANO	Produktový list, strana 3 - Zařízení
1.4	Možnost cvičení ve stoje a v sedu.	ANO	Produktový list, strana 2,3
1.5	Elektronicky nastavitelné úrovně obtížnosti / nestability.	ANO	Produktový list, strana 3 Zařízení
1.6	Přístroj zajišťuje stabilometrické měření.	ANO	Produktový list, strana 2 - Software
1.7	Součástí přístroje je grafická interpretace měření.	ANO	Produktový list, strana 2 - Software
1.8	Vizuální zpětná vazba.	ANO	Produktový list, strana 2 - Software
1.9	Nastavitelnost asymetrie (inklinace) v rozsahu min. $\pm 10^\circ$.	ANO, Inklinace platformy: + / - 15°	Produktový list, strana 3 - Zařízení
1.10	Ovládání přístroje za pomoci dotykového displeje.	ANO	Produktový list, strana 2 - ovládání
1.11	Nosnost plošiny min. 140 kg.	ANO – Nosnost plošiny 150 kg	Produktový list, strana 2 - pacienti
<u>Součást dodávky</u>			
1.12	Software umožňující zpětnovazební trénink a analýzu patientských dat.	ANO	Produktový list, strana 2 - Software
1.13	Madla pro úchop pacienta a jeho oporu.	ANO	Produktový list, strana 3 - Zařízení
1.14	Hrudní senzor pro kontrolu souhybu trupu.	ANO	Produktový list, strana 3 Zařízení

* Pokud se kdekoli v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.