

Kupní smlouva č.

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění

Článek I.

Smluvní strany

1. Prodávající: **L I N E T spol. s r.o.**
se sídlem: **Želevčice 5, 274 01 Slaný**
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163
zastupuje: **Petr Smetana, Customer Service manager, na základě plné moci**
bankovní spojení: **Komerční banka a.s., pobočka Slaný**
číslo účtu: XXXXXXXXXX
IČ: **00507814**
DIČ: **CZ00507814**

2. Kupující: **Oblastní nemocnice Jičín a.s.**
se sídlem: **Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín**
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2328
zastupuje: **MUDr. Daniel Malý, MHA, předseda správní rady**
bankovní spojení: **KB, a.s., pobočka Jičín**
číslo účtu: **78-8520790217/0100**
IČ: **26001551**
DIČ: **CZ699004900**

Článek II.

Předmět plnění

1. Předmětem plnění této kupní smlouvy je, za podmínek níže sjednaných:
 - 1.1 závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „zboží“), přičemž součástí dodávky budou i následující služby a činnosti:
 - doprava do místa plnění;
 - instalace a uvedení do provozu v místě plnění;
 - odvoz a likvidace obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace a uvedení zařízení do provozu;
 - zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 41 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen „zákon o ZP“);
 - vystavení písemného protokolu o uvedení zařízení do provozu a zaškolení (instruktáži) obsluhy;
 - předání funkční instalace bez výhrad kupujícímu;
 - předání uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě kupujícímu, zahrnující minimálně:
 - návod k obsluze v českém jazyce;

- prohlášení o shodě, vydaná výrobcí, na všechny dodané stanovené výrobky, vč. jejich překladů do českého, slovenského, nebo anglického jazyka, v prostých kopiích;
 - případné další služby a činnosti, výše neuvedené, avšak specifikované v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, a/nebo související s předmětem plnění;
 - převedení vlastnického práva k dodanému zboží na kupujícího;
- 1.2 závazek prodávajícího zajistit bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol instalovaného zboží během záruční doby, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce, včetně vystavení písemných protokolů (viz čl. XIII této smlouvy);
- 1.3 závazek kupujícího instalované zboží od prodávajícího převzít a zaplatit mu sjednanou kupní cenu.

Článek III.

Podklady pro uzavření smlouvy

1. Podklady pro uzavření této kupní smlouvy jsou:
- 1.1 Nabídka prodávajícího č. 10004389 ze dne 8.10.2024 .

Článek IV.

Místo plnění

1. Místem plnění je Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, oddělení Neurologie, Porodnice, ORL, ARO.

Článek V.

Doba plnění, dodací podmínky

1. Prodávající předá kupujícímu instalované zboží v plném rozsahu dle čl. II odst. 1.1 této smlouvy do 8 týdnů ode dne podpisu této kupní smlouvy.
2. Den dodání zboží kupujícímu bude upřesněn a potvrzen na základě telefonické dohody obou smluvních stran minimálně 3 pracovní dny předem. K jednání jsou oprávněny následující kontaktní osoby:
- a) za prodávajícího:
- [REDACTED], nebo jím zplnomocněná osoba, tel. [REDACTED]
- b) za kupujícího:
- vrchní sestry oddělení, uvedených v čl. IV odst. 1 této smlouvy, příp. jejich odpovědní zástupci, tel. [REDACTED]
3. Dodáním zboží kupujícímu se rozumí fyzické převzetí zboží odpovědnou osobou kupujícího od zástupce prodávajícího nebo veřejného přepravce a potvrzení dodacího, příp. přepravního listu odpovědnou osobou kupujícího.
4. Odpovědná osoba kupujícího vyplní v dodacím, příp. přepravním listu datum dodání zboží kupujícímu a potvrdí jej otiskem razítka kupujícího a vlastnoručním podpisem.
5. Odpovědné osoby kupujícího oprávněné k převzetí zboží a potvrzení dodacího, příp. přepravního listu, jsou uvedeny v odst. 2b) tohoto článku.
6. Kupující je povinen provést vizuální kontrolu dodaného zboží co nejdříve a neprodleně informovat prodávajícího o případné nekompletnosti nebo zjevné vadě dodaného zboží nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne dodání zboží.
7. Kupující není oprávněn až do předání funkční instalace zboží dle čl. VI odst. 4 této smlouvy provádět jakoukoliv manipulaci s dodaným zbožím bez přítomnosti oprávněného

pracovníka prodávajícího. V opačném případě přejímá kupující odpovědnost za případné škody, vzniklé na zboží v důsledku takového jednání kupujícího.

Článek VI.

Instalace a uvedení zařízení do provozu

1. Kupující se zavazuje umožnit prodávajícímu provést instalaci dodaného zboží a jeho uvedení do provozu bezodkladně, jakmile bude místo plnění technicky připraveno k instalaci. Za tímto účelem se kupující zavazuje poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost.
2. Prodávající se zavazuje provést instalaci dodaného zboží a jeho uvedení do provozu bezodkladně, jakmile mu bude instalace kupujícím umožněna.
3. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně kupujícího nebude možné dodržet prodávajícím požadovaný termín zahájení plnění, je kupující oprávněn zahájení plnění posunout na pozdější dobu. Posouvá se tak adekvátně i termín ukončení plnění dle čl. V odst. 1 této smlouvy, přičemž doba potřebná k provedení činností zůstává nezměněna.
4. Po ukončení instalace dodaného zboží a jeho uvedení do provozu se prodávající zavazuje seznámit obsluhující personál kupujícího s určeným účelem použití a obsluhou instalovaného zboží a s bezpečnostními zásadami a technickými podmínkami pro jeho provoz a údržbu. Následné předání instalovaného zboží obsluhujícímu personálu kupujícího potvrdí odpovědní zástupci obou smluvních stran podpisem "Protokolu o uvedení zařízení do provozu".
5. "Protokol o uvedení zařízení do provozu" je písemným dokumentem, kterým se potvrzuje kompletnost dodaného zboží a uskutečnění všech souvisejících služeb a činností v rozsahu dle čl. II odst. 1.1 této smlouvy. Protokol je platný pouze v případě, obsahuje-li jmenný seznam zaškoleného personálu s jeho vlastnoručními podpisy a je-li potvrzen odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Jedno vyhotovení stejné autentičnosti protokolu obdrží kupující.
6. Prodávající je povinen předat kupujícímu funkční instalaci dodaného zboží, která bude prostá technických i právních vad a nedodělků, bránících jeho řádnému a bezpečnému užívání. V opačném případě nedojde k převzetí instalovaného zboží kupujícím do té doby, než budou veškeré vady a nedodělky prodávajícím odstraněny.

Článek VII.

Kupní cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za instalaci dodaného zboží v souladu s ust. zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako na ceně maximální (nejvýše přípustné) pro rozsah plnění dle čl. II odst. 1.1 a 1.2 této smlouvy (dále jen „kupní cena“), jejíž výše činí:
Cena bez DPH: 1 398 283,00 Kč
DPH: 206 999,65 Kč
Cena celkem vč. DPH: 1 605 282,65 Kč
(slovy: jeden milion šest set pět tisíc dvě stě osmdesát dva korun českých šedesát pět haléřů)
2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě faktury - daňového dokladu (dále jen "faktura"), vystavené prodávajícím po potvrzení "Protokolu o uvedení zařízení do provozu" odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
3. Prodávající zašle fakturu na e-mailovou adresu [REDACTED].

4. Doba splatnosti faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. V případě pochybností se dnem doručení rozumí třetí den ode dne odeslání.
5. Prodávající se zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat veškeré potřebné náležitosti, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy. Fakturovaná částka musí přesně souhlasit s částkou, uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
6. Povinnost uhradit platbu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.

Článek VIII.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V případě, že prodávající nedodrží termín dle čl. V odst. 1 této smlouvy, s přihlédnutím k ust. čl. VI odst. 3, má kupující právo požadovat od prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že kupující nedodrží dobu splatnosti faktury dle čl. VII odst. 4 této smlouvy, má prodávající právo požadovat od kupujícího úrok z prodlení dle § 2 Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě, že prodávající nedodrží termíny dle čl. XI odst. 5, 6, 7 a 8 této smlouvy, má kupující právo požadovat od prodávajícího smluvní pokutu, která se sjednává ve výši 500,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení po uplynutí lhůt dle čl. XI odst. 5, 6, 7 a 8 této smlouvy, za každý jednotlivý případ prodlení.

Článek IX.

Přechod nebezpečí škody

1. Riziko nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím dle čl. V odst. 3 této smlouvy.

Článek X.

Nabytí vlastnického práva

1. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího dnem úplného zaplacení kupní ceny.

Článek XI.

Záruka na jakost a podmínky záručního servisu

1. Prodávající se zavazuje zajistit kupujícímu na zboží dle čl. II odst. 1.1 (příloha č. 1) záruku na jakost po dobu **24 měsíců** a po stejnou dobu bezplatný záruční servis instalovaného zboží, který zahrnuje i bezplatné dodávky náhradních dílů. V případě, že doba použitelnosti vyznačená na obalu je kratší, má přednost ujednání smluvních stran v předchozí větě tohoto odstavce. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu "Protokolu o uvedení zařízení do provozu" oběma smluvními stranami.
2. Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží, které se projeví během záruční doby při používání zboží k účelu, určenému výrobcem v souladu s návodem k obsluze. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou běžným opotřebením, nevhodnou manipulací, mechanickým poškozením, neoprávněným zásahem do konstrukce kupujícím či třetí osobou. Záruka se rovněž nevztahuje na vady, způsobené vyšší mocí.
3. Kupující je povinen případné zjištěné závady během záruční doby neprodleně a prokazatelně oznámit prodávajícímu (telefonicky s následným potvrzením e-mailem nebo faxem). Kontaktní údaje pro hlášení závad: tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED].
4. Prodávající zajišťuje poskytování servisních výkonů běžně v pracovních dnech v době 07:00 - 14:00 hod..

5. Reakční doba od nahlášení závady kupujícím do započetí činnosti prodávajícího, směřující k analýze a odstranění závady, přičemž součástí této činnosti prodávajícího je i bezplatná telefonická pomoc (uživatelská podpora) nebo e-mailová zpráva servisního technika s cílem poskytnout kupujícímu informace o dalším postupu při řešení vzniklých problémů, je stanovena **do 6 hodin v pracovních dnech** od prokazatelného nahlášení závady kupujícím. Příjem hlášení závad je prodávajícím zajištěn v době dle odst. 4 tohoto článku. Do běhu výše uvedené lhůty se nezapočítává doba mimo dobu, uvedenou v odst. 4 tohoto článku.
6. Prodávající se zavazuje, že nástup na záruční servis v místě plnění bude uskutečněn **do 48 hodin v pracovních dnech** od prokazatelného nahlášení závady kupujícím. Příjem hlášení závad je prodávajícím zajištěn v době dle odst. 4 tohoto článku.
7. Prodávající se zavazuje, že záruční oprava bude ukončena nejpozději:
 - a) **do 24 hodin v pracovních dnech** od nástupu na servis v místě plnění, jedná-li se o opravu bez potřeby zajištění náhradního dílu;
 - b) **do 240 hodin v pracovních dnech** od nástupu na servis, jedná-li se o opravu s obstaráním náhradního dílu, který nemá prodávající skladem.
8. V případě, že doba záruční opravy zboží přesáhne dobu dle čl. XI odst. 7 této smlouvy a kupující nebude schopen zajistit provoz jinými prostředky, zavazuje se prodávající k bezplatnému zapůjčení záložního vybavení srovnatelných parametrů nejpozději **do 48 hodin** od převzetí zboží k záruční opravě. Do běhu této lhůty se nezapočítávají dny pracovního volna a pracovního klidu. Podmínky výpůjčky mohou být sjednány příslušnou smlouvou o výpůjčce.
9. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně kupujícího nebude umožněn servisním technikům okamžitý přístup k instalovanému zboží za účelem provedení záruční opravy, prodlužují se adekvátně lhůty dle odst. 7 tohoto článku.
10. Záruka se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno zboží používat v důsledku poruchy, tj. ode dne nahlášení závady do dne jejího úplného odstranění.
11. Součástí záručního servisu je i provádění průběžných aktualizací instalovaného software na nejnovější verze.
12. Ostatní práva a povinnosti z odpovědnosti za vady se řídí, není-li touto smlouvou stanoveno jinak, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
13. Prodávající se zavazuje zajistit kupujícímu na instalované zboží poskytování pozáručního servisu s dodávkami náhradních dílů po dobu nejméně 10 let ode dne podpisu "Protokolu o uvedení zařízení do provozu" oběma smluvními stranami.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou.
2. Za podstatné porušení smluvní povinnosti prodávajícím se považuje:
 - a) skutečnost, že zboží nebude splňovat parametry deklarované uchazečem v jeho nabídce, požadované touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy nebo technickými normami; nebo
 - b) prodlení s dodáním kterékoliv části zboží či s odstraněním vady, poruchy či nedostatku jakosti dle této smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů; nebo
 - c) prodlení s nástupem na opravu závady či poruchy dle čl. XI odst. 6 této smlouvy po dobu delší než 3 pracovní dny.

3. Za podstatné porušení smluvní povinnosti kupujícím se považuje prodlení s úhradou kupní ceny po datu splatnosti dle čl. VII odst. 4 této smlouvy, ačkoliv byl kupující na tuto skutečnost prodávajícím písemně upozorněn a marně uplynula lhůta k tomu dodatečně prodávajícím poskytnutá.
4. Platnost této smlouvy v případě odstoupení od smlouvy končí dnem doručení projevu vůle prodávajícímu. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně na adresu sídla dle čl. I této smlouvy, nebo prostřednictvím datové schránky.

Článek XIII.

Bezpečnostně technické kontroly

1. Prodávající se zavazuje zajišťovat provádění bezpečnostně technických kontrol instalovaného zboží v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce (dále jen „BTK“), včetně vystavení písemných protokolů, v souladu s ust. § 45 zákona o ZP.
2. Výrobce doporučený interval provádění BTK nabízených lůžek je 1x za 12 měsíců.
3. Pro stanovení termínu následné BTK je rozhodující den podpisu „Protokolu o uvedení zařízení do provozu“ oběma smluvními stranami dle čl. VI odst. 4 této smlouvy, příp. den poslední provedené BTK.
4. Provádění BTK je službou, kterou zajistí prodávající na základě písemných objednávek kupujícího. Kupující se zavazuje, že bude prodávajícímu zasílat objednávky této služby s dostatečným předstihem, a to buď prostřednictvím České pošty, nebo formou e-mailové korespondence.
5. Za návaznost termínů BTK odpovídá prodávající za předpokladu dodržování ust. odst. 4 tohoto článku kupujícím.
6. Náklady, spojené s prováděním BTK, hradí během záruční doby prodávající.
7. Termíny provádění BTK budou telefonicky nebo e-mailem ohlášeny prodávajícím vždy s předstihem min. 5 pracovních dnů odpovědné osobě kupujícího a následně oboustranně odsouhlaseny.
8. Protokoly o provedené BTK v originálním vyhotovení budou zasílány kupujícímu průběžně, a to vždy nejpozději do 14 dnů od provedení příslušné BTK.

Článek XIV.

Ostatní ujednání

1. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k plnění této smlouvy a že má splněny všechny povinnosti, které mu ukládá zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a související legislativa Evropské unie v oblasti zdravotnických prostředků.
2. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží, díly a materiály budou nové, nepoužité a nerepasované.
3. Prodávající se zavazuje, že postup prací během plnění této smlouvy bude přizpůsoben provozu oddělení, uvedených v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a rovněž technicko - hospodářskému provozu kupujícího.
4. Prodávající bere na vědomí, že kupující není povinen poskytovat jakoukoliv zvláštní materiální, ani personální výpomoc prodávajícímu při plnění této smlouvy (např. zapůjčování náradí, přepravní techniky, pomoc zaměstnanců kupujícího při stěhování apod.).

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla sjednána v tísní ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinným subjektem ke zveřejnění soukromoprávních smluv v registru smluv.
5. Prodávající barevně označil v textu této smlouvy pasáže (jiným, nežli žlutým podbarvením), obsahující obchodní tajemství nebo jiné informace ve smyslu ust. § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které budou pro účely zveřejnění znečitelněny.
6. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů právního řádu České republiky.
7. Pro projednávání a rozhodnutí sporů, vyplývajících z této smlouvy, jsou příslušné obecné soudy České republiky.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech stejné autentičnosti, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení, případně elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, kdy každá elektronická kopie, na které jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran, má platnost originálu.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1_Technická specifikace (*jedná se o přílohu, vyhotovenou výrobcem, prodávajícím, distributorem nebo jinou osobou, v českém jazyce*).

Příloha č. 2a)_Technické podmínky_lůžka intenzivní pro odd. neurologie.

Příloha č. 2b)_Technické podmínky_lůžka intenzivní pro odd. porodnice.

Příloha č. 2c)_Technické podmínky_noční stolky pro odd. ORL.

Příloha č. 2d)_Technické podmínky_noční stolky pro odd. neurologie.

Příloha č. 2e)_Technické podmínky_lůžko transportní pro ARO.

Příloha č. 3_Nabídka prodávajícího č. 10004389 ze dne 8.10.2024,

V Želevčicích dne:



Za prodávajícího:
Petr Smetana,
Customer Service manager,
na základě plné moci,
LINET spol. s r.o.

V Jičíně dne:



Za kupujícího:
MUDr. Daniel Malý, MHA,
předseda správní rady
ON Jičín a.s.

ESSENZA


Turn To The Essence Of Care

LINET



Adaptabilní nemocniční lůžko

CELOSVĚTOVÝ NEDOSTATEK ZDRAVOTNÍCH SESTER




ESSENZA


Turn To The Essence Of Care




NADSTANDARDNÍ ERGONOMIE A BEZPEČÍ DÍKY DESIGNU
PŘIZPŮSOBENÉMU POTŘEBÁM SESTER A PACIENTŮ




EFEKTIVITA JEDINÉ PLATFORMY
UMOŽŇUJÍCÍ NEUVĚŘITELNOU VŠESTRANNOST



BEZKONKURENČNÍ EFEKTIVITA
DÍKY POKROČILÝM TECHNOLOGIÍM




ESSENZA 300




ESSENZA 300 LT




PŘEHLED ŘEŠENÍ







PREVENCE VZNIKU DEKUBITŮ




Široký sortiment matrací pro lůžka Essenza



PREVENCE PÁDŮ


ŘEŠENÍ






BEZPEČNÁ MANIPULACE S PACIENTEM

ŘEŠENÍ








USNADNĚNÍ PRÁCE ZDRAVOTNICKÉMU PERSONÁLU


ŘEŠENÍ





EFEKTIVNOST NEMOCNIČNÍHO PROVOZU


ŘEŠENÍ




PŘEHLED KLÍČOVÝCH FUNKCÍ

Přehled postranic

SmartInk



TECHNICKÉ SPECIFIKACE



ZDROJE

1. Nursing and midwifery. Světová zdravotnická organizace. 18. března 2022. Citováno: 29. září 2022. Dostupné on-line: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/nursing-and-midwifery>
2. PRC National Nursing Engagement Report. Trends and Implications with Nursing Engagement. 2019. Dostupné on-line: https://prccustomresearch.com/wp-content/uploads/2019/PRC_Nursing_Engagement_Report/PRC-NurseReport-Final-031819-Secure.pdf
3. Govasli L, Solvoll BA. Nurses' experiences of busyness in their daily work. Nurs Inq. Červenec 2020;27(3):e12350. doi: 10.1111/nin.12350. Epub 4. března 2020. PMID: 32133740.
4. Smiley RA, Ruttinger C, Oliveira CM, Reneau KA, Silvestre JH, Alexander M. The 2020 National Nursing Workforce Survey. Journal of Nursing Regulation. S1-S96;1:12. [On-line] 2021. [https://www.journalofnursingregulation.com/article/S2155-8256\(21\)00027-2/fulltext#articleInformation](https://www.journalofnursingregulation.com/article/S2155-8256(21)00027-2/fulltext#articleInformation).
5. OSHA. Musculoskeletal disorders in the healthcare sector. European Agency for Safety and Health at Work. 2020. Citováno: 12. prosince 2022. Dostupné on-line: <https://osha.europa.eu/en/publications/musculoskeletal-disorders-healthcare-sector>
6. MCX LINET Report Lateral tilt - Effect of lateral tilt on patients turning. 2019 Bowers B, Lloyd J, Lee W, Powell-Cope G, Baptiste A. Biomechanical evaluation of injury severity associated with patient falls from bed. Rehabil Nurs. Listopad-prosinec 2008;33(6):253-9. doi: 10.1002/j.2048-7940.2008.tb00237.x. PMID: 19024240.
7. Bowers B, Lloyd J, Lee W, Powell-Cope G, Baptiste A. Biomechanical evaluation of injury severity associated with patient falls from bed. Rehabil Nurs. Listopad-prosinec 2008;33(6):253-9. doi: 10.1002/j.2048-7940.2008.tb00237.x. PMID: 19024240.
8. Linet White paper: EasyDrive: driving a hospital bed with a powered castor. 2023
9. Bai AD, Dai C, Srivastava S, Smith CA, Gill SS. Risk factors, costs and complications of delayed hospital discharge from internal medicine wards at a Canadian academic medical centre: retrospective cohort study. BMC Health Serv Res. 4. prosince 2019;19(1):935. doi: 10.1186/s12913-019-4760-3. PMID: 31801590; PMCID: PMC6894295.
10. Cortes OL, Delgado S, Esparza M. Systematic review and meta-analysis of experimental studies: In-hospital mobilization for patients admitted for medical treatment. J Adv Nurs. Zářij 2019;75(9):1823-1837. doi: 10.1111/jan.13958. Epub 6. března 2019. PMID: 30672011.
11. Fay B. Hospital and Surgery Costs. America's Debt Help Organization. 12. října 2021. Citováno: 21. září 2022. Dostupné on-line: <https://www.debt.org/medical/hospital-surgery-costs/#:~:text=Hospital%20costs%20averaged%20%242%2C607%20per%20day%20throughout%20the,distant%20second.%20If%20you%20stay%20overnight%20%20costs%20soar>
12. Average length of stay, acute care hospitals only. Světová zdravotnická organizace. Citováno: 21. září 2022. Dostupné on-line: https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hfa_541-6110-average-length-of-stay-acute-care-hospitals-only/visualizations/?EU_MEMBERS;EU_BEFORE_MAY2004;EU_AFTER_MAY2004;CIS;CARINFONET;SEE HN;NORDIC;SMALL#id=20120
13. Lisi C, Caspani P, Bruggi M, Carlisi E, Scolè D, Benazzo F, Dalla Toffola E. Early rehabilitation after elective total knee arthroplasty. Acta Biomed. 18. října 2017;88(4S):56-61. doi: 10.23750/abm.v88i4-S.5154. PMID: 29083354; PMCID: PMC6357664.
14. Help Whittington Health to #EndPjParalysis. Whittington NHS UK. 20. dubna 2018. Citováno 20. září 2022. Dostupné on-line: <https://www.whittington.nhs.uk/mini-apps/news/newsPage.asp?NewsID=2092#:~:text=The%20Application%20of%20%23EndPjparalysis%20in%20Ward%20C4%2C%20Trauma,reduction%20in%20falls%2086%25%20reduction%20in%20pressure%20injuries>
15. MCX LINET Report Mobi-Lift with lateral tilt - Patient mobilization. 2019
16. Tervo-Heikkinen TA, Heikkilä A, Koivunen M, Kortteisto TR, Peltokoski J, Salmela S, Sankelo M, Ylitörmänen TS, Junttila K. Pressure injury prevalence and incidence in acute inpatient care and related risk factors: A cross-sectional national study. Int Wound J. Květen 2022;19(4):919-931. doi: 10.1111/iwj.13692. Epub 4. října 2021. PMID: 34605185; PMCID: PMC9013578.
17. Gefen A, Brienza DM, Cuddigan J, Haesler E, Kottner J. Our contemporary understanding of the aetiology of pressure ulcers/pressure injuries. Int Wound J. Březen 2022;19(3):692-704. doi: 10.1111/iwj.13667. Epub 11. srpna 2021. PMID: 34382331; PMCID: PMC8874092.
18. Padula WV, Delarmente BA. The national cost of hospital-acquired pressure injuries in the United States. Int Wound J. Červen 2019;16(3):634-640. doi: 10.1111/iwj.13071. Epub 28. ledna 2019. PMID: 30693644; PMCID: PMC6446937.
19. LeLaurin JH, Shorr RI. Preventing Falls in Hospitalized Patients: State of the Science. Clin Geriatr Med. Květen 2019;35(2):273-283. doi: 10.1016/j.cger.2019.01.007. Epub 1. března 2019. PMID: 30929888; PMCID: PMC6446937.
20. Staggs VS, Mion LC, Shorr RI. Assisted and unassisted falls: different events, different outcomes, different implications for quality of hospital care. Jt Comm J Qual Patient Saf. Srpen 2014;40(8):358-64. doi: 10.1016/j.s1553-7250(14)40047-3. PMID: 25208441; PMCID: PMC4276137.
21. Jurásková, D. PATIENT FALL INJURIES DURING THEIR HOSPITALISATION – HEALTH CARE INDICATOR. Thomayer University Hospital. 2003.
22. Dunne TJ, Gaboury I, Ashe MC. Falls in hospital increase length of stay regardless of degree of harm. J Eval Clin Pract. Srpen 2014;20(4):396-400. doi: 10.1111/jep.12144. Epub 9. května 2014. PMID: 24814338.
23. The CSP. Regulator reveals 250,000 falls were reported in England's NHS last year. The Chartered Society of Physiotherapy. [On-line] 2017. Citováno: 25. listopadu 2022 <https://www.csp.org.uk/news/2017-07-26-regulator-reveals-250000-falls-were-reported-englands-nhs-last-year>.
24. Alzahrani N. The effect of hospitalization on patients' emotional and psychological well-being among adult patients: An integrative review. Appl Nurs Res. Říjen 2021;61:151488. doi: 10.1016/j.apnr.2021.151488. Epub 12. srpna 2021. PMID: 34544571.
25. Darbyshire JL, Young JD. An investigation of sound levels on intensive care units with reference to the WHO guidelines. Crit Care. 3. září 2013;17(5):R187. doi: 10.1186/cc12870. PMID: 24005004; PMCID: PMC4056361.
26. Linet White paper: Integrated pressure air mattress for acute care department. 2023
27. Linet White paper: Enhanced features of the Sprint 200 stretcher that support the prevention of pressure injuries. 2022
28. Al Johani, W. A., & Pascua, G. P. Impacts of manual handling training and lifting devices on risks of back pain among nurses: An integrative literature review. Nurse Media Journal of Nursing. 2019 9(2), 210-230. doi:10.14710/nmjn.v9i2.26435.
29. Number and rate of nonfatal work injuries in detailed private industries. U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS. 2020. Dostupné on-line: <https://www.bls.gov/charts/injuries-and-illnesses/number-and-rate-of-nonfatal-work-injuries-by-industry-subsector.htm>
30. Linet White Paper: Fighting against MSD by lateral tilt. 2023
31. Waters TR, Nelson A, Proctor C. Patient handling tasks with high risk for musculoskeletal disorders in critical care. Crit Care Nurs Clin North Am. Červen 2007;19(2):131-43. doi: 10.1016/j.ccell.2007.02.008. PMID: 17512469.
32. Waters T, Lloyd JD, Hernandez E, Nelson A. AORN ergonomic tool 7: pushing, pulling, and moving equipment on wheels. AORN J. Zářij 2011;94(3):254-60. doi: 10.1016/j.aorn.2010.09.035. PMID: 21884845.
33. Guidance on safe nurse staffing levels in the UK. Royal Collage of Nursing. 2010. Poslední aktualizace: 3. dubna 2021. Dostupné on-line: <https://www.rcn.org.uk/About-us/Our-Influencing-work/Policy-briefings/pol-003860>
34. Michel O, Garcia Manjon AJ, Pasquier J, Ortoleva Bucher C. How do nurses spend their time? A time and motion analysis of nursing activities in an internal medicine unit. J Adv Nurs. Listopad 2021;77(11):4459-4470. doi: 10.1111/jan.14935. Epub 16. června 2021. PMID: 34133039; PMCID: PMC8518809.
35. Slip, Trip & Fall Prevention for Healthcare Workers | NIOSH | CDC. Centers for Disease Control and Prevention [on-line]. Dostupné on-line: <https://www.cdc.gov/niosh/docs/2011-123/>



LINET

Members of LINET Group


LINET spol. s r.o.


Želevčice 5 | 274 01 Slaný | Česká republika

tel.: [redacted] | fax: [redacted] | e-mail: [redacted] | www.linet.cz


AIR2CARE

LINET






AIR2CARE Integrované řešení



AIR2CARE Externí řešení




PŘEHLED ŘEŠENÍ





PREVENCE VZNIKU DEKUBITŮ

ŘEŠENÍ






PODPORA ZOTAVENÍ PACIENTA




KOMFORT PRO PACIENTA





ZJEDNODUŠENÍ POSTUPŮ ZDRAVOTNICKÉMU PERSONÁLU

Automatické nastavení tlaku se systémem Easy Smart






EFEKTIVITA PROVOZU NEMOCNICE



PREVENCE NEMOCNIČNÍCH INFEKČÍ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH FUNKCÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE



ZDROJE

1. Tervo-Heikkinen TA, Heikkilä A, Koivunen M, Kortteisto TR, Peltokoski J, Salmela S, Sankelo M, Ylitörmänen TS, Junttila K. Pressure injury prevalence and incidence in acute inpatient care and related risk factors: A cross-sectional national study. *Int Wound J*. Květen 2022;19(4):919-931. doi: 10.1111/iwj.13692. Epub 4. října 2021. PMID: 34605185; PMCID: PMC9013578.
2. DeDealey C, Posnett J, Walker A. The cost of pressure ulcers in the United Kingdom. *J Wound Care*. Červen 2012;21(6):261-2, 264, 266. doi: 10.12968/jowc.2012.21.6.261. PMID: 22886290.
3. Gefen A, Brienza DM, Cuddigan J, Haesler E, Kottner J. Our contemporary understanding of the aetiology of pressure ulcers/pressure injuries. *Int Wound J*. Březen 2022;19(3):692-704. doi: 10.1111/iwj.13667. Epub 11. srpna 2021. PMID: 34382331; PMCID: PMC8874092.
4. EPUAP/NPIAP Clinical Practice Guideline 2019
5. Zeevi T, Levy A, Brauner N, Gefen A. Effects of ambient conditions on the risk of pressure injuries in bedridden patients-multi-physics modelling of microclimate. *Int Wound J*. Červen 2018;15(3):402-416. doi: 10.1111/iwj.12877. Epub 17. prosince 2017. PMID: 29250903; PMCID: PMC7949503.
6. Guest JF, Fuller GW, Vowden P, Vowden KR. Cohort study evaluating pressure ulcer management in clinical practice in the UK following initial presentation in the community: costs and outcomes. *BMJ Open*. 25. července 2018;8(7):e021769. doi: 10.1136/bmjopen-2018-021769. PMID: 30049697; PMCID: PMC6067374.
7. NHS. Treatment Pressure ulcers (pressure sores). Health A to Z. 15. dubna 2020. [Citováno: 23. listopadu 2022]. Dostupné online: <https://www.nhs.uk/conditions/pressure-sores/treatment/>
8. Choiniere DB. The effects of hospital noise. *Nurs Adm Q*. Říjen-prosinec 2010;34(4):327-33. doi: 10.1097/NAQ.0b013e3181f563db. PMID: 20838178.
9. Maidl-Putz, Carolyn MSN, RN, CNRN, CCRN; McAndrew, Natalie S. MSN, RN, ACNS-BC, CCRN; Leske, Jane S. PhD, RN, ACNS-BC. Noise in the ICU: sound levels can be harmful. *Nursing Critical Care: Září 2014 – číslo 9 – vydání 5 – str. 29–35* doi: 10.1097/01.CCN.0000453470.88327.2f
10. Bell J, Collins JW, Dalsey E, Sublet V. Slip, Trip, and Fall Prevention. Centers for Disease Control and Prevention - DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES. 3. ledna 2011. [Citováno: 23. listopadu 2022]. Dostupné online: <https://www.cdc.gov/niosh/docs/2011-123/>
11. Interní testování společnosti LINET. 2022 Údaje na vyžádání.
12. Světová zdravotnická organizace. Environmental noise guidelines for the European Region. Světová zdravotnická organizace. 1. ledna 2018. ISBN: 978-92-8-905356-3 [Citováno: 23. listopadu 2022] <https://www.who.int/publications/i/item/9789289053563>.
13. OSHA. Musculoskeletal disorders in the healthcare sector: Discussion Paper. European Agency for Safety and Health at Work. 21. června 2020. [Citováno: 23. listopadu 2022] Dostupné online: <https://osha.europa.eu/en/publications/musculoskeletal-disorders-healthcare-sector>
14. Kalisch BJ, Aebersold M. Interruptions and multitasking in nursing care. *Jt Comm J Qual Patient Saf*. Březen 2010;36(3):126-32. doi: 10.1016/s1553-7250(10)36021-1. PMID: 20235414.
15. WoundSource. Tools of the Trade: Pressure Injury/Ulcer Prevention and Medical Devices. WoundSource. 31. října 2018 [Citováno: 3. ledna 2023]. Dostupné online: <https://www.woundsource.com/blog/tools-trade-pressure-injuryulcer-prevention-and-medical-devices>
16. BHTA. Protect, Rinse and Dry: BHTA guidance on the care, cleaning and inspection of healthcare mattresses. British Healthcare Trades Association. Srpen 2016. Dostupné online: <https://www.bhta.com/wp-content/uploads/2019/10/BHTA-3.pdf>
17. OECD/European. Health care-associated infections. Union Health at a Glance: Europe 2020: State of Health in the EU Cycle. OECD Publishing. 19. listopadu 2020. doi:10.1787/82129230-en. Dostupné online: <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/4af33743-en/index.html?itemId=/content/component/4af33743-en>
18. NHS Lothian. Infection Prevention & Control: Mattress Checking Procedure. 7. září 2020. [Citováno: 23. listopadu 2022] Dostupné online: <https://policyonline.nhslothian.scot/Policies/Procedure/Mattress%20Checking%20Procedure.pdf>



Members of LINET Group

LINET spol. s r.o.

Želevčice 5 | 274 01 Slaný | Česká republika


tel.: [redacted] | fax: [redacted] | e-mail: [redacted] | www.linet.cz

PASIVNÍ MATRACE


LINET

Pro pohodlí a bezpečnost


Matrace LINET podle vašich potřeb




Matrace LINET podle vašich potřeb




Tři segmenty pasivních matrací



Portfolio pasivních matrací




Prémiové matrace ViskoMatt




Potah PERLASTIC® Silber

Volitelné: Evakuační potah PRO



Rozměry matrací (cm)



LINET

Members of LINET Group

LINET spol. s r.o.


Želevčice 5 | 274 01 Slaný | Česká republika

tel.: [REDACTED] | fax: [REDACTED] | e-mail: [REDACTED] | www.linet.cz




LINET

Eleganza Classic




Pacientský stolek k lůžku




LINET

Eleganza Mano




Pacientský stolek k lůžku

Sprint 100



Transportní lůžko

Sprint 100




Transportní lůžko

Výkonné, všestranné
a zároveň komfortní.




Benefity Sprint 100 v kostce






Snadný převoz pacienta






Bezpečí a pohodlí pacienta







Pro snazší léčbu






Péče o pacienta






Efektivita provozu







SNADNÁ ÚDRŽBA




Přehled vlastností produktu





Řešení pro Vaše potřeby



Benefity Sprint 100 v kostce

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff

LINET

Members of LINET Group

LINET spol. s r.o.

Želevčice 5 | 274 01 Slaný | Česká republika

tel.: ■■■■■■ fax: ■■■■■■ | e-mail: ■■■■■■ | www.linet.cz

Příloha č. 2a) kupní smlouvy

Technické podmínky

Název zakázky: **Lůžka a noční stolky 2024**

Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551

<u>Požadavek / parametr</u>	<u>ANO / NE</u>	<u>Hodnota / Popis</u>
<u>Účel použití a obecné požadavky</u>		
Elektricky polohovatelná lůžka s laterálním náklonem pro standardní oddělení lůžkové péče i oddělení intenzivní péče.	ANO	Essenza 300 LT
<u>Technická specifikace - minimální technické požadavky</u>		
<u>Lůžka intenzivní</u>		
Celkový počet lůžek: 2 ks (Neurologie)		
Provedení ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52 v platném znění	ANO	
Ložná plocha z plastových odnímatelných dílů pro snadné čištění a údržbu	ANO	
Šířka ložné plochy min. 900 mm	ANO	
Délka ložné plochy min. 2000 mm	ANO	
Celkové vnější půdorysné rozměry lůžka nesmí být větší než Š x D: 1100 x 2300 mm z důvodu zabezpečení obslužnosti prostřednictvím výtahů a jiných transportních cest	ANO	
Prodloužení ložné plochy o min. 200 mm	ANO	
Bezpečné provozní zatížení min. 270 kg	ANO	
4-segmentová ložná plocha	ANO	
Výška ložné plochy nastavitelná pomocí elektromotoru, min. nastavitelná výška bez matrace 450 mm nebo nižší	ANO	
Polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy pomocí elektromotoru	ANO	
Polohování lýtkového dílu ložné plochy minimálně mechanické	ANO	
Indikátory stupně náklonu zádového dílu ložné plochy a náklonu polohy Trendelenburg / Antitrendelenburg, integrované v plastových postranicích	ANO	
Autoregrese pro eliminaci tlaku a střížných sil při polohování lůžka	ANO	
Oboustranný laterální náklon ložné plochy v rozsahu min. $\pm 15^\circ$, ovládaný nožním ovladačem	ANO	
Poloha "Trendelenburg / Antitrendelenburg" nastavitelná pomocí elektromotoru, rozsah min. $\pm 14^\circ$	ANO	
Poloha "kardiacké křeslo" nastavitelná pomocí elektromotorů prostřednictvím jednoho tlačítka na sesterském ovl. panelu	ANO	
Funkce "CPR" pro rychlé spuštění lůžka do resuscitační polohy	ANO	
Ovladače pro pacienta, integrované do pravé i levé hlavové postranice	ANO	

Oboustranně (P+L) v postranicích integrované sesterské ovládací LCD panely pro ovládání lůžka, programovatelných funkcí a integrovaného antidekubitního systému. Musí být opatřeny ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace jednotlivých funkcí a předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, poloha Trendelenburg / Antitrendelenburg, kardiacké křeslo).	ANO	
Oboustranné nožní ovladače pro nastavení parametrů v minimálním rozsahu: výška ložné plochy, vyšetřovací poloha (rovná ložná plocha v nejvyšší výškové pozici), laterální náklon, s ochranou proti nechtěnému polohování	ANO	
Povrchová úprava kovových částí: lakování polyesterovými práškovými barvami, barva: bílý nebo metalický odstín RAL	ANO	
Čelo v hlavové části kompaktní, plastové, odnímatelné	ANO	
Čelo v nožní části kompaktní, plastové, odnímatelné, s aretací proti samovolnému vytažení během transportu	ANO	
Provedení čel: plast, barevný dekor: dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku barev: barevný dekor Královská modrá	ANO	
Nosník hlavového čela pevně spojený s podvozkem nebo konstrukcí lůžka pro stabilní uložení čela a příslušenství (nepohybuje se při polohování zádového dílu lůžka)	ANO	
4 kolečka o průměru min. 150 mm, plastová, antistatická	ANO	
Páté kolečko, disponující motorizovaným pojezdem, nebo jiný systém, zabezpečující motorizovanou podporu pojezdu lůžka, pro snadnější zdolávání výškového převýšení během transportu	ANO	
Centrální brzda ovládaná nožně	ANO	
Ochrana před opomenutím nezabrzdnutého lůžka jako prevence proti pádu pacienta a současně proti vytržení napájecího kabelu (signalizace nezabrzdnutého lůžka, nebo automatická brzda lůžka připojeného k síti 230V/50Hz, nebo automatická mechanická brzda lůžka v nejnižší poloze ložné plochy)	ANO	
4 vodorovná gumová nebo plastová ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka	ANO	
Úchyty pro příslušenství (hrazda, infuzní stojan) v hlavové části	ANO	
Hrazda kovová, odnímatelná	ANO	
Rukojeť na hrazdu plastová, vč. popruhu s automatickým systémem navíjení a pojistkou	ANO	
Infuzní stojan výškově stavitelný, umístěný v hlavové části lůžka, provedení chrom nebo komaxit/chrom	ANO	
Postranice (P+L) plastové, dělené, s integrovanými ovladači, s možností uzamčení proti nechtěnému spuštění pacientem, s automatickou blokadí laterálního náklonu při spuštění postranice, barevné provedení dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku barev: barevný dekor Královská modrá	ANO	
Výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému - min. 420 mm nad povrchem ložné plochy	ANO	
Prostorově úsporný systém sklápění postranic bez nutnosti změny jejich vertikální orientace, bezpečné plynulé sklápění pomocí tlumiče, nebo plynové pružiny	ANO	
Podpora mobilizace pacienta - madlo jako součást postranice v součinnosti s madlem, ukotveným v konstrukci ložné plochy, pro snadnější vstávání, v kombinaci s vystupovací funkcí - zdvihem ložné plochy, ovládané tlačítkem, integrovaným do hlavové postranice (příp. do madla)	ANO	

Plně integrovaný aktivní antidekubitní systém v lůžku (tj. bez externího kompresoru, hadic a kabelů, ovladatelný ze sesterského panelu lůžka) s parametry: - statický režim pro vyšetření, zavádění katétrů apod., s min. dvěma úrovněmi tlaku uvnitř matrace - dynamický (terapeutický) režim se systémem alternace cel "1 ze 2" (dvoukomorový) pro vyvážený poměr délek stlačení a zotavení tkáně - možnost nastavení tlaku dle váhy/stavu pacienta a automatickým přizpůsobením tlaku při změnách polohy (posazení) - automatické rychlé vypuštění matrace při CPR nastavení lůžka - transportní režim s udržení tlaku v matraci při odpojení od řídicí jednotky po dobu min. 30 minut - možnost vypuštění cel pod patami i jinými částmi těla pacienta - možnost prodloužení matrace společně s lůžkem o min. 200 mm prostřednictvím rozšiřujících pasivních segmentů - nosnost minimálně 180 kg - šířka max. 860 mm - délka dle ložné plochy, min. 2000 mm - potah snadno snímatelný - zip min. ze dvou stran, omyvatelný, paropropustný, pratelný, bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky - možnost rychlé výměny za jakýkoliv jiný aktivní nebo pasivní antidekubitní systém	ANO	
Integrovaný akumulátor pro zajištění funkčnosti lůžka při výpadku el. energie a během transportu	ANO	
Bezpečnostní noční podsvětlení podvozku lůžka	ANO	
Výsuvná polička na lůžkoviny v prostoru pod nožním čelem	ANO	
Oboustranné lišty pro umístění drobného příslušenství (např. držáků lahví a urologických sáčků) v hlavové i nožní části	ANO	
Držák jmenovky, zavěsitelný na nožní čelo, plastový	ANO	
Košík závěsný na močovou lahev	ANO	
Držák urologických sáčků	ANO	
Držák na 2 ks berlí, přenosný	ANO	
<u>Instalační práce a služby</u>		
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:	ANO	
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)	ANO	
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky	ANO	
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 41 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro	ANO	
uvedení zařízení do provozu	ANO	
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu:	ANO	
- návod k obsluze v ČJ	ANO	
- kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobcí, na všechny dodané stanovené výrobky	ANO	
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu	ANO	

poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu	ANO	
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 45 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce	ANO	
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze	ANO	
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu	ANO	
Zvláštní požadavky		
Zařízení musí být instalováno ve stávajících prostorech oddělení dle specifikace výše.	ANO	
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.	ANO	

Příloha č. 2b) kupní smlouvy

Technické podmínky

Název zakázky: **Lůžka a noční stolky 2024**

Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551

<u>Požadavek / parametr</u>	<u>ANO / NE</u>	<u>Hodnota / Popis</u>
<u>Účel použití a obecné požadavky</u>		
Elektricky polohovatelné lůžko bez laterálního náklonu pro standardní oddělení lůžkové péče.	ANO	Essenza 300
<u>Technická specifikace - minimální technické požadavky</u>		
<u>Lůžka intenzivní</u>		
Celkový počet lůžek: 8 ks (Porodnice)		
Provedení ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52 v platném znění	ANO	
Ložná plocha z plastových odnímatelných dílů pro snadné čištění a údržbu	ANO	
Šířka ložné plochy min. 900 mm	ANO	
Délka ložné plochy min. 2000 mm	ANO	
Celkové vnější půdorysné rozměry lůžka nesmí být větší než Š x D: 1100 x 2300 mm z důvodu zabezpečení obslužnosti prostřednictvím výtahů a jiných transportních cest	ANO	
Prodloužení ložné plochy o min. 200 mm	ANO	
Bezpečné provozní zatížení min. 300 kg	ANO	
4-segmentová ložná plocha	ANO	
Výška ložné plochy nastavitelná pomocí elektromotoru, min. nastavitelná výška bez matrace 260 mm nebo nižší	ANO	
Polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy pomocí elektromotoru	ANO	
Polohování lýtkového dílu ložné plochy minimálně mechanické	ANO	
Indikátory stupně náklonu zádového dílu ložné plochy a náklonu polohy Trendelenburg / Antitrendelenburg, integrované v plastových postranicích	ANO	
Autoregrese pro eliminaci tlaku a střížných sil při polohování lůžka	ANO	
Poloha "Trendelenburg / Antitrendelenburg" nastavitelná pomocí elektromotoru, rozsah min. $\pm 14^\circ$	ANO	
Poloha "kardiacké křeslo" nastavitelná pomocí elektromotorů prostřednictvím jednoho tlačítka na sesterském ovl. panelu	ANO	
Funkce "CPR" pro rychlé spuštění lůžka do resuscitační polohy	ANO	
Ovladače pro pacienta, integrované do pravé i levé hlavové postranice	ANO	

Oboustranně (P+L) v postranicích integrované centrální sesterské ovládací LCD panely pro ovládání lůžka a programovatelných funkcí. Musí být opatřeny ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace jednotlivých funkcí a předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, poloha Trendelenburg / Antitrendelenburg, kardiacké křeslo).	ANO	
Oboustranně nožní ovladače pro nastavení parametrů v minimálním rozsahu: výška ložné plochy, vyšetřovací poloha (rovná ložná plocha v nejvyšší výškové pozici), s ochranou proti nechtěnému polohování	ANO	
Povrchová úprava kovových částí: lakování polyesterovými práškovými barvami, barva: bílý nebo metalický odstín RAL	ANO	
Čelo v hlavové části kompaktní, plastové, odnímatelné	ANO	
Čelo v nožní části kompaktní, plastové, odnímatelné, s aretací proti samovolnému vytažení během transportu	ANO	
Provedení čel: plast, barevné provedení dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku barev: barevný dekor: Korálově	ANO	
Nosník hlavového čela pevně spojený s podvozkem nebo konstrukcí lůžka pro stabilní uložení čela a příslušenství (nepohybuje se při polohování zádového dílu lůžka)	ANO	
4 kolečka o průměru min. 125 mm, plastová, antistatická	ANO	
Systém páteho kolečka pro snadnější transport lůžka, bez motorizovaného pojezdu	ANO	
Centrální brzda ovládaná nožně	ANO	
Ochrana před opomenutím nezabrzdnutého lůžka jako prevence proti pádu pacienta a současně proti vytržení napájecího kabelu (signalizace nezabrzdnutého lůžka, nebo automatická brzda lůžka připojeného k síti 230V/50Hz, nebo automatická mechanická brzda lůžka v nejnižší poloze ložné plochy)	ANO	
4 vodorovná gumová nebo plastová ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka	ANO	
Úchyty pro příslušenství (hrazda, infuzní stojan) v hlavové části	ANO	
Hrazda kovová, odnímatelná, pouze u 4 ks lůžek	ANO	
Rukojeť na hrazdu plastová, vč. popruhu, pouze u 4 ks lůžek	ANO	
Infuzní stojan výškově stavitelný, umístěný v hlavové části lůžka, provedení chrom nebo komaxit/chrom, pouze u 1 ks lůžka	ANO	
Postranice (P+L) plastové, dělené, s integrovanými ovladači, s možností uzamčení proti nechtěnému spuštění pacientem, s automatickou blokadou laterálního náklonu při spuštění postranice, barevné provedení dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku barev: barevný dekor Korálově červená	ANO	
Prostorově úsporný systém sklápění postranic bez nutnosti změny jejich vertikální orientace, bezpečné plynulé sklápění pomocí tlumiče, nebo plynové pružiny	ANO	
Podpora mobilizace pacienta - madlo jako součást postranice v součinnosti s madlem, ukotveným v konstrukci ložné plochy, pro snadnější vstávání, v kombinaci s vystupovací funkcí - zdvihem ložné plochy, ovládané tlačítkem, integrovaným do hlavové postranice (příp. do madla)	ANO	
Integrovaný akumulátor pro zajištění funkčnosti lůžka při výpadku el. energie a během transportu	ANO	
Oboustranné lišty pro umístění drobného příslušenství (např. držáků lahví a urologických sáčků) v hlavové i nožní části	ANO	
Matrace		
Celkový počet matrací: 8 ks (Porodnice)	ANO	
Pasivní matrace, vhodná pro vyšší riziko vzniku dekubitů (II. - III. stupeň)	ANO	

Výška min. 140 mm	ANO	
Šířka max. 870 mm	ANO	
Délka dle ložné plochy, min. 2000 mm	ANO	
Materiál: horní vrstva = studená polyetherová pěna (hustota min. 50 kg/m ³), horní vrstva = standardní polyetherová pěna (hustota min. 40 kg/m ³)	ANO	
Vyztužené okraje pro snadnější mobilizaci pacienta a zmírnění rizika pádů	ANO	
Snímatelný, paropropustný, omyvatelný a prátelný potah, zip min. 180°	ANO	
Nosnost min. 150 kg	ANO	
Instalační práce a služby		
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:	ANO	
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)	ANO	
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky	ANO	
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 41 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro	ANO	
uvedení zařízení do provozu	ANO	
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobcí, na všechny dodané stanovené výrobky	ANO	
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu	ANO	
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu	ANO	
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 45 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce	ANO	
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze	ANO	
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu	ANO	
Zvláštní požadavky		
Zařízení musí být instalováno ve stávajících prostorech oddělení dle specifikace výše.	ANO	
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.	ANO	

Příloha č. 2c) kupní smlouvy

Technické podmínky

Název zakázky: **Lůžka a noční stolky 2024**

Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551

<u>Požadavek / parametr</u>	<u>ANO / NE</u>	<u>Hodnota / Popis</u>
<u>Účel použití a obecné požadavky</u>		
Kombinované noční stolky s jídelní deskou pro standardní oddělení lůžkové péče	ANO	ELEGANZA Classic
Místo určení: odd. ORL		
<u>Technická specifikace nočních stolků</u>		
Celkový počet stolků: 19 ks	ANO	
Oboustranný stolek s integrovanou jídelní deskou	ANO	
Kovové provedení	ANO	
Neuzamykatelné provedení	ANO	
Plynulé výškové nastavení jídelní desky - ručně pomocí plynové nebo mechanické pružiny	ANO	
Jídelní deska s oboustranným náklonem a aretací	ANO	
Provedení korpusu: horní zásuvka, nika, <u>spodní zásuvka (kontejner)</u>	ANO	
4 kolečka, z toho minimálně 2 bržděná	ANO	
Povrchová úprava: lakování polyesterovými práškovými barvami, barva:	ANO	
• rám: bílý odstín RAL dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku barev, případně standardizované barevné provedení (pokud výrobce nenabízí výběr ze vzorníku barev, zadavatel akceptuje dostupnou standardizovanou variantu barevného provedení)	ANO	
• čela horní zásuvky + čela spodní zásuvky (kontejneru): C017 Perlově bílá	ANO	
Odkládací i jídelní deska plastová	ANO	
Zvýšený okraj odkládací i jídelní desky	ANO	
Horní zásuvka vybavená plastovou vložkou ve tvaru organizéru	ANO	
Uvnitř nebo na boční straně stolků prostor pro min. 2 PET lahve objemu min. 1,5 litru / 1 lahev	ANO	
Integrovaný držák ručníku	ANO	
<u>Instalační práce a služby</u>		
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:	ANO	
dodávka a instalace zařízení v místě plnění	ANO	

odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky	ANO	
prokazatelné zaškolení obsluhy	ANO	
uvedení zařízení do provozu	ANO	
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ	ANO	
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu	ANO	
poskytování záručního servisu po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu	ANO	
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu	ANO	
<u>Zvláštní požadavky</u>		
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech oddělení dle specifikace výše.	ANO	
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.	ANO	

Příloha č. 2d) kupní smlouvy

Technické podmínky

Název zakázky: **Lůžka a noční stolky 2024**

Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551

<u>Požadavek / parametr</u>	<u>ANO / NE</u>	<u>Hodnota / Popis</u>
<u>Účel použití a obecné požadavky</u>		
Kombinované noční stolky s jídelní deskou pro standardní oddělení lůžkové péče, se zvýšeným důrazem na samostatné ovládání funkcí samotným pacientem	ANO	ELEGANZA Mano
Místo určení: odd. Neurologie		
<u>Technická specifikace nočních stolků</u>		
Celkový počet stolků: 2 ks	ANO	
Oboustranný stolek s integrovanou jídelní deskou	ANO	
Kovové provedení	ANO	
Neuzamykatelné provedení	ANO	
Plynulé výškové nastavení jídelní desky - ručně pomocí plynové nebo mechanické pružiny - jednou rukou samostatně pacientem	ANO	
Jídelní deska s oboustranným náklonem a aretací	ANO	
Provedení korpusu: horní zásuvka, nika, spodní zásuvka (kontejner)	ANO	
4 kolečka, z toho minimálně 2 bržděná s ručním ovládáním samostatně pacientem, mechanický ovládací prvek ve výšce horní desky stolu	ANO	
Povrchová úprava kovových částí : lakování polyesterovými práškovými barvami, barva:	ANO	
• rám a čela horní zásuvky + čela spodní zásuvky (kontejneru): bílý odstín RAL dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku barev, případně standardizované barevné provedení (pokud výrobce nenabízí výběr ze vzorníku barev, zadavatel akceptuje dostupnou standardizovanou variantu barevného provedení)	ANO	
• horní odkládací deska stolu + jídelní deska: dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku barev: barevný dekor B048 (oslo blue)	ANO	
Odkládací i jídelní deska plastová	ANO	
Zvýšený okraj odkládací i jídelní desky	ANO	
Horní zásuvka vybavená plastovou vložkou ve tvaru organizéru	ANO	
Uvnitř nebo na boční straně stolu prostor pro min. 2 PET lahve objemu min. 1,5 litru / 1 lahev	ANO	
Integrovaný držák ručníku	ANO	
Integrovaná polička pro uložení podložní mísy nebo obuvi ve spodní části stolu	ANO	

<u>Instalační práce a služby</u>		
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:	ANO	
dodávka a instalace zařízení v místě plnění	ANO	
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky	ANO	
prokazatelné zaškolení obsluhy	ANO	
uvedení zařízení do provozu	ANO	
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ	ANO	
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu	ANO	
poskytování záručního servisu po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu	ANO	
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu	ANO	
<u>Zvláštní požadavky</u>		
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech oddělení dle specifikace výše.	ANO	
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.	ANO	

Příloha č. 2e) kupní smlouvy

Technické podmínky

Název Zakázky: **Lůžka a noční stolky 2024**

Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551

Požadavek / parametr	ANO / NE	Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky		
Transportní lůžko pro pacienty na urgentních příjmech, odděleních intenzivní péče, nebo pro pacienty, vyžadující transport na specializovaná vyšetření při současném poskytování intenzivní péče, zejména monitoringu vitálních funkcí, dechové a infuzní terapie.	ANO	Sprint 100 bez vah
Technická specifikace - minimální technické požadavky		
Celkový počet lůžek: 1 ks (jeden, ARO - lůžková část)		
Stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka	ANO	
Hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 600-850 mm, ovládací pedály na obou stranách lůžka	ANO	
Čtyřdílná ložná plocha minimálně 1900x650 mm s možností nastavení do polohy "kardiacké křeslo"	ANO	
Minimálně zádový a stehenní díl ložné plochy polohovatelný s posilováním pomocí plynových pružin	ANO	
Ložná plocha RTG transparentní, kompatibilní pro C-rameno, s držákem RTG kazety univerzální velikosti	ANO	
Hydraulický náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. $\pm 12^\circ$	ANO	
Integrované sklopné postranice, nepřesahující vnější obrys lůžka, bezpečné plynulé sklápění postranic s tlumičem či plynovou pružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř	ANO	
Kolečka s centrálním ovládáním brzd ze všech 4 stran, průměr minimálně 200 mm	ANO	
Páté centrální kolečko, ovládané centrálními pákami brzd pro snadný transport a manipulaci, odpružené - musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat nerovnost o výšce min. 40mm	ANO	
Prostor pro umístění tlakové lahve O ₂	ANO	
Integrované držáky a lišty na příslušenství	ANO	
Ochranná nárazová kolečka v rozích a nárazníky po celém obvodu lůžka	ANO	
Nosnost minimálně 300 kg	ANO	
2x integrovaný (tj. neodnímatelný) výsuvný či sklopný infuzní stojan u hlavy pacienta s funkcí transportního madla	ANO	
Integrovaná (tj. neodnímatelná) řídící madla u nožního čela, sklopná	ANO	
Integrovaný držák role hygienického papíru	ANO	
Integrovaný plastový odkládací box na osobní věci pacienta, umístěný pod zádovním dílem lůžka	ANO	

Komfortní matrace pro delší pobyt pacienta na lůžku, kombinovaná ze studené PUR a viskoelastické pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem, výška minimálně 100 mm	ANO	
<u>Instalační práce a služby</u>		
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:	ANO	
dodávka a instalace zařízení v místě plnění	ANO	
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky	ANO	
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle ust. § 41 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro	ANO	
uvedení zařízení do provozu	ANO	
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobcí, na všechny dodané stanovené výrobky	ANO	
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu	ANO	
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu	ANO	
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle ust. § 45 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce	ANO	
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu	ANO	
<u>Zvláštní požadavky</u>		
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech oddělení dle specifikace výše.	ANO	
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřipustné.	ANO	

Zakázka: 10004389
Objednávka zákazníka: -

Dodavatel:

L I N E T spol. s r.o.
Želečnice 5
274 01 SLANÝ | CZ
IČ: 00507814 | DIČ: CZ00507814

Zákazník:

Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Bolzanova 512
506 01 Jičín | CZ
IČ: 26001551 | DIČ: CZ699004900

Příjemce / cílová adresa:

Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Bolzanova 512
506 01 Jičín | CZ

Platební podmínky:

Datum vystavení: 8.10.2024
Způsob platby: bankovním převodem
Platební podmínka: Do 14 dní
Platnost nabídky do: 31.12.2024

Dodací podmínky:


Incoterms 2010: CPT
Způsob odběru: Jičín

Kontakt:

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín		Sleva	Před slevou	Celkem brutto
10		Essenza 300	8 KS		12%		

Universal bed

RU:CZ Regionální provedení: Česko
Základní vlastnosti



Zakázka:10004389

Objednávka zákazníka:-

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín		Sleva	Před slevou	Celkem brutto
20		Hrazda lakovaná	4 KS		12%		
30		Šedá plastová rukojeť	4 KS		12%		
40		Teleskopický infuzní stojan	1 KS		12%		
50		Pasivní matrace MediMatt 30, 200x86,5x14	8 KS		12%		
60		Essenza 300	2 KS		12%		

Zakázka:10004389

Objednávka zákazníka:-

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín		Sleva	Před slevou	Celkem brutto
70		Prodloužená hrazda	2 KS		12%		
80		Šedá plastová rukojeť navijecí	2 KS		12%		
90		Teleskopický infuzní stojan	2 KS		12%		
100		Air2Care8in Matrace 200X86	2 KS		12%		
110		Jmenovka	2 KS		12%		

Zakázka:10004389

Objednávka zákazníka:-

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín		Sleva	Před slevou	Celkem brutto
120		Držák lahve na moč	2 KS		12%		
130		Držák sáčku na moč	2 KS		12%		
140		Držák berlí	2 KS		12%		
150		Eleganza Classic	19 KS		21%		
160		Eleganza MANO	2 KS		21%		
170		Sprint 100 bez vah	1 KS		21%		

Zakázka:10004389

Objednávka zákazníka:-

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín		Sleva	Před slevou	Celkem brutto
180		Držák RTG kazety	1 KS		21%		
190		Držák papírové role	1 KS		21%		
200		Box na příslušenství pod zádočným dílem	1 KS		21%		
210		Pasivní matrace Sprint 100 Comfort, 193x66x10	1 KS		21%		
220		Dopravné prodej tuzemsko	1 KS		12%		
230		Služby servisu instalace	1 KS		12%		

Zakázka: 10004389
Objednávka zákazníka: -

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín		Sleva	Před slevou	Celkem brutto
240		Uživatelské / servisní školení	1 KS				
250		Provádění Bezpečnostně technických kontrol výrobků	2 KS		21%		

SOUHRN

Celkem netto		1 398 283,00
Výstupní DPH	21,000 %	91 479,93
Výstupní DPH	12,000 %	115 519,72
Celkem brutto		1 605 282,65

OSTATNÍ PODMÍNKY:

- Termín "brutto cena" znamená cenu s DPH, termín "netto cena" cenu bez DPH.
- Firma Linet je zapsána 3.9.1990 v OR u MS Praha oddíl C, vložka 163.
- Záruční doba: 24 měsíců od data dodání (záruka se nevztahuje na akumulátory).