

Univerzita Palckého Olomouc
Hněvotínská 976/3 (Budova LF)
CZ-771 47 Olomouc

Wiener Neustadt, dne 05.08.2024

Věc: Objasnění k „ Výzvě k objasnění doplnění údajů dle § 46 odst. 1 ZZVZ “ (dále jen výzva)


Vážené dámy a pánové,

k objasnění vašich otázek dle Vaší výzvy zasíláme následující vyjádření:


- 1) Kryoboxy 10x10 a 5x5 , kompatibilní s Dewarovou nádobou BIOSAFE800 jsou součástí naší cenové nabídky AN24066 dle bodů 50 a 60 naší nabídky.
- 2) Součástí naší cenové nabídky AN24066 jsou všechny součásti monitoringu Dewarové nádoby, které popisujete v textu zadávací dokumentace „ Systém kryogenního skladování“, konkrétně v bodech 2.1 a 2.2 (technická Specifikace) které znějí:
 - 2.1 monitoring, řídicí software a automatické doplňování nádoby.
 - 2.2 kontrolér pro monitoring provozních hodnot a automatické doplňování nádoby v provedení: dotykový barevný terminál s grafickým znázorněním hodnot, detekce hladin ExLow, Low, High, Exhigh, monitoring teploty a hladiny v kontejneru, monitoring teploty plnicí větve, otevření / zavření víka, alarmových stavů včetně komunikace, funkce odmlžování, napojení na systém vzdáleného dohledu.

V případě, že bude potřeba objasnit další technické detaily, neváhejte nás oslovit, jsme Vám kdykoli k dispozici.

S pozdravem



SOL Technische Gase GmbH



SOL Technische Gase GmbH

Marie-Curie-Straße 1
2700 Wiener Neustadt

www.sol-tg.at

Univerzita Palackého v Olomouci
Hněvotínská 976/3
CZ-771 47 Olomouc

ve Wiener Neustadt 08.08.2024

Věc: Objasnění a doplnění údajů dle vaší výzvy ze dne 07.08.2024

Vážené dámy a pánové,

k objasnění vašich otázek dle Vaší výzvy ze dne 07.08.2024 zasíláme následující vyjádření:

Na otázku, kolik kryoboxů je ve vaší nabídce zahrnuto? odpovídáme takto:


- 1) V ceně nabídky je zahrnuto 26 vertikálních kryokontejnerů (systémových zakladačů - racks) se 14 etážemi, pro **kryoboxy 10x10 v celkovém počtu 364 ks.**
V ceně nabídky je zahrnuto 12 vertikálních kryokontejnerů (systémových zakladačů - racks) se 14 etážemi, pro **kryoboxy 5x5 v celkovém počtu 168 ks.**
- 2) Potvrzujeme, že součástí cenové nabídky je následující funkce, a to možnost zasíťování pomocí TCP/IP a Modbus. Zákazník musí mít ve své výbavě vlastní PC.
Součástí nabídky (t.zn. v ceně, viz. AN24066 poz. 40) je také PC Software Biosafe®view info. Nainstalováním tohoto softwaru na zákazníkův PC lze tyto výše uvedené funkce aktivovat a plně využívat.
- 3) Potvrzujeme, že vizualizace alarmů probíhá přímo na barevném dotykovém panelu, který je součástí výbavy Dewarové nádoby, včetně zobrazení okamžitých parametrů stavu Dewarovy nádoby, t.zn. detekce hladin ExLow, Low, High, Exhigh, teplota, monitoring otevření, zavření víka, odmlžování atd. Nainstalováním softwaru Biosafe®view info na zákazníkův PC lze aktivovat nastavení a vizualizaci parametrů a alarmů pomocí PC. V tomto smyslu jsou možnosti nastavení alarmů, vyhodnocování údajů, parametrizace pomocí PC součástí cenové nabídky.
- 4) Slovním obratem, citát : „- a mnoho dalších možností, jak rozšířit automatizovaný provoz Kryobanky (příplatek)“ konec citátu, jsme nenabízeli žádný konkrétní produkt, který by byl požadován v textu výběrového řízení nebo se objevil v naší cenové nabídce. Existuje mnoho možností, jak rozšířit automatizovaný provoz jakékoli kryobanky. Naše nabídka obsahuje všechny požadované parametry na dodávku Systému kryogenního skladování dle výběrového řízení. Pokud by měla Univerzita Olomouc jakékoli další požadavky na rozšíření systému o další komponenty, které výběrové řízení neobsahuje, budeme se snažit a doplnit naši nabídku o tyto požadované položky.

V případě, že bude potřeba objasnit další technické detaily, neváhejte nás oslovit, jsme Vám kdykoli k dispozici.

S pozdravem



SOL Technische Gase GmbH



Univerzita Palackého v Olomouci
Hněvotínská 976/3
CZ-771 47 Olomouc

ve Wiener Neustadt 20.08.2024

Věc: Objasnění a doplnění údajů dle vaší výzvy ze dne 19.08.2024


Vážené dámy a pánové,
k objasnění vaší otázky dle Vaší výzvy ze dne 19.08.2024 zasíláme následující vyjádření:

Na Vaši otázku, zda součástí naší celkové nabídkové ceny je:
364 ks kryoboxů 10x10 a 168 ks kryoboxů 5x5, odpovídáme následovně:


Ano, v ceně nabídky je zahrnuto 364 kryoboxů 10x10 a 168 Kryoboxů 5x5.

V případě, že bude potřeba objasnit další technické detaily, neváhejte
nás oslovit, jsme Vám kdykoli k dispozici.

S pozdravem



SOL Technische Gase GmbH



SOL Technische Gase GmbH

Marie-Curie-Straße 1
2700 Wiener Neustadt



www.sol-tg.at

