

OBJEDNÁVKAČíslo objednávky: **P2024/000344****!! NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE !!**

Objednává: Kroměřížská nemocnice a.s. Oddělení zdravotnické techniky Havlíčkova 660/69 767 01 Kroměříž IČ: 27660532 DIČ: CZ27660532	Dodavatel: POLYMED medical CZ, a.s Petra Jilemnického 14/51 503 01 Hradec Králové IČ: 27529053 Tel.: [REDACTED] Fax: [REDACTED] Email: [REDACTED]
---	---

Datum objednávky: 16.07.2024	Určeno pro: 202332 Porodní sály
Vyřizuje: [REDACTED]	Telefon: [REDACTED]
Zakázka č.: 27803	Email: [REDACTED]
	Záruční oprava: NE

Faktury zasílejte pouze elektronicky na email [REDACTED]. V případě zakázky nad 5.000,- bez DPH musí být vypracován cenový návrh, který musí být objednatelem odsouhlasený.

Objednáváme u Vás:

Dobrý den,
Prosím o opravu/prověření KTG Edan. Vydává slabé chrastivé, pískavé zvuky.
Dále prosím o výměnu sond. jedna sonda nedobíjí a další dvě mají nafouklé baterie a prasklý kryt.
Děkuji [REDACTED].

Schválil(a): [REDACTED]

Na faktuře uveďte vždy číslo objednávky a fakturu doložte dodacím nebo servisním listem s přesným uvedením, co bylo předmětem dodávky nebo opravy.

U oprav navíc uveďte jméno servisního technika, popis jednotlivých servisních úkonů, časovou náročnost opravy a použité náhradní díly, včetně jejich názvu a katalogového čísla.

Při opravách, údržbě nebo periodických kontrolách u ZP postupujte ve smyslu zákona č. 375/2022 Sb. v aktuálním znění.

Protokoly o bezpečnostně technických kontrolách, ZDS, revizích, validacích, kalibracích nebo o metrologickém ověření zasílejte v elektronické podobě na adresu objednatele v hlavičce objednávky a současně e-mailem na adresu:

[REDACTED] do 5 pracovních dní.