

Objednávka

dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Odběratel: IČO: 00064173 DIČ: CZ00064173

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Odbor nákupu a investic

Oddělení servisu ZT

Šrobárova 50

100 34 Praha 10

Číslo: 202406053

Strana: 1/1

Datum vystavení:

7.11.2024

Dodavatel:

Miele spol. s r.o.

Holandská 4

639 00 Brno

IČO: 18829503

DIČ: CZ18829503

Tel.: 800169431

Fax: 543553139

Lhůta dodání: ihned

Položka

1. Objednáváme urgentní opravu mycího automatu PG7828 č. 1, v. č. 53081270 (inv.č. 2949700) - přístroj po jeho zapnutí vyhazuje pojistky, kontrolováno manažersko-technickou službou, chyba není v rozvodu elektřiny ale v přístroji

7.11.2024 - oprava mycího automatu PG7828 č. 1, v. č. 53081270 (inv.č. 2949700) - viz cenová nabídka ze dne 6.11.2024 v ceně 70.365,20 Kč bez DPH, tj. 85.141,89 Kč vč. DPH

náhradní díly jsou již p. Škořepou objednány na přeplánovaný výkaz

HAVÁRIE - NUTNÉ PRO PROVOZ KLINIKY!!!

Poznámka:

Prosíme uvádějte na faktuře úplný název odběratele: FNKV - Odbor nákupu a investic - oddělení servisu ZT. Tato objednávka je platná za předpokladu, že dodavatel souhlasí se splatností faktury 60 dnů. V případě nesouhlasu kontaktujte vystavitele objednávky. Postoupení pohledávky z tohoto závazkového vztahu je možné pouze se souhlasem FN Královské Vinohrady.

V případě opravy přesahující cenu 10 tis.Kč Vás žádáme o vystavení cenové nabídky. Následně si Vás dovoluujeme požádat o vyčkání na potvrzení cenové nabídky.

V souladu se zák.č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, žádáme o zaslání úplného ceníku prací Vaší společnosti pro aktuální rok v členění: hodinová sazba technika v Kč/hod., ztrátový čas technika v Kč/hod., cestovné v Kč/km, ceny periodických bezpečnostně-technických kontrol, validací atp.. Bez úplného ceníku prací Vaší společnosti a klinikou potvrzeného originálu servisního, resp. dodacího listu nebude možné provést věcnou a číselnou kontrolu Vaší fakturace a tato bude vrácena Vaší společnosti k přepracování.

Podpis a razítko