

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 2

Položka č. 1 – Obturační systém

Počet kusů: 1

Minimální požadavky:

- Jedná se o obturační systém Fi-G, Fi-P
- Minimální požadavky pro Fi-P:
 - o Bezdrátový
 - o Minimálně 4 pracovní teploty
 - o Minimálně 0,35mm předtvarovaná špička koncovky
 - o Zahřívání do max 0,2 sekundy
 - o Minimálně 6 možností směrů uchycení koncovky
 - o Na displeji je možné zobrazit stav baterie a teploty
 - o Součástí je minimálně 9 druhů koncovek
 - o Balení obsahuje minimálně: samotný přístroj, napájecí kabel od nabíječky, 4 ks ochranných teplotních násadců na koncovku a 4 koncovky
- Minimální požadavky pro Fi-G:
 - o Pistole sloužící pro rozehrání a aplikaci tekuté gutaperči tenkou kanylou
 - o Bezdrátový
 - o Jehlu lze nastavit v úhlu 360°
 - o Injekční jehla 0,5mm maximálně
 - o Minimálně 4 přednastavené teploty
 - o Ochranný bezpečnostní systém tzn po maximálně 10 minutách nepoužívání se jednotka vypne
 - o Balení obsahuje minimálně: samotný přístroj, napájecí kabel od nabíječky, 4 typy jehel, 2 ochranné teplotní krytky, ochranný teplotní násadec na jehlu, 2 kartáčky, klíč

